

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-UNTRM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNA (01) CÁMARA BIOCLIMÁTICA PARA EL PROYECTO CUI N° 2313205 ¿CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA PARA EL SECTOR AGRARIO Y AGROINDUSTRIAL DE LA UNTRM¿

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	14/03/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	09:09:56

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: "CÁMARA BIOCLIMÁTICA"

1.9 PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 45 días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Se consulta amablemente al comité de selección si es posible incrementar el plazo de entrega solicitado de "45 días calendarios" a "hasta 90 días calendarios desde el día siguiente de emitida la orden de compra", ya que un equipo de este tipo de dimensiones y características necesariamente debe ser manufacturado bajo pedido e importado desde fábrica, por lo que los tiempos de entrega, debido a la fabricación, importación, etc., se estiman en 75 días calendarios como mínimo.

En ese sentido, solicitamos amablemente al comité de selección incrementar el plazo de entrega a "hasta 90 días calendarios desde el día siguiente de notificada la orden de compra".

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge:

El plazo de entrega del equipo será de 90 días calendarios desde el momento que se notifique la orden de compra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Plazo de entrega: Noventas (90) días calendario, contados desde el día siguiente de notificación de la orden de compra.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-UNTRM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNA (01) CÁMARA BIOCLIMÁTICA PARA EL PROYECTO CUI N° 2313205 ¿CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA PARA EL SECTOR AGRARIO Y AGROINDUSTRIAL DE LA UNTRM¿

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	14/03/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	09:09:56

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: "CÁMARA BIOCLIMÁTICA"

5.1 . Características y condiciones

* Sistema de refrigeración: Con sistema de refrigeración/calentamiento, de escalabilidad y precisión, sin vibraciones ni ruidos durante su funcionamiento. Gas refrigerante libre de CFC.

Se consulta amablemente al comité de selección si aceptarían un equipo que cuente con un sistema de refrigeración/calentamiento con ahorro de energía libre de CFC, que cuente con una de regulación de la temperatura suave periférica mediante camisa de aire, ya que esta característica puede ser considerada como una mejora tecnológica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge:

El sistema de refrigeración/calentamiento de la cámara bioclimática, debe tener escalabilidad y precisión, sin vibraciones y ruido. El sistema de regulación de temperatura suave y periférica mediante camisa de aire, probablemente no atendería las especificaciones solicitadas y si esta la cumpliera, deberá especificarse en la ficha técnica del equipo o una declaración de fábrica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-UNTRM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNA (01) CÁMARA BIOCLIMÁTICA PARA EL PROYECTO CUI N° 2313205 ¿CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA PARA EL SECTOR AGRARIO Y AGROINDUSTRIAL DE LA UNTRM¿

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	14/03/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	09:09:56

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: "CÁMARA BIOCLIMÁTICA"

5.6. Acondicionamiento, montaje o instalación

*** Lugar de instalación: ¿ (Se adjunta plano de la infraestructura precisando el lugar donde se instalará el equipo)

Se solicita amablemente al comité de selección que puedan precisar dónde se encuentra el plano de la infraestructura donde se instalará el equipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge:

La cámara bioclimática será instalada en el área de de cultivo de tejidos "Indicado en el Plano como Depósito General". Se adjunta el Plano donde se precisa el ambiente donde se instalará el Equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

(Plano adjuntado), página 27

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-UNTRM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNA (01) CÁMARA BIOCLIMÁTICA PARA EL PROYECTO CUI N° 2313205 ¿CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA PARA EL SECTOR AGRARIO Y AGROINDUSTRIAL DE LA UNTRM¿

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	14/03/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	09:09:56

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: "CÁMARA BIOCLIMÁTICA"

5.8. Pruebas o ensayos para la conformidad del bien

Se realizará una prueba o ensayos en el equipo

Se solicita amablemente al comité de selección que pueda precisar qué tipo de prueba o ensayo se realizará en el equipo y si los costos de esta prueba deberán ser asumidas por el postor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara:

La prueba o ensayo en el equipo se refiere a la programación y ejecución de condiciones de crecimiento (Temperatura, Intensidad de Luz, Fotoperiodo y Humedad Relativa), los cuales serán corroborados por equipos de medición de estos parámetros (Termohigrómetro, Luxómetro). Estas pruebas adicionales deberán ser asumidas por el postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-UNTRM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNA (01) CÁMARA BIOCLIMÁTICA PARA EL PROYECTO CUI N° 2313205 ¿CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA PARA EL SECTOR AGRARIO Y AGROINDUSTRIAL DE LA UNTRM¿

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	14/03/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	09:09:56

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: "CÁMARA BIOCLIMÁTICA"

10. Lugar y plazo de entrega

Plazo de entrega: Cuarenta y cinco (45) días calendarios, contados desde el día siguiente de notificación de la orden de compra

Se solicita amablemente al comité de selección incrementar el plazo de entrega a "hasta 90 días calendarios desde el día siguiente de notificada la orden de compra", ya que un equipo de este tipo de dimensiones y características necesariamente debe ser manufacturado bajo pedido e importado desde fábrica, por lo que los tiempos de entrega, debido a la fabricación, importación, etc., se estiman en 75 días calendarios como mínimo.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge:

El plazo de entrega del equipo será de 90 días calendarios desde el momento que se notifique la orden de compra

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Plazo de entrega: Noventas (90) días calendario, contados desde el día siguiente de notificación de la orden de compra.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-UNTRM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNA (01) CÁMARA BIOCLIMÁTICA PARA EL PROYECTO CUI N° 2313205 ¿CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA PARA EL SECTOR AGRARIO Y AGROINDUSTRIAL DE LA UNTRM¿

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	14/03/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	09:09:56

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: "CÁMARA BIOCLIMÁTICA"

13. Modalidad de ejecución contractual

Llave en mano

Se consulta amablemente al comité de selección si el lugar donde se instalará el equipo cuenta con los requerimientos mínimos necesarios para garantizar la operatividad del equipo o deberán realizarse trabajos conexos de ingeniería, lo cual debe ser incluido en la oferta del postor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara:

Que, el área donde se instalará el equipo cuenta los requerimientos mínimos necesarios para el funcionamiento del equipo, no será necesario realizar trabajos conexos de ingeniería.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-UNTRM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNA (01) CÁMARA BIOCLIMÁTICA PARA EL PROYECTO CUI N° 2313205 ¿CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA PARA EL SECTOR AGRARIO Y AGROINDUSTRIAL DE LA UNTRM¿

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	14/03/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	09:09:56

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En las bases solicitan: "CÁMARA BIOCLIMÁTICA"

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN

B. PLAZO DE ENTREGA

De 1 hasta 30 días calendarios: 30 puntos

De 31 hasta 45 días calendarios: 20 puntos

De 46 hasta 90 días calendarios: 10 puntos

Se solicita amablemente al comité de selección variar los puntajes del factor de evaluación "PLAZO DE ENTREGA", ya que tiempos menores a 45 días suponen un gran riesgo de incumplimiento contractual por parte de los postores debido a que un equipo de estas dimensiones y características debe ser fabricado bajo pedido e importado desde fábrica, lo que supone un tiempo mínimo de 75 días para la entrega del bien considerando la fabricación, importación, etc.

En ese sentido, se sugiere al comité de evaluación considerar la siguiente propuesta de puntaje para el factor de evaluación "PLAZO DE ENTREGA":

Hasta 60 días calendarios: 30 puntos

De 61 hasta 75 días calendarios: 20 puntos

Más de 76 días calendarios: 10 puntos

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: B Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge:

Los puntajes de calificación para el plazo de entrega se mantendrán como están establecidas en las bases. Sin embargo, el plazo de entrega del equipo se esta modificando a 90 días calendarios desde el momento que se notifique la orden de compra

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-UNTRM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNA (01) CÁMARA BIOCLIMÁTICA PARA EL PROYECTO CUI N° 2313205 ¿CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA PARA EL SECTOR AGRARIO Y AGROINDUSTRIAL DE LA UNTRM¿

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	14/03/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	16:52:56

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

1.9 PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 45 (CUARENTA Y CINCO) días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

OBSERVACIÓN:

Se solicita al honorable Comité, que debido a que los equipos requieren importación, y para permitir la mayor participación de postores potenciales, tome a bien ampliar el plazo de entrega a 90 DÍAS; para poder así cumplir con el tiempo requerido de manera correcta.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** I **Literal:** 1.9 **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE ART. 2 INCISO A, B, C

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge:

El plazo de entrega del equipo será de 90 días calendarios desde el momento que se notifique la orden de compra

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Plazo de entrega: Noventas (90) días calendario, contados desde el día siguiente de notificación de la orden de compra.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-UNTRM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNA (01) CÁMARA BIOCLIMÁTICA PARA EL PROYECTO CUI N° 2313205 ¿CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA PARA EL SECTOR AGRARIO Y AGROINDUSTRIAL DE LA UNTRM¿

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	14/03/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	16:52:56

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR

Se consideran bienes similares: cabina de flujo laminar, cabina extractora de gases o cabina de macroscopio, vitrina de gases, cabina de bioseguridad.

OBSERVACIÓN:

Se solicita al honorable Comité, tenga a bien considerar como bienes similares EQUIPOS DE LABORATORIO DE INGENIERÍA EN GENERAL, ya que el bien requerido pertenece a este campo.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE ART. 2 INCISO A,B, C

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge:

La cámara bioclimática es un equipo para simular condiciones climáticas específicas como temperatura, humedad relativa y fotoperíodo. Por tanto, no es un equipo de ingeniería general.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-UNTRM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNA (01) CÁMARA BIOCLIMÁTICA PARA EL PROYECTO CUI N° 2313205 ¿CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA PARA EL SECTOR AGRARIO Y AGROINDUSTRIAL DE LA UNTRM¿

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	14/03/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	16:52:56

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-Volumen : 700-750 L

CONSULTA:

Se solicita al honorable Comité, tenga a bien considerar, Volumen: 750 L +/- 50, ya que depende del fabricante y se permita la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge:

Sin embargo, se esta ampliando el volumen de 700 a 800 Litros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Volumen : 700 ¿ 800 Litros

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-UNTRM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNA (01) CÁMARA BIOCLIMÁTICA PARA EL PROYECTO CUI N° 2313205 ¿CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA PARA EL SECTOR AGRARIO Y AGROINDUSTRIAL DE LA UNTRM¿

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	14/03/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	16:52:56

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de temperatura Controlado con panel de control de 0°C a 60°C, con precisión de ajuste en 0,1°C con variación de ± 0.5-1°C

CONSULTA:

Se solicita al honorable Comité, tenga a bien considerar, Rango de temperatura Controlado con panel de control de (0°C a 60°C) ± 5°C, con precisión de ajuste en 0,1°C con variación de ± 1°C, ya que depende del fabricante y se permita la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge:
La cámara bioclimática es un equipo para simular condiciones climáticas específicas, siendo importante mantener estas condiciones sin variaciones que puedan alterar las condiciones de crecimiento de experimentos sensibles a la Temperatura, Intensidad de Luz, Humedad Relativa y Fotoperiodo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-UNTRM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNA (01) CÁMARA BIOCLIMÁTICA PARA EL PROYECTO CUI N° 2313205 ¿CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA PARA EL SECTOR AGRARIO Y AGROINDUSTRIAL DE LA UNTRM¿

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	14/03/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	16:52:56

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de humedad Relativa: Controlado con panel de control de 10% -80%, con precisión de ajuste en 0,5 - 0,1°C con variación de ± 0.5-1%

CONSULTA:

Se solicita al honorable Comité, tenga a bien considerar, -Rango de humedad relativa: Controlado con panel de control de o 30% -95%, Estabilidad ± 32%, ya que depende del fabricante y se permita la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge:

La cámara bioclimática es un equipo para simular condiciones climáticas específicas, siendo importante mantener estas condiciones sin variaciones que puedan alterar las condiciones de crecimiento de experimentos sensibles a la Temperatura, Intensidad de Luz, Humedad Relativa y Fotoperiodo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-UNTRM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNA (01) CÁMARA BIOCLIMÁTICA PARA EL PROYECTO CUI N° 2313205 ¿CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA PARA EL SECTOR AGRARIO Y AGROINDUSTRIAL DE LA UNTRM¿

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	14/03/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	16:52:56

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rejillas : Incluye 6 de acero inoxidable y pulidas

CONSULTA:

Se solicita al honorable Comité, tenga a bien considerar, Rejillas: Incluye mas de 6 de acero inoxidable y pulidas, ya que depende del fabricante y se permita la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge:

Al colocarse mas número de rejillas comprometerá la altura libre para colocar los recipientes/contenedores con plantas crecidas en medios de cultivo. La propuesta de 6 rejillas al propósito de la experimentación en plantas que se desea implementar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-UNTRM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNA (01) CÁMARA BIOCLIMÁTICA PARA EL PROYECTO CUI N° 2313205 ¿CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA PARA EL SECTOR AGRARIO Y AGROINDUSTRIAL DE LA UNTRM¿

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	14/03/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	16:54:12

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

Solicitan: Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo 45 días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Sin embargo, dichos plazos no contemplan la actual crisis europea que atraviesan diversos proveedores, esto afecta la cadena mundial de suministros, lo cual conlleva demoras en las entregas de componentes y equipamientos, sumándose además la complicada gestión de logística internacional para las importaciones. Atendiendo a lo expuesto OBSERVAMOS dicho requerimiento y solicitamos amablemente al comité de selección que, en consulta con su área usuaria, tengan a bien a ampliar el plazo de entrega a 90 días calendario, plazo que incluye la entrega, instalación y puesta en funcionamiento del equipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge:

El plazo de entrega del equipo será de 90 días calendarios desde el momento que se notifique la orden de compra

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Volumen : 700 ¿ 800 Litros

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-UNTRM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNA (01) CÁMARA BIOCLIMÁTICA PARA EL PROYECTO CUI N° 2313205 ¿CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA PARA EL SECTOR AGRARIO Y AGROINDUSTRIAL DE LA UNTRM¿

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	14/03/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	23:14:16

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

e) Declaración jurada indicando marca, modelo y año de fabricación, y adjuntar ficha técnica.
Al respecto, entendemos que el modelo de esta declaración jurada será en función al diseño de cada postor, siempre en cuando indique la marca, modelo y año de fabricación del bien ofertado.
¿Confirmar, si nuestro entender es correcto?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.2 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara:
Que, en adición a la declaración jurada de cumplimiento de especificaciones técnicas de las bases (Anexo 3), el postor tendrá que adjuntar una declaración jurada indicando marca, modelo y año de fabricación, y adjuntar ficha técnica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-UNTRM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNA (01) CÁMARA BIOCLIMÁTICA PARA EL PROYECTO CUI N° 2313205 ¿CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA PARA EL SECTOR AGRARIO Y AGROINDUSTRIAL DE LA UNTRM¿

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	14/03/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	23:14:45

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

f) Declaración jurada de disponibilidad de repuestos del equipo respaldado por la marca, para poder atender en un plazo no mayor a treinta (30) días calendarios.

Al respecto, solicitamos nos precise con que documento se sustentará el respaldo de la marca para la disponibilidad de repuestos del equipo.

Solicitamos, precisar para un mejor entendimiento. Asimismo, consultamos si esta declaración jurada será realizada por el postor o por el dueño de la marca del equipo ofertado?

PRECISAR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.2 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara:

Que, la declaración jurada de disponibilidad de repuestos del equipo respaldado por la marca, para poder atender en un plazo no mayor a treinta (30) días calendarios, debe ser emitida por el postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-UNTRM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNA (01) CÁMARA BIOCLIMÁTICA PARA EL PROYECTO CUI N° 2313205 ¿CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA PARA EL SECTOR AGRARIO Y AGROINDUSTRIAL DE LA UNTRM¿

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	14/03/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	23:15:23

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

f) Declaración jurada de disponibilidad de repuestos del equipo respaldado por la marca, para poder atender en un plazo no mayor a treinta (30) días calendarios.

Al respecto, entendemos que la atención en el plazo no mayor a treinta (30) días, será a partir de la notificación por parte de la entidad y solo dentro del periodo de garantía ofertado.

¿Confirmar, si nuestro entender es correcto?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.2 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara:

Que, la declaración jurada de disponibilidad de repuestos del equipo respaldado por la marca, para poder atender en un plazo no mayor a treinta (30) días calendarios, será a partir de la notificación de la orden de compra por parte de la entidad y dentro del periodo de garantía del equipo ofertado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-UNTRM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNA (01) CÁMARA BIOCLIMÁTICA PARA EL PROYECTO CUI N° 2313205 ¿CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA PARA EL SECTOR AGRARIO Y AGROINDUSTRIAL DE LA UNTRM¿

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	14/03/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	23:15:56

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

g) Declaración jurada de personal que brindará la capacitación, debe contar con un (01) año de experiencia en capacitaciones sobre uso y/o manejo del equipo.

Al respecto, solicitamos al comité nos precise con que documento (s) los postores debemos acreditar la experiencia de un (01) año en capacitaciones sobre uso y/o manejo del equipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.2 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara:

Que, la experiencia en capacitaciones sobre uso y/o manejo del equipo, será a través de constancias de capacitación en el manejo de cámaras bioclimáticas o similares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-UNTRM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNA (01) CÁMARA BIOCLIMÁTICA PARA EL PROYECTO CUI N° 2313205 ¿CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA PARA EL SECTOR AGRARIO Y AGROINDUSTRIAL DE LA UNTRM¿

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	14/03/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	23:16:29

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

g) Declaración jurada de personal que brindará la capacitación, debe contar con un (01) año de experiencia en capacitaciones sobre uso y/o manejo del equipo.
Al respecto, consultamos si los postores debemos colocar junto a esta declaración jurada el perfil y/o grado del profesional que se encargará de brindar la capacitación.
¿Confirmar, si nuestro entender es correcto?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.2 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara:
Que, los postores deben colocar junto a esta declaración jurada el perfil y/o grado del profesional que se encargará de brindar la capacitación.
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-UNTRM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNA (01) CÁMARA BIOCLIMÁTICA PARA EL PROYECTO CUI N° 2313205 ¿CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA PARA EL SECTOR AGRARIO Y AGROINDUSTRIAL DE LA UNTRM¿

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	14/03/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	23:17:02

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

REQUISITOS DE CALIFICACION

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se consideran bienes similares a los siguientes: cabina de flujo laminar, cabina extractora de gases o cabina de macroscopía, vitrina de gases, cabina de bioseguridad.

Al respecto, en aras de fomentar la pluralidad de postores solicitamos al comité que también acepte como bienes similares a las CAMARAS GERMINADORA DE SEMILLAS Y/O PLANTAS, por ser equipos iguales a los solicitados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge:

Se consideran bienes similares a los siguientes: cabina de flujo laminar, cabina extractora de gases o cabina de microscopía, vitrina de gases, cabina de bioseguridad o cámaras germinadoras.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se consideran bienes similares a los siguientes: cabina de flujo laminar, cabina extractora de gases o cabina de microscopía, vitrina de gases, cabina de bioseguridad o cámaras germinadoras.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-UNTRM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNA (01) CÁMARA BIOCLIMÁTICA PARA EL PROYECTO CUI N° 2313205 ¿CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA PARA EL SECTOR AGRARIO Y AGROINDUSTRIAL DE LA UNTRM¿

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	14/03/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	23:17:51

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

REQUISITOS DE CALIFICACION

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se consideran bienes similares a los siguientes: cabina de flujo laminar, cabina extractora de gases o cabina de macroscopia, vitrina de gases, cabina de bioseguridad.

Al respecto, en aras de fomentar la pluralidad de postores solicitamos al comité que también acepte como bienes similares a las CAMARAS FRIGORIFICAS PARA VIVEROS DE SEMILLAS Y PLANTAS, por ser equipos iguales y/o similares a los solicitados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge:

La cámara bioclimática es un equipo para simular condiciones climáticas específicas como temperatura, humedad relativa y fotoperíodo. Por tanto, no es un equipo de refrigeración.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-UNTRM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNA (01) CÁMARA BIOCLIMÁTICA PARA EL PROYECTO CUI N° 2313205 ¿CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA PARA EL SECTOR AGRARIO Y AGROINDUSTRIAL DE LA UNTRM¿

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	14/03/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	23:18:33

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

REQUISITOS DE CALIFICACION

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se consideran bienes similares a los siguientes: cabina de flujo laminar, cabina extractora de gases o cabina de macroscopía, vitrina de gases, cabina de bioseguridad.

Al respecto, nos parece raro que no se considere como bienes similares a las CAMARAS GERMINADORAS ya que son prácticamente iguales a los que se solicita. Con el fin de no limitar la participación de postores y vulnerar el art. 2 del RLCE (PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONSURRENCIA), solicitamos al comité que también se acepte como bienes similares a las CAMARAS GERMINADORAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge:

Se consideran bienes similares a los siguientes: cabina de flujo laminar, cabina extractora de gases o cabina de microscopía, vitrina de gases, cabina de bioseguridad o cámaras germinadoras.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se consideran bienes similares a los siguientes: cabina de flujo laminar, cabina extractora de gases o cabina de microscopía, vitrina de gases, cabina de bioseguridad o cámaras germinadoras.