

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAMBAYEQUE S.A.
Nomenclatura : AS-SM-40-2024-EPSEL S.A.-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA OFICINA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Ruc/código :	20109350754	Fecha de envío :	08/11/2024
Nombre o Razón social :	OMEGA PERU SA	Hora de envío :	16:43:22

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En referencia al ítem 5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS de la AS N° 40-2024-EPSEL-1, se indica:

"5.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

DESCRIPCIÓN

EQUIPO COLORIMETRICO PORTÁTIL DIGITAL: [...]

[...] Reactivos incluidos:

100 pruebas para rango bajo y/o

100 pruebas para rango alto [...]

Solicitamos al distinguido Comité de Selección se sirvan ACLARAR si lo que están solicitando es cualquiera de los 100 reactivos de rango bajo o 100 reactivos de rango alto o en todo caso están solicitando ambos reactivos, esta ACLARACIÓN es con la finalidad de ofertar el equipo y reactivos más adecuados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES, EN VIRTUD DEL MEMORAMDUM N° 251 - 2024 - EPSEL S.A. - GG/GO/OCC, EMITIDO POR LA JEFA RESPONSABLE INGENIERA ALEIDA CABREJOS BARRIOS SE ACLARA QUE LAS PRUEBAS SOLICITADAS PODRÁN SER DE RANGO ALTO Ó DE RANGO BAJO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null