

ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN, Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PROBIENES
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)

1	NÚMERO DE ACTA		N° 005-2025-CS-L.P. N° 008-2025-HONADOMANI-SB	
2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL			
En la ciudad de Lima, a los diecinueve (19) días del mes de junio del año 2025, en las instalaciones del Área de Procesos de la Oficina de Logística del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé – Av. Alfonso Ugarte N° 825 - Lima, a las 18:10 horas se reúnen los miembros del Comité de Selección designados mediante Memorando N° 111-2025-OEA-HONADOMANI-SB, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección por LICITACIÓN PÚBLICA N° 008-2025-HONADOMANI-SB – I CONVOCATORIA, cuyo objeto de convocatoria es la ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS: EQUIPO RAYOS X RODABLE Y EQUIPO ECOGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA ALTA RESOLUCION POR REPOSICION PARA EL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME SEGÚN IOARR CON CUI N 2578229, a fin de efectuar la ADMISIÓN DE LAS OFERTAS presentadas , Y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación. Nota. - En caso las actuaciones se realicen en diversos días, precisar la fecha, hora y local de las sesiones realizadas durante la evaluación y calificación de las ofertas, en el acto que corresponda.				
3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)			
El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:				
Presidente	M.C. Esteban Wilder Araujo Pérez	Titular Suplente	X 	Dependencia: Servicio Diagnóstico por Imágenes
Primer Miembro	Ing. Luis Ángel Pineda Montañez	Titular Suplente	X 	Dependencia: Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento
Segundo Miembro	LIC. Carlos Alberto Chirinos Lacotera	Titular Suplente	X 	Dependencia: Oficina de Logística
4	DETALLE DE LOS PARTICIPANTES			
De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:				
N°	Nombre o razón social del participante	RUC		
1	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	20102032951		
2	TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A.	20110133091		
3	CONSULTORA Y EQUIPADORA MEDICA S.A.	20111876097		
4	SERVICIOS MULTIPLES MEDICO EMPRES.SRLTDA	20255316711		
5	CYMED MEDICAL SAC	20263368992		
6	GAMEL S.R.L.	20333483395		
7	TECNI - MED.SYSTEM. S.A.	20340116055		
8	X RAY SERVICE S.A.	20419068714		
9	X RAY SALES AND SERVICE S.A.C.	20505126069		
10	HC MEDICAL SAC	20505423942		



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Nacional Docente
Niño "San Bartolomé"

UNIDAD DE SALUD

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

11	ADVANTAGE MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20506475954
12	TECNOLOGIA EN IMAGENES MEDICAS-PERU SOCIEDAD ANONIMA	20509173801
13	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	20509997340
14	DIGITAL 'X' RAY S.A.C.	20511122458
15	CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20512709088
16	MEDITRONIC CORPORATION S.R.L.	20524983924
17	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	20545804795
18	NEUSOFT MEDICAL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20548614199
19	DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C.	20551306128
20	MEDSTEP PERU S.A.C.	20553285101
21	INVERSIONES DIACOSAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20601140960
22	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	20602216609
23	CEREZZA MEDICAL S.A.C.	20602657869
24	ADVANCED MEDICAL INC E.I.R.L.	20602703003
25	ECOTECH SOLUCIONES MEDICAS E.I.R.L.	20602734413
26	X RAY MEDICAL SYSTEMS S.A.C	20603693290
27	MEDICA INNOVADORA S.A.C.	20604125490
28	LARA MEDICAL SOLUTIONS S.A.C.	20604404291
29	CORPORACION BIOMEDICA PERU SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - CORPORACION BIOMEDICA PERU S.A.C.	20604407479
30	R & J GLOBAL IMPORT S.R.L.	20605717871
31	BARUCH MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BARUCH MEDICAL S.A.C.	20606152176
32	ELVIMEDIC GROUP SAC	20606423374
33	EROSMEDIC S.A.C.	20606823976
34	COMERCIO E INVERSIONES ANCCAS S.A.C.	20607396516
35	DREMED PERU S.A.C.	20607919331
36	INGENIERIA Y EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO S.A.C	20608454374
37	INGENIERIA Y EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO S.A.C	20608454374



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Nacional Docente "Dr. Niño San Bartolomé"

BOLETIN DE SEGUROS

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

38	INGENIERIA Y EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO S.A.C	20608454374
39	INGENIERIA Y EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO S.A.C	20608454374
40	INGENIERIA Y EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO S.A.C	20608454374
41	INGENIERIA Y EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO S.A.C	20608454374
42	INGENIERIA Y EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO S.A.C	20608454374
43	INTELLIGENCE TECHNOLOGY COMPANY S.A.C. - INTELLIGENCE TECH S.A.C.	20608966405
44	EQUIPOS MEDICOS Y FARMACOS S.A.C.	20609831848
45	CORPORACION IMPORTADORA DEL PERU BALPROJ S.A.C.	20610751505
46	RALPER IMPORT PERU S.A.C.	20610826700
47	MEDICAL HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20611300701
48	REDEL SERVICIOS GENERALES S.A.C.	20611580429
49	MEDISONICPERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20612214949

5 DETALLE DE LOS POSTORES

En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron sus ofertas a través del SEACE:

Nº	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
ITEM N° 01. EQUIPO DE RAYOS X RODABLE			
1	TECNOLOGIA EN IMAGENES MEDICAS-PERU SOCIEDAD ANONIMA	10/06/2025	17:27:42
2	X RAY MEDICAL SYSTEMS S.A.C	10/06/2025	18:13:19
3	ELVIMEDIC GROUP SAC	10/06/2025	21:07:20
4	CONSORCIO MEDISONICPERU S.A.C - TECNOLOGIA ELECTROMEDICA S.A.C	10/06/2025	22:18:51
ITEM N° 02. EQUIPO ECOGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA ALTA RESOLUCION			
1	DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C.	10/06/2025	09:23:02
2	TECNOLOGIA EN IMAGENES MEDICAS-PERU SOCIEDAD ANONIMA	10/06/2025	17:27:42

6 Acto seguido, se procede con la apertura de los sobres que contienen las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstos en las bases.



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Nacional Docente Madre Niño "San Bartolomé"

Centro de Diagnóstico

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS Y QUE NO PASAN A EVALUACIÓN		
De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:		
Nº	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
ITEM N° 01. EQUIPO DE RAYOS X RODABLE		
1.	ELVIMEDIC GROUP SAC	NO ADMITIDO. NO CUMPLIO CON ACREDITAR LAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN EL LITERAL e.5) DEL INCISO 2.2.1.1 DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA DEL CAPÍTULO II DE LA SECCIÓN ESPECIFICA DE LAS BASES INTEGRADAS, CORRESPONDIENTE A LO SIGUIENTE: CARACTERISTICAS GENERALES: A.05 NO CUMPLE CON EL VALOR MÍNIMO SOLICITADO PARA EL FILTRO PERMANENTE. B.21 NO CUMPLE CON ACREDITAR QUE CUENTE CON LOS NOVENTA PROGRAMAS ANATÓMICOS PRE-ESTABLECIDOS.
2.	CONSORCIO MEDISONICPERU S.A.C - TECNOLOGIA ELECTROMEDICA S.A.C	NO ADMITIDO. NO CUMPLIO CON ACREDITAR LAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN EL LITERAL e.5) DEL INCISO 2.2.1.1 DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA DEL CAPÍTULO II DE LA SECCIÓN ESPECIFICA DE LAS BASES INTEGRADAS, CORRESPONDIENTE A LO SIGUIENTE: CARACTERISTICAS GENERALES: A.05 NO CUMPLE CON EL VALOR MÍNIMO SOLICITADO PARA LOS FILTROS REQUERIDOS.
3.	X RAY MEDICAL SYSTEMS S.A.C	NO ADMITIDO. NO CUMPLIO CON ACREDITAR LAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN EL LITERAL e.5) DEL INCISO 2.2.1.1 DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA DEL CAPÍTULO II DE LA SECCIÓN ESPECIFICA DE LAS BASES INTEGRADAS, CORRESPONDIENTE A LO SIGUIENTE: CARACTERISTICAS GENERALES: A.05 NO CUMPLE CON EL VALOR MÍNIMO SOLICITADO PARA EL FILTRO EQUIVALENTE TOTAL.
ITEM N° 02. EQUIPO ECOGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA ALTA RESOLUCION		
1.	DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C.	NO ADMITIDO. NO CUMPLIO CON ACREDITAR LAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN EL LITERAL e.5) DEL INCISO 2.2.1.1 DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA DEL CAPÍTULO II DE LA SECCIÓN ESPECIFICA DE LAS BASES INTEGRADAS, CORRESPONDIENTE A LO SIGUIENTE: CARACTERISTICAS GENERALES: A.01 NO CUMPLE CON ACREDITAR QUE EL PANEL SEA REGULABLE. MODOS DE EXPLORACIÓN:



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Nacional Docente
Niño "San Bartolomé"

COMITÉ DE SELECCIÓN

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

8			C.05 NO POSEE LAS IMÁGENES ARMÓNICAS DE ALTA DEFINICIÓN HDT, SOLO ACREDITA POSEER IMÁGENES ARMÓNICAS FHI. D. PROGRAMAS: D.11 EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA NO PUEDEN CORROBAR LA EQUIVALENCIA POR NO ENCONTRARSE INCLUIDA LA INFORMACIÓN POR EL POSTOR Y/O FABRICANTE.			
DETALLE DE LAS OFERTAS QUE FUERON ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN						
De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:						
	Nº	Nombre o razón social del postor	Ítem(s) a los que postula			
	1	TECNOLOGIA EN IMAGENES MEDICAS-PERU SOCIEDAD ANONIMA	ITEM N° 01 e ITEM N° 02			
EVALUACIÓN DE OFERTAS						
DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA						
	Nº	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor referencial		
9		ITEM N° 01. EQUIPO DE RAYOS X RODABLE	518,734.00			
	1	TECNOLOGIA EN IMAGENES MEDICAS-PERU SOCIEDAD ANONIMA	S/ 572,300.00	110.33		
		ITEM N° 02. EQUIPO ECOGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA ALTA RESOLUCION	470,000.00			
	1	TECNOLOGIA EN IMAGENES MEDICAS-PERU SOCIEDAD ANONIMA	569,940.00	121.26		
	9.2	DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN				
La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según Anexo N° 02 que forma parte de la presente Acta.						
PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES						
COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR						
10		ITEM N° 01. EQUIPO DE RAYOS X RODABLE				
		NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	TECNOLOGIA EN IMAGENES MEDICAS-PERU SOCIEDAD ANONIMA			
	10.1	FACTORES	PUNTAJES			
		PRECIO	50.00 puntos			
		GARANTÍA COMERCIAL	40.00 puntos			
		MEJORA A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	10.00 puntos			
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	100.00 puntos				



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Nacional Docente Madre
Niño "San Bartolomé"

BENEFICARIO

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

	ITEM N° 02. EQUIPO ECOGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA ALTA RESOLUCION	TECNOLOGIA EN IMAGENES MEDICAS-PERU SOCIEDAD ANONIMA
	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	
	FACTORES	PUNTAJES
	PRECIO	50.00 puntos
	GARANTÍA COMERCIAL	40.00 puntos
	MEJORA A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	10.00 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	100.00 puntos
	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN	
	De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:	
	N° DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR
11	ITEM N° 01. EQUIPO DE RAYOS X RODABLE	PUNTAJE TOTAL
	TECNOLOGIA EN IMAGENES MEDICAS-PERU SOCIEDAD ANONIMA	100.00 puntos
	ITEM N° 02. EQUIPO ECOGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA ALTA RESOLUCION	
	TECNOLOGIA EN IMAGENES MEDICAS-PERU SOCIEDAD ANONIMA	100.00 puntos
	Nota. - En caso de empate consignar la aplicación del criterio de desempate adoptado para establecer el orden de prelación.	
	CALIFICACIÓN	
	Luego de culminada la evaluación, el Comité de Selección determinó si el postor que obtuvo el primer lugar según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases:	
	ITEM N° 01. EQUIPO DE RAYOS X RODABLE	
	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	TECNOLOGIA EN IMAGENES MEDICAS-PERU SOCIEDAD ANONIMA
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	CUMPLE NO CUMPLE
12	A. CAPACIDAD LEGAL	
	A.1 HABILITACIÓN	SI
	B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
	B.1 FACTURACIÓN	SI
	C. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL	
	C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	SI



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Nacional Docente Madre Niño "San Bartolomé"

COMITÉ DE SELECCIÓN

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CALIFICADA	
ITEM N° 02. EQUIPO ECOGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA ALTA RESOLUCION			
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1			
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN			
A	CAPACIDAD LEGAL	CUMPLE	NO CUMPLE
A.1	HABILITACIÓN	SI	
B.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		
B.1	FACTURACIÓN	SI	
C	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL		
C.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	SI	
RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN			
SI NINGUNO DE LOS DOS POSTORES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, EL COMITÉ DE SELECCIÓN O EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES, SEGÚN CORRESPONDA, DEBE VERIFICAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DE LOS POSTORES ADMITIDOS, SEGÚN EL ORDEN DE PRELACIÓN OBTENIDO EN LA EVALUACIÓN.			
DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE OFERTAS			
La calificación de las ofertas se detalla en el cuadro de Calificación, según Anexo N° 03 que forma parte de la presente Acta			
RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN			
De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo el PRIMER lugar en orden de prelación, cumple los requisitos de calificación establecidos en las bases			
N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR		
	ITEM N° 01. EQUIPO DE RAYOS X RODABLE		
1.	TECNOLOGIA EN IMAGENES MEDICAS-PERU SOCIEDAD ANONIMA		
	ITEM N° 02. EQUIPO ECOGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA ALTA RESOLUCION		
1.	TECNOLOGIA EN IMAGENES MEDICAS-PERU SOCIEDAD ANONIMA		
DE SER EL CASO INCLUIR:			
Asimismo, los siguientes postores fueron descalificados por no cumplir los requisitos de calificación especificados en las bases			
N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	CONSIGNAR LAS RAZONES DE SU DESCALIFICACIÓN	






PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Nacional Docente Madre Niño "San Bartolomé"

COMITÉ DE SELECCIÓN

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

	1	
14	ACUERDO ADOPTADO Los integrantes del Comité de Selección, por UNANIMIDAD, dan por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado y los cuadros de Evaluación de Ofertas y Calificación adjuntos que forman parte del Acta.	
15	<div><div> Ing. Luis Ángel Pineda Montañez Primer Miembro Titular</div><div> M.C. Esteban Wilder Araujo Pérez Presidente del Comité de Selección</div><div> Lic. Carlos Alberto Chirinos Lacotera Segundo Miembro Suplente</div></div>	



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Nacional Docente Madre Niño "San Bartolomé"

COMITÉ DE SELECCIÓN

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ANEXO N° 01

LICITACIÓN PÚBLICA N° 008-2025-HONADOMANI-SB - I CONVOCATORIA

ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS: EQUIPO RAYOS X RODABLE Y EQUIPO ECOGRAFO MULTIFRECUENCIA ALTA RESOLUCION POR REPOSICION PARA EL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME SEGÚN IOARR CON CUI N 2578229

ITEM N° 01. EQUIPO DE RAYOS X RODABLE

DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA (OBLIGATORIA)	TECNOLOGIA EN IMAGENES MEDICAS- PERU SOCIEDAD ANONIMA	X RAY MEDICAL SYSTEMS S.A.C
1.1 DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	CUMPLE	CUMPLE
1.2 DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA	CUMPLE	CUMPLE
1.3 DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL B) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	CUMPLE	CUMPLE
1.4 DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTENIDOS EN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPÍTULO III DE LA PRESENTE SECCIÓN (ANEXO N° 3)	CUMPLE	CUMPLE
CONSIGNAR LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE EL POSTOR DEBE PRESENTAR TALES COMO AUTORIZACIONES DEL PRODUCTO, FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, CATÁLOGOS O SIMILARES PARA ACREDITAR QUE CARACTERÍSTICAS Y/O REQUISITOS FUNCIONALES ESPECÍFICOS DEL BIEN PREVISTOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN SER ACREDITADAS POR EL POSTOR:		
1.5 COPIA SIMPLE (VIGENTE Y LEGIBLE) DEL REGISTRO SANITARIO O CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO DEL BIEN OFERTADO	CUMPLE	CUMPLE
1.6 COPIA SIMPLE (VIGENTE Y LEGIBLE) DEL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO (CBPA).	CUMPLE	CUMPLE
1.7 COPIA SIMPLE (VIGENTE Y LEGIBLE) DEL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM) O ISO 13485 O CE.	CUMPLE	CUMPLE
1.8 DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO CON LA NORMA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA IEC- 60601-1, IEC-60601-1-1-2 (CEM), IEC-60601-1-2-28, U OTROS EQUIVALENTES INTERNACIONALES DEL BIEN.	CUMPLE	CUMPLE
COPIA SIMPLE U ORIGINAL (VIGENTE Y LEGIBLE) DE CATÁLOGOS, MANUAL DE USO Y OPERACIÓN, MANUAL DE SERVICIO TÉCNICO, FOLLETOS, DATA SHEETS O BROCHURES U OTRO DOCUMENTO DEL FABRICANTE DE LA MARCA Y MODELO.		
PARA EL ÍTEM N° 01: A01, A02, A03, A04, A05, A06, B01, B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B09, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32, B33, B34, C01, C02, D01.	CUMPLE	NO CUMPLE
1.9 CARTA DE COMPROMISO DEL POSTOR QUE ASEGURE LA CONTINUIDAD DE FABRICACIÓN O COMERCIALIZACIÓN DE ACCESORIOS, INSUMOS Y REPUESTOS POR UN PERÍODO MÍNIMO DE CINCO (5) AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA DEL BIEN.	CUMPLE	CUMPLE
1.10 HOJA DE PRESENTACIÓN DEL EQUIPO /SUSTENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. FORMATO N° 02.	CUMPLE	CUMPLE
1.11 DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA	CUMPLE	CUMPLE
1.12 PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS, DE SER EL CASO, EN LA QUE SE CONSIGNE LOS INTEGRANTES, EL REPRESENTANTE COMÚN, EL DOMICILIO COMÚN Y LAS OBLIGACIONES A LAS QUE SE COMPROMETE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO, ASÍ COMO EL PORCENTAJE EQUIVALENTE A DICHAS OBLIGACIONES (ANEXO N° 5)	NO APLICA	NO APLICA
1.13 EL PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES. ADJUNTAR OBLIGATORIAMENTE EL ANEXO N° 6. EL PRECIO TOTAL DE LA OFERTA Y LOS SUBTOTALES QUE LO COMPONEN SON EXPRESADOS CON DOS (2) DECIMALES. LOS PRECIOS UNITARIOS PUEDEN SER EXPRESADOS CON MÁS DE DOS (2) DECIMALES.	CUMPLE	CUMPLE
CONDICIÓN:	ADMITIDA	NO ADMITIDA



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Nacional Docente Madre
Niño "San Bartolomé"

COMITÉ DE SELECCIÓN

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Siendo las 14:48 horas del día 19 de junio de 2025, el Comité de Selección designado mediante Memorando N° 111-2025-OEA-HONADOMANI-SB, procedió a la actividad de Admisión de Ofertas para el ítem N° 01, quedando el cuadro comparativo según Anexo N° 01 como se adjunta. Siendo las 14:55 se concluyó con la actividad de Admisión de Ofertas.

Ing. Luis Ángel Pineda Montañez
Primer Miembro Titular

M.C. Esteban Wilder Araujo Pérez
Presidente del Comité de Selección

Lic. Carlos Alberto Chirinos Lacotera
Segundo Miembro Titular



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Nacional Docente Madre Niño "San Bartolomé"

COMITÉ DE SELECCIÓN

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ANEXO N° 02

LICITACIÓN PÚBLICA N° 008-2025-HONADOMANI-SB - I CONVOCATORIA

ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS: EQUIPO RAYOS X RODABLE Y EQUIPO ECOGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA ALTA RESOLUCION POR REPOSICION PARA EL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME SEGÚN IOARR CON CUI N° 2578229
ITEM N° 01. EQUIPO DE RAYOS X RODABLE

II. FACTORES DE EVALUACION	PUNTAJE	TECNOLOGIA EN IMAGENES MEDICAS- PERU SOCIEDAD ANONIMA
2.1 PRECIO	518,734.00	572,300.00
EVALUACION: Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor ACREDITACION: Se acreditará mediante el registro en el SEACE o el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6), según corresponda. La evaluación consistirá en otorgar el máximo de puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula: $P_i = O_m \times \frac{PMP}{O_i}$ $i = \text{Oferta}$ $P_i = \text{Puntaje de la oferta a evaluar}$ $O_i = \text{Precio } i$ $O_m = \text{Precio de la oferta más baja}$ $PMP = \text{Puntaje máximo del precio}$	50.00	50.00
2.2 GARANTÍA COMERCIAL	40.00	40.00
2.3 MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	10.00	10.00
PUNTAJE TOTAL:	100.00	100.00

Siendo las 14:56 horas del día 19 de junio de 2025, el Comité de Selección designado mediante Memorando N° 111-2025-OEA-HONADOMANI-SB, procedió a la actividad de Evaluación de Ofertas para el ítem N° 01, quedando el cuadro comparativo según Anexo N° 01 como se adjunta. Siendo las 15:01 se concluyó con la actividad de Evaluación de Ofertas.

.....
Ing. Luis Ángel Pinéda Montañez
Primer Miembro Titular

.....
M.C. Esteban Wilder Araujo Pérez
Presidente del Comité de Selección

.....
Lic. Carlos Alberto Chirinos Lacotera
Segundo Miembro Titular



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Nacional Docente Madre Niño "San Bartolomé"

COMITÉ DE SELECCIÓN

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ANEXO N° 03

LICITACIÓN PÚBLICA N° 008-2025-HONADOMANI-SB - I CONVOCATORIA
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS: EQUIPO RAYOS X RODABLE Y EQUIPO ECOGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA ALTA RESOLUCION POR REPOSICION PARA EL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME SEGÚN IOARR CON CUI N 2578229
ITEM N° 01. EQUIPO DE RAYOS X RODABLE

III. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACION		TECNOLOGIA EN IMAGENES MEDICAS-PERU SOCIEDAD ANONIMA
A.	CAPACIDAD LEGAL	
	HABILITACION	
	Requisitos: AUTORIZACIÓN SANITARIA DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO A LA LEY N° 29459 Y EL REGLAMENTO DE ESTABLECIMIENTO FARMACÉUTICO D.S. N° 014-2011-SA, LOS PARTICIPANTES DEBERÁN CONTAR CON EL CITADO DOCUMENTO EMITIDO POR LA DIGEMID.	CUMPLE
	Acreditación: COPIA SIMPLE DE LA AUTORIZACIÓN SANITARIA DE FUNCIONAMIENTO EMITIDO POR LA DIGEMID VIGENTE.	
B.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
	Requisitos: EL POSTOR DEBE ACREDITAR UN MONTO FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE A S/. 1, 500,000.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS MIL CON 00/100 SOLES), POR LA VENTA DE BIENES IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA, DURANTE LOS OCHO (8) AÑOS ANTERIORES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS QUE SE COMPUTARÁN DESDE LA FECHA DE LA CONFORMIDAD O EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO, SEGÚN CORRESPONDA. SE CONSIDERAN BIENES SIMILARES A LOS SIGUIENTES: EQUIPO DE RAYOS X RODABLE EN GENERAL, EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO EN GENERAL, MAMÓGRAFO EN GENERAL, EQUIPO DE RAYOS X DENTAL EN GENERAL.	CUMPLE
	Acreditación: CONFORME LO INDICADO EN LAS BASES INTEGRADAS.	
C.	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL	
	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	
	SE REQUIERE UN (01) PROFESIONAL: INGENIERO ELECTRÓNICO O INGENIERO BIOMÉDICO, TITULADO Y COLEGIADO. UN (1) AÑO DE EXPERIENCIA COMO MÍNIMO EN INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPOS: RAYOS X RODABLE, EN GENERAL Y/O RAYOS X ESTACIONARIO, EN GENERAL Y/O MAMÓGRAFOS, EN GENERAL. LA EXPERIENCIA SE CONTABILIZARÁ DE LA FECHA DE COLEGIATURA EN ADELANTE.	CUMPLE
	Acreditación: LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE SE ACREDITARÁ CON CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: (I) COPIA SIMPLE DE CONTRATOS Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O (II) CONSTANCIAS O (III) CERTIFICADOS O (IV) CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN QUE, DE MANERA FENECIENTE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO.	
	ESTADO SITUACIONAL:	CALIFICADA

Siendo las 15:02 horas del día 19 de junio de 2025, el Comité de Selección designado mediante Memorando N° 111-2025-OEA-HONADOMANI-SB, procedió a la actividad de Calificación de Ofertas para el ítem N° 01, quedando el cuadro comparativo según Anexo N° 01 como se adjunta. Siendo las 15:07 se concluyó con la actividad de Calificación de Ofertas.



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Nacional Doce
Niño "San Bartolomé"

BOGOTÁ, COLOMBIA

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

2011

.....
M.C. Esteban Wilder Araujo Pérez
Presidente del Comité de Selección

.....
LP
Ing. Luis Ángel Pineda Montañez
Primer Miembro Titular

.....
[Signature]
Lic. Carlos Alberto Chirinos Lacotera
Segundo Miembro Titular



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Nacional Docente Madre
Niño "San Bartolomé"

REMITENTE DE SOLICITUD

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ANEXO N° 01

LICITACIÓN PÚBLICA N° 008-2025-HONADOMANI-SB - I CONVOCATORIA

ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS: EQUIPO RAYOS X RODABLE Y EQUIPO ECOGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA ALTA RESOLUCION POR REPOSICION PARA EL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME SEGÚN IOARR CON CUI N 25782229

ITEM N° 02. EQUIPO ECOGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA ALTA RESOLUCION

DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA (OBLIGATORIA)	TECNOLOGÍA EN IMAGENES MEDICAS- PERU SOCIEDAD ANONIMA
1.1 DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	CUMPLE
1.2 DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA	CUMPLE
1.3 DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL B) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	CUMPLE
1.4 DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTENIDOS EN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPÍTULO III DE LA PRESENTE SECCIÓN (ANEXO N° 3)	CUMPLE
CONSIGNAR LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE EL POSTOR DEBE PRESENTAR TALES COMO AUTORIZACIONES DEL PRODUCTO, FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, CATÁLOGOS O SIMILARES PARA ACREDITAR QUÉ CARACTERÍSTICAS Y/O REQUISITOS FUNCIONALES ESPECÍFICOS DEL BIEN PREVISTOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN SER ACREDITADAS POR EL POSTOR:	
1.5 COPIA SIMPLE (VIGENTE Y LEGIBLE) DEL REGISTRO SANITARIO O CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO DEL BIEN OFERTADO	CUMPLE
1.6 COPIA SIMPLE (VIGENTE Y LEGIBLE) DEL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO (CBPA).	CUMPLE
1.7 COPIA SIMPLE (VIGENTE Y LEGIBLE) DEL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM) O ISO 13485 O CE.	CUMPLE
1.8 DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO CON LA NORMA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA IEC- 60601-1, IEC-60601-1-1-2 (CEM), ICE-60601-1-2-28, U OTROS EQUIVALENTES INTERNACIONALES DEL BIEN.	CUMPLE
COPIA SIMPLE U ORIGINAL (VIGENTE Y LEGIBLE) DE CATÁLOGOS, MANUAL DE USO Y OPERACIÓN, MANUAL DE SERVICIO TÉCNICO, FOLLETOS, DATA SHEETS O BROCHURES U OTRO DOCUMENTO DEL FABRICANTE DE LA MARCA Y MODELO.	
PARA EL ÍTEM N° 02: A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, B01, B02, B03, B04, C01, C02, C03, C04, C05, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D08, D09, D10, D11, E01, E02, F01.	CUMPLE
1.9 CARTA DE COMPROMISO DEL POSTOR QUE ASEGURE LA CONTINUIDAD DE FABRICACIÓN O COMERCIALIZACIÓN DE ACCESORIOS, INSUMOS Y REPUESTOS POR UN PERÍODO MÍNIMO DE CINCO (5) AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA DEL BIEN.	CUMPLE
1.10 HOJA DE PRESENTACIÓN DEL EQUIPO /SUSTENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. FORMATO N° 02.	CUMPLE
1.11 DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA	CUMPLE
1.12 PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS, DE SER EL CASO, EN LA QUE SE CONSIGNE LOS INTEGRANTES, EL REPRESENTANTE COMÚN, EL DOMICILIO COMÚN Y LAS OBLIGACIONES A LAS QUE SE COMPROMETE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO, ASÍ COMO EL PORCENTAJE EQUIVALENTE A DICHAS OBLIGACIONES (ANEXO N° 5)	NO APLICA
1.13 EL PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES. ADJUNTAR OBLIGATORIAMENTE EL ANEXO N° 6. EL PRECIO TOTAL DE LA OFERTA Y LOS SUBTOTALES QUE LO COMPONEN SON EXPRESADOS CON DOS (2) DECIMALES. LOS PRECIOS UNITARIOS PUEDEN SER EXPRESADOS CON MÁS DE DOS (2) DECIMALES.	CUMPLE
CONDICIÓN:	ADMITIDA



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Nacional Docente Madre
Niño "San Bartolomé"

COMITÉ DE SELECCIÓN

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Siendo las 15:08 horas del día 19 de junio de 2025, el Comité de Selección designado mediante Memorando N° 111-2025-OEA-HONADOMANI-SB, procedió a la actividad de Admisión de Ofertas para el ítem N° 02, quedando el cuadro comparativo según Anexo N° 01 como se adjunta. Siendo las 15:13 se concluyó con la actividad de Admisión de Ofertas.

[Signature]

.....
M.C. Esteban Wilder Araujo Pérez
Presidente del Comité de Selección

[Signature]
.....

Lic. Carlos Alberto Chirinos Lacotera
Segundo Miembro Titular

.....
Ing. Luis Ángel Pinceda Montañez
Primer Miembro Titular



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Nacional Docente "Madre Niño "San Bartolomé"

COMITÉ DE SELECCIÓN

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ANEXO N° 02

LICITACIÓN PÚBLICA N° 008-2025-HONADOMANI-SB – I CONVOCATORIA

ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS: EQUIPO RAYOS X RODABLE Y EQUIPO ECOGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA ALTA RESOLUCION POR REPOSICION PARA EL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME SEGÚN IOARR CON CUI N 2578229
ITEM N° 02. EQUIPO ECOGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA ALTA RESOLUCION

II. FACTORES DE EVALUACION	PUNTAJE	TECNOLOGIA EN IMAGENES MEDICAS- PERU SOCIEDAD ANONIMA
2.1 PRECIO	470.000.00	589.940.00
EVALUACION: Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor ACREDITACION: Se acreditará mediante el registro en el SEACE o el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6), según corresponda. La evaluación consistirá en otorgar el máximo de puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula: $P_i = O_m \times \frac{PMP}{O_i}$ <p>P_i = Oferta i = Oferta P_i = Puntaje de la oferta a evaluar O_i = Precio i O_m = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio</p>	50.00	50.00
2.2 GARANTÍA COMERCIAL	40.00	40.00
2.3 MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	10.00	10.00
PUNTAJE TOTAL:	100.00	100.00

Siendo las 15:14 horas del día 19 de junio de 2025, el Comité de Selección designado mediante Memorando N° 111-2025-OEA-HONADOMANI-SB, procedió a la actividad de Evaluación de Ofertas para el ítem N° 2, quedando el cuadro comparativo según Anexo N° 01 como se adjunta. Siendo las 15:19, se concluyó con la actividad de Evaluación de Ofertas.

Ing. Luis Ángel Pineda Montañez
Primer Miembro Titular

M. C. Esteban Wilder Araujo Pérez
Presidente del Comité de Selección

Lic. Carlos Alberto Chirinos Lacotera
Segundo Miembro Titular



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Nacional Docente Madre
Niño "San Bartolomé"

COMITÉ DE SELECCIÓN

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ANEXO N° 03

LICITACIÓN PÚBLICA N° 008-2025-HONADOMANI-SB-I CONVOCATORIA

ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS: EQUIPO RAYOS X RODABLE Y EQUIPO ECOGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA ALTA RESOLUCION POR REPOSICION PARA EL SERVICIO DE
DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME SEGUN IOARR CON CUI N 2578229
ITEM N° 02. EQUIPO ECOGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA ALTA RESOLUCION

III. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACION		TECNOLOGIA EN IMAGENES MEDICAS-PERU SOCIEDAD ANONIMA
B.	CAPACIDAD LEGAL	
	HABILITACION	
	Requisitos: AUTORIZACIÓN SANITARIA DE FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO A LA LEY N° 29459 Y EL REGLAMENTO DE ESTABLECIMIENTO FARMACÉUTICO D.S. N° 014-2011-SA, LOS PARTICIPANTES DEBERÁN CONTAR CON EL CITADO DOCUMENTO EMITIDO POR LA DIGEMID.	
	Acreditación: COPIA SIMPLE DE LA AUTORIZACIÓN SANITARIA DE FUNCIONAMIENTO EMITIDO POR LA DIGEMID VIGENTE.	
B.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CUMPLE
	Requisitos: EL POSTOR DEBE ACREDITAR UN MONTO FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE A S/. 1, 200, 000.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS MIL CON 00/100 SOLES), POR LA VENTA DE BIENES IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA, DURANTE LOS OCHO (8) AÑOS ANTERIORES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS QUE SE COMPUTARÁN DESDE LA FECHA DE LA CONFORMIDAD O EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO, SEGÚN CORRESPONDA. EN EL CASO DE POSTORES QUE DECLAREN EN EL ANEXO N° 1 TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA, SE ACREDITA UNA EXPERIENCIA DE S/. 100,000.00 (CIEN MIL TRESCIENTOS CON 00/100 SOLES), POR LA VENTA DE BIENES IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA, DURANTE LOS OCHO (8) AÑOS ANTERIORES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS QUE SE COMPUTARÁN DESDE LA FECHA DE LA CONFORMIDAD O EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO, SEGÚN CORRESPONDA. EN EL CASO DE CONSORCIOS, TODOS LOS INTEGRANTES DEBEN CONTAR CON LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA. SE CONSIDERAN BIENES SIMILARES A LOS SIGUIENTES: ECÓGRAFO DE ULTRASONIDO DE UNO, DOS, TRES O CUATRO TRANSDUCTORES (O MÁS TRANSDUCTORES) ECÓGRAFOS DE ULTRASONIDO PORTÁTIL.	CUMPLE
	Acreditación: CONFORME LO INDICADO EN LAS BASES INTEGRADAS.	
C.	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL	
	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	
	SE REQUIERE UN (01) PROFESIONAL: INGENIERO ELECTRÓNICO O INGENIERO BIOMÉDICO, TITULADO Y COLEGIADO. UN (1) AÑO DE EXPERIENCIA COMO MÍNIMO EN INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPOS: ECÓGRAFO DE ULTRASONIDO (DE UNO, DOS, TRES O CUATRO TRANSDUCTORES O MÁS) EN GENERAL Y/O ECÓGRAFOS DE ULTRASONIDO PORTÁTIL EN GENERAL. LA EXPERIENCIA SE CONTABILIZARÁ DE LA FECHA DE COLEGIATURA EN ADELANTE.	
	Acreditación: LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE SE ACREDITARÁ CON CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: (i) COPIA SIMPLE DE CONTRATOS Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O (ii) CONSTANCIAS O (iii) CERTIFICADOS O (iv) CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN QUE, DE MANERA FENACIENTE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO.	CUMPLE
	ESTADO SITUACIONAL:	
		CALIFICADA



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Nacional Docente Madre
Niño "San Bartolomé"

Unidad de Selección

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Siendo las 15:24 horas del día 19 de junio de 2025, el Comité de Selección designado mediante **Memorando N° 111-2025-OEA-HONADOMANI-SB**, procedió a la actividad de Calificación de Ofertas para el ítem N° 02, quedando el cuadro comparativo según Anexo N° 01 como se adjunta. Siendo las 15:29 se concluyó con la actividad de Calificación de Ofertas.



[Handwritten signature]

.....
M.C. Esteban Wilder Araujo Pérez
Presidente del Comité de Selección

[Handwritten signature]
.....
Ing. Luis Ángel Pineda Montañez
Primer Miembro Titular

[Handwritten signature]
.....
Lic. Carlos Alberto Chirinos Lacotera
Segundo Miembro Titular

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ACTA DE POSTERGACIÓN PARA CUMPLIR CON PROCEDIMIENTO DE RECHAZO DE OFERTA BIENES			
EN CASO DE HABERSE SOLICITADO A LOS POSTORES CUYAS OFERTAS SUPERAN EL VALOR REFERENCIAL, LA REDUCCIÓN DE SU OFERTA, SE DEBE CONSIGNAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:			
REDUCCIÓN DEL PRECIO DE LA OFERTA			
16.	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL En la ciudad de Lima, a los diecinueve (19) días del mes de junio del año 2025, en las instalaciones del Área de Procesos de la Oficina de Logística del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé – Av. Alfonso Ugarte N° 825 - Lima, a las 18:20 horas se reúnen los miembros del Comité de Selección designados mediante Memorando N° 111-2025-OEA-HONADOMANI-SB, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección por LICITACIÓN PÚBLICA N° 008-2025-HONADOMANI-SB – I CONVOCATORIA, cuyo objeto de convocatoria es la ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS: EQUIPO RAYOS X RODABLE Y EQUIPO ECOGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA ALTA RESOLUCION POR REPOSICION PARA EL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME SEGÚN IOARR CON CUI N 2578229, con la finalidad de suspender hasta el día lunes veintitrés (23) de junio de mañana del año 2025, con la etapa de otorgamiento de la BUENA PRO, y cumplir con remitir la solicitud de reducción de oferta económica al postor TECNOLOGIA EN IMAGENES MEDICAS-PERU SOCIEDAD ANONIMA para los ítems N°1. EQUIPO DE RAYOS X RODABLE y N° 2. EQUIPO ECOGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA ALTA RESOLUCION, en el marco del inciso 68.4 del artículo 68 del Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, vigente a la presente convocatoria. Con fecha veinte (20) días del mes de junio del año 2025, el postor TECNOLOGIA EN IMAGENES MEDICAS-PERU SOCIEDAD ANONIMA para los ítems N°1. EQUIPO DE RAYOS X RODABLE y N° 2. EQUIPO ECOGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA ALTA RESOLUCION, acepta reducir su oferta. Conforme lo dispone el inciso 68.4 del artículo 68 del Reglamento al ser aún dicha reducción de oferta mayor al valor estimado resulta indispensable solicitar la ampliación de la certificación de crédito presupuestario y contar con la aprobación del funcionario competente.		
N°	Nombre o razón social del postor	Aceptó reducción de su oferta	
1	TEC MED EQUIPOS MEDICOS S.A.C.	Si	No
			X
<div></div>			
Ing. Luis Ángel Pineda Montañez		M.C. Esteban Wilder Araujo Pérez	
Primer Miembro Titular		Presidente del Comité de Selección	
		Lic. Carlos Alberto Chirinos Lacotera	
		Segundo Miembro Titular	





PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Nacional Docente Madre Niño "San Bartolomé"

UNIDAD DE NEONATOLOGÍA

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

17.	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL			
<p>En la ciudad de Lima, a los veinticinco (25) días del mes de junio del año 2025, en las instalaciones del Área de Procesos de la Oficina de Logística del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé – Av. Alfonso Ugarte N° 825 - Lima, a las 10:00 horas se reúnen los miembros del Comité de Selección designados mediante Memorando N° 111-2025-OEA-HONADOMANI-SB, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección por LICITACIÓN PÚBLICA N° 008-2025-HONADOMANI-SB – I CONVOCATORIA, cuyo objeto de convocatoria es la ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS: EQUIPO RAYOS X RODABLE Y EQUIPO ECOGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA ALTA RESOLUCION POR REPOSICION PARA EL SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME SEGÚN IOARR CON CUI N 2578229, con la finalidad de presentar mediante Nota Informativa N° 003-2025-CS-L.P.N° 008-2025-HONADOMANI-SB la solicitud de ampliación de certificación de crédito presupuestario y autorización del funcionario competente, con la finalidad de validar la oferta económica del postor TECNOLOGIA EN IMAGENES MEDICAS-PERU SOCIEDAD ANONIMA para los ítems N°1. EQUIPO DE RAYOS X RODABLE Y N° 2. EQUIPO ECOGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA ALTA RESOLUCION, en el marco del inciso 68.4 del artículo 68 del Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, vigente a la presente convocatoria, para que el Comité de Selección proceda a validar la oferta del postor TEC MED EQUIPOS MEDICOS S.A.</p> <p>Mediante Nota Informativa N° 1062-OEPE-HONADOMANI-SB 2025 de fecha 09/07/2025 la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico otorga la ampliación de certificación de crédito presupuestario, y mediante MEMORANDUM N° 416-2025.DG.HONADOMANI-SB de fecha 16/07/2025 la Dirección General aprueba la oferta económica del postor TECNOLOGIA EN IMAGENES MEDICAS-PERU SOCIEDAD ANONIMA para los ítems N°1. EQUIPO DE RAYOS X RODABLE Y N° 2. EQUIPO ECOGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA ALTA RESOLUCION, en el marco del inciso 68.4 del artículo 68 del Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, vigente a la presente convocatoria, para que el Comité de Selección proceda a validar la oferta del postor TEC MED EQUIPOS MEDICOS S.A.</p>				
				
Ing. Ángel Pineda Montañez		Lic. Carlos Alberto Chirinos Lacotera		
Primer Miembro Titular		Segundo Miembro Titular		
Otorgamiento de CCP				
		Si	X	No