

**ACTA DE ADMISION, EVALUACION, CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 001-2023-HRDT - PRIMERA CONVOCATORIA
SUMINISTRO DE REACTIVO HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5
ESTIRPES CON TRES (03) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA EL HRDT POR
12 MESES**

En la ciudad Trujillo, a las 08:00 horas del 12 de Mayo del año 2023, en la sala de reuniones de la Oficina de Logística, dio inicio la reunión del Órgano Encargado de las Contrataciones, quien tiene a su cargo la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 001-2023-HRDT - PRIMERA CONVOCATORIA "SUMINISTRO DE REACTIVO HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON TRES (03) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA EL HRDT POR 12 MESES", conforme a lo establecido en el numeral 43.2 del artículo 43° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, y Oficio N° 037-2023-GRLL-GGR-GRS-HRDT/OEA/OL.

Se deja constancia que se cuenta con el apoyo técnico de la Jefe del Departamento de Patología Clínica y Anatomía Patológica, Dra. Theresina Rodriguez Saenz, en su calidad de área usuaria, a fin de validar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y requisitos de calificación del requerimiento.

De acuerdo a la información obtenida en el SEACE, se registraron los siguientes participantes:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	20501887286	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	14/04/2023	Válido
2	20155695901	SISTEMAS ANALITICOS SRL	14/04/2023	Válido
3	20537139120	DELTALAB PERU S.A.C.	14/04/2023	Válido
4	20524800510	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	17/04/2023	Válido
5	20108237148	REPRESENTACIONES MEDICAS DEL PERU S.R.L.	17/04/2023	Válido
6	20505110651	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	17/04/2023	Válido
7	20602007970	LC BIOCORP S.A.C.	17/04/2023	Válido
8	20468787360	ROCHEM BIOCARE DEL PERU S.A.C	17/04/2023	Válido
9	20565833864	GRUPO COMERCIAL & BUSINESS S.A.C	19/04/2023	Válido
10	20492721469	USD CORPORATION S.A.C.	27/04/2023	Válido

REGION LA LIBERTAD
Gerencia Regional de Salud

M.C Theresina E. Rodriguez Saenz
Jefe del Depto. De Patología Clínica y Anatomía Patológica
HRDT Hospital Regional Docente de Trujillo

¹ Para la Licitación Pública, el Concurso Público y la Selección de Consultores Individuales, la Entidad designa un comité de selección para cada procedimiento. El órgano encargado de las contrataciones tiene a su cargo la Subasta Inversa Electrónica, la Adjudicación Simplificada, la Comparación de Precios y la Contratación Directa. (...)



Acto seguido se procede a revisar el reporte de la presentación de propuestas según detalle siguiente:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado
1	20505110651	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	04/05/2023	22:56:45	20505110651	04/05/2023	22:59:52	Enviado	Valido
2	20602007970	LC BIOCORP S.A.C.	04/05/2023	18:21:55	20602007970	04/05/2023	18:26:50	Enviado	Valido
3	20468787360	ROCHEM BIOCARE DEL PERU S.A.C	04/05/2023	18:57:28	20468787360	04/05/2023	18:59:12	Enviado	Valido

A continuación, el comité de selección, verificó la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento, con la finalidad de determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas, detallados en la sección específica de las bases, determinándose lo siguiente:

Nro.	Nombre o Razón Social	Estado	Observación
1	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	NO ADMITIDO	<ul style="list-style-type: none">NO cumple con la documentación de presentación obligatoria, solicitada en el literal e) del numeral 2.2.1.1) Documentos para la admisión de la oferta: Adjuntar Catálogos y/o Fichas Técnicas del producto ofertado (Reactivo para Hemograma y Equipos de Analizadores Automatizados Hematológicos), para acreditar las características y/o requisitos funcionales específicos del bien previstos en las Especificaciones Técnicas. El proveedor deberá adjuntar Catálogos y/o Fichas Técnicas del producto ofertado (Reactivo para Hemograma y Equipos de Analizadores Automatizados Hematológicos), para acreditar las características y/o requisitos funcionales específicos del bien previstos en las Especificaciones Técnicas. Las especificaciones técnicas del reactivo para hemogramas para acreditar son: TIPO, METODOLOGIA, MUESTRA BIOLOGICA y ACCESORIOS (Controles y Calibradores) y las especificaciones técnicas del equipo para hemogramas para acreditar son: TIPO, METODOLOGIA, PERFORMANCE, CARACTERISTICAS GENERALES, MUESTRAS. <p>Sobre el particular, la documentación presentada <u>no acredita</u> el cumplimiento de la especificación técnica para los equipos solicitados, <u>en cuanto al Parámetro MDW para Detección Temprana de Sepsis</u>, solicitado entre las CARACTERISTICAS GENERALES de los mismos.</p>



Nro.	Nombre o Razón Social	Estado	Observación
			<ul style="list-style-type: none">• NO cumple con la documentación de presentación obligatoria, solicitada en el literal i) del numeral 2.2.1.1) Documentos para la admisión de la oferta: Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4) <p>Sobre el particular, el postor no consigna en el anexo 4 el plazo requerido para los bienes objeto de la prestación, el mismo que corresponde a 365 días calendario, según se indica en el numeral 1.9) Plazo de Entrega del capítulo I de la sección específica de las bases, así como también en el numeral 6) Periodo del Suministro y Plazo de Entrega, del requerimiento.</p>
2	LC BIOCORP S.A.C.	NO ADMITIDO	<p>NO cumple con la documentación de presentación obligatoria, solicitada en el literal e) del numeral 2.2.1.1) Documentos para la admisión de la oferta: Adjuntar Catálogos y/o Fichas Técnicas del producto ofertado (Reactivo para Hemograma y Equipos de Analizadores Automatizados Hematológicos), para acreditar las características y/o requisitos funcionales específicos del bien previstos en las Especificaciones Técnicas. El proveedor deberá adjuntar Catálogos y/o Fichas Técnicas del producto ofertado (Reactivo para Hemograma y Equipos de Analizadores Automatizados Hematológicos), para acreditar las características y/o requisitos funcionales específicos del bien previstos en las Especificaciones Técnicas. Las especificaciones técnicas del reactivo para hemogramas para acreditar son: TIPO, METODOLOGIA, MUESTRA BIOLOGICA y ACCESORIOS (Controles y Calibradores) y las especificaciones técnicas del equipo para hemogramas para acreditar son: TIPO, METODOLOGIA, PERFORMANCE, CARACTERISTICAS GENERALES, MUESTRAS.</p> <p>Sobre el particular, la documentación presentada <u>NO acredita</u> el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas en las CARACTERISTICAS GENERALES de los equipos solicitados, en lo referente a Recuento de Reticulocitos, Capacidad de Corrección automática de leucocitos en presencia de normoblastos, Capacidad de procesamiento de líquidos corporales (peritoneal, sinovial, pleural y LCR) , Parámetro MDW para Detección Temprana de Sepsis, y Capacidad para determinar parámetros como: fracción de Reticulocitos Inmaduros (IRF) y/o Hemoglobina reticulocitaria (RHE), y/o ancho de distribución de la hemoglobina reticulocitaria.</p>
3	ROCHEM BIOCARE DEL PERU S.A.C	NO ADMITIDO	<ul style="list-style-type: none">• NO cumple con la documentación de presentación obligatoria, solicitada en el literal h) del numeral 2.2.1.1) Documentos para la admisión de la oferta: Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y Certificación de Buenas prácticas de

REGION LA LIBERTAD
Gerencia Regional de Salud



Nro.	Nombre o Razón Social	Estado	Observación
			<p>Almacenamiento (BPA) vigentes, toda vez que NO presenta la documentación que acredite contar con la Certificación de Buenas prácticas de Almacenamiento (BPA) vigente.</p> <ul style="list-style-type: none">• NO cumple con la documentación de presentación obligatoria, solicitada en el literal i) del numeral 2.2.1.1) Documentos para la admisión de la oferta: Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4) <p>Sobre el particular, el postor NO consigna en el anexo 4 el plazo requerido para los bienes objeto de la prestación, el mismo que corresponde a 365 días calendario, según se indica en el numeral 1.9) Plazo de Entrega del capítulo I de la sección específica de las bases, así como también en el numeral 6) Periodo del Suministro y Plazo de Entrega, del requerimiento.</p>

Teniendo en cuenta dicho resultado, se determina lo siguiente:

1. Declarar **DESIERTO** el procedimiento de selección de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 001-2023-HRDT - PRIMERA CONVOCATORIA "SUMINISTRO DE REACTIVO HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON TRES (03) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA EL HRDT POR 12 MESES".
2. Hacer llegar el resultado del procedimiento de selección al encargado del SEACE para que realice la correspondiente notificación a través de la Plataforma del SEACE, conforme al calendario del procedimiento

No habiendo asuntos adicionales que tratar, se da por concluida la reunión, siendo las 12:00 horas del mismo día, procediéndose a la redacción del presente documento, que cuenta con la conformidad del OEC, así como del área usuaria en cuanto a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas de la contratación

REGION LA LIBERTAD
Gerencia Regional de Salud

Lic. Adm. Lucero Esmeralda Castillo Morales
Jefe de la Oficina de Logística
Hospital Regional Docente de Trujillo

LIC. LUCERO CASTILLO MORALES
JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA

DRA. THERESINA RODRIGUEZ SAENZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA

REGION LA LIBERTAD
Gerencia Regional de Salud

M.C. Theresina E. Rodriguez Saenz
Jefe del Depto. De Patología Clínica y Anatomía Patológica
Hospital Regional Docente de Trujillo