

<b>FORMATO N° 11</b> <b>ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:</b> <b>BIENES</b> <b>(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)</b>																																																	
<b>1</b>	<b>NÚMERO DE ACTA</b>	002-2024-LP-14-2024-GERESA/LL-1																																															
<b>2</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL</b> <p>En, Trujillo, a los 17 días del mes de septiembre del año 2024, en la oficina de la Unidad de Ejecución de Inversiones de la Gerencia Regional de Salud, a las 09:00 horas, se reunieron los integrantes del comité de selección designados mediante Formato N° 04 001-LP N° 14-2024-GERESA/LL , encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de LICITACIÓN PÚBLICA N°14-2024-GERESA/LL-PRIMERA CONVOCATORIA, cuyo objeto de convocatoria es CONTRATACIÓN DE BIENES: ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL PARA HOSPITAL DE APOYO LEONCIO PRADO DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA SÁNCHEZ CARRIÓN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD IOARR: 2596379, a fin de efectuar la EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS admitidas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.</p>																																																
<b>3</b>	<b>SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)</b> <p>El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="2" style="width: 20%;">Presidente</td> <td rowspan="2" style="width: 30%;">ING. JESUS MANUEL CHAMPI VELASQUEZ</td> <td style="width: 10%;">Titular</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">X</td> <td rowspan="2" style="width: 10%;">Dependencia:</td> <td rowspan="2" style="width: 20%;">OFICINA DE PLANIFICACIÓN</td> </tr> <tr> <td>Suplente</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Primer Miembro</td> <td rowspan="2">ING. ALEX FABIO KEVIN VACA TELLEZ</td> <td>Titular</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td rowspan="2">Dependencia:</td> <td rowspan="2">OFICINA DE PLANIFICACIÓN</td> </tr> <tr> <td>Suplente</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Segundo Miembro</td> <td rowspan="2">ABG. GIOVANNA NAOMI CARRILLO HUARIPATA</td> <td>Titular</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td rowspan="2">Dependencia:</td> <td rowspan="2">UTF-ABASTECIMIENTO</td> </tr> <tr> <td>Suplente</td> <td></td> </tr> </table>				Presidente	ING. JESUS MANUEL CHAMPI VELASQUEZ	Titular	X	Dependencia:	OFICINA DE PLANIFICACIÓN	Suplente		Primer Miembro	ING. ALEX FABIO KEVIN VACA TELLEZ	Titular	X	Dependencia:	OFICINA DE PLANIFICACIÓN	Suplente		Segundo Miembro	ABG. GIOVANNA NAOMI CARRILLO HUARIPATA	Titular	X	Dependencia:	UTF-ABASTECIMIENTO	Suplente																						
Presidente	ING. JESUS MANUEL CHAMPI VELASQUEZ	Titular	X	Dependencia:			OFICINA DE PLANIFICACIÓN																																										
		Suplente																																															
Primer Miembro	ING. ALEX FABIO KEVIN VACA TELLEZ	Titular	X	Dependencia:	OFICINA DE PLANIFICACIÓN																																												
		Suplente																																															
Segundo Miembro	ABG. GIOVANNA NAOMI CARRILLO HUARIPATA	Titular	X	Dependencia:	UTF-ABASTECIMIENTO																																												
		Suplente																																															
<b>4</b>	<b>DETALLE DE LOS PARTICIPANTES</b> <p>De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">N°</th> <th style="width: 65%;">Nombre o razón social del participante</th> <th style="width: 30%;">RUC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>CYMED MEDICAL SAC</td><td>20263368992</td></tr> <tr><td>2</td><td>BIOIMAGEN S.A.C</td><td>20392644556</td></tr> <tr><td>3</td><td>X RAY SALES AND SERVICE S.A.C.</td><td>20505126069</td></tr> <tr><td>4</td><td>DIGITAL 'X' RAY S.A.C.</td><td>20511122458</td></tr> <tr><td>5</td><td>TECNOLOGIA BIOMEDICA INTEGRAL S.A.C.</td><td>20524594944</td></tr> <tr><td>6</td><td>DIGITAL IMAGING SYSTEMS S.A.C.</td><td>20536160541</td></tr> <tr><td>7</td><td>BLE SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BLE S.A.C.</td><td>20536421794</td></tr> <tr><td>8</td><td>R &amp; M ELECTROMEDICA S.R.L.</td><td>20556514004</td></tr> <tr><td>9</td><td>SIEMENS HEALTHCARE S.A.C</td><td>20600756011</td></tr> <tr><td>10</td><td>GLOBAL HEALTHCARE SOLUTIONS PERU SAC</td><td>20601207193</td></tr> <tr><td>11</td><td>SAINT INDUSTRY E.I.R.L.</td><td>20603346344</td></tr> <tr><td>12</td><td>MEDICA INNOVADORA S.A.C.</td><td>20604125490</td></tr> <tr><td>13</td><td>HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.</td><td>20606042044</td></tr> <tr><td>14</td><td>ELVIMEDIC GROUP SAC</td><td>20606423374</td></tr> </tbody> </table>				N°	Nombre o razón social del participante	RUC	1	CYMED MEDICAL SAC	20263368992	2	BIOIMAGEN S.A.C	20392644556	3	X RAY SALES AND SERVICE S.A.C.	20505126069	4	DIGITAL 'X' RAY S.A.C.	20511122458	5	TECNOLOGIA BIOMEDICA INTEGRAL S.A.C.	20524594944	6	DIGITAL IMAGING SYSTEMS S.A.C.	20536160541	7	BLE SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BLE S.A.C.	20536421794	8	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	20556514004	9	SIEMENS HEALTHCARE S.A.C	20600756011	10	GLOBAL HEALTHCARE SOLUTIONS PERU SAC	20601207193	11	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	20603346344	12	MEDICA INNOVADORA S.A.C.	20604125490	13	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	20606042044	14	ELVIMEDIC GROUP SAC	20606423374
N°	Nombre o razón social del participante	RUC																																															
1	CYMED MEDICAL SAC	20263368992																																															
2	BIOIMAGEN S.A.C	20392644556																																															
3	X RAY SALES AND SERVICE S.A.C.	20505126069																																															
4	DIGITAL 'X' RAY S.A.C.	20511122458																																															
5	TECNOLOGIA BIOMEDICA INTEGRAL S.A.C.	20524594944																																															
6	DIGITAL IMAGING SYSTEMS S.A.C.	20536160541																																															
7	BLE SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BLE S.A.C.	20536421794																																															
8	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	20556514004																																															
9	SIEMENS HEALTHCARE S.A.C	20600756011																																															
10	GLOBAL HEALTHCARE SOLUTIONS PERU SAC	20601207193																																															
11	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	20603346344																																															
12	MEDICA INNOVADORA S.A.C.	20604125490																																															
13	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	20606042044																																															
14	ELVIMEDIC GROUP SAC	20606423374																																															
<b>5</b>	<b>DETALLE DE LOS POSTORES</b> <p>En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad sus ofertas en sobre cerrado:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">N°</th> <th style="width: 70%;">Nombre o razón social del postor</th> <th style="width: 15%;">Fecha de presentación</th> <th style="width: 10%;">Hora de presentación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>R&amp;M ELECTROMEDICA S.R.L.</td> <td>11/09/2024</td> <td>18:46:12</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CONSORCIO BIOIMAGEN S.A.C. - FRAJMAC E.I.R.L.</td> <td>11/09/2024</td> <td>22:48:44</td> </tr> </tbody> </table>				N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación	1	R&M ELECTROMEDICA S.R.L.	11/09/2024	18:46:12	2	CONSORCIO BIOIMAGEN S.A.C. - FRAJMAC E.I.R.L.	11/09/2024	22:48:44																																	
N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación																																														
1	R&M ELECTROMEDICA S.R.L.	11/09/2024	18:46:12																																														
2	CONSORCIO BIOIMAGEN S.A.C. - FRAJMAC E.I.R.L.	11/09/2024	22:48:44																																														
<b>6</b>	<p>Acto seguido, se procede con la apertura de los sobres que contienen las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstas en las bases.</p>																																																



**FORMATO N° 11**

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:  
BIENES  
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

**7 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS**

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:

Nº	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
1	R&M ELECTROMEDICA S.R.L.	No cumplió con lo solicitado en el ítem e) características técnicas relacionadas al diseño del fabricante de equipos o bienes materia de convocatoria en procedimientos de selección será a través de la HOJA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO Y SUSTENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (ANEXO N° 14) y se empleará para ello: Folletos, instructivos, manuales, catálogos, data sheet o similares de fabricante, en original o copias; también se empleará hasta una carta de fabricante para sustentar como máximo dos (02) características técnicas del mismo. No sustento las siguientes características: A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, B01, B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B09, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B44, B45, B46, B47, B48, B49, B50, B51, B52, C01, C02, C03, C04, C05, C06, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D08, D09, E01.

**8 DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN**

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:

Nº	Nombre o razón social del postor	Ítem(s) a los que postula
1	CONSORCIO BIOIMAGEN S.A.C. - FRAJMAC E.I.R.L.	ITEM UNICO: UN (01) EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL PARA HOSPITAL DE APOYO LEONCIO PRADO DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA SÁNCHEZ CARRIÓN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD.

**9 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS**

**9.1 DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA**

Nº	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor referencial
1	CONSORCIO BIOIMAGEN S.A.C. - FRAJMAC E.I.R.L.	1,498,500.00	99.90%

**9.2 DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según Anexo 0 1 que forma parte de la presente Acta.

**10 PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES**

COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR

10.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	CONSORCIO BIOIMAGEN S.A.C. - FRAJMAC E.I.R.L.
	FACTORES	PUNTAJES



<b>FORMATO N° 11</b> <b>ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:</b> <b>BIENES</b> <b>(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)</b>			
		PRECIO	80 puntos
		PLAZO DE ENTREGA	20 puntos
		SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	.... puntos
<b>11 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN</b>			
De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:			
N° DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR		PUNTAJE TOTAL
1	CONSORCIO BIOIMAGEN S.A.C. - FRAJMAC E.I.R.L.		100
<b>Nota.-</b> En caso de empate consignar la aplicación del criterio de desempate adoptado para establecer el orden de prelación.			
<b>12 CALIFICACIÓN</b>			
Luego de culminada la evaluación, el Comité de selección determinó si el postor que obtuvo el primer y segundo lugar según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases:			
12.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1		CONSORCIO BIOIMAGEN S.A.C. - FRAJMAC E.I.R.L.
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE    NO CUMPLE
A	CAPACIDAD LEGAL		
A.2	HABILITACIÓN		x
B	EXPERIENCIA DEL POSTOR		
B.1	FACTURACIÓN		x
C	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL		
C.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE		x
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CALIFICADA
La calificación de las ofertas se detalla en el cuadro de Calificación, según Anexo 01 que forma parte de la presente Acta.			
<b>13 RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN</b>			
De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo el PRIMER lugar en orden de prelación, cumple los requisitos de calificación establecidos en las bases:			
N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR		
1	CONSORCIO BIOIMAGEN S.A.C. - FRAJMAC E.I.R.L.		
<b>14 ACUERDO ADOPTADO</b>			
Los integrantes del Comité de Selección por UNANIMIDAD, dan por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado y a los cuadros de Evaluación de Ofertas y Calificación adjuntos que forman parte del Acta.			
<b>15</b>			
<b>ING. JESUS M. CHAMPI VELASQUEZ    ING. KEVIN VACA TELLEZ    ABG. NAOMI CARRILLO HUARIPATA</b>			
<b>[ 22 ] SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS</b>			
El Comité de selección durante la admisión de las ofertas, solicitó al postor CONSORCIO BIOIMAGEN S.A.C. - FRAJMAC E.I.R.L. subsanar su oferta dentro del plazo de UN (01) día hábil, conforme a la siguiente información:			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>- Documento mediante el cual se solicitó la subsanación:</span> <span>CARTA N° 001-2024LP-14-2024/GERESA-LL</span> </div>			

FORMATO N° 11

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:  
BIENES**

**(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

- Documento mediante el cual el postor comunicó la subsanación:
- Fecha de presentación ante la Unidad de Trámite
- Documentario de la Entidad del documento mediante el
- Detallar el documento o error que se subsanó:

CARTA N° 01-2024-CONSORCIOBIOIMAGEN-FRAJMAN  
E.I.R.L.

13/09/2024

LEGALIZACIÓN NOTARIAL DE LA PROMESA DE  
CONSORCIO



# ANEXO N° 01 - LP N° 14-2024-GERESA/LL-1

CUADRO N°1 : EVALUACIÓN DE OFERTAS LP 14-2024-GERESA/CS-1

A.	ADMISIÓN DE OFERTA	R&M ELECTROMEDICA S.R.L.	CONSORCIO BIOIMAGEN S.A.C. - FRAJMAC E.I.R.L.
	Documentación de presentación obligatoria		
	Documentos para la admisión de la oferta		
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Presento ANEXO N° 1	Presento ANEXO N° 1
b)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	Presento Sustento	Presento Sustento
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Presento ANEXO N° 2	Presento ANEXO N° 2
d)	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	Presento ANEXO N° 3	Presento ANEXO N° 3
e)	Para acreditar características técnicas relacionadas al diseño del fabricante de equipos o bienes materia de convocatoria en procedimientos de selección será a través de la HOJA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO Y SUSTENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (ANEXO N° 14) y se empleará para ello: Folletos, instructivos, manuales, catálogos, data sheet o similares de fabricante, en original o copias; también se empleará hasta una carta de fabricante para sustentar como máximo dos (02) características técnicas del mismo. Las características técnicas que tienen que ser sustentadas obligatoriamente, con la documentación anteriormente mencionada, por ítem son las siguientes: A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, B01, B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, B09, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B44, B45, B46, B47, B48, B49, B50, B51, B52, C01, C02, C03, C04, C05, C06, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D08, D09, E01. Respecto al sustento gráfico (planos, figuras o imágenes), que sustentan el (los) bien(es) ofertado(s), objeto de la convocatoria, tendrá que estar compatibilizado con el sustento literal correspondiente. Si en las propuestas, existiera contradicciones entre el sustento gráfico y literal, estas serán descalificadas. Las otras características técnicas que no están relacionadas al diseño de fabricante serán acreditadas mediante el ANEXO N°03: DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de las bases.	PRESENTO DOCUMENTACION	PRESENTO DOCUMENTACION
f)	REGISTRO SANITARIO de los bienes objeto de la contratación que por normatividad correspondan, presentar una copia de registro sanitario que lo acredite; los bienes que no lo requieren deberá adjuntar la DECLARACIÓN JURADA DE EQUIPOS QUE NO ESTÁN SUJETO A REGISTRO SANITARIO (ANEXO N°11) y EL LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPOS QUE NO ESTÁN SUJETO A REGISTRO SANITARIO (EMITIDO POR DIGEMID).	NO PRESENTA DOCUMENTACION	PRESENTO DOCUMENTACION
g)	DECLARACIÓN JURADA DE SERVICIO DE POST - VENTA, para garantizar un stock de repuestos y/o accesorios, insumos, consumibles y otros materiales por un periodo de 05 años. (ANEXO N° 13), Asimismo, deberá adjuntar una carta de autorización para emitir dicha declaración, la carta será emitida por el fabricante,	NO PRESENTA DOCUMENTACION	PRESENTO DOCUMENTACION
h)	AUTORIZACION A NOMBRE DEL POSTOR, DE IMPORTACION Y/O COMERCIALIZACION DE FUENTES DE RADIACION IONIZANTE: EQUIPOS DE RAYOS X DE USO MEDICO Y DENTAL (EMITIDO POR IPEN)	NO PRESENTA DOCUMENTACION	PRESENTO DOCUMENTACION
i)	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	PRESENTO DOCUMENTACION	PRESENTO DOCUMENTACION
j)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	NO CORRESPONDE	PRESENTO DOCUMENTACION
k)	El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6. El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.	PRESENTO DOCUMENTACION	PRESENTO DOCUMENTACION
	ITEM 1		
	1.- EQUIPO RAYOS X DIGITAL	MARCA: ITALRY, MODELO: CLINODIGIT OMEGA	MARCA: PERLOVE, MODELO: PLD9600D
A	GENERALES		

A01	SISTEMA TELECOMANDADO CON DETECTOR PLANO DINÁMICO	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A02	PROCEDIMIENTO RADIOLOGICOS ESPECIALES, DIGESTIVO, UROLOGÍA, MIELOGRAFÍA COMO MÍNIMO	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A03	INTERFACE DICOM 3.0 CON MODALIDADES ACTIVAS: WORKLIST, STORAGE Y PRINT CÓMO MÍNIMO.	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A04	CONFIGURACIÓN DEL CABEZAL DE RAYOS X SOBRE LA MESA	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A05	CONEXIÓN A IMPRESORA DE PLACAS RADIOGRÁFICAS DIGITAL	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A06	ALARMA SONORA O VISUAL, CUANDO SE ACCIONE ADQUISICIÓN DE IMÁGENES CON ALTA DOSIS DE EXPOSICIÓN O POR ELEVADO TIEMPO DE EXPOSICIÓN	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A07	MEDICIÓN DEL TIEMPO ACUMULADO DE FLUOROSCOPIA Y CON ALARMA VISIBLE O AUDIBLE	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A08	MEDICIÓN Y MONITOREO DE LA TASAS DE DOSIS AL PACIENTE O DEL PRODUCTO DOSIS POR ÁREA (DAP)	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A09	FOOT SWITCH (PEDAL) PARA INICIO E INTERRUPCIÓN DE FLUOROSCOPIA Y RADIOGRAFÍA	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A10	FILTRO EQUIVALENTE TOTAL IGUAL O MAYOR A 2.5 mm Al, DE LOS CUALES 1.1 mm Al DEBEN SER PERMANENTES (FILTRO)(S) NO REMOVIBLE(S) EXTERNAMENTE POR EL OPERADOR).	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A11	CON UNO (01) O DOS (02) MONITORES LCD (TFT O LED O IPS) U OLED DE ALTA RESOLUCIÓN (1024 X 1280 PÍXELES CÓMO MÍNIMO DE 19 PULGADAS) EN SALA DE EXAMEN.	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B	GENERADOR		
B01	POTENCIA MÁXIMA: MAYOR O IGUAL A 80 KW	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B02	RANGO DE KV: DE 40KV O MENOS HASTA 150KV O MAS	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B03	CORRIENTE MÁXIMA: DE 15mA A 1000mA O RANGO MAYOR.	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B04	RANGO DE mAs: DESDE 0.1 mAs HASTA 1000 mAs O RANGO MAYOR	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B05	TIEMPO MAS CORTO DE EXPOSICIÓN: MENOR O IGUAL A 1 ms (MILISEGUNDOS)	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B06	TECNOLOGIA DE CONVERTIDOR DE ALTA FRECUENCIA: NO MENOR A 450 KHZ	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B07	CONTROL AUTOMÁTICO DE EXPOSICIÓN (AEC)	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B08	RADIOGRAFÍA PROGRAMADA ANATÓMICAMENTE (APR) CON SELECCIÓN DE 200 PROGRAMAS O MÁS	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B09	PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B10	SEÑAL QUE PERMITA ENCENDER LA LÁMPARA DE AVISO DE RADIACIÓN DURANTE EL PROCEDIMIENTO FLUOROSCÓPICO	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	TUBO DE RAYOS X		
B11	CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO TÉRMICO DEL ÁNODO GIRATORIO: MAYOR O IGUAL A 600 KHU	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO



B12	PUNTOS FOCALES: FOCO 1, MENOR O IGUAL A 0.6 mm; FOCO 2 MENOR O IGUAL A 1.2mm	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B13	MÁXIMA RADIACIÓN DE FUGA PERMISIBLE (A LA TENSIÓN MÁXIMA DEL TUBO): 1mGy/HR A 1m DE DISTANCIA	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B14	CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS IGUALES O SUPERIORES A LAS DEL GENERADOR (Kw, Kv y mA)	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	<b>COLIMADOR</b>		
B15	MANUAL O AUTOMÁTICO (AJUSTE DE LA COLIMACIÓN CON COMPENSACIÓN DE LA DISTANCIA FOCO DETECTOR SID)	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B16	CON LUZ DE CENTRAJE TEMPORIZADO	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B17	GIRO EN PLANO HORIZONTAL: MAYOR O IGUAL A $\pm 45^\circ$	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B18	CON MEDICIÓN E INDICADOR DEL SID O POSICIONAMIENTO AUTOMÁTICO DEL SID.	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	<b>MESA/COLUMNA PORTATUBO</b>		
B19	MOTORIZADA Y BASCULANTE (TILT) DE $+90^\circ$ / $-90^\circ$ , COMO RANGO MÍNIMO Y PARADA AUTOMÁTICA EN POSICIÓN HORIZONTAL	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B20	MESA DE PACIENTE MOVIL MOTORIZADO CON DESPLAZAMIENTOS LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL Y/O SOLO DESPLAZAMIENTO TRANSVERSAL Y DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL EN LA COLUMNA PORTATUBO DE RAYOS X	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B21	TABLERO MOVIL MOTORIZADO EN LONGITUD 210CM O MAS Y ANCHO DE 72 CM O MAS	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B22	MOVIMIENTO MOTORIZADO VERTICAL DE LA MESA, QUE DESCienda HASTA 56 cm DEL PISO O MENOS.	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B23	MOVIMIENTO MOTORIZADO DEL TUBO DE RAYOS X AL DETECTOR (DISTANCIA PUNTO FOCAL AL DETECTOR - SID) CON RANGO DE 130 CM O MENOS A 180 CM O MAYOR).	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B24	ROTACIÓN DEL TUBO MANUAL O MOTORIZADO DE $-90^\circ$ A $+90^\circ$ O RANGO MAYOR	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B25	DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL DE LA COLUMNA PORTATUBO DE RAYOS X DE 130 CM O MAYOR	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B26	EXPLORACIÓN DE PACIENTE EN MESA, CON EL MOVIMIENTO DEL CONJUNTO TUBO DE RAYOS X - DETECTOR O MOVIMIENTO LONGITUDINAL DEL DETECTOR HASTA 160 CM O MAYOR	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B27	SOPORTE DEL TABLERO DE LA MESA DE PACIENTE MAYOR O IGUAL A 200 KG	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B28	SELECCIÓN AUTOMÁTICA DE GRILLA ANTIDIFUSORA	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B29	SISTEMA DE SEGURIDAD CONTROLADO, PARA EVITAR COLISIONES	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B30	CONO DE COMPRESIÓN MOTORIZADO O CON AJUSTE DE COMPRESIÓN	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	<b>DETECTOR PLANO DINÁMICO</b>		
B31	DE MATERIAL SILICIO AMORFO Y CENTELLADOR DE IODURO DE CESIO (ICs)	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO

B32	CAMPO ACTIVO DEL DETECTOR DE 43 X 43 CM (17" X 17"), TOLERANCIA DE $\pm 1$ CM	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B33	EFICIENCIA DE DETECCIÓN CUÁNTICA (DQE): 63%, CÓMO MÍNIMO A 0 LP/MM	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B34	RESOLUCIÓN ESPACIAL 3.4 lp/mm (LÍNEAS PARES POR MILÍMETRO) O MAYOR	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B35	TAMAÑO DEL PIXEL DE 139 MICRAS O MENOS	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	MODOS DE OPERACIÓN		
B36	FLUOROSCOPIA DIGITAL CONTINUA	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B37	FLUOROSCOPIA DIGITAL PULSADA	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B38	RADIOGRAFÍA DIGITAL - RD	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	ADQUISICIÓN DE LA IMAGEN DIGITAL		



B39	MATRIZ DE ADQUISICIÓN DE IMAGEN DIGITAL	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B40	ADQUISICIÓN DE IMÁGENES DE: RADIOGRAFÍA DIGITAL HASTA 12 fps COMO MÍNIMO	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B41	ADQUISICIÓN DE IMÁGENES DE FLUOROSCOPIA CONTINUA: HASTA 28 fps COMO MÍNIMO	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B42	ADQUISICIÓN ORTOPÉDICA CON COMPOSICIÓN DE IMÁGENES PARA COLUMNA COMPLETA	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	CONSOLA TELECOMANDA PARA LA ADQUISICIÓN, PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE LA IMAGEN DIGITAL		
B43	CARACTERÍSTICAS GENERALES: INVERSIÓN DE LA IMAGEN POSITIVA/NEGATIVA, INVERSIÓN DEL LADO DERECHO/IZQUIERDO Y SUPERIOR/INFERIOR, RETENCIÓN DE LA ÚLTIMA IMAGEN (LHI), ENCUADRE ELECTRÓNICO (SHUTTER)	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B44	CARACTERÍSTICAS EXTENDIDAS; ZOOM, ROAM O PAN, REALCE DE CONTORNOS	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B45	CAPACIDAD DE LA MEMORIA RAM: MAYOR O IGUAL A 4GB	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B46	MATRIZ DE VISUALIZACIÓN: MAYOR O IGUAL A 1K X 1K PÍXELES	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B47	MONITOR DE GRADO MÉDICO, CON RESOLUCIÓN NO MENOR A 2 MEGAPÍXELES, PANTALLA NO MENOR A 21 PULGADAS  TAMAÑO DE PANTALLA ACTIVA: 430 X 323 MM COMO MÍNIMO, SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE FONDO LED DE BAJO CONSUMO Y GRAN BRILLO, PROFUNDIDAD DE BITS: NO MENOR A 29 BITS, ÁNGULO DE VISIÓN NO MENOR A 175°	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
		NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	
B48	ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES EN DVD O CD - R (LECTURA Y ESCRITURA)	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B49	CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES MAYOR O IGUAL A 500 GB. ADICIONALMENTE DEBE INCLUIR ALGÚN DISPOSITIVO EXTERNO DE ALMACENAMIENTO CON CAPACIDAD DE 1 TB (TERA BYTES) O MAYOR.	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B50	MICROFONO BIDIRECCIONAL PARA COMUNICACIÓN CON EL PACIENTE O PERSONAL ASISTENTE DURANTE EL EXAMEN	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B51	ALMACENAMIENTO DE LAS SECUENCIAS DE IMÁGENES FLUORO LOOP Y/O CINE LOOP	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B52	LA PLATAFORMA DE TRABAJO O SOFTWARE DEL EQUIPO DEBE CONTAR CON LAS LICENCIAS PERMANENTES Y SIN RESTRICCIONES PARA EL USUARIO, POR LO QUE PODRÁ CONFIGURAR OTRA IMPRESORA, CON CONEXIÓN DICOM U OTRO PERIFÉRICO PERMITIDO.	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C	PERIFÉRICOS/ADITAMENTOS		
C01	INTERRUPTOR DE PEDAL PARA FLUOROSCOPIA (CONSOLA Y MESA DE PROCEDIMIENTOS)	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C02	ADITAMENTOS NECESARIOS PARA LA ADQUISICIÓN ORTOPÉDICA	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C03	MAMPARA DE TAMAÑO 40 X 40 CM O MAYOR CON VISOR TRANSPARENTE DE PLÁSTICO PLOMADO EQUIVALENTE A 0.5MMpb A 125 KV O MAYOR ARTICULADO MONTADA A TECHO O CON SOPORTE RODABLE A PISO PARA PROTECCIÓN DEL OPERADOR DURANTE PROCEDIMIENTO	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C04	IMPRESORA DE PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS DIGITAL CON TECNOLOGÍA EN SECO (IMPRESIÓN EN SECO) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 14 BITS TONOS DE GRISES O MAYOR, RESOLUCIÓN ESPACIAL DE 20 PÍXELES/MM COMO MÍNIMO, CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE 60 PELÍCULAS POR HORA O MAYOR PARA PELÍCULAS DE 14in x 17 in (PULGADAS) SUMINISTRO DE INSUMOS. 100 PELÍCULAS COMO MÍNIMO (EL TAMAÑO DE LAS PELÍCULAS SERÁ ELEGIDA POR EL ÁREA USUARIA AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL EQUIPO, SEGÚN LOS TAMAÑOS SIGUIENTES: 14in x 17in, 10 in x 12 in, 8 in x 10 in COMO MÍNIMO).  CON INTERFACE DICOM.  SUMINISTRO ELÉCTRICO 220 V / 60Hz	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C05	ESTACIÓN DE TRABAJO PARA RADIOGRAFÍA GENERAL Y PROCEDIMIENTO FLUOROSCÓPICOS QUE INCLUYA: INTERFACE DICOM 3.0 CON MODALIDADES ACTIVAS: WORKLIST, STORAGE Y PRINT COMO MÍNIMO.	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO

C06	UPS PARA CONSOLA (CPU) Y ESTACIÓN DE TRABAJO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS COMO MÍNIMO: CON PANTALLA LCD, FILTRO DE RUIDO, FUNCIÓN DE PROTECCIÓN COMPLETA, CON TECNOLOGÍA INTELIGENTE. VOLTAJE DE ENTRADA 220 V $\pm$ 10%, VOLTAJE DE SALIDA: 220 V $\pm$ 2%, CAPACIDAD DE POTENCIA EN LA SALIDA 25% O MÁS SUPERIOR A LA POTENCIA MÁXIMA DE LOS EQUIPO	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
D	ACCESORIOS		
D01	UNA (01) PLATAFORMA PARA DESCANSO DE PIES	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
D02	DOS (02) SOPORTES PARA HOMBROS	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
D03	UN (01) CINTURÓN DE COMPRESIÓN	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
D04	PASAMANOS LATERAL Y/O ASIDERO PARA MANOS	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
D05	CUATRO (04) MANDILES DEL TIPO ENVOLVENTE CON SUS RESPECTIVOS COLLARINES DE 100 CM DE LARGO O MAYOR, CON ESPESOR EQUIVALENTE A 0.5 mm DE PLOMO COMO MÍNIMO.	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
D06	CUATRO (04) LENTES EMPLOMADOS CON ESPESOR EQUIVALENTE A 0.5 mm. DE PLOMO COMO MÍNIMO	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
D07	DOS (02) PROTECTORES DE GONADA EMPLOMADOS CON ESPESOR EQUIVALENTES A 0.5 mm DE PLOMO COMO MÍNIMO	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
D08	CARRO PORTA MONITOR(ES) ORIGINAL DEL EQUIPO EN SALA DE EXAMEN	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
D09	MUEBLE EN MELAMINE PARA LOS ACCESORIOS DEL EQUIPO	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
E	REQUERIMIENTO DE ENERGÍA		
E01	380 /220 VOLTIOS TRIFÁSICO A 60 Hz (DEPENDIENDO LA NECESIDAD DEL CENTRO DE SALUD)	NO CUMPLE, NO ACREDITA LO SOLICITADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
F	GARANTÍA Y MANTENIMIENTO		
F01	TRES (03) AÑOS DE GARANTÍA COMO MÍNIMO, CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN O FALLAS NO ATRIBUIBLES AL NORMAL USO DEL EQUIPO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
F02	PROGRAMA Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON FRECUENCIA SEMESTRAL, EN EL PERÍODO, QUE DURE LA GARANTÍA SUSTENTADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
G	INDUCCIÓN, MANUALES Y OTROS		
G01	INDUCCIÓN DE CUATRO (04) HORAS COMO MÍNIMO PARA EL PERSONAL USUARIO QUE UTILIZA EL EQUIPO, REALIZADA POR PERSONAL CALIFICADO Y QUE HAYA SIDO CAPACITADO POR EL FABRICANTE, DE LA PROFESIÓN LICENCIADO (A) EN TECNOLOGÍA MÉDICA DE RADIOLOGÍA, COLEGIADO(A), CON MÁS DE 3 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL MANEJO DE EQUIPO DE RADICACIÓN IONIZANTE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
G02	INDUCCIÓN DE CUATRO (04) HORAS MÍNIMO PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
G03	UN (01) MANUAL DE USUARIO O INSTRUCTIVO DE FÁBRICA EN IDIOMA ESPAÑOL	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
G04	UN (01) MANUAL DE SERVICIO TÉCNICO EN IDIOMA ESPAÑOL U ORIGINAL	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
G05	PROTOCOLO DE PRUEBAS FIRMADO POR INGENIERO(A), COLEGIADO(A), HABIL ESPECIALIZADO Y CAPACITADO(A) EN INSTALACIÓN O MANTENIMIENTO DEL EQUIPO, DE LA OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO PROPUESTO POR LA EMPRESA PROVEEDORA Y APROBADO POR EL ÁREA DE EQUIPAMIENTO DE GERESA ANTES DE LA ENTREGA DEL EQUIPO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
G06	COLOCACIÓN DE IDENTIFICACIÓN GRABADA EN PLACA METÁLICA, CONSIGNANDO LOS DATOS DE LA EMPRESA. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN U ORDEN DE COMPRA, FECHA DE INSTALACIÓN Y PERÍODO DE GARANTÍA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO



G07	ENTREGA Y PROBADO DEL BIEN EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD BENEFICIARIO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
ADMISION DE OFERTAS		NO ADMITIDO	ADMITIDO
3.2	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		
A	CAPACIDAD LEGAL HABILITACIÓN: • Autorización Sanitaria de Funcionamiento • Buenas Prácticas de Almacenamiento Acreditación: • Copia de la resolución directoral de autorización sanitaria de funcionamiento expedido por la DIGEMID. • Copia del certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento expedido por la DIGEMID.		PRESENTO DOCUMENTACION
B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		
1	El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1,000,000.00 (Un Millón con 00/100 Soles) por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.		CUMPLE CON LO SOLICITADO, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO. S/ 2,904,100.00
2	BIENES SIMILARES: EQUIPAMIENTO BIOMEDICOS EN GENERAL		CUMPLE CON LOS BIENES SIMILARES
C	CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL		
C.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE		
	01 ingeniero Electrónico y/o Biomédico con 02 años de experiencia como mínimo en mantenimiento de equipos biomédicos y/o Instalación de equipos biomédicos y/o especialista en equipamiento biomédico y/o especialista en equipamiento hospitalario.		CUMPLE CON LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
FACTORES DE EVALUACION			
	FACTOR DE EVALUACIÓN: La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas DEL ITEM I		
	A. PRECIO Evaluación: Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. Acreditación: Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).		S/. 1,498,500.00
	La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula: $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i} = 80 \text{ PUNTOS}$ O <sub>i</sub> i = Oferta P <sub>i</sub> = Puntaje de la oferta a evaluar O <sub>i</sub> = Precio i O <sub>m</sub> = Precio de la oferta más baja PMP =Puntaje máximo del precio		80 PUNTOS
	B. PLAZO DE ENTREGA Evaluación: Se evaluará en función al plazo de entrega ofertado, el cual debe mejorar el plazo de entrega establecido en las Especificaciones Técnicas. Acreditación: Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4) De 30 hasta 44 días calendario: 20 puntos De 45 hasta 59 días calendario: 10 puntos		ACREDITA 44 DIAS. 20 PUNTOS
PUNTAJE TOTAL			100 PUNTOS

