

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-INO-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO Y MATERIAL QUIRÚRGICO PARA EL SERVICIO DE CENTRO QUIRÚRGICO Y HOSPITALIZACIÓN Y LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLÓGICOS, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN SALUD OCULAR (DEDSOPPSO)

Ruc/código : 20502811674

Fecha de envío : 17/07/2024

Nombre o Razón social : MEDINET S.A.C.

Hora de envío : 13:03:02

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Estimado comité de selección, solicito se evalúe separar los instrumentales de Ítem N° 1 y N°2 y ponerlo en forma individual. Esto beneficiara al concurso dado que habrá más concurrencia de postores.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 4.1 **Página: 22**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación. Este Comité aclara que; sobre la base del requerimiento se ha efectuado la Indagación de Mercado que ha determinado la existencia de pluralidad de proveedores y marcas que cumplen a cabalidad el mismo; siendo así, no existe vulneración alguna a la normativa de contrataciones del Estado. Finalmente se precisa que hay marcas comerciales que cumplen con las Especificaciones Técnicas requeridas en el presente procedimiento de selección. Asimismo, numeral 31.1 del Artículo 37, de las Contrataciones del Estado, establece que, La Entidad puede efectuar contrataciones por paquete, agrupando en el objeto de la contratación, varios bienes, servicios en general o consultorías distintas pero vinculados entre sí, considerando que la contratación conjunta es más eficiente que efectuar contrataciones separadas. En ese sentido los sub-ítems están vinculados ya que se usarán en procedimientos quirúrgicos según la complejidad de los casos recibidos en la Entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
Nomenclatura : AS-SM-9-2024-INO-MINSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO Y MATERIAL QUIRÚRGICO PARA EL SERVICIO DE CENTRO QUIRÚRGICO Y HOSPITALIZACIÓN Y LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLÓGICOS, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN SALUD OCULAR (DEDSOPPSO)

Ruc/código :	20168548916	Fecha de envío :	17/07/2024
Nombre o Razón social :	MEDICA DEL PACIFICO S.R.L.	Hora de envío :	15:18:43

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

OBSERVACION:

PAQUETE UNO

SUB ITEM: 1.7 Y 1.8

PINZA UTRATA

SE SOLICITA ACLARACION EN LA DESCRIPCION DEL TAMAÑO DE LA PINZA UTRATA DADO QUE ES UN SOLO TAMAÑO Y TIPO; Y EN LA DESCRIPCION DEL ITEM SE INDICA LO CONTRARIO (DOS MEDIDAS DIFERENTES).

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1.2 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relación a la observación presentada sobre la descripción de las medidas de los instrumentales, se aclara que, el área usuaria es la responsable de formular las características técnicas y estas fueron establecidas en función a la necesidad de la Entidad, sin embargo, que, a fin de promover la pluralidad de marcas y postores para los instrumentales PINZA UTRATA CAPSULOREXIS 10.3 cm y PINZA UTRATA CAPSULOREXIS 10.5 cm, se precisará en las bases integradas las especificaciones técnicas de la siguiente manera:

Dice:

Mango plano perforado, de longitud total 10.3 cm - 10.7 cm

Debe decir:

Mango plano perforado o ranurado, de longitud total de 10 cm - 11 cm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CAP. III NUMERAL 4.1

PINZA UTRATA CAPSULOREXIS 10.3 cm

PINZA UTRATA CAPSULOREXIS 10.5 cm

CARACTERÍSTICAS:

(¿)

Mango plano perforado o ranurado, de longitud total de 10 cm - 11 cm

(¿)

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
Nomenclatura : AS-SM-9-2024-INO-MINSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO Y MATERIAL QUIRÚRGICO PARA EL SERVICIO DE CENTRO QUIRÚRGICO Y HOSPITALIZACIÓN Y LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLÓGICOS, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN SALUD OCULAR (DEDSOPPSO)

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	17/07/2024
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	18:04:57

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

PINZA UTRATA CAPSULORREXIS 10.3 CM

mango plano perforado , de Longitud total 10.3 cm- 10.7 cm

En las diferentes marcas existentes en el mercado actual, se puede apreciar una ligera variación en las medidas de sus instrumentos oftalmología, sin que afecte la funcionalidad de su parte activa, llegando a definirse un rango aceptable por el área usuaria de cada establecimiento de salud.

Por lo cual a fin que exista pluralidad de postores solicitamos se pueda aceptar

PINZA UTRATA CAPSULORREXIS 10.3 CM

mango plano perforado ó ranirado , Longitud total 10 cm- 10.7 cm

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, el área usuaria se pronuncia indicando que, a fin de promover la pluralidad de marcas y postores para el instrumental PINZA UTRATA CAPSULORREXIS 10.3 CM, se precisará de la siguiente manera:

Dice:

Mango plano perforado, de longitud total 10.3 cm - 10.7 cm

Debe decir:

Mango plano perforado o ranurado, de longitud total de 10 cm - 11 cm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CAP. III NUMERAL 4.1

PINZA UTRATA CAPSULOOREXIS 10.3 cm

CARACTERÍSTICAS:

(i)

Mango plano perforado o ranurado, de longitud total de 10 cm - 11 cm

(i)

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
Nomenclatura : AS-SM-9-2024-INO-MINSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO Y MATERIAL QUIRÚRGICO PARA EL SERVICIO DE CENTRO QUIRÚRGICO Y HOSPITALIZACIÓN Y LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLÓGICOS, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN SALUD OCULAR (DEDSOPPSO)

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	17/07/2024
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	18:04:57

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

PINZA UTRATA CAPSULORREXIS 10.5 CM

mango plano perforado , de Longitud total 10.5 cm- 10.7 cm

En las diferentes marcas existentes en el mercado actual, se puede apreciar una ligera variación en las medidas de sus instrumentos oftalmología, sin que afecte la funcionalidad de su parte activa, llegando a definirse un rango aceptable por el área usuaria de cada establecimiento de salud.

Por lo cual a fin que exista pluralidad de postores solicitamos se pueda aceptar

PINZA UTRATA CAPSULORREXIS 10.3 CM

mango plano perforado ó ranirado , Longitud total 10 cm- 10.7 cm

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, el área usuaria se pronuncia indicando que, a fin de promover la pluralidad de marcas y postores para el instrumental PINZA UTRATA CAPSULORREXIS 10.5 CM, se precisará de la siguiente manera:

Dice:

Mango plano perforado, de longitud total 10.3 cm - 10.7 cm

Debe decir:

Mango plano perforado o ranurado, de longitud total de 10 cm - 11 cm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CAP. III NUMERAL 4.1

PINZA UTRATA CAPSULOREXIS 10.5 cm

CARACTERÍSTICAS:

(i)

Mango plano perforado o ranurado, de longitud total de 10 cm - 11 cm

(i)

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
Nomenclatura : AS-SM-9-2024-INO-MINSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO Y MATERIAL QUIRÚRGICO PARA EL SERVICIO DE CENTRO QUIRÚRGICO Y HOSPITALIZACIÓN Y LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLÓGICOS, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN SALUD OCULAR (DEDSOPPSO)

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	17/07/2024
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	18:04:57

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

TIJERA DE VANNAS CURVA 8 CM
hojas de 5 a 6 mm punta afilada

En las diferentes marcas existentes en el mercado actual, se puede apreciar una ligera variación en las características de sus instrumentos oftalmología, sin que afecte la funcionalidad de su parte activa, llegando a definirse un rango aceptable por el área usuaria de cada establecimiento de salud.

Por lo cual a fin que exista pluralidad de postores solicitamos se pueda aceptar:

TIJERA DE VANNAS CURVA 8 CM
longitud total de 8 a 8.5 cm
hojas de 5 a 7 mm punta afilada

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta, debido que, al ser un instrumental para microcirugía, la variación de medidas si afecta la precisión en la incisión, por lo tanto deberá ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
Nomenclatura : AS-SM-9-2024-INO-MINSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO Y MATERIAL QUIRÚRGICO PARA EL SERVICIO DE CENTRO QUIRÚRGICO Y HOSPITALIZACIÓN Y LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLÓGICOS, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN SALUD OCULAR (DEDSOPPSO)

Ruc/código :	20518686250	Fecha de envío :	17/07/2024
Nombre o Razón social :	LIFETEC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LIFETEC SAC	Hora de envío :	18:09:46

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Debido a que en el mercado existen diferentes casas de fabricación de marcas de alta calidad de este tipo de instrumental, siendo estas de procedencia de Alemania, Rusia, entre otras principales.

En las bases, página 18 en el literal i), solicitan ¿Documento donde se certifique la corrosión, dureza. Capacidad de corte, ensayo de elasticidad, ensayo de resistencia mecánica de acuerdo a la norma DIN 10204 y/o DIN 96298 o documento del fabricante donde certifique que el instrumental ha sido sometido a procesos que garanticen el aumento a la resistencia a la corrosión¿.

Por lo tanto, respecto a las citadas normas DIN 10204 y/o DIN 96298. Solicitamos respetuosamente al comité de selección se considere como equivalente a las normas gubernamentales rusas aplicables al proceso de fabricación de estos productos:

-GOST 19126-2007

-GOST 25725-89

Ya que estas normas rusas mencionadas contienen la misma información que la norma DIN 96298, por lo tanto, estos instrumentos de procedencia rusa cumplen con las normas DIN 96298-1:2016-10, DIN 96298-2:2016-10 y DIN 96298-3:2017-10.

También declaramos que, la materia prima de estos instrumentos quirúrgicos oftálmicos se someten a un control de aceptación. La documentación de aceptación se mantiene de acuerdo con la norma DIN 10204:2004.

Solicitamos sea aceptada nuestra petición con la finalidad de garantizar la calidad de los instrumentales, la pluralidad y oportunidad de los postores, sin que afecte ni limite la libre concurrencia de éstos ni se direcciona a una marca en específico, acorde a los Principios de Contrataciones en el Art.2 de la LCE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** j **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art.2 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la Observación, se incluirá al momento de integrar las bases de la siguiente manera:

Dice:

i) Documento donde se certifique la corrosión, dureza, capacidad de corte, ensayo de elasticidad, ensayo de resistencia mecánica de acuerdo a la norma DIN 10204 y/o DIN 96298 o documento del fabricante donde certifique que el instrumental ha sido sometido a procesos que garanticen el aumento de la resistencia a la corrosión.

Debe decir:

i) Documento donde se certifique la corrosión, dureza, capacidad de corte, ensayo de elasticidad, ensayo de resistencia mecánica de acuerdo a la norma DIN 10204 y/o DIN 96298 o documento del fabricante donde certifique que el instrumental ha sido sometido a procesos que garanticen el aumento de la resistencia a la corrosión o documento equivalente a las normas gubernamentales rusas aplicables al proceso de fabricación de estos productos:

-GOST 19126-2007

-GOST 25725-89

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CAP. II LITERAL i), y CAP. III NUMERAL 4.3, se precisará lo siguiente:

(...)

i) Documento donde se certifique la corrosión, dureza, capacidad de corte, ensayo de elasticidad, ensayo de resistencia mecánica de acuerdo a la norma DIN 10204 y/o DIN 96298 o documento del fabricante donde certifique que el instrumental ha sido sometido a procesos que garanticen el aumento de la resistencia a la

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-INO-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO Y MATERIAL QUIRÚRGICO PARA EL SERVICIO DE CENTRO QUIRÚRGICO Y HOSPITALIZACIÓN Y LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLÓGICOS, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN SALUD OCULAR (DEDSOPPSO)

corrosión o documento equivalente a las normas gubernamentales rusas aplicables al proceso de fabricación de estos productos:

-GOST 19126-2007

-GOST 25725-89 (...)

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
Nomenclatura : AS-SM-9-2024-INO-MINSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO Y MATERIAL QUIRÚRGICO PARA EL SERVICIO DE CENTRO QUIRÚRGICO Y HOSPITALIZACIÓN Y LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLÓGICOS, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN SALUD OCULAR (DEDSOPPSO)

Ruc/código :	20518686250	Fecha de envío :	17/07/2024
Nombre o Razón social :	LIFETEC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LIFETEC SAC	Hora de envío :	18:09:46

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Debido a que en el mercado existen diferentes casas de fabricación de marcas de alta calidad de este tipo de instrumental.

Por ello respetuosamente, Señores del comité están solicitando la: ¿PINZA DE FIJACION TIPO MOODY CURVA¿

Ante ello, Solicitamos respetuosamente al comité puedan aceptar la: ¿PINZA OSHER CURVA 1X2 DIENTES, 0.5MM¿

Pedimos acepten nuestra solicitud, ya que cuando la entidad realizó el estudio de mercado, mi representada participó y envió en su cotización la presente denominación solicitada.

Reiteramos se acepte ya que esto no entorpece ni dificulta la operatividad del instrumental para el fin que fue creado y/o diseñado.

Ya que con ello si se respetarían los Principios de Contrataciones en el Art.2 de la LCE, respecto a la pluralidad y oportunidad de postores, sin que afecte ni limite la libre concurrencia de éstos ni se direcciona a una marca en específico.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art.2 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta, porque no cumple la finalidad de la pinza que es fijar el muñon esclerar en las cirugías de estrabismo, por lo tanto deberá ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
Nomenclatura : AS-SM-9-2024-INO-MINSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO Y MATERIAL QUIRÚRGICO PARA EL SERVICIO DE CENTRO QUIRÚRGICO Y HOSPITALIZACIÓN Y LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLÓGICOS, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN SALUD OCULAR (DEDSOPPSO)

Ruc/código :	20518686250	Fecha de envío :	17/07/2024
Nombre o Razón social :	LIFETEC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LIFETEC SAC	Hora de envío :	18:09:46

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Debido a que en el mercado existen diferentes casas de fabricación de marcas de alta calidad de este tipo de instrumental.

Por ello respetuosamente, Señores del comité están solicitando la: ¿PINZA UTRATA CAPSULOREXIS 10.3CM¿

Ante ello, Solicitamos respetuosamente al comité puedan aceptar la: ¿PINZA UTRATA CAPSULOREXIS DE 82MM o 8.2CM DE LONGITUD TOTAL¿

Pedimos acepten nuestra solicitud, ya que cuando la entidad realizó el estudio de mercado, mi representada participó y envió en su cotización la presente denominación solicitada.

Reiteramos se acepte ya que esto no entorpece ni dificulta la operatividad del instrumental para el fin que fue creado y/o diseñado.

Ya que con ello si se respetarían los Principios de Contrataciones en el Art.2 de la LCE, respecto a la pluralidad y oportunidad de postores, sin que afecte ni limite la libre concurrencia de éstos ni se direcciona a una marca en específico.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art.2 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta, la longitud solicitada es de acuerdo a la necesidad de la institución, y se encuentra dentro del promedio de la oferta del mercado, por lo que no se limita la concurrencia de postores, por lo tanto deberá ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
Nomenclatura : AS-SM-9-2024-INO-MINSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO Y MATERIAL QUIRÚRGICO PARA EL SERVICIO DE CENTRO QUIRÚRGICO Y HOSPITALIZACIÓN Y LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLÓGICOS, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN SALUD OCULAR (DEDSOPPSO)

Ruc/código :	20518686250	Fecha de envío :	17/07/2024
Nombre o Razón social :	LIFETEC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LIFETEC SAC	Hora de envío :	18:09:46

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Debido a que en el mercado existen diferentes casas de fabricación de marcas de alta calidad de este tipo de instrumental.

Por ello respetuosamente, Señores del comité están solicitando la: ¿PINZA UTRATA CAPSULOREXIS 10.5CM¿

Ante ello, Solicitamos respetuosamente al comité puedan aceptar la: ¿PINZA UTRATA CAPSULOREXIS DE 107MM o 10.7CM DE LONGITUD TOTAL¿

Pedimos acepten nuestra solicitud, ya que cuando la entidad realizó el estudio de mercado, mi representada participó y envió en su cotización la presente denominación solicitada.

Reiteramos se acepte ya que esto no entorpece ni dificulta la operatividad del instrumental para el fin que fue creado y/o diseñado.

Ya que con ello si se respetarían los Principios de Contrataciones en el Art.2 de la LCE, respecto a la pluralidad y oportunidad de postores, sin que afecte ni limite la libre concurrencia de éstos ni se direcciona a una marca en específico.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.1 **Página: 25**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art.2 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta que, de acuerdo a las características, su medida se encuentra dentro del rango establecido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
Nomenclatura : AS-SM-9-2024-INO-MINSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO Y MATERIAL QUIRÚRGICO PARA EL SERVICIO DE CENTRO QUIRÚRGICO Y HOSPITALIZACIÓN Y LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLÓGICOS, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN SALUD OCULAR (DEDSOPPSO)

Ruc/código :	20601571065	Fecha de envío :	17/07/2024
Nombre o Razón social :	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	18:16:30

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Las medidas de los componentes que componen los diferentes paquetes difieren entre las principales marcas de instrumental que se comercializan en el mercado, esta variación sin embargo no entorpece y/o dificulta la operatividad del instrumental para el fin que fue creado y/o diseñado.

Por lo expuesto aceptara el comite para una mayor pluralidad de postores una PINZA UTRATA CAPSULOREXIS 11 CM

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, que, como área usuaria es responsable de formular las características técnicas y estas fueron establecidas en función a la necesidad de la Entidad, sin embargo, que, a fin de promover la pluralidad de marcas y postores para el instrumental PINZA UTRATA CAPSULOREXIS 10.3 cm y PINZA UTRATA CAPSULOREXIS 10.5 cm , se precisará de la siguiente manera:

Dice:

Mango plano perforado, de longitud total 10.3 cm - 10.7 cm

Debe decir:

Mango plano perforado o ranurado, de longitud total de 10 cm - 11 cm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CAP. III NUMERAL 4.1

PINZA UTRATA CAPSULOREXIS 10.3 cm

PINZA UTRATA CAPSULOREXIS 10.5 cm

CARACTERÍSTICAS:

(¿)

Mango plano perforado o ranurado, de longitud total de 10 cm - 11 cm

(¿)

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
Nomenclatura : AS-SM-9-2024-INO-MINSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO Y MATERIAL QUIRÚRGICO PARA EL SERVICIO DE CENTRO QUIRÚRGICO Y HOSPITALIZACIÓN Y LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLÓGICOS, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN SALUD OCULAR (DEDSOPPSO)

Ruc/código :	20601571065	Fecha de envío :	17/07/2024
Nombre o Razón social :	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	18:16:30

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

PINZA HARTMANN MOSQUITO RECTO 9 CM

Existen en el mercado diferentes tipos de marcas de instrumental quirurgico que diseñan sus catalogos según critero de cada fabricante, pero que al final tienen la misma funcionalidad.

Por lo expuesto aceptara el comité para una mayor pluralidad de postores lo siguiente:

PINZA HARTMANN RECTO 10 CM

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta, se requiere específicamente esa medida por la finalidad de su uso, existiendo pluralidad de ofertas en el mercado nacional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
Nomenclatura : AS-SM-9-2024-INO-MINSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO Y MATERIAL QUIRÚRGICO PARA EL SERVICIO DE CENTRO QUIRÚRGICO Y HOSPITALIZACIÓN Y LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLÓGICOS, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN SALUD OCULAR (DEDSOPPSO)

Ruc/código :	20601571065	Fecha de envío :	17/07/2024
Nombre o Razón social :	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	18:16:30

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

MICROTIJERA PARA VITRECTOMIA CORTE VERTICAL
CARACTERISTICAS

Tijeras vitreoretinales verticales, 70° u 80°, puntas largas y afiladas , con mango ergonomico de titanio
Las medidas de los componentes que componen los diferentes paquetes difieren entre las principales marcas de instrumental que se comercializan en el mercado, esta variación sin embargo no entorpece y/o dificulta la operatividad del instrumental para el fin que fue creado y/o diseñado.

Por lo expuesto aceptara el comite para una mayor pluralidad de postores una:

MICROTIJERA PARA VITRECTOMIA CORTE VERTICAL
CARACTERISTICAS

Tijeras vitreoretinales verticales, 60° a 80°, puntas largas y afiladas , con mango ergonomico de titanio

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, dicha especificación técnica se precisará en las bases integradas de la siguiente manera:

Dice:

CARACTERÍSTICAS

Tijeras vitreoretinales verticales, 70° u 80°, puntas largas y afiladas, con mango ergonómico de titanio.

Debe decir:

CARACTERÍSTICAS

Tijeras vitreoretinales verticales, 60° - 80°, puntas largas y afiladas, con mango ergonómico de titanio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CAP. III NUMERAL 4.1, se precisará lo siguiente:

(¿)

CARACTERÍSTICAS

Tijeras vitreoretinales verticales, 60° - 80°, puntas largas y afiladas, con mango ergonómico de titanio.

(¿)

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
Nomenclatura : AS-SM-9-2024-INO-MINSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO Y MATERIAL QUIRÚRGICO PARA EL SERVICIO DE CENTRO QUIRÚRGICO Y HOSPITALIZACIÓN Y LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLÓGICOS, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN SALUD OCULAR (DEDSOPPSO)

Ruc/código :	20601571065	Fecha de envío :	17/07/2024
Nombre o Razón social :	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	18:16:30

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

MICROTIJERA SUBRETINAL CURVA HORIZONTAL 23 GA RADIO DE CURVATURA 12 mm

Existen en el mercado diferentes tipos de marcas de instrumental quirurgico que diseñan sus catalogos según criterio de cada fabricante, pero que al final tienen la misma funcionalidad.

Por lo expuesto aceptara el comité para una mayor pluralidad de postores lo siguiente:

MICROTIJERA SUBRETINAL CURVA HORIZONTAL 23 GA RADIO DE CURVATURA 12 mm ò Tijeras de vitrectomía, en ángulo de 60°, 23 G

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta, lo requerido es de acuerdo a las necesidades específicas de la Entidad, siendo el diseño de la curvatura una característica importante. Por lo tanto, deberá ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
Nomenclatura : AS-SM-9-2024-INO-MINSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO Y MATERIAL QUIRÚRGICO PARA EL SERVICIO DE CENTRO QUIRÚRGICO Y HOSPITALIZACIÓN Y LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLÓGICOS, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN SALUD OCULAR (DEDSOPPSO)

Ruc/código :	20601571065	Fecha de envío :	17/07/2024
Nombre o Razón social :	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	18:16:30

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

PINZA VITREORETINAL PARA EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO TIPO SPRING GRIPPING 23 GA

Existen en el mercado diferentes tipos de marcas de instrumental quirurgico que diseñan sus catalogos y medidas según critero de cada fabricante, pero que al final tienen la misma funcionalidad.

Por lo expuesto aceptara el comité para una mayor pluralidad de postores lo siguiente:

PINZA VITREORETINAL PARA EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO TIPO SPRING GRIPPING 23 GA Ò PINZA PARA CUERPO EXTRAÑO DE VITRECTOMIA 20G

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta, el calibre requerido es de acuerdo a las necesidades de la institución. Por lo tanto, deberá ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
Nomenclatura : AS-SM-9-2024-INO-MINSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO Y MATERIAL QUIRÚRGICO PARA EL SERVICIO DE CENTRO QUIRÚRGICO Y HOSPITALIZACIÓN Y LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLÓGICOS, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN SALUD OCULAR (DEDSOPPSO)

Ruc/código :	20601571065	Fecha de envío :	17/07/2024
Nombre o Razón social :	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	18:16:30

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

SISTEMA BIMANUAL DE IRRIGACION ASPIRACION

Consta de: 1 Pieza unica de mano de aspiracion con extremo proximal macho, con canula curva 16 mm ,calibre 21GA, con puerto de aspiracion de 0.35 mm de diametro y 1pieza unica de mano de irrigacion con extremo proxmal hembra con canula curva de 16mm , calibre 21GA, con puertos laterales de 0.5 mm de diametro.

Las medidas de los componentes que componen los diferentes paquetes difieren entre las principales marcas de instrumental que se comercializan en el mercado, esta variación sin embargo no entorpece y/o dificulta la operatividad del instrumental para el fin que fue creado y/o diseñado.

Por lo expuesto aceptara el comité para una mayor pluralidad de postores lo siguiente:

Consta de: 1 Pieza unica de mano de aspiracion con extremo proximal macho, con canula curva 16 mm o 2.0 mm ,calibre 21GA, con puerto de aspiracion de 0.35 mm o 0.3 mm de diametro y 1pieza unica de mano de irrigacion con extremo proxmal hembra con canula curva de 16mm o 2.0 mm , calibre 21GA, con puertos laterales de 0.5 mm de diametro

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 26
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta, lo propuesto no se ajusta a las necesidades de la institución. Por lo tanto, deberá ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
Nomenclatura : AS-SM-9-2024-INO-MINSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO Y MATERIAL QUIRÚRGICO PARA EL SERVICIO DE CENTRO QUIRÚRGICO Y HOSPITALIZACIÓN Y LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLÓGICOS, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN SALUD OCULAR (DEDSOPPSO)

Ruc/código :	20601571065	Fecha de envío :	17/07/2024
Nombre o Razón social :	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	18:16:30

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

PINZA DE FIJACION TIPO MOODY CURVA.

Las medidas de los componentes que componen los diferentes paquetes difieren entre las principales marcas de instrumental que se comercializan en el mercado, esta variación sin embargo no entorpece y/o dificulta la operatividad del instrumental para el fin que fue creado y/o diseñado.

Por lo expuesto aceptara el comité para una mayor pluralidad de postores lo siguiente:

PINZA DE FIJACION TIPO MOODY CURVA O ANGULADA

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la consulta, dicha especificación técnica se precisará en las bases integradas de la siguiente manera:

Dice:

CARACTERÍSTICAS

PINZA PARA FIJACIÓN DE MÚSCULO, CURVA, 1x2 DIENTES, 0.5 MM, CON SEGURO, DERECHA.

Debe decir:

(¿)

CARACTERÍSTICAS

PINZA PARA FIJACIÓN DE MÚSCULO, CURVA O ANGULADA, 1x2 DIENTES, 0.5 MM, CON SEGURO, DERECHA.

(¿)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CAP. III NUMERAL 4.1, se precisará lo siguiente:

(¿)

CARACTERÍSTICAS

PINZA PARA FIJACIÓN DE MÚSCULO, CURVA O ANGULADA, 1X2 DIENTES, 0.5 MM, CON SEGURO, DERECHA.

(¿)

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
Nomenclatura : AS-SM-9-2024-INO-MINSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO Y MATERIAL QUIRÚRGICO PARA EL SERVICIO DE CENTRO QUIRÚRGICO Y HOSPITALIZACIÓN Y LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLÓGICOS, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN SALUD OCULAR (DEDSOPPSO)

Ruc/código :	20601571065	Fecha de envío :	17/07/2024
Nombre o Razón social :	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	18:16:30

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Existen en el mercado diferentes tipos de marcas de instrumental de oftalmología y diseñan sus catálogos según criterio de cada fabricante, pero que al final tienen la misma funcionalidad. Por otro lado al solicitar muestras de instrumental de especialidad limita la participación ya que no se cuenta en stock, al hacer un instrumental altamente fino y con una producción especial.

Para una libre concurrencia y pluralidad de postores, ¿Aceptará el Comité de selección en coordinación con la parte usuaria el siguiente solicitante sustentar con declaración jurada de fabricante?

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta, No se está solicitando muestras. En el numeral 2.2.1.1. del Capítulo II, se está solicitando en el literal h) Ficha del producto (copia simple), catálogos, manuales, folletos y otros documentos técnicos del fabricante o dueño de la marca relativos al producto que se está ofertando y que demuestran el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
Nomenclatura : AS-SM-9-2024-INO-MINSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO Y MATERIAL QUIRÚRGICO PARA EL SERVICIO DE CENTRO QUIRÚRGICO Y HOSPITALIZACIÓN Y LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLÓGICOS, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN SALUD OCULAR (DEDSOPPSO)

Ruc/código :	20601571065	Fecha de envío :	17/07/2024
Nombre o Razón social :	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	18:16:30

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 154,980.00 (Ciento cincuenta y cuatro mil novecientos ochenta con 00/100 Soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda

Se consideran bienes similares a los siguientes: Todo instrumental para microcirugía.

Por lo expuesto líneas arriba solicitamos para una mayor pluralidad de postores lo siguiente:

Se consideran bienes similares a los siguientes: Todo instrumental para microcirugía y/o general

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta, se requiere acreditar la experiencia en comercialización de instrumental especializado en microcirugía. Por lo tanto, deberá ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
Nomenclatura : AS-SM-9-2024-INO-MINSA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO Y MATERIAL QUIRÚRGICO PARA EL SERVICIO DE CENTRO QUIRÚRGICO Y HOSPITALIZACIÓN Y LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE DESARROLLO DE SERVICIOS OFTALMOLÓGICOS, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN SALUD OCULAR (DEDSOPPSO)

Ruc/código :	20601571065	Fecha de envío :	17/07/2024
Nombre o Razón social :	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	18:16:30

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

se puede visualizar que dentro de los requerimientos técnicos mínimos no se está solicitando muestras representativas del instrumental quirúrgico para así garantizar el cumplimiento de las normas de calidad, textura y la confiabilidad de procedencia de los instrumentales

Por lo expuesto líneas arriba, aceptará el Comite de Seleccion solicitar como obligatorio muestras representativas para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas: UNA UNIDAD

CÁNULA DE IRRIGACIÓN ASPIRACIÓN SIMCOE Nº 23

PIGTAIL (ADULTOS)

PINZA DE FIJACION TIPO MOODY CURVA

PINZA UTRATA CAPSULORREXIS 10.3 CM

PINZA UTRATA CAPSULOREXIS 10.5CM

TIJERA DE VANNAS CURVA 8 CM

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta, en el numeral 2.2.1.1. del Capitulo II, se está solicitando en el literal h) Ficha del producto (copia simple), catálogos, manuales, folletos y otros documentos técnicos del fabricante o dueño de la marca relativos al producto que

se está ofertando y que demuestran el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null