

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO
Nomenclatura :	AS-SM-1-2023-HRDT-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	SUMINISTRO DE REACTIVO HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON TRES (03) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA EL HRDT POR 12 MESES

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	30/05/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	19:41:16

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

De acuerdo a bases solicitan:

ANALIZADORES AUTOMATIZADOS HEMATOLOGICOS DIFERENCIALES DE 5 ESTIRPES

- Parámetro MDW para detección temprana de sepsis.

Debemos indicar que en el estudio de mercado del presente proceso de selección, la característica mencionada había sido considerada como mejora tecnológica, lo cual no limitaba nuestra participación. Al ser considerada ahora para de las especificaciones técnicas limita la pluralidad de postores al ser una característica que en el mercado peruano solo es cumplida por una sola marca de equipo, por lo observamos este extremo de las bases y solicitamos retirar la especificación técnica mencionada.

**Acápito de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** se    **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

art 2 LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge, se precisa que existe pluralidad de marcas para la atención del requerimiento objeto de la contratación, asimismo al ser un hospital Nivel III-1, con alta demanda de pacientes con cuadros de infección en el servicio de medicina y UCI, es imperativo que los ANALIZADORES AUTOMATIZADOS HEMATOLOGICOS DIFERENCIALES DE 5 ESTIRPES, cuenten con Parámetro MDW para detección temprana de sepsis.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HRDT-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVO HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON TRES (03) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA EL HRDT POR 12 MESES

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	30/05/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	19:41:16

**Consulta:** Nro. 2

**Consulta/Observación:**

De acuerdo a bases indican:

El Hospital Regional de Trujillo, tienen un laboratorio que brinda atención durante las 24 horas.

Teniendo en consideración que el hospital brinda atención las 24 horas, entendemos que se requiere de personal de soporte técnico (ingeniero) residente en la ciudad de Trujillo, para poder resolver cualquier inconvenientes que se pueda presentar durante el procesamiento de las muestras . Acreditado obligatoriamente mediante la presentación del documento nacional de identidad (DNI) del personal ofertado. ¿Es correcta nuestra apreciación?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: se      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El postor debe garantizar el soporte tecnico las 24 horas del día, bastando la presentacion de la Declaracion Jurada Anexo N° 3

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HRDT-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVO HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON TRES (03) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA EL HRDT POR 12 MESES

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	30/05/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	19:41:16

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Características generales:

Alarma de anomalías hematológicas

consultamos al comité si esta característica hace referencia a alarma y reporte de muestras con células de leucocitos elevadas, por lo cual es necesarios que los analizadores ofertados cuenten con la característica de : Linealidad de Leucocitos mayor ó igual a  $500 \times 10^9/L$  para evitar repeticiones y/o diluciones de las muestras con valores altos de leucocitos. La cual deberá ser acreditada mediante la presentación de brochure o manual del fabricante. ¿Es correcta nuestra apreciación?

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: se      **Página: 25**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El postor deberá ceñirse únicamente a las características señaladas en el requerimiento indicado en las Bases Administrativas del procedimiento

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HRDT-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVO HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON TRES (03) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA EL HRDT POR 12 MESES

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	30/05/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	19:41:16

**Consulta:** Nro. 4

**Consulta/Observación:**

Hemograma automatizado diferenciado 5 estirpes

Teniendo en consideración que adicionalmente al reactivo solicitado, requieren: calibradores, controles y complementos, con la finalidad de asegurar la trazabilidad en el procesamiento y resultados reportados por vuestro laboratorio, consultamos si es obligatorio que los equipos ofertados deben ser de la misma marca que los reactivos, controles y calibradores, ¿Es correcta nuestra apreciación?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** se      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que los reactivos, calibradores y controles deben ser de la misma marca, no obstante estos no necesariamente deberan ser de la misma marca del equipo en cesion de uso

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HRDT-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVO HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON TRES (03) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA EL HRDT POR 12 MESES

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	30/05/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	19:41:16

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

De acuerdo a bases:

Analizador de flujo continuo diferencial 5 estirpes:

Capacidad de corrección automática de leucocitos en presencia de normoblastos.

Entendemos que esta característica incluye que todos los reportes de resultados de hemogramas deberán reportar el parámetro de normoblastos. ¿Es correcta nuestra apreciación?.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** se    **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El postor debera ceñirse unicamente a las características señaladas en el requerimiento indicado en las Bases Administrativas del procedimiento

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HRDT-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVO HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON TRES (03) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA EL HRDT POR 12 MESES

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	30/05/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	19:41:16

**Consulta: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

De acuerdo a bases:

Analizador de flujo continuo diferencial 5 estirpes:

Capacidad de corrección automática de leucocitos en presencia de normoblastos.

Entendemos que esta característica incluye que el reporte de normoblastos, el cual no deberá necesitar ningún reactivo adicional a los utilizados para hemogramas ¿Es correcta nuestra apreciación?.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** se    **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El postor debera ceñirse unicamente a las características señaladas en el requerimiento indicado en las Bases Administrativas del procedimiento, debiendo garantizar su cumplimiento.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HRDT-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVO HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON TRES (03) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA EL HRDT POR 12 MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	30/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:59:43

**Consulta: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

En la página 15 de las Bases se indica lo siguiente en relación al plazo de entrega para la primera entrega:

a.- Entrega primera: El suministro de bienes se entregará en un plazo de QUINCE (15) días calendarios como máximo, contabilizados a partir de la fecha de la suscripción del contrato.

Al respecto, cabe señalar que lo correcto es que el plazo de entrega sea contabilizado a partir del día siguiente de la recepción de la orden de compra, debido que este documento es requerido para el internamiento de los bienes en el almacén de la entidad.

En ese sentido, solicitamos al Comité de Selección que establezca que el plazo de entrega par la primera entrega SEA CONTABILIZADO A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** I    **Literal:** 1.9    **Página:** 15

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El postor debera ceñirse a las condiciones establecidas en el requerimiento objeto de la contratacion, conforme lo requerido por el area usuaria por ser un procedimiento interno de la entidad

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HRDT-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVO HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON TRES (03) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA EL HRDT POR 12 MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	30/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:59:43

**Consulta: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

En el numeral 6, literal b.- de la página 27 se indica lo siguiente en relación con el plazo de entrega para las entregas sucesivas:

b.- Entregas sucesivas (A partir de la segunda): El plazo máximo de cinco (05) días calendarios computados a partir del día siguiente de la solicitud escrita del área usuaria en las oportunidades y cantidades determinadas según cronograma de entregas parciales (mensuales).

Al respecto, con la finalidad de evitar confusiones en relación al establecimiento del plazo de entrega para las entregas sucesivas, solicitamos al Comité de Selección que establezca el plazo de entrega de la siguiente manera:

b.- Entregas sucesivas (A partir de la segunda): El plazo de entrega para las siguientes entregas es de CINCO (05) DIAS CALENDARIOS CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA.

Solicitamos amablemente acoger la presente solicitud a fin de evitar incongruencias y ambigüedades en relación al establecimiento del plazo de entrega para las siguientes entregas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El postor debera ceñirse a las condiciones establecidas en el requerimiento objeto de la contratacion, conforme lo requerido por el area usuaria por ser un procedimiento interno de la entidad

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HRDT-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVO HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON TRES (03) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA EL HRDT POR 12 MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	30/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:59:43

**Consulta: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

En el literal e) de la página 18 de las Bases se indica que se debe adjuntar la siguiente documentación para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas:

-Adjuntar catálogos y/o Fichas Técnicas del Producto ofertado (Reactivo para hemograma y equipos de analizadores automatizados hematológicos), para acreditar las características y/o requisitos funcionales específicos del bien previstos en las especificaciones técnicas.

Al respecto, solicitamos al Comité de Selección ACLARE que como documentos técnicos emitidos por el fabricante también se considerará la presentación de CARTAS EMITIDA POR FABRICANTE, para acreditar las EETT del REACTIVO y el EQUIPO EN CESIÓN DE USO.

Solicitamos amablemente ACLARAR la presente consulta.

(Considerar la misma solicitud para lo indicado en el literal a) del numeral 7 de la página 27 de las Bases)

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 2.2.1.1    **Literal:** e)    **Página:** 18

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El proveedor deberá adjuntar Catálogos, Documentos emitidos por el fabricante y/o Fichas Técnicas del producto ofertado (Reactivo para Hemograma y Equipos de Analizadores Automatizados Hematológicos), para acreditar las características y/o requisitos funcionales específicos del bien previstos en las Especificaciones Técnicas.

En tal sentido se precisa que los documentos emitidos por el fabricante pueden ser cartas, certificaciones u otros que acrediten las características del bien solicitado

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HRDT-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVO HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON TRES (03) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA EL HRDT POR 12 MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	30/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:59:43

**Consulta:** Nro. 10

**Consulta/Observación:**

En el literal f) de la página 18 de las Bases se indica que se debe adjuntar Copia de Certificado de Registro Sanitario.

Al respecto, solicitamos al Comité de Selección que para el caso que los productos no requieran de registro sanitario se pueda adjuntar el OFICIO DE DIGEMID en donde se indique que dicho bien no requiere de registro sanitario.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 2.2.1.1      **Literal:** f)      **Página:** 18

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se aclara que conforme indica el literal f) de los Documentos para la admisión de la oferta, de ser el caso: Si el producto no requiere registro sanitario, adjuntar documento de consulta a DIGEMID o el listado de productos vigente, demostrando que a la fecha los productos del objeto de contratación no están sujetos a otorgamiento de registro sanitario emitido por DIGEMID.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HRDT-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVO HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON TRES (03) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA EL HRDT POR 12 MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	30/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:59:43

**Consulta:** Nro. 11

**Consulta/Observación:**

En el literal a) de la página 28 de las Bases se indica que se debe adjuntar la siguiente documentación:

a) Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte emitido por DIGEMID o autoridad competente vigente.

Al respecto, solicitamos al Comité de Selección que PRECISE para las Bases Integradas que el Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte (BPDT) deberá estar a nombre del postor.

Solicitamos amablemente realizar dicha precisión.

(Considerar la misma solicitud para lo indicado en el literal A, del numeral 3.2 de la página 31 de las Bases)

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 8      **Literal:** a)      **Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El postor puede presentar la Certificación de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) vigentes, a nombre propio o de un tercero

Para el caso que el postor contrate el servicio de almacenamiento con UN TERCERO, además de presentar su BPA propio deberá presentar el BPA de la empresa que presta el servicio de almacenamiento, acompañado para este caso, la documentación que acredite el vínculo contractual entre ambas partes (documento de arrendamiento que garantice que está haciendo uso de los almacenes).

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HRDT-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVO HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON TRES (03) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA EL HRDT POR 12 MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	30/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:59:43

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En relación al término espectofotometría, entendemos que cada fabricante usa los términos de acuerdo a su país de origen, por lo que solicitamos se acepte también como equivalente al término de aspecto fotometría a los términos fotometría y colorimetría, los cuales representan el mismo concepto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El postor debera ceñirse a lo indicado en las bases administrativas del procedimiento , toda vez que existe pluralidad de postores potenciales en el rubro que pueden atender el mismo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HRDT-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVO HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON TRES (03) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA EL HRDT POR 12 MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	30/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:59:43

**Consulta:** Nro. 13

**Consulta/Observación:**

En relación a la performance de 80 pruebas por hora o más, entendemos que el laboratorio debe mantener un tiempo de respuesta necesario para cumplir con entrega de resultados en áreas como emergencia o neonatología. Esto es mas evidente en horas pico que es en las que puede llegar mas de 100 muestras en periodos cortos de una hora. Por lo expuesto solicitamos se precise que la performance requerida por la institución de analizadores sea de 100 pruebas por hora a más. Cabe señalar que en el mercado actualmente existen varios distribuidores y/o postores que pueden ofertar equipos con performance de 100 pruebas por hora a más. solicitamos acepte nuestra consulta con el fin de permitir igualdad de oportunidades y pluralidad de postores.  
(ver pagina 25 y 26)

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que el postor podra presentar un performance de 80 pruebas por hora o más, en tal sentido es aceptable presentar analizadores de 100 pruebas por hora

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HRDT-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVO HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON TRES (03) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA EL HRDT POR 12 MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	30/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:59:43

**Consulta:** Nro. 14

**Consulta/Observación:**

En relación a la capacidad de corrección automática de leucocitos en presencia de normoblastos, entendemos que el objetivo es que el reporte de normoblastos sea totalmente automatizado, por lo que he consultamos si el procesamiento de normablasto deberá ser totalmente automatizado sin pretratamiento de muestras.

(ver pagina 25 y 26)

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 3.1      **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que bastara con que el equipo tenga la característica: capacidad de Corrección automática de leucocitos en presencia de normoblastos.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HRDT-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVO HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON TRES (03) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA EL HRDT POR 12 MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	30/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:59:43

**Consulta:** Nro. 15

**Consulta/Observación:**

En relación al procesamiento de líquidos corporales consultamos sí para acreditar dicha característica el postor deberá demostrar control de calidad interno para líquidos corporales

(ver pagina 25 y 26)

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 3.1      **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Bastara con la presentacion de la documentacion solicitada en las bases del procedimiento

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HRDT-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVO HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON TRES (03) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA EL HRDT POR 12 MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	30/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:59:43

**Consulta:** Nro. 16

**Consulta/Observación:**

En relación a la capacidad de procesamiento de líquidos corporales consultamos cuántas determinaciones serán entregadas junto con la entrega de hemogramas según cronograma.

(ver pagina 25 y 26)

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Las cantidades a entregar seran de acuerdo a la necesidad del area usuaria, y previa coordinacion con el contratista

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HRDT-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVO HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON TRES (03) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA EL HRDT POR 12 MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	30/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:59:43

**Consulta:** Nro. 17

**Consulta/Observación:**

En relación al parámetro MDW para detección temprana de sepsis, hh consultamos si los 3 analizadores deberán contar con dicha capacidad Así mismo consultamos si este marcador hoy deberá participar de un control interno inter laboratorial.

(ver pagina 25 y 26)

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El parámetro MDW para detección temprana de sepsis, es para todos los equipos solicitados, y participara de un control interno inter laboratorial.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HRDT-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVO HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON TRES (03) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA EL HRDT POR 12 MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	30/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:59:43

**Consulta:** Nro. 18

**Consulta/Observación:**

En relación a la capacidad de determinar parámetros como ancho de distribución de la hemoglobina reticulocitaria, solicitamos se acepte también al VOLUMEN MEDIO DE RETICULOCITOS como parámetro similar a la hemoglobina reticulocitaria y/o fracción de reticulocitosis inmaduros. Solicitamos hacer de nuestra consulta con el fin de permitir nuestra participación del proceso de selección (ver pagina 25 y 26)

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El postor debera ceñirse a lo indicado en las bases administrativas del procedimiento , toda vez que existe pluralidad de postores potenciales en el rubro que pueden atender el mismo

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HRDT-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVO HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON TRES (03) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA EL HRDT POR 12 MESES

Ruc/código : 20501887286

Fecha de envío : 30/05/2023

Nombre o Razón social : DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

Hora de envío : 19:59:43

**Consulta:** Nro. 19

**Consulta/Observación:**

En relación al control de calidad externo mensual con acceso a plataforma, consultamos si el postor deberá acreditar y/o demostrar con folletería el control externo a ofertar. Esto con el fin de garantizar que se cumplirá con la entrega de dicho accesorio. Solicitamos se precise nuestra consulta con el fin de evitar errores de interpretación durante etapas posteriores.

(ver pagina 25 y 26)

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Bastara con la presentacion de la documentacion solicitada en las bases del procedimiento

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HRDT-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVO HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON TRES (03) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA EL HRDT POR 12 MESES

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	30/05/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	19:59:43

**Consulta:** Nro. 20

**Consulta/Observación:**

En relación a Consumibles, calibradores y controles Interno, para ello consultamos si este deberá contar con capacidad de Reporte de Control Interno interlaboratorial para todos los parámetros de hemograma a ofertar, solicitamos se acepte nuestra consulta con el fin que la entidad cumpla con las exigencias de la Resolución Ministerial N° 627-2008 MINSA, en la que indica que los laboratorios deberán contar con Control de Calidad Interno Interlaboratorial o Control de Calidad interlaboratorial de tercera opinión, Por lo expuesto solicitamos se precise con el fin de evitar confusiones durante la fase contractual. Así mismo consultamos que esta característica deberá acreditarse a través de la presentación de un reporte de control interno interlaboratorial de un cliente local (territorio nacional (ver pagina 25 y 26)

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Conforme lo establecido al requerimiento , el proveedor entregará los controles internos según cronograma de producción por lotes y en cantidad suficiente sin estar comprometidos a una orden de compra, asimismo se solicitara un programa de control de calidad externo mensual con acceso a plataforma, cumpliendo la ISO 17043

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HRDT-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVO HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON TRES (03) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA EL HRDT POR 12 MESES

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	30/05/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	21:35:57

**Consulta:** Nro. 21

**Consulta/Observación:**

De acuerdo a las especificaciones técnicas solicitan equipo hematológico de 5 estirpes ,sugerimos amablemente considerar el número de parámetros dentro de las especificaciones , lo recomendable para una mejor atención y emitir resultados mas completos es considerar de 25 a mas parámetros .

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** .      **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Los parametros seran de acuerdo a los bienes ofertados por el postor

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HRDT-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVO HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON TRES (03) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA EL HRDT POR 12 MESES

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	30/05/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	21:35:57

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Las bases solicitan en ESPECIFICACIONES TECNICAS capacidad de procesamiento de líquidos corporales (peritoneal , sinovial , pleural , LCR) solicitamos aperturar las especificaciones teniendo en cuenta el principio de PLURALIDAD DE POSTOR , solicitamos que consideren CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE LIQUIDOS CORPORALES ( PERITONEAL Y/O SINOVIAL Y/O PLEURAL Y/O LCR) .

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: . Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se pueden considerar "y/o" porque somos un hospital nivel III-1 que atiende pacientes con la necesidad de procesar uno o varios de los líquidos corporales mencionados

En tal sentido -la capacidad de procesamiento de líquidos corporales sera : peritoneal, sinovial, pleural y LCR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HRDT-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVO HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON TRES (03) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA EL HRDT POR 12 MESES

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	30/05/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	21:35:57

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

En el numeral 5. Para ANALIZADOR HEMATOLOGICO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES , CARACTERISTICAS : Se sugiere incluir un sistema que indique los errores en tiempo real para que pueda ser atendido de forma inmediata y así no genere demoras en el procesamiento de las muestras de pacientes . El sistema en tiempo real previene posibles problemas que puedan ocasionarse con el equipo durante el procesamiento.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: . Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El postor debe ceñirse a lo establecido en las bases administrativas, dado que la característica solicitada no es relevante para la funcionalidad del equipo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HRDT-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVO HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON TRES (03) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA EL HRDT POR 12 MESES

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	30/05/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	21:35:57

**Observación: Nro. 24**

**Consulta/Observación:**

"En el presente estudio de mercado en el numeral 1.13 CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO solicitan "" Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas , el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento , sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación"".

De acuerdo a la coyuntura actual en la que vivimos por la actual pandemia, factores climáticos, los tiempos de importación y desaduanaje, la guerra entre Ucrania y Rusia se ha desatado una escasez de chipa nivel mundial; afectando a todos los fabricante;.

Observamos las bases en este extremo y solicitamos amablemente al área usuaria ampliar "" El plazo máxima para la entrega de los equipos

en cesion de uso que incluye la instalación y puesta en funcionamiento de os equipos, accesorios y complemento no deberá exceder de los 15 días calendario contados a partir del día siguiente notificado la orden de compra¿., amparándonos en el Art. 2 de La ley de contrataciones inciso A) Libertad de concurrencia."

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** I    **Literal:** .    **Página:** 7

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acepta parcialmente la observacion, la entrega primera sera de acuerdo al detalle siguiente:

ENTREGA PRIMERA: El suministro de bienes se entregarán en un plazo de VEINTICINCO (25) días calendarios como máximo, contabilizados a partir de la fecha de la suscripción del contrato, el mismo que incluye la entrega de los equipos en cesión de uso y las adecuaciones de ambiente que fuese necesario para la correcta ejecución.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HRDT-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVO HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON TRES (03) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA EL HRDT POR 12 MESES

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	30/05/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	21:35:57

**Consulta:** Nro. 25

**Consulta/Observación:**

Considerando que el Hospital tiene una atención 24 horas, se entiende que el personal de soporte técnico (ingeniero titulado) debe tener la experiencia necesaria para poder atender posibles inconvenientes sea via telefonica o presencial , teniendo una solución en corto tiempo.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: .      **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se confirma, el personal de soporte técnico debe tener la experiencia necesaria para poder atender posibles inconvenientes sea via telefonica o presencial , teniendo una solución en corto tiempo.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HRDT-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVO HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON TRES (03) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA EL HRDT POR 12 MESES

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	30/05/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	21:35:57

**Consulta:** Nro. 26

**Consulta/Observación:**

Sugerimos que la alarma hematológica sea considerada como característica puesto que es importante para poder atender la alteración de hematíes u otros componentes de la sangre como prioridad en el caso lo requiera.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: .      **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que si se ha considerado como característica la Alarma de anomalías hematológicas, indicada en las características generales de los equipos , según las bases administrativas del procedimiento

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HRDT-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVO HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON TRES (03) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA EL HRDT POR 12 MESES

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	30/05/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	21:35:57

**Consulta:** Nro. 27

**Consulta/Observación:**

Con relación al equipo en cesión en uso, es importante señalar que debido a la coyuntura actual y la guerra con Ucrania , el tiempo en las importaciones se ve afectado , para lo cual solicitamos consideren equipo de transición para que el procesamiento de las muestras sea continuo y los pacientes no se vean perjudicados en ningún momento mientras dura el proceso de importación .

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: .      **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que la entrega primera será de acuerdo al detalle siguiente:

ENTREGA PRIMERA: El suministro de bienes se entregarán en un plazo de VEINTICINCO (25) días calendarios como máximo, contabilizados a partir de la fecha de la suscripción del contrato, el mismo que incluye la entrega de los equipos en cesión de uso y las adecuaciones de ambiente que fuese necesario para la correcta ejecución.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HRDT-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVO HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON TRES (03) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA EL HRDT POR 12 MESES

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	30/05/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	21:35:57

**Consulta:** Nro. 28

**Consulta/Observación:**

La atención es importante durante las 24 horas, para que no se interrumpa el trabajo continuo en el laboratorio es muy importante estar informado sobre el inventario que tiene en tiempo real los equipos instalados, para lo cual sugerimos que se considere un módulo de inventario y módulo de gestor de cola como CARACTERISTICA (Procesamiento de datos) para las diferentes áreas que están solicitando.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: .      **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El postor debe ceñirse a lo establecido en las bases administrativas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HRDT-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVO HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON TRES (03) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA EL HRDT POR 12 MESES

Ruc/código :	20468787360	Fecha de envío :	30/05/2023
Nombre o Razón social :	ROCHEM BIO CARE DEL PERU S.A.C	Hora de envío :	21:35:57

**Consulta:** Nro. 29

**Consulta/Observación:**

En relación a los consumibles calibradores controles complementos y accesorios consultamos si se deberá acreditar para los controles internos que estos deberán tener capacidad de reporte de control interno original del mismo fabricante , se sugiere que los controles externos sea con el debido acompañamiento por parte de un personal calificado con capacitaciones en control de calidad externo .

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: .      **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Bastara con la presentacion de la documentacion solicitada en las bases del procedimiento

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HRDT-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVO HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON TRES (03) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA EL HRDT POR 12 MESES

Ruc/código :	20537139120	Fecha de envío :	30/05/2023
Nombre o Razón social :	DELTALAB PERU S.A.C.	Hora de envío :	22:23:49

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Requerimiento

En cuanto a las características de los equipos en cesion en uso, se solicita el parametron MDW que es un parametron EXCLUSIVO de la marca Beckman coulter, y solicitarlo de manera obligatoria estaria favoreciendo al distribuidor de esta marca pues direcciona la compra, facilitando al distribuidor hacerse de la Buena pro, esto viola el principio de libertad de concurrencia que rige las contrataciones con el estado, e impide la participacion de nuestra y de otras marcas. Solcitamos al comite de seleccion en cordinacion con el area usuaria colocar el parametron MDW como opcional para asi no impedir la participacion de los postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que existe pluralidad de marcas para la atencion del requerimiento objeto de la contratacion, asimismo al ser un hospital Nivel III-1 , con alta demanda de pacientes con cuadros de infeccion en el servicio de medicina y UCI, es imperativo que los ANALIZADORES AUTOMATIZADOS HEMATOLOGICOS DIFERENCIALES DE 5 ESTIRPES, cuenten con Parámetro MDW para detección temprana de sepsis.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HRDT-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVO HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON TRES (03) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA EL HRDT POR 12 MESES

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	30/05/2023
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	22:55:12

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

La capacidad de procesamientos de líquidos corporales y el MDW como opcional. Para tener una mayor pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: III      Literal: 3.1      Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que existe pluralidad de marcas para la atención del requerimiento objeto de la contratación, asimismo al ser un hospital Nivel III-1, con alta demanda de pacientes con cuadros de infección en el servicio de medicina y UCI, es imperativo que los ANALIZADORES AUTOMATIZADOS HEMATOLOGICOS DIFERENCIALES DE 5 ESTIRPES, cuenten con Parámetro MDW para detección temprana de sepsis y Líquidos Corporales

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-HRDT-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVO HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL DE 5 ESTIRPES CON TRES (03) EQUIPOS EN CESION DE USO PARA EL HRDT POR 12 MESES

Ruc/código : 20524800510

Fecha de envío : 30/05/2023

Nombre o Razón social : LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.

Hora de envío : 23:04:10

**Consulta:** Nro. 32

**Consulta/Observación:**

Se solicita al comité aceptar carta del fabricante para sustentar especificaciones técnicas tanto del reactivo como del equipo, para aquellas que no se puedan acreditar con con folletería, catalogos, brochures e insertos.

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** II      **Literal:** 2.1.1.1.      **Página:** 18

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El proveedor deberá adjuntar Catálogos, Documentos emitidos por el fabricante y/o Fichas Técnicas del producto ofertado (Reactivo para Hemograma y Equipos de Analizadores Automatizados Hematológicos), para acreditar las características y/o requisitos funcionales específicos del bien previstos en las Especificaciones Técnicas.

En tal sentido se precisa que los documentos emitidos por el fabricante pueden ser cartas, certificaciones u otros que acrediten las características del bien solicitado

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null