

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-OEC-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA TAMIZAJE PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código : 20155695901

Fecha de envío : 16/05/2023

Nombre o Razón social : SISTEMAS ANALITICOS SRL

Hora de envío : 15:15:11

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el ítem 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta no se detalla las características mínimas a sustentar. En ese sentido, se solicita al comité técnico que precise si los requisitos mínimos a sustentar para los PRODUCTOS ofertados son PRESENTACIÓN, METODOLOGIA y ACCESORIOS, además, si al ser características específicas del producto y equipo a ofertar, estas puedan ser sustentadas con la presentación de Declaración Jurada del Fabricante Real y/o Fabricante Legal y/o Dueño de la Marca y/o Filial Autorizada con la firma (física o electrónica) correspondiente del emisor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara, que el sustento para el anexo 3, documentos de admision, se solicita, como sustento para el producto ofertado: presentacion, metodologia y accesorios; sustento del equipo en cesion de uso: catalogo, brochure, accesorios, ademas se aceptara como sustento de las características tecnicas de los productos y equipos a ofertar declaración jurada del fabricante real y/o fabricante legal y/o dueño de la marca y/o filial autorizada con firma (física o electronica).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-OEC-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA TAMIZAJE PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	16/05/2023
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	15:15:11

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

CAPÍTULO III, NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUB NUMERAL 6.1.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ¿ pág 21 a la 27

En el mencionado sub numeral se indica los 7 productos a solicitar, y junto con ella la columna de especificaciones técnicas. Dentro de lo que involucra ACCESORIOS se indica: ¿controles dependientes positivos y negativos¿. Considerando la relevancia de este material pues con ellos se valida la corrida analítica previo al procesamiento de las muestras, en base a artículos como el publicado por la AACC ¿The Modern way of Quality Control Procedures in Laboratory Medicine¿ en mayo del 2022 y en la búsqueda de eliminar errores preanalíticos, se solicita al comité técnico acoger la consulta de que el material de calibradores y controles dependientes sean líquidos y listos para usar, asimismo, que la interpretación de controles positivo y negativo indicado en el inserto del control coincida con la interpretación declarada por el fabricante del reactivo a evaluar

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara, la consulta de que el material de calibradores y controles dependientes sean líquidos y listos para usar, asimismo, que la interpretación cualitativa de los controles positivo y negativo indicado en el inserto del control coincida con la interpretación declarada por el fabricante del reactivo a evaluar, esto debiendo ser sustentada debidamente con los insertos de los controles y reactivos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-OEC-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA TAMIZAJE PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	16/05/2023
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	15:15:11

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

CAPÍTULO III, NUMERAL 3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUB NUMERAL 6.1.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ¿ pág 21 a la 27

En el mencionado sub numeral se indica los 7 productos a solicitar, y junto con ella la columna de especificaciones técnicas. Dentro de lo que involucra ACCESORIOS se indica: ¿equipo automatizado¿. Se solicita al comité precise si equipo automatizado incluye además el que sus reactivos sean líquidos y listos para usar, así como que su identificación sea por código de barras y cuyo lector esté incorporado en el interior del equipo para la detección de cualquier error al momento de ser colocados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara, que equipo automatizado debe de incluir que los reactivos sean líquidos y listos para usar, así como que su identificación sea por código de barras y cuyo lector esté incorporado en el interior del equipo para la detección de cualquier error al momento de ser colocado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-OEC-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA TAMIZAJE PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código : 20602007970

Nombre o Razón social : LC BIOCORP S.A.C.

Fecha de envío : 16/05/2023

Hora de envío : 23:03:11

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En las bases solicitan la presentación de 7 marcadores para banco de sangre, se aprecia que las especificaciones técnicas para cada uno de los reactivos pero no se observan la especificación técnica del equipo, solicitamos por tanto para perjudicar la correcta integración de las bases se acepte equipos automatizados de quimioluminiscencia de 200 pruebas por hora o más con características propias de cada fabricante y permitir una mayor participación de postores

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3 **Página: 21**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara, que evaluando la cantidad de donantes al día y en sustento de promover pluralidad de postores, se solicita un equipo automatizado que cuente con un performance de 100 pruebas por hora como mínimo y que procese los 7 ensayos solicitados en simultáneo, de acuerdo a la necesidad de la Entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-OEC-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA TAMIZAJE PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código : 20602007970

Nombre o Razón social : LC BIOCORP S.A.C.

Fecha de envío : 16/05/2023

Hora de envío : 23:03:11

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En las bases se observan que solicitan 7 marcadores y se solucita controles positivo y negativo para cada uno de los reactivos solicitados, sin embargo los niveles de controles por cada fabricante es distinto existiendo algunas veces mas de 1 a 4 niveles por cada tipo de análisis, por tanto solicitamos se acepte que los niveles de controles sea acorde a cada fabricante y así permitir una mayor participación de postores

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara la consulta de que los controles a proveer contemplen los tipos negativo y positivo o más, siempre y cuando se sustente que la interpretación cualitativa de todos ellos coincida con la del reactivo a evaluar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-OEC-HRI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA TAMIZAJE PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA

Ruc/código : 20602007970

Nombre o Razón social : LC BIOCORP S.A.C.

Fecha de envío : 16/05/2023

Hora de envío : 23:03:11

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En las bases solicitan 7 marcadores para banco de sangre, sin embargo solicitamos se nos aclare que si los 7 marcadores deben de ser de la misma marca del equipo ofertado es correcto nuestro entender?

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3 **Literal:** 3 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara, que todos los reactivos solicitados deben de ser de la misma marca del equipo en cesión en uso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null