

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - UNIDAD EJECUTORA SALUD CAJAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-UE SALUD CAJAMARCA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL

Ruc/código :	20606201975	Fecha de envío :	25/04/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT S.A.C.	Hora de envío :	15:49:49

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

Se menciona que se debe realizar la entrega de un "cronograma de plan de mantenimiento preventivo a los 6 meses". Favor detallar si dentro del alcance de este proyecto se debe realizar solo el mantenimiento dentro de los 15 días establecidos y entregar un documento donde se detalle las recomendaciones para el próximo mantenimiento, o si se debe realizar dos mantenimientos: uno actual y otro dentro de 6 meses.

**Acápites de las bases :** Sección: General      Numeral: 8      Literal: 1      **Página: 23**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACEPTA CONSULTA ,LA ACLARACIÓN SE INCORPORARÁ EN BASES INTEGRADAS

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- El contratista deberá realizar el mantenimiento en el plazo establecido , posterior a esto presentará un cronograma para mantenimientos, éstos ya no estarán a cargo del contratista ,la entidad los gestionará de otra manera.
- Se solicita realizar una visita a la planta para la elaboración de su oferta económica.
- Considerar que el compresor superó las 500 hrs de trabajo, el aceite del compresor se encuentra en color caoba.
- Recordar que se trata de una planta móvil , por ello también requiere el mantenimiento de contenedor y techo para el área de llenado de tanques.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - UNIDAD EJECUTORA SALUD CAJAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-UE SALUD CAJAMARCA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL

Ruc/código :	20606201975	Fecha de envío :	25/04/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT S.A.C.	Hora de envío :	15:49:49

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Para poder presentar la propuesta, se requiere conocer la marca de la planta de oxígeno, detallando la capacidad en m3/h. Además, se debe contar con la placa del compresor y secador, en donde se pueda apreciar los datos de capacidad, potencia, etc.

**Acápites de las bases :**    **Sección:** General    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 1    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACEPTA LA CONSULTA, LA ACLARACIÓN SE INCORPORARÁ A LAS BASES INTEGRADAS

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- La planta de Oxígeno no tiene marca ya que es ensamblada con piezas de distintas marcas , pero es de tipo PSA.
- La planta de Oxígeno está estandarizada para llegar a 7m3/h por balón.
- Fotos del compresor y secador se incluirán en las bases Integradas

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - UNIDAD EJECUTORA SALUD CAJAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-UE SALUD CAJAMARCA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL

Ruc/código :	20606201975	Fecha de envío :	25/04/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT S.A.C.	Hora de envío :	15:49:49

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se menciona en el pedido de servicio, que se debe realizar el cambio de filtro de aire, filtro de aceite y separador de aceite del compresor. Debido a que dichos filtros varían de acuerdo a la marca y modelo del equipo, se requiere conocer el código o número de parte de estos filtros.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACEPTA CONSULTA , LA ACLARACIÓN SE INCORPORARÁ A LAS BASES INTEGRADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- Filtro de Aceite : Mod. Eco FL 40042 - 04 UND.
- Filtro de Aire : Mod. C14200 - 05 UND.
- Filtro de Línea : Mod. 0.55 MICRONES 200937 - 03 UND.
- Filtro Separador : Se agregan fotografías en Bases Integradas

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - UNIDAD EJECUTORA SALUD CAJAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-UE SALUD CAJAMARCA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL

Ruc/código :	20606201975	Fecha de envío :	25/04/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT S.A.C.	Hora de envío :	15:49:49

**Consulta:** Nro. 4

**Consulta/Observación:**

En el TDR, se menciona las acciones de inspección y verificación de diversos componentes. Favor detallar si en caso se encuentren en mal estado, el contratista será responsable del reemplazo o solamente de un informe técnico recomendando el reemplazo, ya que algunos de dichos ítems se refieren a componentes costosos que el contratista debe considerar en su presupuesto como reemplazo, en caso estén dañados.

**Acápites de las bases :** Sección: General      Numeral: 3.1      Literal: 1      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACEPTA LA CONSULTA , SE INCLUIRÁ LA ACLARACIÓN EN LAS BASES INTEGRADAS

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-En caso los componentes se encuentren en mal estado o requieran reemplazo, es responsabilidad del contratista realizar el cambio de las piezas, deberá contemplar esos costos en su oferta económica.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - UNIDAD EJECUTORA SALUD CAJAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-UE SALUD CAJAMARCA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL

Ruc/código :	20606201975	Fecha de envío :	25/04/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT S.A.C.	Hora de envío :	15:49:49

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Durante los mantenimientos preventivos de plantas de oxígeno, es recomendable reemplazar los elementos de filtros de línea (de aire y de oxígeno) de acuerdo a las horas de trabajo. Ya que en TDR no se menciona dicho cambio, favor detallar si es debido a que la planta ya recibió un mantenimiento previo hace pocas semanas, o si será responsabilidad del contratista realizar dicha actividad.

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 1    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACEPTA CONSULTA , LA ACLARACIÓN SE INCORPORARÁ EN BASES INTEGRADAS

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-El cambio de los elementos de filtros de línea (de aire y oxígeno) será responsabilidad del contratista.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - UNIDAD EJECUTORA SALUD CAJAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-UE SALUD CAJAMARCA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL

Ruc/código :	20606201975	Fecha de envío :	25/04/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT S.A.C.	Hora de envío :	15:49:49

**Consulta: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

Para presentar la propuesta se requiere detallar el flujo máximo que logra entregar la planta sin caídas de pureza de oxígeno

**Acápites de las bases :**    **Sección:** General                      **Numeral:** 3.1                      **Literal:** 1                      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACEPTA CONSULTA , LA ACLARACIÓN SE INCORPORARÁ EN BASES INTEGRADAS

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-El flujo máximo sin caída de pureza es de 5.5 Nm<sup>3</sup>/h

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - UNIDAD EJECUTORA SALUD CAJAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-UE SALUD CAJAMARCA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL

Ruc/código :	20606201975	Fecha de envío :	25/04/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT S.A.C.	Hora de envío :	15:49:49

**Consulta: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

Favor indicar si la planta se encuentra operativa actualmente con pureza mayor a 90%, y si es para llenado de balones, uso en red, o ambos. Asimismo, se debe conocer si recibió mantenimientos preventivos previos, ya que si es el primero el costo aumentará por el mal estado de los componentes.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 1    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACEPTA CONSULTA, LA ACLARACIÓN SE INCORPORARÁ EN LAS BASES INTEGRADAS

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

-Actualmente la planta se encuentra operativa sobrepasando la pureza del 90%, considerando que la actual normativa es superar el 93%, y es utilizado solo para el llenado de balones , cabe indicar que es el PRIMER MANTENIMIENTO general que se le realiza

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - UNIDAD EJECUTORA SALUD CAJAMARCA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-UE SALUD CAJAMARCA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL

Ruc/código :	20606201975	Fecha de envío :	25/04/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y ALTERNATIVAS TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SERALT S.A.C.	Hora de envío :	15:49:49

**Consulta: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

Para realizar la cotización de un equipo modular con diversos repuestos y marcas como una planta de oxígeno, es necesario realizar una visita. Favor indicar el contacto de la persona o área con la que se debe tramitar el permiso de ingreso.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General                      **Numeral:** 3.1                      **Literal:** 1                      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACEPTA LA CONSULTA , LA ACLARACIÓN SE INCORPORARÁ EN LAS BASES INTEGRADAS

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

La visita se puede coordinar con los siguientes contactos :

- Rodriguez Gonzales Jenry (Cel 976484868)
- De la Cruz Bernilla Luis (Cel 944260722)
- Merino Collantes Harol Luis (Cel 992178696)
-