

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-UERSAN/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR HEMATOLOGICO DE CINCO ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL DE APOYO HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION.

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	10/06/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:57:57

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita amablemente al comité evaluador que defina cuáles características técnicas del reactivo y equipo en cesión de uso que deberán ser acreditados mediante catálogos, folletería, insertos y/o manuales del fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: - **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con motivo de la integración de bases se precisara cual el la acreditación con la ficha técnica y/o Declaración Jurada

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisara en las Bases Integradas

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-UERSAN/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR HEMATOLOGICO DE CINCO ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL DE APOYO HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION.

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	10/06/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:57:57

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Al respecto de la acreditación de las especificaciones técnicas del reactivo y equipo cesión de uso, cabe señalar que la resolución N°2034-2018 TCE S1, el tribunal de contrataciones del estado ha establecido lo siguiente¿¿ no es acreditar la totalidad de las especificaciones técnicas del bien ofertado con hojas técnicas, catálogos, brochures y manuales del fabricante, ello atendiendo que la información requerida por las entidades es no es homogénea y obedece a las particularidades de su necesidad¿.

Por lo que, solicitamos amablemente al área usuaria acepte carta del fabricante para acreditar características técnicas del reactivo y del equipo cesión de uso, que no se mencionen en el catálogo, manuales, folletos, inserto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: - Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con motivo de la integración de bases se precisara cual el la acreditación con la ficha técnica y/o Declaración Jurada

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisara en las Bases Integradas

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-UIERSAN/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR HEMATOLOGICO DE CINCO ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL DE APOYO HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION.

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	10/06/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:57:57

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En el requerimiento del Analizador hematológico, solicitan: Contar con sistema de control de calidad interlaboratorial. Entendemos que el control interlaboratorial puede ser de primera o tercera opinión, ¿es correcto nuestro entender?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: - Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité y el área usuaria aclara que el control debe ser de primera opinión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

6. Procesamiento de muestras: - Contar con programa de control de calidad interlaboratorial con material de primera opinión.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-UERSAN/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR HEMATOLOGICO DE CINCO ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL DE APOYO HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION.

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	10/06/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:57:57

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En las características del equipo en cesión de uso indican: Autocargador con mezcla por inversión. Con el fin de dar paso a la pluralidad de postores, consultamos amablemente si aceptarían: Autocargador con mezcla automática por rotación de 120° o más, con el fin de dar paso a la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: - Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta. El equipo debe contar con autocargador de muestras con mezcla por inversión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-UERSAN/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR HEMATOLOGICO DE CINCO ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL DE APOYO HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION.

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	10/06/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:57:57

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En las características del equipo en cesión de uso indican: láser semiconductor. En vista de que esta es una característica propia de una metodología muy específica, solicitamos amablemente que se considere lo siguiente: láser semiconductor (opcional), con el fin de dar paso a la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: - Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta. Debido que en los equipos hematológicos, un láser semiconductor es un dispositivo que emite luz láser a través de un semiconductor. Este tipo de láser se utiliza en los analizadores de hematología para realizar análisis celulares, como la medición del tamaño de las células, su granularidad y complejidad, así como para la diferenciación de leucocitos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-UERSAN/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR HEMATOLOGICO DE CINCO ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL DE APOYO HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION.

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	10/06/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:57:57

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En las características del equipo en cesión de uso indican: Autocargador incorporado para 50 a más tubos. Consultamos amablemente si aceptarían: Autocargador incorporado para 40 a más tubos, con el fin de dar paso a la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: - Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta: Por lo tanto se aclara que el equipo debe contar con autocargardor incorporado para 50 a más tubos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-UERSAN/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR HEMATOLOGICO DE CINCO ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL DE APOYO HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION.

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	10/06/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:57:57

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En las características del equipo en cesión de uso indican: Corrección automática de leucocitos en presencia de normoblastos. Solicitamos amablemente que esta característica se considere como opcional, con el fin de dar paso a la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** - **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta dejar como opcional esta característica, pero se aclara que el equipo puede contar con el parámetro de hematíes nucleados reportable o investigación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

4. Características Específicas: - Corrección Automática de leucocitos en presencia de normoblasto (OPCIONAL).

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-UERSAN/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR HEMATOLOGICO DE CINCO ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL DE APOYO HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION.

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	10/06/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:57:57

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En las características del equipo en cesión de uso indican: Capacidad de almacenamiento de 40,000 resultados. Solicitamos amablemente que se considere ¿Capacidad de almacenamiento de 40,000 resultados o más, sea en el equipo o en computadora accesoría¿, con el fin de dar paso a la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: - Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta su consulta, se aclara que el analizador puede contar con almacenamiento de 40,000 a más resultados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

4. Características Especificas: - Capacidad de almacenamiento: 40,000 a mas Resultados, incluyendo información grafica y numérica.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-UERSAN/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR HEMATOLOGICO DE CINCO ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL DE APOYO HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION.

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	10/06/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:57:57

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Solicitamos amablemente al área usuaria que nos pueda aclarar si el LIS de la entidad es propio o tercerizado y de qué marca es.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: - Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité y el área usuaria, aclara que el LIS lo tiene que instalar el proveedor ganador.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-UERSAN/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR HEMATOLOGICO DE CINCO ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL DE APOYO HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION.

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	10/06/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:57:57

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En el numeral 2.1.1.2, indican presentar los documentos que acrediten los ¿Requisitos de calificación¿. Entendemos que esto hace referencia a los Requisitos de calificación de la página 33, ¿es correcto nuestro entender?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.1.1.2 **Literal:** - **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité y el área usuaria aclaran que En el numeral 2.1.1.2, indican presentar los documentos que acrediten los "Requisitos de calificación" que se detallan en el numeral 21 del Capítulo III, de la pagina 34.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE

Nomenclatura :LP-ABR-1-2025-UIERSAN/C-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR HEMATOLOGICO DE CINCO ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL DE APOYO HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION.

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	10/06/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:57:57

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

La detección temprana de infecciones como dengue es esencial para un manejo adecuado, ya que puede presentar síntomas similares a otras patologías y su diagnóstico rápido reduce el riesgo de complicaciones graves. La capacidad de realizar estas pruebas en el equipo hematológico optimiza el proceso diagnóstico, permitiendo una respuesta ágil en situaciones críticas. Dado que en el mercado peruano hay múltiples marcas que realizan screening de malaria, sugerimos amablemente al área usuaria que considere como mejora tecnológica la capacidad de realizar screening de dengue, asignándole un puntaje de 10 puntos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado que refrenda el presente pliego absolutorio de consultas y observaciones y mas aún para evitar condiciones que contravengan los principios de la Norma de Contratación pública principalmente la de Igualdad de Trato y Competencia, se determina mantener las condiciones establecidas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-UERSAN/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR HEMATOLOGICO DE CINCO ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL DE APOYO HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION.

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	10/06/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:57:57

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

La velocidad de sedimentación globular (VSG) es un marcador clave en la evaluación de procesos inflamatorios y enfermedades autoinmunes y en el seguimiento de infecciones y trastornos hematológicos. Incluir esta medición en el equipo facilitaría un diagnóstico más rápido y preciso, mejorando la eficiencia en la atención. Estudios han demostrado que la VSG, junto con otros parámetros, puede mejorar la precisión diagnóstica en un 25-30%. Además, su incorporación optimiza la gestión operativa al reducir la necesidad de pruebas adicionales. Dado que en el mercado peruano hay varias marcas que miden la VSG, sugerimos al área usuaria que considere como requerimiento la medición de la VSG en el analizador hematológico solicitado

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinación con el área usuaria que refrenda el presente pliego absolutorio de consultas y observaciones y mas aún para evitar condiciones que contravengan los principios de la Norma de Contratación pública principalmente la de Igualdad de Trato y Competencia, se determina mantener las condiciones establecidas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-UERSAN/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR HEMATOLOGICO DE CINCO ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL DE APOYO HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION.

Ruc/código :	20552895496	Fecha de envío :	10/06/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:57:57

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

La detección temprana de malaria es esencial para un manejo adecuado, ya que puede presentar síntomas similares a otras patologías y su diagnóstico rápido reduce el riesgo de complicaciones graves. Se estima que el diagnóstico temprano de malaria reduce la mortalidad en un 20-40%, mejorando los resultados clínicos. En el mercado peruano hay múltiples marcas que realizan screening de malaria. Por lo tanto, sugerimos amablemente al área usuaria que considere como requerimiento la capacidad de realizar screening de malaria en el equipo hematológico solicitado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta, ya que en la especificación técnica ni en el requerimiento no se ha considerado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-UERSAN/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR HEMATOLOGICO DE CINCO ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL DE APOYO HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION.

Ruc/código :	20102032871	Fecha de envío :	10/06/2025
Nombre o Razón social :	MANUFACTURA MEDICA Y ORTOPEDIA S.A.C.	Hora de envío :	17:08:50

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En ese apartado se menciona Autocargador de muestras incorporado, con mezcla por inversión. Sin embargo, con la finalidad de fomentar mayor participación de postores en concordancia de la ley 32069 y artículo 5 de los principios rectores de la contratación pública, se considere también la opción de mezcla de muestras mediante sistema Auto Mixer, ya que este mecanismo; segura una homogeneización eficiente y estandarizada de las muestras al ser automático y agiliza los tiempos de procesamiento, optimizando el flujo de trabajo del laboratorio. Consideramos que esta alternativa cumple con el objetivo funcional de mezcla eficiente, además de aportar beneficios operativos concretos. Esperamos que vuestro comité considere los argumentos vertidos con el fin de no vulnerar el artículo citado en líneas precedentes y así evitar futuras nulidades que conllevarían retrasos innecesarios.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 4 Literal: 4 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta: ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-UERSAN/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR HEMATOLOGICO DE CINCO ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL DE APOYO HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION.

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	10/06/2025
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	17:32:37

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En la página 18 de las Bases Administrativas solicitan:

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta:

[...]

g) Consignar la Ficha Técnica y/o Broucher y/o Folleto que contenga la información que cumpla con las especificaciones técnicas del analizador ofertado.

Sabiendo que, no todas las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS indicadas se pueden acreditar mediante catálogos y/o folletos y/o manuales y/o cartas aclaratorias u otros documentos técnicos emitidos por el fabricante o fabricante legal o dueño de la marca.

Solicitamos al Comité de Selección considerar también como documento sustentatorio: Carta del Fabricante y/o declaración jurada del postor, para aquellas características que no se encuentren contemplados en los documentos solicitados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con motivo de la integración de bases se precisara cual el la acreditación con la ficha técnica y/o Declaración Jurada

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisara en las Bases Integradas.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-UERSAN/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR HEMATOLOGICO DE CINCO ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL DE APOYO HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION.

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	10/06/2025
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	17:32:37

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En la página 27 de las Bases Administrativas solicitan:

9.CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR

14.-Documentos a entregar

[¿]

-Cada caja de reactivo debe venir acompañado del Certificado de Análisis correspondiente al lote del reactivo.

[¿]

Entendemos que la presentacion del Certificado de Análisis solicitado corresponde SOLO al reactivo y NO es necesaria la presenteación del mismo para otros consumibles (Calibradores y/o soluciones de limpieza y/o controles, etc).

Solicitamos al Comite de Selección indique si nuestra apreciación es correcta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 9 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta su consulta, ya que los reactivos, controles y calibradores deben contar con un certificado de análisis o calibración que respalden su trazabilidad y fiabilidad. Este certificado confirma que el insumo ha sido evaluado y cumple con especificaciones técnicas o estándares de calidad establecido. No se acepta su consulta, ya que los reactivos, controles y calibradores deben contar con un certificado de analisis o calibración que respalden su trazabilidad y fiabilidad. Este certificado confirma que el insumo ha sido evaluado y cumple con especificaciones técnicas o estándares de calidad establecido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-UERSAN/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR HEMATOLOGICO DE CINCO ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL DE APOYO HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION.

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	10/06/2025
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	17:32:37

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

En la página 27 de las Bases Administrativas solicitan:

9.CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR

14.-Documentos a entregar

[¿]

-Cada caja de reactivo debe venir acompañado del Certificado de Análisis correspondiente al lote del reactivo.

[¿]

Entendemos que el Certificado de Análisis del Producto Terminado (Protocolo de Análisis) del producto ofertado que se presentará en el oferta es referencial y NO acredita la vigencia solicitada en las especificaciones técnicas de los reactivos NI corresponde al LOTE que se ingresará al almacén en caso seamos adjudicados.

Solicitamos al Comité de Selección indique si nuestra apreciación es correcta.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 9 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité y el área usuaria, aclara que es correcto su entender. Sin embargo, una vez adjudicado se presentara el certificado de análisis de los reactivos, controles y calibradores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-UERSAN/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR HEMATOLOGICO DE CINCO ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL DE APOYO HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION.

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	10/06/2025
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	17:32:37

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

En la página 27 de las Bases Administrativas solicitan:

9.CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR

14.-Documentos a entregar

[¿]

-Certificado de Registro Sanitario

[¿]

Entendemos que la presentacion del Registro Sanitario solicitado corresponde SOLO al reactivo y NO es necesaria la presenteación del mismo para otros consumibles (Calibradores y/o soluciones de limpieza y/o controles, etc).

Solicitamos al Comite de Selección indique si nuestra apreciación es correcta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 9 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta su consulta, ya que los reactivos, controles y calibradores deben contar con un certificado de analisis o calibración que respalden su trazabilidad y fiabilidad. Este certificado confirma que el insumo ha sido evaluado y cumple con especificaciones técnicas o estándares de calidad establecido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-UERSAN/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR HEMATOLOGICO DE CINCO ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL DE APOYO HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION.

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	10/06/2025
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	17:32:37

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

En la página 27 de las Bases Administrativas solicitan:

9.CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR

14.-Documentos a entregar

[¿]

-Certificado de Registro Sanitario

[¿]

Solicitamos al Comité de Selección se acepte también la Carta emitida por DIGEMID (CONSULTA TECNICA) en donde se indique que el producto no se encuentra sujeto a otorgamiento de Registro Sanitario en referencia al Equipo.

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 9 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Colegiado en coordinación con el Área Usuaria que refrenda el presente pliego de absolución de consultas y observaciones, aclaran al participante que los formatos y anexos se encuentran claramente establecidas en los acápites

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-UIERSAN/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR HEMATOLOGICO DE CINCO ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL DE APOYO HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION.

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	10/06/2025
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	17:32:37

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

En la página 27 de las Bases Administrativas solicitan:

9.CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR

14.-Documentos a entregar

[¿]

-Certificado de ISO 9001-2015

[¿]

Se entiende que el ISO 9001-2015 asegura cumplir los procesos de calidad, sin embargo, el ISO 13485 también acredita y abarca dichos procesos por lo que, solicito al Comité de Selección omitir el ISO 9001-2015, con el fin de mayor participación a los postores.

Acápito de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** III **Literal:** 9 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta. Sin embargo se puede considerar como mejora la ISO 13485.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-UERSAN/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR HEMATOLOGICO DE CINCO ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL DE APOYO HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION.

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	10/06/2025
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	17:32:37

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

En la página 34 de las Bases Administrativas solicitan:

21. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 400 000.00 (Cuatrocientos mil con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

[...]

Se consideran bienes similares a los siguientes: Venta de Equipos Hematológicos y/o Equipos Bioquímicos.

Solicitamos al Comité de Selección considere como bienes similares también a los REACTIVOS, MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO EN GENERAL, esto con el fin de promover una mayor participación de postores.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 21 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta su consulta. Se aclara que el proveedor deberá contar con experiencia en la venta de equipos hematológicos, y específicamente en comodato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-UERSAN/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR HEMATOLOGICO DE CINCO ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL DE APOYO HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION.

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	10/06/2025
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	17:32:37

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

En las bases administrativas, página N° 24. En características específicas, señalan "Contar con la opción de ingresar las muestras pediátricas en microtubos en forma manual con tapa abierta sin que se vea afectado el resultado de la muestra a procesar", en este aspecto, diversos fabricantes manejan sus propios estándares de tubos pediátricos para un modo cerrado depende del modelo del analizador, esto mejora en mantener la muestra adecuada y bajar los errores analíticos manuales por parte del usuario. Es por ello que solicitamos al comite que se considere mediciones de muestras pediátricas en modo cerrado siempre y cuando se facilite los materiales de tubos cerrados pediátricos para su procesamiento adecuado y completo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** * **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta su consulta, por que esta característica no se incluyo en las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-UERSAN/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR HEMATOLOGICO DE CINCO ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL DE APOYO HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION.

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	10/06/2025
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	17:32:37

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

En el capitulo III, numeral 3.1, página 28 de las bases, en Características Tecnicas del Analizador automatizado hematologico diferencial de 3 estirpes, solicitan una ANTIGUEDAD DEL EQUIPO: menor a 2 años. En este sentido, de acuerdo a la normativa vigente descrita en la normativa ISO 13485:2016 "Dispositivos médicos - sistemas de gestión de la calidad - requisitos para fines reglamentarios" y NTP 60601-1-2010 "Requisitos generales para la seguridad básica y funcionamiento esencial de los equipos médicos eléctricos" (o norma equivalente) solicitamos amablemente al comité de selección evalúe con el área usuaria aceptar una antigüedad no mayor a 4 años para garantizar la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: * Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta su consulta. Se aclara que el equipo hematológico solicitado es de 5 estirpes y la antigüedad deberá ser menor a 2 años.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-UERSAN/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR HEMATOLOGICO DE CINCO ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL DE APOYO HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION.

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	10/06/2025
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	17:32:37

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

En las bases administrativas, página N° 24. En las especificaciones técnicas del Equipo en cesión de uso, mencionan en Características específicas: "Software con dos modos de operación: 1. sangre total y 2. predilución" Con respecto a los modos de operación, en los analizadores hematologicos la mayoría cumple con un modo operativo para sangre total. En este caso, solicitamos amablemente al comite que se considere como opcional el modo de predilución para una pluralidad de postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** * **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta. Se aclara que el equipo a ofertar debe contar con software con dos modos de operación :1.sangre total y 2.predilución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-UERSAN/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR HEMATOLOGICO DE CINCO ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL DE APOYO HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION.

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	10/06/2025
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	17:32:37

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

En las bases administrativas, página N° 24. En las especificaciones técnicas del Equipo en cesión de uso. En características específicas: solicitan Corrección automática de leucocitos en presencia de normoblastos. Considerando que los parametros a solicitar no incluyen parametros de investigacion o celulas inmaduras. Solicita amablemente a la entidad, considerar esta características como opcional.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** * **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la consulta. El comité en consulta con el área usuaria acepta dejar como opcional esta característica, pero se aclara que el equipo puede contar con el parámetro de hematíes nucleados reportable o investigación (RUO).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

4. Características Específicas: - Corrección Automática de leucocitos en presencia de normoblasto (OPCIONAL).

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-UERSAN/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR HEMATOLOGICO DE CINCO ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL DE APOYO HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION.

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	10/06/2025
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	17:32:37

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

En las bases administrativas, página N° 24. En las especificaciones técnicas del Equipo en cesión de uso. En características específicas: solicitan con alarma de anomalías hematológicas. En el mercado existen diversos fabricantes donde usan otro tipo de terminología para presentar las alarmas de anomalías hematológicas que cumplen con el mismo propósito ya sea a través de íconos, textos, etc. En este sentido, solicitamos amablemente al comité de elección considerar aceptar la terminología de alarmas de anomalías hematológicas de acuerdo a la presentación y terminología de cada fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** * **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la consulta, que el equipo cuente con alarmas de anomalías hematológicas de acuerdo al fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

4. Características Específicas: - Con alarma de anomalías hematológicas de acuerdo al fabricante.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-UERSAN/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR HEMATOLOGICO DE CINCO ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL DE APOYO HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION.

Ruc/código :	20547629338	Fecha de envío :	10/06/2025
Nombre o Razón social :	INTELLI-CHECK S.A.C.	Hora de envío :	17:32:37

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

En las bases administrativas, página N° 24. En las especificaciones técnicas del Equipo hematologico en cesión de uso. En características específicas: solicitan laser semiconductor. Entendemos que al tener una metodologia de citometria de flujo basado en laser estos tipos de instrumentos manejan una tecnologia optica - electronica donde mantienen esta especificación generando la tecnologia solicitada. En este sentido, solicitamos amablemente al comité de elección considerar aceptar la terminología de acuerdo al fabricante, manteniendo el mismo significado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: * Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta. Debido a que en los equipos hematológicos, un láser semiconductor es un dispositivo que emite luz láser a través de un semiconductor. Este tipo de láser se utiliza en los analizadores de hematología para realizar análisis celulares, como la medición del tamaño de las células, su granularidad y complejidad, así como para la diferenciación de leucocitos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-UERSAN/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR HEMATOLOGICO DE CINCO ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL DE APOYO HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION.

Ruc/código :	20602007970	Fecha de envío :	10/06/2025
Nombre o Razón social :	LC BIOCORP S.A.C.	Hora de envío :	23:00:45

Observación: Nro. 28

Consulta/Observación:

En el literal "g" indican Consignar la Ficha Técnica y/o Broucher y/o Folleto que contenga la información que cumpla con las especificaciones técnicas del analizador ofertado, al respecto solicitamos que esto no resulta claro puesto que no se establece de manera clara, que aspectos o Extremos de las especificaciones técnicas del bien y del equipo se deben de acreditar, vulnerando así los principios de la Ley de Contrataciones del Estado como lo es el principio de transparencia.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** G **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con motivo de la integración de bases se precisara cual el la acreditación con la ficha técnica y/o Declaración Jurada

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisara en las Bases Integradas.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-UERSAN/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR HEMATOLOGICO DE CINCO ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL DE APOYO HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION.

Ruc/código :	20602007970	Fecha de envío :	10/06/2025
Nombre o Razón social :	LC BIOCORP S.A.C.	Hora de envío :	23:00:45

Observación: Nro. 29

Consulta/Observación:

En las bases indican Consignar la Ficha Técnica y/o Broucher y/o Folleto que contenga la información que cumpla con las especificaciones técnicas del analizador ofertado, al respecto debemos indicar que ningún fabricante, realiza los catálogos o fichas técnicas con las características específicas que cada entidad solicita, es por este motivo que la oece a través de diversos pronunciamientos acepta el uso de cartas aclaratorias para sustentar especificaciones que los otros documentos no pueden, por. Tanto solicitamos se acepte también cartas aclaratorias y/o documentos emitidos por el fabricante

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: G Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con motivo de la integración de bases se precisara cual el la acreditación con la ficha técnica y/o Declaración Jurada

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisara en las Bases Integradas

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-UERSAN/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR HEMATOLOGICO DE CINCO ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL DE APOYO HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION.

Ruc/código :	20602007970	Fecha de envío :	10/06/2025
Nombre o Razón social :	LC BIOCORP S.A.C.	Hora de envío :	23:00:45

Observación: Nro. 30

Consulta/Observación:

En las bases solicitan Corrección automática de leucocitos en presencia de normoblasto, al respecto debemos indicar que esta característica corresponde a Analizadores más complejos y grandes de 6 diferenciales y no a 5 diferenciales, por tanto entendemos que existiría contradicción entre el objeto de la Convocatoria que es de 5 diferenciales y una de las características que harían que sea de 6 diferenciales, por tanto solicitamos que esta característica sea considerada opcional o en su defecto que se acepte también el normoblasto como parámetro RUO (investigación)

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 9.2.2 **Literal:** 4 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la consulta. El comité en consulta con el área usuaria acepta dejar como opcional esta característica, pero se aclara que el equipo puede contar con el parámetro de hematíes nucleados reportable o investigación (RUO).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

4. Características Específicas: - Corrección Automática de leucocitos en presencia de normoblasto (OPCIONAL).

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-UERSAN/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR HEMATOLOGICO DE CINCO ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL DE APOYO HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION.

Ruc/código :	20557788841	Fecha de envío :	10/06/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION JEM BIOS E.I.R.L.	Hora de envío :	23:42:04

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Con referente al enunciado que los reactivos sean compatibles con el equipo en sesión de uso que oferten y con el software de interface (los reactivos, los calibradores, controles y diluyentes sean de la misma marca) se solicita al comité de selección y al área usuaria aceptar como complemento el reactivo de kit panóptico con el fin de corroboraciones de manera manual en caso haya incongruencias con los resultados emitidos por el equipo hematológico

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.9 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado que refrenda el presente pliego absolutorio de consultas y observaciones, luego de determinar que la propuesta del participante agrega un valor adicional al parámetro mínimo establecido en las especificaciones técnicas, mejorando su calidad en la prestación para corroboraciones de manera manual en caso haya incongruencias con los resultados emitidos por el equipo hematológico en pro de nuestros asegurados, sin generar un costo adicional a la Entidad, con ocasión a la Integración de la Bases se adicionara a modo de mejora en el acápite de Factores de evaluación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Evaluación: Oferta como complemento el kit panóptico para corroborar de manera manual en caso haya incongruencias con los resultados emitidos por el equipo hematológico. Acreditación: Se acreditará únicamente mediante la presentación de Declaración Jurada e Inserto (Instrucciones). Mejora 2 : 15 puntos y se hará la distribución con la Mejora 1 con 15 puntos.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-UERSAN/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR HEMATOLOGICO DE CINCO ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL DE APOYO HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION.

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	10/06/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:46:10

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

2 METODOLOGIA

Considerando que los analizadores tienen distintas metodologías según su tecnología, solicitamos que también se ACEPTE la fluorescencia y/o impedancia eléctrica y/o citometría de flujo por láser y/o colorimetría. Solicitamos aceptar la consulta para nuestra participación.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta, ya que la metodología de fluorescencia no se considero en las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-UERSAN/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR HEMATOLOGICO DE CINCO ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL DE APOYO HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION.

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	10/06/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:46:10

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

LASER SEMI CONDUCTOR

Considerando que cada analizador tiene sus propias características y aras de la pluralidad, solicitamos considerar el laser semiconductor como OPCIONAL. Solicitamos aceptar la consulta para nuestra participación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta. Debido a que en los equipos hematológicos, un láser semiconductor es un dispositivo que emite luz láser a través de un semiconductor. Este tipo de láser se utiliza en los analizadores de hematología para realizar análisis celulares, como la medición del tamaño de las células, su granularidad y complejidad, así como para la diferenciación de leucocitos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-UERSAN/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR HEMATOLOGICO DE CINCO ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL DE APOYO HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION.

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	10/06/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:46:10

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Considerando que cada analizador tiene sus propias metodologias y tecnologias, en aras de la pluralidad de postores, solicitamos considerar ACEPTAR autocargador incorporado para 30 a mas tubos. Solicitamos aceptar la consulta para nuestra participación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta. Por lo tanto se aclara que el equipo debe contar con autocargardor incorporado para 50 a más tubos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD AYACUCHO NORTE

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-UERSAN/C-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ANALIZADOR HEMATOLOGICO DE CINCO ESTIRPES CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL DE APOYO HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION.

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	10/06/2025
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:46:10

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

PRESENTAR PROTOCOLO DE ELIMINACION

Considerando que los protocolos son establecidos por normativas por cada laboratorio, y para evitar malas interpretaciones en el proceso, solicitamos que esta solicitud sea OPCIONAL. Solicitamos aceptar la consulta para nuestra participación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la consulta: Por lo tanto esta característica será Opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

4. Características Específicas: - Sistema adecuado de eliminación de residuos (con sistema directo al desagüe de ser necesario). Presentar protocolo de eliminación (OPCIONAL).