

FORMATO N° 11**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
BIENES****(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

1	NÚMERO DE ACTA	04-LP-17-2024-GERESA-LL			
2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL En Trujillo, a los 29 días del mes de enero del año 2025, en el local de la Oficina de la Unidad de Abastecimiento de la Gerencia Regional de Salud, a las 10:00 horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante formato 001-2024 LP N° 17-2024-GERESA/LL-1RA CONVOCATORIA, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección LICITACION PUBLICA N° 17-2024-GERESA/LL-PRIMERA CONVOCATORIA, cuyo objeto de convocatoria es la "ADQUISICIÓN DE 2 ITEMS: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG Y SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG PARA LA IOARR 2601427 "ADQUISICIÓN DE CALDERO, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD], a fin de efectuar la APERTURA DE SOBRES, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.				
3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER) El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:				
	Presidente	ING. ALEX FABIO KEVIN VACA TELLEZ	Titular X Suplente	Dependencia:	PLANIFICACIÓN
	Primer Miembro	ABG. GIOVANNA NAOMI CARRILLO HUARIPATA	Titular X Suplente	Dependencia:	UTF-ABASTECIMIENTO
	Segundo Miembro	ING. JESUS MANUEL CHAMPI VELASQUEZ	Titular X Suplente	Dependencia:	PLANIFICACIÓN
4	DETALLE DE LOS PARTICIPANTES De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:				
	N°	Nombre o razón social del participante	RUC		
	1	H.W.KESSEL S.A.C.	20100329205		
	2	CORPORACION EFAMEINSA E INGENIERIA S.A.	20418933381		
	3	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	20543306771		
	4	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	20556514004		
	5	UNIMASS E.I.R.L.	20601232571		
	6	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	20603346344		
	7	MEDICA INNOVADORA S.A.C.	20604125490		
	8	ECO HOSPITAL TECH S.A.C.	20604370630		
	9	MEGA-MED E.I.R.L.	20607920363		
5	DETALLE DE LOS POSTORES En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad sus ofertas en sobre cerrado:				
	N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación	
	1	MEDICA INNOVADORA S.A.C.	19/12/2024	23:49:49	
6	Acto seguido, se procede con la apertura de los sobres que contienen las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstas en las bases.				
7	DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS				

FORMATO N° 11**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
BIENES****(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:

N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
1	-	-

8 DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:

N°	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula
1	MEDICA INNOVADORA S.A.C.	1.- LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMATICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA)
2	MEDICA INNOVADORA S.A.C.	2.- SECADORA DE ROPA, CAPACIDAD 80 KG

9 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS**9.1 DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA**

N°	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor referencial
1	MEDICA INNOVADORA S.A.C.	970,000.00	
2	MEDICA INNOVADORA S.A.C.	518,000.00	

9.2 DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según Anexo que forma parte de la presente Acta.

10 PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES

COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR

10.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1 ITEM 1		MEDICA INNOVADORA S.A.C.	
	FACTORES			PUNTAJES
	PRECIO			90 puntos
	PLAZO DE ENTREGA			03 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES			93 puntos
10.2	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1 ITEM 2		MEDICA INNOVADORA S.A.C.	
	FACTORES			PUNTAJES
	PRECIO			90 puntos
	PLAZO DE ENTREGA			03 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES			93 puntos

11 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:

N° DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL
1	MEDICA INNOVADORA S.A.C.	93
1	MEDICA INNOVADORA S.A.C.	93

Nota.- En caso de empate consignar la aplicación del criterio de desempate adoptado para establecer el orden de prelación.

12 CALIFICACIÓN

FORMATO N° 11

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
BIENES**

(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)

Luego de culminada la evaluación, el Comité de Selección, determinó si el postor que obtuvo el primer lugar según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases:

12.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº 1 ITEM 1		MEDICA INNOVADORA S.A.C.	
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
	A	CAPACIDAD LEGAL		
	A.2	HABILITACIÓN	X	
	B	EXPERIENCIA DEL POSTOR		
	B.1	FACTURACIÓN	X	
	C	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL		
	C.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (SOLO PARA MODALIDAD DE EJECUCIÓN LLAVE EN MANO)	X	
RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN			CALIFICADO	
12.2	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº 1 ITEM 2		MEDICA INNOVADORA S.A.C.	
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
	A	CAPACIDAD LEGAL		
	A.2	HABILITACIÓN	X	
	B	EXPERIENCIA DEL POSTOR		
	B.1	FACTURACIÓN	X	
	C	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL		
	C.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (SOLO PARA MODALIDAD DE EJECUCIÓN LLAVE EN MANO)	X	
RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN			CALIFICADO	
12.3	DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS			
	La calificación de las ofertas se detalla en el cuadro de Calificación, según Anexo 01 que forma parte de la presente Acta.			

13 RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN

De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo el primer lugar en orden de prelación, cumple los requisitos de calificación establecidos en las bases:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR
1	MEDICA INNOVADORA S.A.C. - ITEM N° 01
1	MEDICA INNOVADORA S.A.C. - ITEM N° 02

14 ACUERDO ADOPTADO

Los integrantes del Comité de Selección, por UNANIMIDAD, dan por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado y a los cuadros de Evaluación de Ofertas y Calificación adjuntos que forman parte del Acta.

15





ING. ALEX FABIO KEVIN VACA TELLEZ ABG. GIOVANNA NAOMI CARRILLO HUARIPATA ING. JESUS MANUEL CHAMPI VELASQUEZ

CUADRO N°1 : EVALUACIÓN DE OFERTAS LP 17-2024-GERESA/CS-1

		MEDICA INNOVADORA S.A.C.
A.	ADMISIÓN DE OFERTA	
	Documentación de presentación obligatoria	
	Documentos para la admisión de la oferta	
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	PRESENTA ANEXO N° 1
b)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	PRESENTA DOCUMENTACION
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	PRESENTA ANEXO N° 2
d)	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	PRESENTA ANEXO N° 3
e)	Para acreditar características técnicas relacionadas al diseño del fabricante de equipos o bienes de convocatoria en procedimientos de selección será a través de la HOJA DE PRESENTACION DEL PRODUCTO Y SUSTENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (FORMATO N° 14). Y se empleará para ello: Folletos, instructivos, manuales, catálogos, data sheet o similares de fabricante, en original o copias; también se empleará cualquier otro documento del fabricante. Las características técnicas que tienen que ser sustentadas obligatoriamente, con la documentación anteriormente mencionada, por ítem son las siguientes: SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG: A01 al A33, B01 al B03, C01 Respecto al sustento gráfico (planos, figuras, o imágenes), que sustentan el (los) bien(es) ofertado(s), objeto de la convocatoria, tendrá que estar compatibilizado con el sustento literal correspondiente. Si en las propuestas, existiera contradicciones entre el sustento gráfico y literal, estas serán descalificadas. Las otras características técnicas que no están relacionadas al diseño de fabricante serán acreditadas mediante el ANEXO N°03: DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS	PRESENTA DOCUMENTACION
f)	REGISTRO SANITARIO de los bienes objeto de la contratación que por normatividad correspondan, presentar una copia de registro sanitario que lo acreditan; los bienes que no lo requieren deberá adjuntar la DECLARACION JURADA DE EQUIPOS QUE NO ESTAN A REGISTRO SANITARIO (ANEXO N° 11) Y EL LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPOS QUE NO ESTAN SUJETO A REGISTRO SANITARIO (EMITIDO POR DIGEMID).	PRESENTA DOCUMENTACION
g)	DECLARACION JURADA DE SERVICIO DE POST VENTA para garantizar un stock de repuestos y/o accesorios, insumos, consumibles y otros materiales; por el periodo de 05 años (ANEXO N° 13); Asimismo, deberá adjuntar una carta de autorización para emitir dicha declaración, la carta será emitida por el fabricante; o por el representante y/o distribuidor del fabricante (adjuntar documento sustentado).	PRESENTA DOCUMENTACION
h)	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	PRESENTA ANEXO N° 4
i)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	NO CORRESPONDE
j)	El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6. El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.	PRESENTA ANEXO N° 6
ITEM 2		
SECADORA DE ROPA CAPACIDAD 80 KG		MARCA: FAGOR, MODELO: SR - 80 TP2
A.	CARACTERÍSTICAS GENERALES	
A01	SECADORA INDUSTRIAL, AUTOMATICA DE DISEÑO COMPACTO, PROCESO DE SECADO POR CALEFACCION MEDIANTE VAPOR SATURADO PROPORCIONADO POR EL HOSPITAL DE HASTA 90°C.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO

A02	CAPACIDAD: DE 100KG/CARGA DE ROPA SECA + 10% (COMO MAXIMO); CON CARGA Y DESCARGA FRONTAL, RELACION 1:20.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A03	ESTRUCTURA DE SOPORTE METALICO DE NORMAS ASTM A -36 O SUPERIOR PARA TRABAJO PESADO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A04	TRANSMISION MECANICA EXTRA PESADA CON ROTACION DE DOBLE SENTIDO MEDIANTE POLEAS, FAJAS TRAPEZOIDALES.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A05	TAMBOR FABRICADO DE ACERO INOXIDABLE DE 1/8" DE ESPESOR AISI 304 CON PERFORACION CON AGUJEROS AVELLANADOS Y PESTAÑADOS QUE PERMITA UN ALTO FLUJO DE AIRE A TRAVES DEL TAMBOR ROTATIVO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A06	EJE ESPECIAL PARA TRABAJOS PESADOS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A07	CALENTAMIENTO: CON VAPOR DE AGUA CON VALVULA SOLENOIDE EN EL INGRESO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A08	SISTEMA DE CALENTAMIENTO A VAPOR MEDIANTE: INTERCAMBIADORES DE CALOR FABRICADO EN TUBO DE COBRE DE 5/8 PSI.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A09	FILTRO PARA PELUSAS CON MALLA DE ACERO INOXIDABLE CON AMPLIA SUPERFICIE QUE GARANTICE UN FLUIDO UNIFORME DE AIRE, DE FACIL LIMPIEZA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A10	BASTIDOR INTERIOR DE ACERO TRATADO PINTADO CON RESINA DE POLISTER CON ACABADO TEXTURIZADO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A11	BASTIDOR EXTERIOR FRONTAL, SUPERIOR, INFERIOR FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CALIDAD 304	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A12	PARA UN CALENTAMIENTO DE VAPOR 100 PSI	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A13	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO COOL DOWN PARA EVITAR QUE SE PRODUZCAN ARRUGAS EN TEJIDOS DELICADOS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A14	MOVIMIENTO DEL TAMBOR: DOBLE SENTIDO DE ROTACION	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A15	NIVEL DE RUIDO: MENOR O IGUAL A 70 DB	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A16	VELOCIDAD DE GIRO: DE 30 A 50 RPM Y CONTROL DE VELOCIDAD CO SISTEMA AUTOMATICO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A17	DIAMETRO DEL TAMBOR: DE 1160MM A 1180MM.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A18	PROFUNDIDAD DEL TAMBOR: 1140 mm COMO MÍNIMO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A19	DIÁMETRO DE DESCARGA DE VAPOR: DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A20	POTENCIA DE MOTOR DEL TAMBOR: 2HP COMO MINIMO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A21	POTENCIA DEL MOTOR DEL EXTRACTOR O VENTILADOR: DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	PUERTA	
A22	PUERTA DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A23	PUERTA CON VIDRIO TERMICO DE AMPLIA VISIBILIDAD. TERMICAMENTE SELLADO COMO MINIMO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A24	PUERTAS CON BISAGRAS Y CON MANIJA DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	AUTOMATIZACION, MONITOREO Y CONTROL	
A25	PANEL DE CONTROL ELECTRÓNICO DIGITAL DE 6": CON PANTALLA Y MENU DE NAVEGACIÓN	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A26	PANEL DE CONTROL PROGRAMABLE, QUE PERMITA LA PROGRAMACIÓN DE TEMPERATURA, TIEMPOS, Y VELOCIDAD DE ROTACIÓN DEL TAMBOR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A27	SEÑALES VISUALES DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	SEGURIDAD	
A28	SISTEMA DE SEGURIDAD AUTOMATICO QUE EVITA QUE LA MAQUINA FUNCIONE CON LA PUERTA ABIERTA O SE PARALIZE AL QUERER ABIRLA DURANTE LA MARCHA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A29	PROTECCIÓN ELECTRICA: DEBERA CONTAR CON UN TABLERO ELECTRICO DE PROTECCIÓN AUTOMÁTICA POR SOBRECARGA DEL MOTOR PRINCIPAL, CON VENTILACIÓN CLIMATIZADA A TODOS LOS COMPONENTES COMO MÍNIMO (OPCIONAL)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A30	PROTECCIÓN ELECTRONICA: SISTEMA DE CONTROL DE VELOCIDAD CON VARIADOR DE FRECUENCIA DE 2 HP COMO MÍNIMO (OPCIONAL)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A31	PULSEADORES PARA ARRANQUE Y PARADA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	MENSAJE DE ALARMA	
A32	ALARMA ACUSTICA Y VISUAL QUE AVISE LA CULMINACION DE LA FASE DE SECADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A33	ALARMA ACUSTICA Y VISUAL DE DESPERFECTOS DE ALIMENTACION O FUNCIONAMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO

B	MEDIDAS APROXIMADAS DEL EQUIPO	
B01	ANCHO: 1460MM COMO MAXIMO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B02	PROFUNDIDAD: 1700MM COMO MAXIMO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B03	ALTURA: 2400MM COMO MAXIMO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C	REQUERIMIENTO ELECTRICO	
C01	TENSION DE ALIMENTACION 220/230 V/AC TRIFASICO, O RANGO QUE CONTenga ESTE VALOR, FRECUENCIA 60 HZ.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C02	CABLE DE PODER VULCANIZADO, CON ENCHUFE TIPO INDUSTRIAL CON PUESTA A TIERRA, EL CUAL SERA ASUMIDO E INSTALADO POR EL PROVEEDOR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C03	LA EMPRESA CORRERA CON LOS GASTOS QUE INVOLUCRE LA INSTALACION, LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y ADECUACION DEL ESPACIO FISICO, EN RELACION A LAS ESPECIALIDADES ELECTRICAS, DE REDES DE AGUA Y DESAGUE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C04	DE REQUERIR REEMPLAZO DE LLAVE TERMICA EN TABLERO GENERAL Y CABLEADO ELECTRONICO (NO HALOGENO-DESDE EL TABLERO GENERAL/ DISTRIBUCION HASTA EL ENCHUFE INDUSTRIAL) POR POTENCIA DE EQUIPO PROPUESTO. ESTA SERA ASUMIDA POR EL PROVEEDOR EN	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C05	INGRESO DE ENERGIA ELECTRICA A TRAVES DE BORNERA CON LINEA A TIERRA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
D	GARANTIA, MANTENIMIENTO U OTROS:	
D01	TRES AÑOS DE GARANTIA COMO MINIMO, CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION O FALLAS NO ATRIBUIBLES AL NORMAL USO DEL EQUIPO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
D02	PROGRAMA Y EJECUCION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL PERIODO QUE DURE LA GARANTIA, EN EL QUE SE DEBERAN INCLUIR ACTIVIDADES DE CALIBRACION Y CONTRATACION DE TEMPERATURAS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
D03	EL PROVEEDOR DEBERA ACREDITAR LA CALIDAD DE LA FABRICACION QUE CUMPLE CON EL ESTAMPADO O SELLO DE LAS NORMAS ASME (NORTEAMERICA) Y/O PED (EUROPA). TAMBIEN SE DEMOSTRARA AL MOMENTO DE LA RECEPCION O ENTREGA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
D04	EL DESMONTAJE DEL EQUIPO ANTERIOR Y MONTAJE, INSTALACION Y MONTAJE DEL EQUIPO POR CUENTA DEL POSTOR SE DEBE PREVER LA TOTALIDAD DE MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD Y MARCA RECONOCIDAS Y MANO DE OBRA CALIFICADA HASTA LA CULMINACION DE LOS MISMOS Y PUESTA EN OPERACION DE LOS EQUIPOS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
E	CAPACITACION, MANUALES Y OTROS:	
E01	CAPACITACION DE DIES (10) HORAS MINIMO PARA EL PERSONAL USUARIO QUE UTILIZA EL EQUIPO. DICHA CAPACITACION SERA EFECTUADO POR PERSONAL QUE HAYA SIDO CAPACITADO EN FABRICA CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A UN AÑO A LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA, PARA GARANTIZAR QUE ESTAN ACTUALIZADOS EN LA VIGENCIA TECNOLÓGICA DE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
E02	CAPACITACION DE DIES (10) HORAS MINIMO PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO. DICHA CAPACITACION SERA EFECTUADO POR PERSONAL QUE HAYA SIDO CAPACITADO EN FABRICA CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A UN AÑO A LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA, PARA GARANTIZAR QUE ESTAN ACTUALIZADOS EN LA VIGENCIA TECNOLÓGICA DE LOS EQUIPOS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
E03	UN (01) MANUAL DE USUARIO O INSTRUCTIVO DE FABRICA EN IDIOMA ESPAÑOL.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
E04	UN (01) MANUAL DE SERVICIO TECNICO EN IDIOMA ESPAÑOL	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
E05	PROTOCOLO DE PRUEBAS DE OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, PROPUESTO POR LA EMPRESA PROVEDORA Y APROBADO POR EL AREA DE EQUIPAMIENTO DE GERESA ANTES DE LA ENTREGA DEL EQUIPO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
E06	COLOCACION DE IDENTIFICACION GRABADA EN PLACA METALICA, CONSIGNANDO LOS DATOS DE LA EMPRESA, PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN U ORDEN DE COMPRA, FECHA DE INSTALACION Y PERIODO DE GARANTIA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
E07	EL POSTOR TENDRA QUE COLOCAR DE SER NECESARIO, ALGUN COMPONENTE O ACCESORIO QUE NO CONTEMPLE EL PRESENTE EL CUAL GARANTICE EL BUEN CUMPLIMIENTO DEL EQUIPO ESTERILIZADOR EN COORDINACIONES PREVIAS CON PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
E08	DESMONTAJE DE LA SECADORA ACTUAL	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
E09	EL POSTOR SE HARA CARGO DEL ACONDICIONAMIENTO DEL EQUIPO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
E10	ENTREGA, INSTALACION Y PRÓBADO DEL BIEN EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD BENEFICIARIO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
ADMISION DE OFERTAS		ADMITIDO
3.2	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	
A	CAPACIDAD LEGAL	
	HABILITACION: Autorización Sanitaria de Funcionamiento. Buenas Prácticas de Almacenamiento. Acreditación: Copia de la resolución directoral de autorización sanitaria de funcionamiento expedido por la DIGEMID. Copia del certificado de Buenas Practicas de Almacenamiento expedido por la DIGEMID.	PRESENTA DOCUMENTACION
B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
1	El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 2,000,000.00 (dos millones con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.	ACREDITA S/ 2,360,000.00

2	BIENES SIMILARES: SECADORA DE ROPA, CAPACIDAD 80 KG, CALDERAS , PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA, CALANDRIA, PRESA PLANCHA, SECADORAS DE ROPA, CENTRIFUGAS DE ROPA; EN LAS DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, EQUIPOS DE LAVANDERIA EN GENERAL	CUMPLE CON LOS BIENES SIMILARES
C	CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL	
C.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	
	Dos (02) años de experiencia como mínimo en instalación y/o implementación y/o capacitación y/o mantenimiento de los equipos médicos ofertados del personal clave requerido como PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN, PRUEBA OPERATIVA, PROTOCOLO DE PRUEBAS E INDUCCIÓN.	CUMPLE CON EL PERSONAL CLAVE
	Dos (02) años de experiencia como mínimo en mantenimiento y/o reparación de los equipamientos médicos, del personal clave requerido como PROFESIONAL RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	CUMPLE CON EL PERSONAL CLAVE
	FACTORES DE EVALUACION	
	FACTOR DE EVALUACIÓN: La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas DEL ITEM	
	A. PRECIO Evaluación: Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. Acreditación: Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).	PRECIO TOTAL: S/. 518,000.00
	La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula: $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i} = 90 \text{ PUNTOS}$ i = Oferta P _i = Puntaje de la oferta a evaluar O _i = Precio i O _m = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio	90 PUNTOS
	B. PLAZO DE ENTREGA Evaluación: Se evaluará en función al plazo de entrega ofertado, el cual debe mejorar el plazo de entrega establecido en las Especificaciones Técnicas. De 45 hasta 59 días calendario: 10 puntos De 60 hasta 74 días calendario: 05 puntos De 75 hasta 89 días calendario: 03 puntos	89 DIAS CALENDARIO: 03 PUNTOS
	PUNTAJE TOTAL	93 PUNTOS

CUADRO N° 1 : EVALUACIÓN DE OFERTAS LP 17-2024-GERESA/CS-1		
A.	ADMISIÓN DE OFERTA	MEDICA INNOVADORA S.A.C.
	Documentación de presentación obligatoria	
	Documentos para la admisión de la oferta	
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	PRESENTA ANEXO N° 1
b)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	PRESENTA DOCUMENTACION
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	PRESENTA ANEXO N° 2
d)	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	PRESENTA ANEXO N° 3
e)	Para acreditar características técnicas relacionadas al diseño del fabricante de equipos o bienes de convocatoria en procedimientos de selección será a través de la HOJA DE PRESENTACION DEL PRODUCTO Y SUSTENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (FORMATO N° 14). Y se empleará para ello: Folletos, instructivos, manuales, catálogos, data sheet o similares de fabricante, en original o copias; también se empleará cualquier otro documento del fabricante. Las características técnicas que tienen que ser sustentadas obligatoriamente, con la documentación anteriormente mencionada, por ítem son las siguientes: LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMÁTICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG. A01 al A46, B01 al B19, C01 al C04, D01 Respecto al sustento gráfico (planos, figuras, o imágenes), que sustentan el (los) bien(es) ofertado(s), objeto de la convocatoria, tendrá que estar compatibilizado con el sustento literal correspondiente. Si en las propuestas, existiera contradicciones entre el sustento gráfico y literal, estas serán descalificadas. Las otras características técnicas que no están relacionadas al diseño de fabricante serán acreditadas mediante el ANEXO N°03: DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS de las bases.	PRESENTA DOCUMENTACION
f)	REGISTRO SANITARIO de los bienes objeto de la contratación que por normatividad correspondan; presentar una copia de registro sanitario que lo acreditan, los bienes que no lo requieren deberá adjuntar la DECLARACION JURADA DE EQUIPOS QUE NO ESTAN A REGISTRO SANITARIO (ANEXO N° 11) Y EL LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPOS QUE NO ESTAN SUJETO A REGISTRO SANITARIO (EMITIDO POR DIGEMID).	PRESENTA DOCUMENTACION
g)	DECLARACION JURADA DE SERVICIO DE POST VENTA para garantizar un stock de repuestos y/o accesorios, insumos, consumibles y otros materiales; por el periodo de 05 años (ANEXO N° 13). Asimismo, deberá adjuntar una carta de autorización para emitir dicha declaración, la carta será emitida por el fabricante; o por el representante y/o distribuidor del fabricante (adjuntar documento sustentado).	PRESENTA DOCUMENTACION
h)	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	PRESENTA ANEXO N° 4
i)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	NO CORRESPONDE
j)	El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6. El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.	PRESENTA ANEXO N° 6
ITEM 1		
LAVADORA CENTRIFUGA AUTOMÁTICA DE DOS PUERTAS (BARRERA SANITARIA) INDUSTRIAL 130 KG		MARCA: FAGOR, MODELO: LBS - 100 TP2
A.	CARACTERÍSTICAS GENERALES	
A01	LAVADORA DE ALTA VELOCIDAD, DE CARGA FRONTAL	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A02	TIPO DE CARGA Y DESCARGA: HORIZONTAL, CON DOS PUERTAS, PARA BARRERA SANITARIA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A03	CAPACIDAD MINIMA DE 100 KG COMO MINIMO, DE CAPACIDAD POR CICLO, RELACIÓN DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO

A04	LAVADORA DE ALTA VELOCIDAD CON CUBA, TAMBOR Y CUBIERTA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304 O SUPERIOR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A05	DISEÑADA PARA TRABAJAR CON DETERGENTE LIQUIDO Y EN POLVO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A06	CALENTAMIENTO DE AGUA CON VAPOR DE LA RED DE LA ENTIDAD	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A07	PUERTAS DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 O DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA USADA POR EL FABRICANTE, CON VISOR DE CRISTAL DE VIDRIO TEMPLADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A08	CON SISTEMA DE MEDICIÓN CUENTA LITROS DEL VOLUMEN DE AGUA O NIVEL DE AGUA DE INGRESO AL TAMBOR (QUE PERMITA LA PROGRAMACIÓN POR LITROS O NIVEL DE AGUA)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A09	CON SISTEMAS QUE PERMITAN EL FRENADO ANTE CUALQUIER SITUACION DE ACCIDENTE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A10	CON SISTEMA QUE PERMITA CAMBIAR LA VELOCIDAD DEL TAMBOR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A11	CON SISTEMA DE DOBLE EJE LATERAL O DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE PARA MAYOR DURABILIDAD DE LA MÁQUINA Y FACILIDAD DE MANTENIMIENTO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A12	CON MOTOR ELECTRICICO DE 15KW O 20 HP	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A13	CONJUNTO CESTA Y TAMBOR GIRATORIO, INTERIOR DISEÑADO CON DOS COMPARTIMENTOS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A14	CON SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN CONTRUIDO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	PANEL DE CONTROL Y VISUALIZACION	
A15	CONTROLADO POR MICROPROCESADOR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A16	PANEL DE CONTROL DIGITAL, DE 7 PULGADAS COMO MINIMO EN IDIOMA ESPAÑOL, QUE PERMITA EL REGISTRO DE 30 PROGRAMAS A MAS, CON USUARIO Y CONTRASEÑA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A17	CAPACIDAD PARA ELEGIR DIFERENTES VELOCIDADES DE LAVADO, PRE CENTRIFUGADO, Y CENTRIFUGADO DE ACUERDO AL TIPO DE ROPA A LAVAR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A18	CENTRADO DE PUERTA, MEDIANTE DISPOSITIVO QUE PERMITA EL AJUSTE DE LA PUERTA DEL TAMBOR CON LA PUERTA EXTERIOR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A19	DISPOSITIVO DE CONTROL DE ESTABILIDAD QUE PERMITA CONTRAOLAR LA AMPLITUD MAXIMA DEL MOVIMIENTO DEL TAMBOR DURANTE EL CENTRIFUGADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A20	CON PULSADOR DE PUESTA EN MARCHA PARA ACTIVAR LA MÁQUINA CUANDO EL INTERRUPTOR GENERAL ESTÉ EN POSICIÓN DE ENCENDIDO O DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A21	PANEL DE MANDO EN EL LADO SUCIO O CONTAMINADO QUE PERMITA, PROGRAMACION Y PANTALLA, CON PULSADOR DE POSICION DE PUERTA QUE PERMITA EFECTUAR LA CORRESPONDENCIA AUTOMATICA DE LAS PUERTAS DEL TAMBOR CON LA PUERTA EXTERIOR DE LA MAQUINA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A22	PANEL DE MANDO EN EL LADO LIMPIO O DESCONTAMINADO Y PULSEADOR DE POSICION DE PUERTA PARA LA CORRESPONDENCIA AUTOMATICA DE LAS PUERTAS DEL TAMBOR CON LA PUERTA EXTERIOR DE LA MAQUINA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD	
A23	BLOQUEO POR MOVIMIENTO EXCESIVO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A24	BLOQUE TERMICO DEL MOTOR PRINCIPAL.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A25	FRENO AUTOMATICO CON ACCIONAMIENTO MECANICO PARA DETENER EL TAMBOR DURANTE LAS FASES DE DESCARGA Y CARGA MATERIAL.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A26	ESTANQUEIDAD CON DISPOSITIVOS QUE ASEGUREN NO HAYA NINGUN TIPO DE FUGA HIDRAULICA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A277	BLOQUEO NEUMATICO DE LA PUERTA DURANTE LA ROTACION DEL TAMBOR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A28	SISTEMA QUE BLOQUEA LA PUESTA EN MARCHA DE LA MAQUINA SI LA PUERTA NO CERRO CORRECTAMENTE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A29	TAPA DE LA CUBETA DE ACERO INOXIDABLE PARA LOS PRODUCTOS, PARA PROTEGER EL OPERARIO DURANTE LA REALIZACION DE LA ENTREGA DE PRODUCTOS	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A30	DISPOSITIVOS DE ACCIONE LA PARALIZACION AUTOMATICA DE LA LAVADORA AL SUPERAR EL LIMITE LA AMPLITUD DE MOVIMIENTO OSCILANTE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A31	CON PULSADOR DE EMERGENCIA EN AMBOS LADOS DE LA PUERTA, PARA EL PARO DE LA MAQUINA POR EFECTO DEL FRENO MECANICO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A32	SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRICA Y NEUMATICA, QUE NO PERMITA LA APERTURA DE LA PUERTA SI EL TAMBOR SE ENCUENTRA EN ROTACION Y QUE NO PERMITA LA PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO SI LA PUERTA ESTA CERRADA CORRECTAMENTE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A33	SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRA LA APERTURA DE AMBAS PUERTAS A LA VEZ.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A34	DISPOSITIVO DE AJUSTE PARA PUERTA DEL TAMBOR CON LAS PUERTAS DE CARGA Y DESCARGA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A35	DISPOSITIVO DE CONTROL DE ESTABILIDAD	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A36	REPORTE DE FALLAS Y/O ALARMAS MOSTRADAS EN PANTALLA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
	mensaje de alarma	

A39	ERROR DE COMUNICACIÓN DEL PROGRAMADOR (OPCIONAL)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A40	FRENO BLOQUEADO POR QUE FRENO DE SEGURIDAD NO ESTÁ DESBLOQUEADO (OPCIONAL)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A41	MAQUINA VACÍA POR QUE LA CANTIDAD DE AGUA EN LA MAQUINA ES INFERIOR A LA CANTIDAD MINIMA PERMITIDA O POR PROBLEMA DE INGRESO DE AGUA A LA LAVADORA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A42	FALTA DE AGUA O CUENTA LITROS ESTROPEADO (OPCIONAL)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A43	FALTA AIRE COMPRIMIDO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A44	MOTOR PARADO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A45	PUERTA ABIERTA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
A46	SONDA PT100 DESCONETADA (OPCIONAL)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B	SISTEMA NEUMATICO CON REGULADOR DE PRESIÓN CON LOS SIGUIENTES COMPONENTES MINIMOS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B01	VALVULA DE VAPOR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B02	VÁLVULA DE DESBLOQUEO DE PUERTA (OPCIONAL)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B03	VÁLVULA DE BLOQUEO DE PUERTA (OPCIONAL)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B04	VALVULA DE APERTURA DE VALVULA DE DRENAJE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B05	VALVULA DE CIERRE DE VALVULA DE DRENAJE.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B06	VÁLVULA DE BLOQUEO DE FRENO (OPCIONAL)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B07	VÁLVULA DE DESBLOQUEO DE FRENO (OPCIONAL)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B08	VALVULA PARA AGUA FRIA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B09	VALVULA PARA AGUA CALIENTE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B10	VÁLVULA NEUMÁTICA DE VACIADO (OPCIONAL)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B11	VÁLVULA MANUAL DE INGRESO DE AGUA O DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B12	VÁLVULA PARA PRODUCTO 1 (POLVO O LÍQUIDO)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B13	VÁLVULA PARA PRODUCTO 2 (POLVO O LÍQUIDO)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B14	VÁLVULA PARA PRODUCTO 3 (POLVO O LÍQUIDO)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B15	VÁLVULA PARA PRODUCTO 4 (POLVO O LÍQUIDO)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B16	VÁLVULA PARA PRODUCTO 5 (POLVO O LÍQUIDO)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B17	CUENTA LITROS DE INGRESO DE AGUA (OPCIONAL)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B18	FILTRO DE AGUA FRÍA Y AGUA CALIENTE (OPCIONAL)	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
B19	SISTEMA DE CALEFACCIÓN CON VÁLVULA DE INGRESO DE VAPOR DE 1" O DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C	ACCESORIOS	
C01	KIT DE BARRERA SANITARIA INCLUIDO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C02	CINCO CONTENEDORES DE 20 LITROS DE DETERGENTE LÍQUIDO U OTRA PRESENTACIÓN QUE CUBRA LA DEMANDA DE 100 LITROS EN TOTAL	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C03	CINCO (05) SACOS DE 20 KG DE DETERGENTE EN POLVO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
C04	DOS CONTENEDORES DE 20 LITROS DE HIPOCLORITO SÓDICO U OTRA PRESENTACIÓN QUE CUBRA LA DEMANDA DE 40 LITROS EN TOTAL	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
D	REQUERIMIENTO ELECTRICO	
D01	TENSION DE ALIMENTACION 220/230 V/AC TRIFASICO, O RANGO QUE CONTenga ESTE VALOR, FRECUENCIA 60 HZ	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
D02	CABLE DE PODER VULCANIZADO CON ENCHUFE TIPO INDUSTRIAL CON PUESTA A TIERRA, EL CUAL SERA ASUMIDO E INSTALADO POR EL PROVEEDOR.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO

D03	LA EMPRESA CORRERA CON LOS GASTOS QUE INVOLUCRE LA INSTALACION, LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y ADECUACION DEL ESPACIO FISICO, EN RELACION A LAS ESPECIALIDADES ELECTRICAS, DE REDES DE AGUA Y DESAGUE	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
D04	DE REQUERIR REEMPLAZO DE LLAVE TERMICA TABLERO GENERAL Y CABLEADO ELECTRICO (NO HALOGENO - DESDE EL TABLERO GENERAL/ DISTRIBUCION HASTA EL ENCHUFE INDUSTRIAL) POR POTENCIA DE EQUIPO PROPUESTO, ESTA SERA ASUMIDA POR EL PROVEEDOR, EN CONCORDANCIA AL ITEM C.05	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
D05	INGRESO DE ENERGIA ELECTRICA A TRAVES DE BORNERA CON LINEA A TIERRA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
E	GARANTIA, MANTENIMIENTO U OTROS:	
E01	TRES AÑOS DE GARANTIA COMO MINIMO, CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION O FALLAS NO ATRIBUIBLES AL NORMAL USO DEL EQUIPO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
E02	PROGRAMA Y EJECUCION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL PERIODO QUE DURE LA GARANTIA, EN EL QUE SE DEBERAN INCLUIR ACTIVIDADES DE CALIBRACION Y CONTRASTACION DE TEMPERATURAS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
E03	EL PROVEEDOR DEBERA ACREDITAR LA CALIDAD DE LA FABRICACION QUE CUMPLE CON EL ESTAMPADO O SELLO DE LAS NORMAS ASME(NORTEAMERICA) PED(EUROPA). TAMBIEN SE DEMOSTRARA AL MOMENTO DE LA RECEPCION O ENTREGA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
E04	EL DESMONTAJE DEL EQUIPO ANTERIOR Y MONTAJE, INSTALACION Y MONTAJE DEL EQUIPO POR CUENTA DEL POSTOR SE DEBE PREVER LA TOTALIDAD DE MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD Y MARCA RECONOCIDAS Y MANO DE OBRA CALIFICADA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
F	CAPACITACION, MANUALES Y OTROS:	
F01	CAPACITACION DE DIES (10) HORAS MINIMO PARA EL PERSONAL USUARIO QUE UTILIZA EL EQUIPO. DICHA CAPACITACION SERA EFECTUADO POR PERSONAL QUE HAYA SIDO CAPACITADO EN FABRICA CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A UN AÑO A LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA, PARA GARANTIZAR QUE ESTAN ACTUALIZADOS EN LA VIGENCIA TECNOLÓGICA DE LOS EQUIPOS OFERTADOS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
F02	CAPACITACION DE DIES (10) HORAS MINIMO PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO. DICHA CAPACITACION SERA EFECTUADO POR PERSONAL QUE HAYA SIDO CAPACITADO EN FABRICA CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A UN AÑO A LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA, PARA GARANTIZAR QUE ESTAN ACTUALIZADOS EN LA VIGENCIA TECNOLÓGICA DE LOS EQUIPOS OFERTADOS.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
F03	UN (01) MANUAL DE USUARIO O INSTRUCTIVO DE FABRICA EN IDIOMA ESPAÑOL	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
F04	UN (01) MANUAL DE SERVICIO TECNICO EN IDIOMA ESPAÑOL	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
F05	PROTOCOLO DE PRUEBAS DE OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, PROPUESTO POR LA EMPRESA PROVEDORA Y APROBADO POR EL AREA DE EQUIPAMIENTO DE GERESA ANTES DE LA ENTREGA DEL EQUIPO.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
F06	COLOCACION DE IDENTIFICACION GRABADA EN PLACA METALICA, CONSIGNANDO LOS DATOS DE LA EMPRESA PROCEDIMIENTO DE SELECCION U ORDEN DE COMPRA, FECHA DE INSTALACION Y PERIODO DE GARANTIA.	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
F07	ENTREGA Y PROBADO DEL BIEN EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD BENEFICIARIO	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
F08	EL POSTOR TENDRA QUE COLOCAR DE SER NECESARIO, ALGUN COMPONENTE O ACCESORIO QUE NO CONTEMPLE EL PRESENTE EL CUAL GARANTICE EL BUEN CUMPLIMIENTO DEL EQUIPO ESTERILIZADOR EN COORDINACIONES PREVIAS CON PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES Y EL AREA USUARIA	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
F09	PRE INSTALACION: EL CONTRATISTA SE HARA CARGO DE EVALUAR Y GARANTIZAR EL INGRESO DEL EQUIPO AL AREA DE CENTRAL DE ESTERILIZACION, LO CUAL INCLUYE DEMOLICION Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA, DE SER NECESARIO DEBERA CONSIGNAR LA OFERTA TECNICA LOS TRABAJO PARA EMPOTRAR EL ESTERILIZADOR EN PANELES DE ACERO INOXIDABLE, GARANTIZANDO EL ACABADO LA BARRERA SANITARIA PARA OPERATIVIDAD DEL ESTERILIZADOR	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
F10	TABLERO ELECTRICO: EL CONTRATISTA SE HARA CARGO DEL CABLEADO ELECTRICO DEL TABLERO DE DISTRIBUCION HASTA DONDE ESTARA UBICADO EL EQUIPO ESTERILIZADOR, ESTE SERA ATRAVES DEL CIELO RASO Y/O EMPOTRADO. DENTRO DE LA CAJA DEBERA CONTAR CON SUS RESPECTIVAS LLAVES TERMOMAGNETICAS Y SU DIFERENCIAL	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
F11	LOS CABLES Y DUCTOS PARA LA INSTALACION ELECTRICA NO DEBE SER PROPAGADORES DE LLAMA, NO ESTAR EXPUESTOS A DAÑOS MECANICOS DE BAJA EMISION DE HUMOS Y LIBRES DE HALOGENO Y ACIDOS CORROSIVOS. LOS CABLES DEBE ESTAR CUBIERTOS DE INCOMBUSTIBLE ENTRE OTROS SEGUN R.M. N° 175-2004-MEM Y CNE-UTILIZACION	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, Y ACREDITA SU CUMPLIMIENTO
ADMISION DE OFERTAS		ADMITIDO
3.2	REQUISITOS DE CALIFICACION	
A	CAPACIDAD LEGAL	
	HABILITACION: Autorización Sanitaria de Funcionamiento. Buenas Prácticas de Almacenamiento. Acreditación: Copia de la resolución directoral de autorización sanitaria de funcionamiento expedido por la DIGEMID. Copia del certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento expedido por la DIGEMID.	PRESENTA DOCUMENTACION
B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
1	El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 2,000,000.00 (dos millones con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.	ACREDITA S/. 2,360,000.00
2	BIENES SIMILARES CALDERAS, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA, CALANDRA, PRESA PLANCHA, SECADORAS DE ROPA, CENTRIFUGAS DE ROPA, EN LAS DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, EQUIPOS DE LAVANDERIA EN GENERAL	CUMPLE CON LOS BIENES SIMILARES
C	CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL	
C.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	
	Dos (02) años de experiencia como mínimo en instalación y/o implementación y/o capacitación y/o mantenimiento de los equipos médicos ofertados del personal clave requerido como PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN, PRUEBA OPERATIVA, PROTOCOLO DE PRUEBAS E INDUCCION.	CUMPLE CON EL PERSONAL CLAVE
	Dos (02) años de experiencia como mínimo en mantenimiento y/o reparación de los equipamientos médicos, del personal clave requerido como PROFESIONAL RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	CUMPLE CON EL PERSONAL CLAVE
FACTORES DE EVALUACION		
FACTOR DE EVALUACION: La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas DEL ITEM		

	A. PRECIO Evaluación: Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. Acreditación: Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 5).	PRECIO TOTAL: S/. 970,000.00
	La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula $Pi = \frac{Om \times PMP}{Oi} = 90 \text{ PUNTOS}$ <p> <i>Oi</i> = Oferta <i>Pi</i> = Puntaje de la oferta a evaluar <i>Oi</i> = Precio <i>i</i> <i>Om</i> = Precio de la oferta más baja <i>PMP</i> = Puntaje máximo del precio </p>	90 PUNTOS
	B. PLAZO DE ENTREGA Evaluación: Se evaluará en función al plazo de entrega ofertado, el cual debe mejorar el plazo de entrega establecido en las Especificaciones Técnicas. De 45 hasta 59 días calendario: 10 puntos De 60 hasta 74 días calendario: 05 puntos De 75 hasta 89 días calendario: 03 puntos	89 DIAS CALENDARIO: 03 PUNTOS
	PUNTAJE TOTAL	93 PUNTOS



