

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	31/10/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE SUMINISTRO DEL DISPOSITIVO MÉDICO CON EQUIPOS EN CESION DE USO: CANULAS INFANTIL Y PEDIATRICA PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO, CANULA ADULTO PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO TALLA S Y M Y CIRCUITO PARA TERAPIA RESPIRATORIA DE ALTO FLUJO						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0006 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	143						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-					
		Documento que declaró la viabilidad	-					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Nota de Pedido N° 000590-2023-SFAR-SUST-USDT-INSNSB	Fecha de recepción	16/05/2023			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	23/08/2023	De oficio	Nota de Pedido N° 000942-2023-SFAR-SUST-USDT-INSNSB	Con motivo de observaciones	El OEC remitió los resultados de la indagación de mercado adjuntando consultas por parte de los potenciales proveedores.	
		Fecha de la tercera versión	25/08/2023	De oficio	Proveído N° 007914-2023-SFAR-SUST-USDT-INSNSB	Con motivo de observaciones	El OEC remite observaciones al RTM, tales como listar los bienes similares al objeto de la convocatoria, errores en la ficha técnica y restricciones en cuanto a participación al incluir algunas características.	
		Fecha de la cuarta versión	9/08/2023	De oficio	Nota Informativa N° 001023-2023-SFAR-SUST-USDT-INSNSB	Con motivo de observaciones	El OEC remitió solicita evaluar al área usuaria el presente requerimiento considerando las observaciones realizadas por el Comité de Farmacovigilancia	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X		NO	-		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		La única empresa que cumple con las eett, cuanta con la totalidad de los ítems.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI	-	NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.						
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1-5	5	-	-	-	5	Informe N° 000065-2023-PS-EL-UAD-INSNSB	9/06/2023
El OEC remitió los resultados de la indagación de mercado adjuntando consultas por parte de los potenciales proveedores.								
	1-5	3	3	Proveído N° 000889-2023-PS-EL-UAD-INSNSB	23/08/2023	-	-	-
El OEC remite observaciones al RTM, tales como listar los bienes similares al objeto de la convocatoria, errores en la ficha técnica y restricciones en cuanto a participación al incluir algunas características.								
	1-5	-	-	Nota Informativa N° 000442-2023-PS-EL-UAD-INSNSB	01/09/2023	-	-	-
El OEC remitió solicita evaluar al área usuaria el presente requerimiento considerando las observaciones realizadas por el Comité de Farmacovigilancia								
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1-5	5	-	-	-	5	Nota Informativa N° 000942-2023-SFAR-SUST-USDT-	23/08/2023

FORMATO

**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)**

El área usuaria absuelve las cons y observaciones remitidas por los potenciales proveedores y apertura la ficha técnica para contar con mayor concurrencia y adjunta la 2da version del RTM.							
1-5	3	3	Proveído N° 007914-2023-SFAR-SUST-UDST-INSNSB	25/08/2023	-	-	-
El área usuaria corrige la ficha técnica para evitar restricción de participación de los potenciales proveedores, anexo 4 y detalla los bienes similares y adjunta la 3era versión del RTM.							
1-5	1	-	Nota Informativa N° 001023-2023-SFAR-SUST-USDT-INSNSB	09/09/2023	-	-	-
El área usuaria ratifica su necesidad y genera precisiones en el RTM generando la 4ta versión							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento					
	1-5	El área usuaria absuelve las cons y observaciones remitidas por los potenciales proveedores y apertura la ficha técnica para contar con mayor concurrencia y adjunta la 2da version del RTM.					
	1-5	El área usuaria corrige la ficha técnica para evitar restricción de participación de los potenciales proveedores, anexo 4 y detalla los bienes similares y adjunta la 3era versión del RTM.					
	1-5	El área usuaria ratifica su necesidad y genera precisiones en el RTM generando la 4ta versión					
3	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO						
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	23/05/203	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		13/09/2023		

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	-	NO	X
	Solo se cuenta con una empresa que cumple con las eett en el mercado: NOVAMED PERU S.A.C.				
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	-	NO	X
	Solo se cuenta con una marca en el mercado: FISHER & PAYKEL				
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
	-				
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
	-				
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	X	NO	-
	El área usuaria emite el Sustento Técnico por proveedor único a través del Nota Informativa N° 000009-2023-UCIPE-UAIE-INSNSB				
4					
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				