

ANEXO N° 1: EVALUACIÓN TÉCNICA

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 29-2025-INIA-1
PROCEDIMIENTO ELECTRONICO - PRIMERA CONVOCATORIA

ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE ASPIRACIÓN DE OVOCITOS PARA LA EEA ILLPA, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2491159

| DESCRIPCIÓN | | INNOVACION GANADERA SAC | MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES SAC | | |
|-------------|--|--|---|--|-----------|
| N° | ÍTEM | | | CARACTERISTICAS | |
| 1 | EQUIPO DE ASPIRACION DE OVOCITOS | | ECOGRAFO PORTATIL MARCA: DRAMINSKI | ECOGRAFO PORTATIL MARCA: IMV IMAGING - IMV TECHNOLOGIES | |
| | | PANTALLA | • Completamente táctil de alta resolución de 12" (*) | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| | | LICENCIA | • Dedicado a reproducción animal y/o veterinaria para animales pequeños y grandes que incluya estudios reproductivos. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| | | PLATAFORMA | • Windows y compatible DICOM (opcional) | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| | | TRANSDUCTORES | • Para veterinaria con conexión ZIF y/o con reconocimiento automático de sonda. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| | | DIMENSIONES | • Ancho: entre 310 a 340 mm (*) | No cumple, ya que el ofertante no presenta folletos, instructivos, catálogos o documento suscrito por el fabricante que detallen de manera clara las especificaciones técnicas y/o los requisitos funcionales específicos del bien previstos en las Especificaciones Técnicas, que acrediten la característica técnica solicitada de Ancho: entre 310 a 340 mm. | SI CUMPLE |
| | | | • Alto: entre 115 a 280 mm (*) | No cumple, ya que el ofertante no presenta folletos, instructivos, catálogos o documento suscrito por el fabricante que detallen de manera clara las especificaciones técnicas y/o los requisitos funcionales específicos del bien previstos en las Especificaciones Técnicas, que acrediten la característica técnica solicitada de Alto: entre 115 a 280 mm. | SI CUMPLE |
| | | | • Profundidad: entre 58 a 275 mm (*) | No cumple, ya que el ofertante no presenta folletos, instructivos, catálogos o documento suscrito por el fabricante que detallen de manera clara las especificaciones técnicas y/o los requisitos funcionales específicos del bien previstos en las Especificaciones Técnicas, que acrediten la característica técnica solicitada de Profundidad: entre 58 a 275 mm. | SI CUMPLE |
| | | SOFTWARE | • Para gestión de imágenes off-line. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| | | SOFTWARE DE IMAGEN | • Indicar. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| | | PUERTOS | • Máximo 02 PUERTOS USB (*) | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| | | FUNCION | • Para mejor visibilidad | | |
| | | | ▪ Modo escaneo: B, B+B, B+M, M (*) | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| | | | ▪ Doppler: Doppler color (CFM) Doppler de onda pulsada (PW) Doppler de onda continua (CW) (*) | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| | | ACCESORIOS | • Protector de silicona. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| | • Cinturón y taquilla para la muñeca que permita que se apoye en la cadera durante el escaneo o accesorio de soporte de mano para el ecógrafo. | | SI CUMPLE | SI CUMPLE | |
| | • Maleta de transporte. | | SI CUMPLE | SI CUMPLE | |
| | • Carro de transporte. | | SI CUMPLE | SI CUMPLE | |
| | | • Soporte de mesa con puertos USB adicionales (3x), conecto LAN, Footswitch y conexión VGA o con posibilidad de apoyo en mesa. | SI CUMPLE | SI CUMPLE | |
| | ANCHO DE BANDA | • Hasta 22 MHz en transductores lineales para proporcionar imágenes muy detalladas y precisas. (*) | No cumple, ya que el ofertante no presenta folletos, instructivos, catálogos o documento suscrito por el fabricante que detallen de manera clara las especificaciones técnicas y/o los requisitos funcionales específicos del bien previstos en las Especificaciones Técnicas, que acrediten la característica técnica solicitada de Hasta 22 MHz en transductores lineales para proporcionar imágenes muy detalladas y precisas. | SI CUMPLE | |
| | BATERIA | • Integrada. (*) | No cumple, ya que el ofertante no presenta folletos, instructivos, catálogos o documento suscrito por el fabricante que detallen de manera clara las especificaciones técnicas y/o los requisitos funcionales específicos del bien previstos en las Especificaciones Técnicas, que acrediten la característica técnica solicitada de Hasta 22 MHz en transductores lineales para proporcionar imágenes muy detalladas y precisas. | SI CUMPLE | |
| | PESO | • 4.0 a 6.0 kg equipo completo. (*) | No cumple, ya que el ofertante no presenta folletos, instructivos, catálogos o documento suscrito por el fabricante que detallen de manera clara las especificaciones técnicas y/o los requisitos funcionales específicos del bien previstos en las Especificaciones Técnicas, que acrediten la característica técnica solicitada de batería integrada. | SI CUMPLE | |



Firmado digitalmente por:
CRUZ GONGORA WILDER FIR
09833878 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 28/04/2025 18:52:15-0500



Firmado digitalmente por:
IBARRA APAZA WALTER JESUS
FIR 42038999 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30/04/2025 17:24:40-0500



Firmado digitalmente por:
LUNA MAICELO HARVER
ALDRICK FIR 48712370 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30/04/2025 17:08:20-0500



Firmado digitalmente por:
ANTUNEZ ORELLANO ANGEL ABELARDO
FIR 31667898 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30/04/2025 18:10:11-0500

| | | | | |
|-------------|-------------------------------------|--|--|---|
| 2 | KIT OPU (Bovino) | | BOMBA DE ASPIRACIÓN MARCA: WATANABE SISTEMA DE ASPIRACIÓN MARCA: WATANABE LINEA DE ASPIRACIÓN MARCA: DRAMINSKI CALENTADOR DE BOLSILLO MARCA: TED | BOMBA DE ASPIRACIÓN MARCA: MINITUBE SISTEMA DE ASPIRACIÓN MARCA: WATANABE LINEA DE ASPIRACIÓN MARCA: WATANABE CALENTADOR DE BOLSILLO MARCA: WATANABE |
| | BOMBA DE ASPIRACION OPU PARA BOVINO | <ul style="list-style-type: none"> Con calentador de medios y aspiración ajustable entre 310 a 420 mm Hg. (*) Transferencia de vacío a la aguja extremadamente rápido, operada mediante pedal, temperatura de calentamiento ajustable hasta +50°C disponible 240V. (*) | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| | SISTEMA DE ASPIRACION FOLICULAR | <ul style="list-style-type: none"> Peso Bruto Max 50g. (*) Longitud mínima 1.20 m (*) | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| | AGUJAS DE ASPIRACION FOLICULAR | <ul style="list-style-type: none"> Agujas desechables y esterilizadas con bisel invertido y corto. Aguja 18G o 20G. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| | LINEA DE ASPIRACION FOLICULAR | <ul style="list-style-type: none"> Con bajo coeficiente de fricción en el tubo conductor para reducir la denudación de los folículos. Esterilizada. (*) | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| | GUIA DE ASPIRACION FOLICULAR | <ul style="list-style-type: none"> Material resistente y ligero. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| | TRANSDUCTOR | <ul style="list-style-type: none"> Compatibles con el ecógrafo ofertado. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Se requiere la provisión de los siguientes (*): - 01 transductor microconvexo, (puede ser individual o estar integrado a la guía de aspiración). | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - 01 transductor convexo. | No cumple, ya que el ofertante no presenta folletos, instructivos, catálogos o documento suscrito por el fabricante que detallen de manera clara las especificaciones técnicas y/o los requisitos funcionales específicos del bien previstos en las Especificaciones Técnicas, que acrediten la característica técnica solicitada de 01 transductor convexo. | SI CUMPLE |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - 01 transductor lineal endorectal para reproducción. | No cumple, ya que el ofertante no presenta folletos, instructivos, catálogos o documento suscrito por el fabricante que detallen de manera clara las especificaciones técnicas y/o los requisitos funcionales específicos del bien previstos en las Especificaciones Técnicas, que acrediten la característica técnica solicitada de 01 transductor lineal endorectal para reproducción. | SI CUMPLE |
| | CALENTADOR DE BOLSILLO | <ul style="list-style-type: none"> De aluminio anodizado, con control ajustable de temperatura digital de 34° C A 39° C. (*) | No cumple, ya que el ofertante no presenta folletos, instructivos, catálogos o documento suscrito por el fabricante que detallen de manera clara las especificaciones técnicas y/o los requisitos funcionales específicos del bien previstos en las Especificaciones Técnicas, que acrediten la característica técnica solicitada de aluminio anodizado. | SI CUMPLE |
| OBSERVACIÓN | | NO CUMPLE | SI CUMPLE | |



REPÚBLICA DEL PERU
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
ANTUNEZ ORELLANO ANGEL ABELARDO
FIR 31667898 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30/04/2025 18:14:0500



Firmado digitalmente por:
CRUZ GONGORA WILDER FIR
09833878 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 28/04/2025 18:52:37-0500



Firmado digitalmente por:
IBARRA APAZA WALTER JESUS
FIR 42038999 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30/04/2025 17:25:14-0500



Firmado digitalmente por:
LUNA MAICELO HARVER
ALDRICK FIR 46712370 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30/04/2025 18:08:03-0500



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Instituto Nacional de Innovación Agraria

ANEXO 2 - ADMISION DE LAS OFERTAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 29-2025-INIA-1
PROCEDIMIENTO ELECTRONICO

**ADQUISICION DE UN EQUIPO DE ASPIRACION DE OVOCITOS PARA LA EEA ILLPA, EN EL MARCO
DEL PI CON CUI 2491159**

| EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS OBLIGATORIOS | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|
| LIT | DESCRIPCIÓN | OFERTAS | |
| | | INNOVACION GANADERA S.A.C. | MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C |
| a) | Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1) | Presentó | Presentó |
| b) | Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. | Presentó | Presentó |
| c) | Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2) | Presentó | Presentó |
| d) | Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3) | Presentó | Presentó |
| e) | El postor deberá presentar folletos o instructivos o catálogos o documento suscrito por el fabricante detallando las especificaciones técnicas con claridad y/o requisitos funcionales específicos del bien previstos en las especificaciones técnicas, las características técnicas que debe acreditar con dichos documentos son lo indicado con (*), asimismo deben indicar la marca y modelo del producto. Es imprescindible que toda esta documentación se organice de manera clara y estructurada dentro de la propuesta técnica, ya que es esencial para la evaluación de la oferta | Presentó - pero no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas | Presentó |
| f) | Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4) | Presentó | Presentó |
| g) | Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5) | No aplica / No Corresponde | No aplica / No Corresponde |
| h) | El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el (Anexo N° 6) | Presentó | Presentó |
| RESULTADO | | NO ADMITIDA | ADMITIDA |



Firmado digitalmente por:
ANTUNEZ ORELLANO ANGEL ABELARDO
FIR 31667898 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30/04/2025 18:13:55-0500



Firmado digitalmente por:
IBARRA APAZA WALTER JESUS
FIR 42038999 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 30/04/2025 17:32:52-0500



Firmado digitalmente por:
LUNA MAICELO HARVER
ALDRICK FIR 46712370 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 30/04/2025 17:10:08-0500

Anexo N° 3 - Evaluación de ofertas

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 29-2025-INIA-1

PROCEDIMIENTO ELECTRONICO

ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE ASPIRACIÓN DE OVOCITOS PARA LA EEA ILLPA, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2491159

| FACTORES DE EVALUACION | | MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C |
|-----------------------------|------------------------|--|
| REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD | ADMITIDO / NO ADMITIDO | PRESENTA |
| PLAZO DE ENTREGA (30 días) | ▶ | 30 |
| OFERTA ECONOMICA | ▶ | 178,900.00 |
| FACTORES | PUNTAJE | |
| PRECIO | 100 | 100.00 |
| PUNTAJE TOTAL (1) | 100 | 100.00 |
| MYPE - DISCAPACITADOS | 0 | 0.00 |
| PLAZO DE ENTREGA (30 días) | | |
| PUNTAJE TOTAL (2) | 100.00 | 100.00 |
| ORDEN DE PRELACION | ▶ | 1° |

| | |
|--|----------------|
| VALOR ESTIMADO: | S/. 181,862.73 |
| Propuesta Económica de monto o precio más bajo : | S/. 178,900.00 |
| PLAZO DE ENTREGA | 30 |

$$P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$$

i = Oferta

P_i = Puntaje de la oferta a evaluar

O_i = Precio i

O_m = Precio de la oferta más baja

PMP = Puntaje máximo del precio



Firmado digitalmente por:
LUNA MAICELO HARVER
ALDRICK FIR 48712370 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 30/04/2025 17:10:29-0500



Firmado digitalmente por:
IBARRA APAZA WALTER JESUS
FIR 42038999 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 30/04/2025 17:34:34-0500



Firmado digitalmente por:
ANTUNEZ ORELLANO ANGEL ABELARDO
FIR 31667898 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30/04/2025 18:14:40-0500



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

ANEXO N° 4 - CALIFICACIÓN DE OFERTAS



Instituto Nacional de Innovación Agraria

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 29-2025-INIA-1

PROCEDIMIENTO ELECTRONICO

ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE ASPIRACIÓN DE OVOCITOS PARA LA EEA ILLPA, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2491159

| | | |
|---|-------------------------------|--|
| DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACION | | POSTOR 1° |
| | | MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C |
| B | EXPERIENCIA DEL POSTOR | |
| <p>Requisitos: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 385,116.40 (trescientos ochenta y cinco mil ciento dieciséis con 40/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia S/. 96,279.10 (noventa y seis mil doscientos setenta y nueve con 10/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.</p> <p>Se consideran bienes similares a los siguientes: Equipo de aspiración de ovocitos y/o ecógrafo táctil multifrecuencia y/o ecógrafo con sistema de aspiración folicular (OPU) y/o ecógrafo veterinario para extracciones de óvulos y/o ecógrafo portátil para detección de gestaciones en gabando bovino y/o línea de aspiración folicular (OPU) y/o equipo de colecta de semen y/o el equipo de recuperación de embriones y/o el aspirador de foliculos y/o el equipo de inseminación artificial y/o los sistemas de congelación y criopreservación y/o sistemas de ultrasonido y/o sistemas de transferencia de gametos o microinyección (ICSI).</p> <p>Acreditación La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p> | | <p>SI CUMPLE Acredita su experiencia con cinco (05) Contratos, orden de compra su respectivo Voucher de deposito, y factura acreditando la venta de bienes similares solicitados en experiencia del postor por un Importe Acumulado de S/ 1'102,490.00 soles, por lo tanto su Oferta queda calificada,</p> |
|  <p>Firmado digitalmente por: IBARRA APAZA WALTER JESUS FIR 42038889 hard Motivo: En señal de conformidad Fecha: 30/04/2025 17:35:33-0500</p> | | <p>RESULTADO ▶</p>  <p>Firmado digitalmente por: LUNAMAICELO HARVER ALDRICK FIR 48712370 hard Motivo: En señal de conformidad Fecha: 30/04/2025 17:10:52-0500</p> |



Firmado digitalmente por:
ANTUNEZ ORELLANO ANGEL ABELARDO
FIR 31667898 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30/04/2025 18:15:31-0500