

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-69-2024-CS-MDE/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS COMPLEMENTARIOS PARA EL PROYECTO 178 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE KORIBENI EN LA ZONAL DE PALMA REAL, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código : 20553332975

Nombre o Razón social : SELLER MEDIC S.A.C.

Fecha de envío : 31/10/2024

Hora de envío : 17:37:28

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

El punto dice

A06 TECLADO DE MEMBRANA TÁCTIL, PANEL FRONTAL A PRUEBA DE AGUA Y MULTIFUNCIONALES

Actualmente la mayoría de balanzas con las características requeridas o similares poseen teclados de membrana los cuales tiene la cualidad de ser resistentes y duraderos, pero no todos los componentes del panel tienen el mismo nivel de protección contra los elementos, además que no todos los fabricantes tienen identificado el grado de protección de estos equipos, por eso pedimos modificar el punto

Quedando de la siguiente manera

A06 TECLADO DE MEMBRANA TÁCTIL, PANEL FRONTAL A PRUEBA DE AGUA Y MULTIFUNCIONALES O SEGÚN CADA FABRICANTE

De esta manera se puede mantener la pluralidad de marcas

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité en coordinación con el área usuaria decide acoger la consulta, quedando de la siguiente manera:

A06 TECLADO DE MEMBRANA TÁCTIL, PANEL FRONTAL A PRUEBA DE AGUA Y MULTIFUNCIONALES O SEGÚN CADA FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se realizará la modificación al punto A06 del equipo BALANZA DIGITAL CON TALLÍMETRO ADULTO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-69-2024-CS-MDE/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS COMPLEMENTARIOS PARA EL PROYECTO 178 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE KORIBENI EN LA ZONAL DE PALMA REAL, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20553332975	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	SELLER MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	17:37:28

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

El punto dice
B01 TALLÍMETRO DE 0 A 60 CM. DE RANGO O MÁS AMPLIO, CON TOPES DE PIES Y CABEZA
Según la organización mundial de la salud OMS el tamaño promedio de un recién nacido es de 50 cm por lo que la mayoría de equipos de medición neonatal se encuentran en rangos similares, si bien puede haber excepciones que tendrían que ser contempladas, pedimos la modificación del punto
B01 TALLÍMETRO HASTA 60 CM.O DE RANGO O MÁS AMPLIO, CON TOPES DE PIES Y CABEZA
esto para mantener la pluralidad de marcas y que un mayor número de equipos sean puestos a consideración

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité en coordinación con el área usuaria decide acoger la consulta, quedando de la siguiente manera:
B01 TALLÍMETRO HASTA 60 CM.O DE RANGO O MÁS AMPLIO, CON TOPES DE PIES Y CABEZA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se realizará la modificación al punto B01 del equipo BALANZA DIGITAL CON TALLÍMETRO NEONATAL

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-69-2024-CS-MDE/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS COMPLEMENTARIOS PARA EL PROYECTO 178 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE KORIBENI EN LA ZONAL DE PALMA REAL, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20553332975	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	SELLER MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	17:37:28

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

El punto dice
A07 TECLADO DE MEMBRANA TÁCTIL, PANEL FRONTAL A PRUEBA DE AGUA Y MULTIFUNCIONALES
Actualmente la mayoría de balanzas con las características requeridas o similares poseen teclados de membrana los cuales tiene la cualidad de ser resistentes y duraderos, pero no todos los componentes del panel tienen el mismo nivel de protección contra los elementos, además que no todos los fabricantes tienen identificado el grado de protección de estos equipos, por eso pedimos modificar el punto
Quedando de la siguiente manera
A07 TECLADO DE MEMBRANA TÁCTIL, PANEL FRONTAL A PRUEBA DE AGUA Y MULTIFUNCIONALES O SEGÚN CADA FABRICANTE
De esta manera se puede mantener la pluralidad de marcas

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité en coordinación con el área usuaria decide acoger la consulta, quedando de la siguiente manera:
A07 TECLADO DE MEMBRANA TÁCTIL, PANEL FRONTAL A PRUEBA DE AGUA Y MULTIFUNCIONALES O SEGÚN CADA FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se realizará la modificación al punto A07 del equipo BALANZA DIGITAL CON TALLÍMETRO PEDIÁTRICO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-69-2024-CS-MDE/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS COMPLEMENTARIOS PARA EL PROYECTO 178 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE KORIBENI EN LA ZONAL DE PALMA REAL, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20553332975	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	SELLER MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	17:37:28

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

El punto dice
A09 DISEÑADO PARA AJUSTE Y CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA
con el avance en la tecnología la mayoría de balanzas en el mercado vienen calibradas ya de fábrica, por lo que no poseen una calibración a nivel de usuario sin que esto pueda afectar el correcto funcionamiento del dispositivo, por este motivo y para mantener la pluralidad de marcas pedimos amablemente cambiar el punto quedando de la siguiente manera
A09 DISEÑADO PARA AJUSTE Y CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA O CALIBRADA DE FABRICA
Con esto permite que una mayor gama de productos sea tomados en cuenta

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité en coordinación con el área usuaria decide acoger la consulta, quedando de la siguiente manera:
A09 DISEÑADO PARA AJUSTE Y CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA O CALIBRADA DE FABRICA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se realizará la modificación al punto A09 del equipo BALANZA DIGITAL NEONATAL

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-69-2024-CS-MDE/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS COMPLEMENTARIOS PARA EL PROYECTO 178 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE KORIBENI EN LA ZONAL DE PALMA REAL, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20553332975	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	SELLER MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	17:37:28

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

El punto dice
A01 BOLSA DE NYLON CUBIERTO DE URETANO CON MALLA DE POLIÉSTER.
al ser un elemento sujeto a presión que causan desgaste del dispositivo, se requiere que sean de un material durable, pero al existir en el mercado una amplia gama de productos de diferentes fabricantes y con fabricación en materiales diversos, limitar estos impide la pluralidad de equipos, por lo que mientras el material del equipo sea resistente y cumpla con su función, pedimos amablemente cambiar el punto quedando de la siguiente manera
A01 BOLSA DE NYLON CUBIERTO DE URETANO CON MALLA DE POLIÉSTER. O MATERIALES DE DURABILIDAD SIMILAR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité en coordinación con el área usuaria decide acoger la consulta, quedando de la siguiente manera:
A01 BOLSA DE NYLON CUBIERTO DE URETANO CON MALLA DE POLIÉSTER. O MATERIALES DE DURABILIDAD SIMILAR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se realizará la modificación al punto A01 del equipo BOLSA PERFUSORA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-69-2024-CS-MDE/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS COMPLEMENTARIOS PARA EL PROYECTO 178 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE KORIBENI EN LA ZONAL DE PALMA REAL, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20553332975	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	SELLER MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	17:37:28

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

El punto dice

A06 ETIQUETA IMPRESA PARA ESCRIBIR LA INFORMACIÓN DEL PACIENTE

al ser un elemento que se utilizara con múltiples pacientes la etiqueta va ser modificada y cambiada muchas veces, por lo que pedimos amablemente modificar el punto

A06 ETIQUETA IMPRESA PARA ESCRIBIR LA INFORMACIÓN DEL PACIENTE. (OPCIONAL)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité en coordinación con el área usuaria decide acoger la consulta, quedando de la siguiente manera:

A06 ETIQUETA IMPRESA PARA ESCRIBIR LA INFORMACIÓN DEL PACIENTE. (OPCIONAL)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se realizará la modificación al punto A06 del equipo BOLSA PERFUSORA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-69-2024-CS-MDE/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS COMPLEMENTARIOS PARA EL PROYECTO 178 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE KORIBENI EN LA ZONAL DE PALMA REAL, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20553332975	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	SELLER MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	17:37:28

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

no se adjuntaron las especificaciones técnicas en las bases administrativas se detalla que es necesario cumplir con características del cooler para transporte de vacunas, pero estas no se encuentran detalladas en el documento, por este motivo se pide que se incluya el detalle de estas para su sustento

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité en coordinación con el área usuaria decide acoger la consulta, quedando de la siguiente manera:
SE ADJUNTARÁ LA FICHA TECNICA EN LAS BASES INTEGRADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se realizará la incorporación a las bases integradas, las características técnicas del equipo COOLER PARA TRASNPORTE DE VACUNAS

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-69-2024-CS-MDE/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS COMPLEMENTARIOS PARA EL PROYECTO 178 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE KORIBENI EN LA ZONAL DE PALMA REAL, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20553332975	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	SELLER MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	17:37:28

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

El punto dice
A04 DESECHOS PRODUCIDOS DE SEGURA MANIPULACIÓN (DESTRUCCIÓN POR FUSIÓN TÉRMICA DEL MATERIAL).
es muy importante una adecuada eliminación de agujas descartables, y los residuos de este proceso deben poder ser seguros, para este fin existen métodos en el mercado igual de efectivos por lo que pedimos amablemente modificar el punto

A04 DESECHOS PRODUCIDOS DE SEGURA MANIPULACIÓN (DESTRUCCIÓN POR FUSIÓN TÉRMICA DEL MATERIAL O PROCESOS SIMILARES).
Des esta manera se mantiene la pluralidad de marcas sin afectar la funcionalidad

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité en coordinación con el área usuaria decide acoger la consulta, quedando de la siguiente manera:
A04 DESECHOS PRODUCIDOS DE SEGURA MANIPULACIÓN (DESTRUCCIÓN POR FUSIÓN TÉRMICA DEL MATERIAL O PROCESOS SIMILARES).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se realizará la modificación al punto A04 del equipo DESTRUCTOR DE AGUJAS HIPODÉRMICAS

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

Nomenclatura : AS-SM-69-2024-CS-MDE/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS COMPLEMENTARIOS PARA EL PROYECTO 178 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE KORIBENI EN LA ZONAL DE PALMA REAL, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20553332975	Fecha de envío :	31/10/2024
Nombre o Razón social :	SELLER MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	17:37:28

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

El punto dice
A06 REUSABLE.
dados los últimos acontecimientos como el covid-19 muchos elementos de uso médico, pueden estar expuestos a elementos contaminantes que podrían llegar a ser perjudiciales para la salud de los pacientes si es que son reutilizados sin el debido tratamiento, es por este motivo que equipos desechables que mantengan todas las características deberían poder ser incluidos para su consideración evitando así las preocupaciones de devolverlo al lugar de mantenimiento y su posterior desinfección. Por eso se pide amablemente cambiar el punto quedando de la siguiente manera
A06 REUSABLE. (OPCIONAL)

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité en coordinación con el área usuaria decide acoger la consulta, quedando de la siguiente manera:
A06 REUSABLE. (OPCIONAL)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se realizará la modificación al punto A06 del equipo SET DE COLLARÍN PARA POLITRAUMATIZADO