

ACTA DE POSTERGACIÓN DE LA ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO.

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 42-2025-GRH/CS-1

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA NEUROLOGIA PARA LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HUANUCO NIVEL III-1” SEGUNDA ETAPA.

En, la ciudad de Huánuco, a los 29 días del mes de abril del año 2025, en las instalaciones de oficina de la Sub Gerencia de Abastecimiento del Gobierno Regional de Huánuco – Sede Central, a las 08:05 horas, se reunieron los integrantes del comité de selección designados con **FORMATO N° 04 CONFORMACION DEL COMITE DE SELECCION N° 092-2025-GRH/GRA, de fecha 1 de abril del 2025**, encargados de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de **ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA NEUROLOGIA PARA LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HUANUCO NIVEL III-1” SEGUNDA ETAPA.**, a fin de postergar la admisión, evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro.

1. COMITÉ DE SELECCIÓN


PRESIDENTE (TITULAR)	Ing. José Enrique Figueroa Quispe	DEPENDENCIA:	SUB GERENCIA DE GESTION DE OBRAS Y SUPERVISIÓN
PRIMERO MIEMBRO (TITULAR)	ING. Wilmer More Palomino	DEPENDENCIA:	SUB GERENCIA DE GESTION DE OBRAS Y SUPERVISIÓN
SEGUNDO MIEMBRO (TITULAR)	CPC. Arnold Jefferson Jaimes Paredes	DEPENDENCIA:	SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

2. ACUERDO OPTADO

Que, según cronograma del procedimiento de selección la, admisión, evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro, estaban establecido según cronograma del SEACE para el día **29 de abril del 2025.**

El Comité de selección por UNANIMIDAD decide postergar la admisión, evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro por motivos de recarga laboral, para el día **05 de mayo del 2025.**


Sin otro asunto que tratar, se concluye dicho acto a las 08:30 del mismo día suscribiéndose la presente acta en señal de conformidad.



Ing. José Enrique Figueroa Quispe
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN



Ing. Wilmer More Palomino
PRIMER MIEMBRO



CPC. Arnold Jefferson Jaimes Paredes
SEGUNDO MIEMBRO

FORMATO N° 13
ACTA DE APERTURA, ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO PARA BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

1 NÚMERO DE ACTA	001-2025
------------------	----------

2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL	<p>En la ciudad de Huánuco, a los 05 días de mayo del año 2025, en la Sub Gerencia de Abastecimiento, se reunieron los miembros de comité de selección designados mediante Formato N° 04 Conformación de Comité de Selección 092-2025-GRH/GRA, de fecha 01 de abril de 2025, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada N° 042-2025-GRH/CS-01, cuyo objeto de convocatoria es CONTRATACIÓN DE BIENES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA NEUROLOGIA, PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HUANUCO NIVEL III-1 SEGUNDA ETAPA, sesionó a fin de efectuar la APERTURA, ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO, de acuerdo a lo siguiente:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">ETAPAS</th><th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">FECHAS DE LAS SESIONES</th><th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">HORA DE LAS SESIONES</th></tr> <tr> <th></th><th style="text-align: center;">Desde:</th><th style="text-align: center;">Hasta:</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Para la admisión:</td><td style="text-align: center;">05/05/2025</td><td style="text-align: center;">05/05/2025</td></tr> <tr> <td>- Para la evaluación:</td><td></td><td style="text-align: center;">08</td></tr> <tr> <td>- Para la calificación:</td><td></td><td style="text-align: center;">12:30 p.m.</td></tr> <tr> <td>- Para el otorgamiento de la buena pro:</td><td></td><td style="text-align: center;">:00 a.m.</td></tr> </tbody> </table>	ETAPAS	FECHAS DE LAS SESIONES	HORA DE LAS SESIONES		Desde:	Hasta:	- Para la admisión:	05/05/2025	05/05/2025	- Para la evaluación:		08	- Para la calificación:		12:30 p.m.	- Para el otorgamiento de la buena pro:		:00 a.m.
ETAPAS	FECHAS DE LAS SESIONES	HORA DE LAS SESIONES																		
	Desde:	Hasta:																		
- Para la admisión:	05/05/2025	05/05/2025																		
- Para la evaluación:		08																		
- Para la calificación:		12:30 p.m.																		
- Para el otorgamiento de la buena pro:		:00 a.m.																		

3	SOBRE EL QUÓRUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)					
	El quórum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:					
	Presidente	JOSE ENRIQUE FIGUEROA QUISPE	Condición	DESIGNADO	Titular	X
					Suplente	
	Primer Miembro	WILMER MORE PALOMINO	Condición	DESIGNADO	Titular	X
					Suplente	
	Segundo Miembro	ARNOLD JEFFERSON JAIMES PAREDES	Condición	CAS	Titular	X
				Suplente		

4	DETALLE DE LOS PARTICIPANTES				
De acuerdo a la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE, se registraron a través de dicho sistema, los siguientes participantes:					
Nro	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	
1	20263368992	CYMED MEDICAL S.A.C.	07/04/2025	Válido	
2	20340116055	TECNI - MED.SYSTEM. S.A.	07/04/2025	Válido	
3	20501645517	VITALTEC S.A.C.	04/04/2025	Válido	
4	20512900896	J.C MEDICAL SUPPLIES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	04/04/2025	Válido	
5	20543855015	BTL PERU S.A.C.	07/04/2025	Válido	
6	20553285101	MEDSTEP PERU S.A.C.	24/04/2025	Válido	
7	20601586470	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	07/04/2025	Válido	
8	20602609104	INDUSTRIA TECNOMEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INDUSTRIA TECNOMEDIC S.A.C.	08/04/2025	Válido	
9	20602703003	ADVANCED MEDICAL INC E.I.R.L.	07/04/2025	Válido	
10	20603907362	SCALAP MEDICAL S.A.C.	08/04/2025	Válido	
11	20610572333	DYR MEDICAL S.A.C.	04/04/2025	Válido	
12	20611300701	MEDICAL HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	04/04/2025	Válido	

5	DETALLE DE LOS POSTORES				
En la fecha señalada en el cronograma de la ficha de selección publicada en el SEACE, presentaron sus ofertas a través de dicho sistema, los siguientes postores:					
Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de presentación	Estado de la propuesta	Estado
1	20601586470	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	28/04/2025	Enviado	Valido
2	20340116055	TECNI - MED.SYSTEM. S.A.	28/04/2025	Enviado	Valido
3	20543855015	BTL PERU S.A.C.	28/04/2025	Enviado	Valido




6	ADMISIÓN DE LAS OFERTAS
---	-------------------------

De acuerdo con la revisión efectuada, el órgano a cargo del procedimiento de selección verificó la presentación de los documentos requeridos en el acápite "Documentos para la admisión de la oferta" de las Bases, a fin de determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de las Especificaciones Técnicas o Términos de referencia, según corresponda. **ADJUNTO ANEXO 1**

DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS

Nº	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión																				
1	BTL PERU S.A.C.	<p>CON RESPECTO AL APARTADO E): NO CUMPLE en el ítem A15: VELOCIDAD DEL PAPEL: 6.25 MM/S, 10 MM/S, 12,5 MM/S, 25M/S, 50 MM/S, EL POSTOR NO INDICA CUMPLIR CON LA VELOCIDAD 6.25 MM/S</p> <p>CON RESPECTO AL APARTADO J) EN EL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERBACIONESEN LA CONSULTA N° 10 SE SUSTENTO LO SIGUIENTE: "EL ANEXO 4 ES RELACIONADO AL PLAZO DE ENTREGAS (PRESTACION PRINCIPAL), TAL COMO SE ENCUENTRA DETALLADO EN LA SELECCIÓN ESPECIFICA DE LAS BASES; CAPITULO I (GENERALEDADES) PUNTO 1.9 PLAZO DE ENTREGA Y CAPITULO III (REQUERIMIENTO) EN EL PUNTO 5.11.2 PLAZO – PRESTACION PRINCIPAL"</p> <p>ANEXO N.º 4 DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA</p> <p>Señores COMITÉ DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 042-2025-GRH/CS-1 Presente -</p> <p>Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar los bienes objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de 30 días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato para la entrega y puesta en funcionamiento, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.</p> <p>Lima, 28 de abril del 2025</p> <p>1.9. PLAZO DE ENTREGA</p> <p>Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán:</p> <p>Prestación Principal: El plazo de entrega, instalación y puesta en funcionamiento será de Cuarenta y Cinco (45) días calendario, a partir del día siguiente de la suscripción del contrato tal como se detalla en el siguiente cuadro.</p> <table><tr><td>PLAZO DE ENTREGA DE BIENES</td><td>TREINTA Y CINCO (35) DÍAS CALENDARIOS</td></tr><tr><td>PLAZO DE INSTALACION DE LOS BIENES</td><td>TRES (03) DÍAS CALENDARIOS</td></tr><tr><td>PLAZO PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES</td><td>DOS (02) DÍAS CALENDARIOS</td></tr><tr><td>CAPACITACION</td><td>CINCO (05) DÍAS CALENDARIOS</td></tr><tr><td>PLAZO TOTAL DE LA PRESTACION PRINCIPAL</td><td>CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS</td></tr></table> <p>5.11.2. Plazo</p> <p>Prestación principal: El plazo de entrega, instalación y puesta en funcionamiento será de Cuarenta y cinco (45) días calendario, a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, tal como se describe en el siguiente cuadro.</p> <table><tr><td>PLAZO DE ENTREGA DE BIENES</td><td>TREINTA Y CINCO (35) DÍAS CALENDARIOS</td></tr><tr><td>PLAZO DE INSTALACION DE LOS BIENES</td><td>TRES (03) DÍAS CALENDARIOS</td></tr><tr><td>PLAZO PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES</td><td>DOS (02) DÍAS CALENDARIOS</td></tr><tr><td>CAPACITACION</td><td>CINCO (05) DÍAS CALENDARIOS</td></tr><tr><td>PLAZO TOTAL DE LA PRESTACIÓN PRINCIPAL</td><td>CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS</td></tr></table> <p>No se admite la oferta de postor.</p>	PLAZO DE ENTREGA DE BIENES	TREINTA Y CINCO (35) DÍAS CALENDARIOS	PLAZO DE INSTALACION DE LOS BIENES	TRES (03) DÍAS CALENDARIOS	PLAZO PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	DOS (02) DÍAS CALENDARIOS	CAPACITACION	CINCO (05) DÍAS CALENDARIOS	PLAZO TOTAL DE LA PRESTACION PRINCIPAL	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS	PLAZO DE ENTREGA DE BIENES	TREINTA Y CINCO (35) DÍAS CALENDARIOS	PLAZO DE INSTALACION DE LOS BIENES	TRES (03) DÍAS CALENDARIOS	PLAZO PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	DOS (02) DÍAS CALENDARIOS	CAPACITACION	CINCO (05) DÍAS CALENDARIOS	PLAZO TOTAL DE LA PRESTACIÓN PRINCIPAL	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS
PLAZO DE ENTREGA DE BIENES	TREINTA Y CINCO (35) DÍAS CALENDARIOS																					
PLAZO DE INSTALACION DE LOS BIENES	TRES (03) DÍAS CALENDARIOS																					
PLAZO PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	DOS (02) DÍAS CALENDARIOS																					
CAPACITACION	CINCO (05) DÍAS CALENDARIOS																					
PLAZO TOTAL DE LA PRESTACION PRINCIPAL	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS																					
PLAZO DE ENTREGA DE BIENES	TREINTA Y CINCO (35) DÍAS CALENDARIOS																					
PLAZO DE INSTALACION DE LOS BIENES	TRES (03) DÍAS CALENDARIOS																					
PLAZO PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	DOS (02) DÍAS CALENDARIOS																					
CAPACITACION	CINCO (05) DÍAS CALENDARIOS																					
PLAZO TOTAL DE LA PRESTACIÓN PRINCIPAL	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS																					
	TECNI - MED.SYSTEM. S.A.	<p>NO CUMPLE "OFRECE EQUIPO CON AÑO DE FABRICACION NO MAYOR A 12 MESES (2024 – 2025), EN LAS BASES INTEGRADAS, CAPITULO III REQUERIMIENTO, EN EL PUNTO 5.3, CONDICIONES DE OPERACIÓN SE INDICA "LAS FECHAS DE FABRICACION DE LOS BIENES DEBERAN SER DEL PRESENTE AÑO A LA PRESTACION DE OFERTAS (DEBE SER INDICADO EN EL FORMATO 1".</p>																				

		<div><div>SUSTENTO DE CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS</div><table><tr><td>DENOMINACION DEL BIEN Y/O EQUIPO</td><td>D-1 ELECTROCARDIOGRAFO (6 unidades)</td></tr><tr><td>NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR</td><td>TECNI MED SYSTEM S.A.</td></tr><tr><td>FECHA DE FABRICACION</td><td>2024-2025 (No mayor a 12 meses)</td></tr><tr><td>MARCA</td><td>EDAN</td></tr><tr><td>MODELO</td><td>SE-601C</td></tr><tr><td>PROCEDENCIA</td><td>CHINA</td></tr></table><div>5.3. Condiciones de operación</div><p>Las fechas de fabricación de los bienes deberán ser del presente al año a la presentación de ofertas (debe ser indicado en el Formato 1) y serán entregados en el Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano de Huánuco – Nivel III-1; así mismo los bienes deben ser nuevos y sin uso, fabricados con materiales y partes originales , totalmente ensamblados en fábrica y con perfecto estado de conservación; cumpliendo con las Especificaciones Técnicas detalladas en el Anexo N°01.</p><div>No se admite la oferta de postor.</div></div>	DENOMINACION DEL BIEN Y/O EQUIPO	D-1 ELECTROCARDIOGRAFO (6 unidades)	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR	TECNI MED SYSTEM S.A.	FECHA DE FABRICACION	2024-2025 (No mayor a 12 meses)	MARCA	EDAN	MODELO	SE-601C	PROCEDENCIA	CHINA																																												
DENOMINACION DEL BIEN Y/O EQUIPO	D-1 ELECTROCARDIOGRAFO (6 unidades)																																																									
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR	TECNI MED SYSTEM S.A.																																																									
FECHA DE FABRICACION	2024-2025 (No mayor a 12 meses)																																																									
MARCA	EDAN																																																									
MODELO	SE-601C																																																									
PROCEDENCIA	CHINA																																																									
	<div>J & G INVERSIONES PERU S.A.C.</div>	<div><div>NO CUMPLE “NO ES CLARO EN INDICAR SI OFRECE CON AÑOS DE FABRICACION 2024 Ó 2025, EN LAS BASES INTEGRADAS, CAPITULO III REQUERIMIENTO, EN EL PUNTO 5.3. CONDICIONES DE OPERACIÓN SE INDICA “LAS FECHAS DE FABRIACION DE LOS BIENES DEBERAN SER DEL PRESENTE AÑO A LA PRESENTACION DE OFERTAS (DEBE SER INDICADO EN EL FORMATO 1)”</div><div>FORMATO N° 1</div><table><tr><th colspan="7">FICHA TECNICA DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</th></tr><tr><td colspan="4">NOMBRE O RAZON SOCIAL</td><td colspan="3">CLAVE: D-1</td></tr><tr><td colspan="4">J & G INVERSIONES PERU S.A.C.</td><td colspan="3">CANTIDAD: SEIS (06) Unidades</td></tr><tr><td>DENOMINACIÓN DEL EQUIPO</td><td colspan="6">ELECTROCARDIOGRAFO</td></tr><tr><td>PARTES, COMPONENTES Y ACCESORIOS DEL EQUIPO</td><td>MARCA</td><td>MODELO</td><td>SERIE</td><td>AÑO DE FABRICACION</td><td colspan="2">PAIS DE ORIGEN</td></tr><tr><td>ELECTROCARDIOGRAFO</td><td>EDAN</td><td>SE 601B</td><td>-</td><td>2024 - 2025</td><td colspan="2">CHINA</td></tr><tr><td>CABLES PACIENTE PARA ECG</td><td>EDAN</td><td>-</td><td>-</td><td>2024 - 2025</td><td colspan="2">CHINA</td></tr><tr><td>ELECTRODOS PRECORDIALES ADULTO</td><td>EDAN</td><td>-</td><td>-</td><td>2024 - 2025</td><td colspan="2">CHINA</td></tr></table><div>5.3. Condiciones de operación</div><p>Las fechas de fabricación de los bienes deberán ser del presente al año a la presentación de ofertas (debe ser indicado en el Formato 1) y serán entregados en el Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano de Huánuco – Nivel III-1; así mismo los bienes deben ser nuevos y sin uso, fabricados con materiales y partes originales , totalmente ensamblados en fábrica y con perfecto estado de conservación; cumpliendo con las Especificaciones Técnicas detalladas en el Anexo N°01.</p><div>No se admite la oferta de postor.</div></div>	FICHA TECNICA DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS							NOMBRE O RAZON SOCIAL				CLAVE: D-1			J & G INVERSIONES PERU S.A.C.				CANTIDAD: SEIS (06) Unidades			DENOMINACIÓN DEL EQUIPO	ELECTROCARDIOGRAFO						PARTES, COMPONENTES Y ACCESORIOS DEL EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	AÑO DE FABRICACION	PAIS DE ORIGEN		ELECTROCARDIOGRAFO	EDAN	SE 601B	-	2024 - 2025	CHINA		CABLES PACIENTE PARA ECG	EDAN	-	-	2024 - 2025	CHINA		ELECTRODOS PRECORDIALES ADULTO	EDAN	-	-	2024 - 2025	CHINA	
FICHA TECNICA DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS																																																										
NOMBRE O RAZON SOCIAL				CLAVE: D-1																																																						
J & G INVERSIONES PERU S.A.C.				CANTIDAD: SEIS (06) Unidades																																																						
DENOMINACIÓN DEL EQUIPO	ELECTROCARDIOGRAFO																																																									
PARTES, COMPONENTES Y ACCESORIOS DEL EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	AÑO DE FABRICACION	PAIS DE ORIGEN																																																					
ELECTROCARDIOGRAFO	EDAN	SE 601B	-	2024 - 2025	CHINA																																																					
CABLES PACIENTE PARA ECG	EDAN	-	-	2024 - 2025	CHINA																																																					
ELECTRODOS PRECORDIALES ADULTO	EDAN	-	-	2024 - 2025	CHINA																																																					

7	<p>ACUERDO ADOPTADO</p> <p>El Comité de Selección da por unanimidad da por aprobado los resultados de la admisión, evaluación y calificación de las ofertas, de acuerdo con el análisis efectuado y al no existir ofertas válidas, se procede a DECLARAR DESIERTO en mérito al artículo 29 de la ley de contrataciones del estado y en concordancia con el numeral 65.1 del artículo 65 del reglamento de la ley de contrataciones del estado, siendo 15:30 horas del mismo día, suscribiéndose la presente acta en señal de conformidad fue adoptado por:</p> <table><tr><td>Unanimidad:</td><td>X</td><td>Mayoría:</td><td></td><td>Fundamento del voto discrepante</td><td></td></tr></table>	Unanimidad:	X	Mayoría:		Fundamento del voto discrepante	
Unanimidad:	X	Mayoría:		Fundamento del voto discrepante			
8	<div><div><p>WILMER MORE PALOMINO Primer Miembro</p></div><div><p>JOSE ENRIQUE FIGUEROA QUISPE Presidente</p></div><div><p>ARNOLD JEFFERSON JAIMES PAREDES Segundo Miembro</p></div></div> <p>NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL RESPONSABLE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>						

ANEXO N° 01
GRH/CS-1

CUADRO COMPARATIVO

Admisibilidad de ofertas:

Nº	POSTORES	ANEXO 1/ D/ DATO DEL POSTOR	DOCUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA	ANEXO 2/(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)	ANEXO 3/DI. DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA	FORMATO N° 1 FICHA TÉCNICA DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	EL EQUIPO DEBERA CONTAR CON UN CERTIFICADO DE SEGURIDAD ELECTRICA EMITIDO POR UNA ENTIDAD ACREDITADA	COPIA SIMPLE DE LA RESOLUCION DE AUTORIZACION DE REGISTRO SANITARIO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL D.S. 016-211	COPIA SIMPLE DE RESOLUCION DE AUTORIZACION SANITARIA DE FUNCIONAMIENTO O	COPIA SIMPLE DE CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO O (BPA)	ANEXO 4/DI. DE PLAZO DE ENTREGA	ANEXO 5/ PROMESA DE CONSORCIO	ANEXO 6/ PRECIO DE LA OFERTA	RESULTADO
1	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.- RUC. 20601586470	SI	SI	SI	SI	NO CUMPLE	SI	SI	SI	SI	SI	NO CORRESPONDE	SI	NO ADMITIDO
2	TECNI - MED SYSTEM. S.A. - RUC 20340116055	SI	SI	SI	SI	NO CUMPLE	SI	SI	SI	SI	SI	NO CORRESPONDE	SI	NO ADMITIDO
3	BTL PERU S.A.C.- RUC. 20543855015	SI	SI	SI	SI	NO CUMPLE	SI	SI	SI	SI	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE	SI	NO ADMITIDO

NOMBRE O RAZON SOCIAL				CLAVE	D-1
TECNI - MED.SYSTEM. S.A.				CANTIDAD	6
ELECTROCARDIOGRAFO					
MARCA					
EDAN					
MODELO					
SE-601C					
PAIS DE ORIGEN					
CHINA					
AÑO DE FABRICACION					
2024-2025 (NO MAYOR A 12 MESES)					
VIGENCIA DE GARANTIA		24 MESES	PLAZO DE ENTREGA		
N°	REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS			45 DIAS CALENDARIOS	
				CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO	SUSTENTO EN FOLIOS
				SI	NO
A01	ELECTROCARDIOGRAFO DE 06 CANALES			CUMPLE	22,29
A02	IMPRESORA DE TIPO TÉRMICO DE MATRIZ DE PUNTOS			CUMPLE	27
A03	PORTATIL DE PESO LIGERO Y COMPACTO			CUMPLE	13
A04	TECLADO ALFANUMÉRICO COMPLETO TIPO QWERTY FÍSICO O DIGITAL			CUMPLE	17
A05	MODO DE OPERACION: AUTOMATICO, MANUAL Y ANALISIS			CUMPLE	18
A06	DETECCION Y ALARMA DE: DESCONEXION DEL CABLE DEL PACIENTE, IMPRESORA SIN PAPEL Y BATERIA BAJA			CUMPLE	23
A07	PANTALLA GRAFICA LCD DE 5.6 PULGADAS O MAYOR1,4 PARA VISUALIZACION DEL ECG DEL PACIENTE, DAYOS Y CONFIGURACIONES			CUMPLE	17,19
A08	VISUALIZACION EN LA PANTALLA LCD DE LAS 12 DERIVADAS EN SIMULTANEO			CUMPLE	13,19,27
A09	CON ANÁLISIS DE TIPO INTERPRETATIVO			CUMPLE	13
A10	MEMORIA DE ALMACENAMIENTO DE 200 PACIENTES O MAYOR			CUMPLE	13
A11	PUERTO DE COMUNICACIÓN RS-232, LAN, USB PARA CONEXIÓN A PC			CUMPLE	13,15,16
A12	FILTROS PARA EVITAR INTERFERENCIAS			CUMPLE	22,28
A13	BATERIA DE LITIO RECARGABLE DE 3 HORAS DE AUTONOMIA O MAYOR			CUMPLE	27
A14	SENSIBILIDAD O AMPLITUD DE LA SEÑAL: 2,5; 5; 10; 20 Y 10/5(OPCIONAL)MM/MV, AGG			CUMPLE	28
A15	VELOCIDAD DEL PAPEL: 6.25 MM/S, 10 MM/S, 12.5 MM/S, 25 M/S, 50 MM/S			CUMPLE	27
A16	CON FILTROS PARA EMG (MINIMO TRES OPCIONES ENTRE 25 Y 45 Hz, APAGADO); DFT (MINIMO CINCO OPCIONES ENTRE 0.05 Y 0.67 Hz) Y FILTRO DE RED ELECTRICA A 50/60 Hz			CUMPLE	21,26,28
A17	PAPEL DE IMPRESIÓN TIPO BLOCK O ROLLO, QUE PERMITA LA ADECUADA IMPRESIÓN DE TRAZOS DE ECG ASEGURANDO UNA LECTURA CLARA Y DIAGNÓSTICA EN SUS 6 CANALES			CUMPLE	20,27
C	REQUERIMIENTO DE ENERGIA				
C01	240 A 220 VAC A 60 HZ			CUMPLE	26,31
				NO CUMPLE	
				"OFRECE EQUIPOS CON AÑO DE FABRICACIÓN NO MAYOR A 12 MESES(2024-2025), EN LAS BASES INTEGRADAS, CAPÍTULO III REQUERIMIENTO. EN EL PUNTO 5.3. CONDICIONES DE OPERACIÓN SE INDICA "LAS FECHAS DE FABRICACIÓN DE LOS BIENES DEBERÁN SER DEL PRESENTE AL AÑO A LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS(DEBE SER INDICADO EN EL FORMATO 1)"	
RESULTADO DE EVALUACION					

NOMBRE O RAZON SOCIAL			CLAVE	D-1
BTL PERU S.A.C.			CANTIDAD	6
DENOMINACION DEL EQUIPO		ELECTROCARDIOGRAFO		
MARCA	BTL			
MODELO	BTL 4 PRO			
PAIS DE ORIGEN	REINO UNIDO / BULGARIA / ITALIA			
AÑO DE FABRICACION	2025			
VIGENCIA DE GARANTIA	24 MESES	PLAZO DE ENTREGA		
N°	REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS		30 DIAS CALENDARIOS	
			CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO	SUSTENTO EN FOLIOS
			SI	NO
A01	ELECTROCARDIOGRAFO DE 06 CANALES		CUMPLE	31
A02	IMPRESORA DE TIPO TÉRMICO DE MATRIZ DE PUNTOS		CUMPLE	21,22,31
A03	PORTATIL DE PESO LIGERO Y COMPACTO		CUMPLE	31
A04	TECLADO ALFANUMÉRICO COMPLETO TIPO QWERTY FISICO O DIGITAL		CUMPLE	23,31
A05	MODO DE OPERACION: AUTOMATICO, MANUAL Y ANALISIS		CUMPLE	18,25,26,31
A06	DETECCION Y ALARMA DE: DESCONEXION DEL CABLE DEL PACIENTE, IMPRESORA SIN PAPEL Y BATERIA BAJA		CUMPLE	18,19,22,24,31
A07	PANTALLA GRAFICA LCD DE 5.6 PULGADAS O MAYOR,1.4 PARA VISUALIZACION DEL ECG DEL PACIENTE, DAYOS Y CONFIGURACIONES		CUMPLE	23,31
A08	VISUALIZACION EN LA PANTALLA LCD DE LAS 12 DERIVADAS EN SIMULTANEO		CUMPLE	24,31
A09	CON ANÁLISIS DE TIPO INTERPRETATIVO		CUMPLE	25,26,27
A10	MEMORIA DE ALMACENAMIENTO DE 200 PACIENTES O MAYOR		CUMPLE	31
A11	PUERTO DE COMUNICACIÓN RS-232, LAN, USB PARA CONEXIÓN A PC		CUMPLE	20,33
A12	FILTROS PARA EVITAR INTERFERENCIAS		CUMPLE	28
A13	BATERIA DE LITIO RECARGABLE DE 3 HORAS DE AUTONOMIA O MAYOR		CUMPLE	19
A14	SENSIBILIDAD O AMPLITUD DE LA SEÑAL: 2.5; 5; 10; 20 Y 10/5(OPCIONAL)MM/MV, ACG		CUMPLE	31
A15	VELOCIDAD DEL PAPEL: 6.25 MM/S, 10 MM/S, 12.5 MM/S, 25 M/S, 50 MM/S		NO CUMPLE CON VELOCIDAD 6.25 MM/S	31
A16	CON FILTROS PARA EMG (MINIMO TRES OPCIONES ENTRE 25 y 45 Hz, APAGADO); DFT (MINIMO CINCO OPCIONES ENTRE 0.05 y 0.67 Hz) Y FILTRO DE RED ELECTRICA A 50/60 Hz		CUMPLE	28,29
A17	PAPEL DE IMPRESIÓN TIPO BLOCK O ROLLO, QUE PERMITA LA ADECUADA IMPRESIÓN DE TRAZOS DE ECG ASEGURANDO UNA LECTURA CLARA Y DIAGNÓSTICA EN SUS 6 CANALES		CUMPLE	21,22,31,31
C	REQUERIMIENTO DE ENERGIA			
C01	240 A 220 VAC A 60 HZ		CUMPLE	33
		NO CUMPLE		
RESULTADO DE EVALUACION		EN EL ITEM A15 SOLICITAMOS: VELOCIDAD DEL PAPEL: 6.25 MM/S, 10 MM/S, 12.5 MM/S, 25 M/S, 50 MM/SE, EL POSTOR NO INDICA CUMPLIR CON LA VELOCIDAD 6.25 MM/S		