

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

| | | | |
|--------------------------|---|--|--|
| Entidad convocante : | GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL | | |
| Nomenclatura : | AS-SM-119-2024-GRA-SEDECENTRAL-1 | | |
| Nro. de convocatoria : | 1 | | |
| Objeto de contratación : | Bien | | |
| Descripción del objeto : | ADQUISICION DE RUTEADORA CNC PARA LA OBRA META MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA II.EE MIXTO INDUSTRIAL N°12 CRISTO REY, LOCALIDAD DE CORACORA, DISTRITO DE CORACORA PROVINCIA DE PARINACOCAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO | | |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20605223088 | Fecha de envío : | 31/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | SLN Y VARIOPINTO MEDIC S.A.C. | Hora de envío : | 21:41:58 |

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Estimado comité de selección, respecto a los bienes iguales o similares, se solicita ampliar el listado de bienes que se consideran similares, a fin de que haya pluralidad de contratación en los postores y no incurrir en direccionamiento en la contratación

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE COMO INDICA EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO QUE SE ADMITIRA TODAS LAS MAQUINAS CNC EN GENERAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-119-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE RUTEADORA CNC PARA LA OBRA META MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA II.EE MIXTO INDUSTRIAL N°12 CRISTO REY, LOCALIDAD DE CORACORA, DISTRITO DE CORACORA PROVINCIA DE PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20605223088 | Fecha de envío : | 31/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | SLN Y VARIOPINTO MEDIC S.A.C. | Hora de envío : | 21:41:58 |

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Estimados miembros del comité de selección, se solicita aclarar: el voltaje de suministro con el que cuentan en el punto de instalación del equipo, debido a que el equipo operará según las especificaciones técnicas a 220 VAC / 3F, aclarar si cuentan con dicho voltaje o si cuentan con otro voltaje, para indicar en la propuesta sobre el transformador reductor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4.3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

RESPECTO A LA PRESENTE OBSERVACION SE ACLARA QUE EN EL TALLER DE CARPINTERIA SE CUENTA CON ENERGIA DE 220 V MONOFASICO Y 380 V TRIFASICO POR TANTO EL PROVEEDOR DEBERA PREVEER EL FUNCIONAMIENTO CON LA ENERGIA MENCIONADA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-119-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE RUTEADORA CNC PARA LA OBRA META MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA II.EE MIXTO INDUSTRIAL N°12 CRISTO REY, LOCALIDAD DE CORACORA, DISTRITO DE CORACORA PROVINCIA DE PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20605223088 | Fecha de envío : | 31/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | SLN Y VARIOPINTO MEDIC S.A.C. | Hora de envío : | 21:41:58 |

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Estimados miembros del comité de selección, indicar si el suministro de energía que cuenta el ambiente donde se va instalar el Equipo CNC, cuenta con la potencia mínima requerida para su puesta en marcha y que no haya inconvenientes durante la operación a una potencia de 7.5KW. Indicar si se cuenta con energía estabilizada y respaldo de energía.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4.3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

RESPECTO A LA PRESENTE CONSULTA SE ACLARA EN EL TALLER DE CARPINTERIA SE CUENTA CON ENERGIA MINIMA Y ESTABLE POR LO TANTO EL POSTOR DEBERA PREVEER EL FUNCIONAMIENTODE LA MAQUINA RUTEADORA CNC

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null