

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO

Nomenclatura : AS-SM-29-2024-GRJ-IREN/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO ¿ IREN CENTRO

Ruc/código :	20603355289	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	15:06:38

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En las Bases Administrativas, Numeral III., Página 20, 21, 22, 23.

El sensor de flujo perturbación magnética patentado, es una tecnología diseñada y patentada por la marca SIARE DE ITALIA, eso indica que este proceso esta en contra de lo que indica la ley de contrataciones, ya que se encuentra dirigido a una sola marca.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: N/A Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones del Estado / Artículo 2 / Literal e) Competencia y f) Eficacia y Eficiencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

sobre la observacion formulada, El comité de selección en coordinación con el área usuaria ACOGE parcialmente la observacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO
Nomenclatura : AS-SM-29-2024-GRJ-IREN/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO ¿ IREN CENTRO

Ruc/código :	20160340534	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	MASTER MEDIC S.A.	Hora de envío :	17:26:50

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Solicitando al comité la anulación del proceso, por estar dirigido a una marca, y está vulnerando el Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado: ¿¿a) Libertad de concurrencia. Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores.

Acápito de las bases : Sección: General Numeral: I Literal: BASES Página: 1-54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

sobre la observacion formulada, El comité de selección en coordinación con el área usuaria ACOGE parcialmente la observacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO

Nomenclatura : AS-SM-29-2024-GRJ-IREN/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO ¿ IREN CENTRO

Ruc/código :	20503650186	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:56:44

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Observamos que el equipo solicitado está dirigido a la marca SIARE, MODELO: FALCO 202 EVO 10; incluso aparecen características propias del equipo y modelo, como peso del equipo, dimensiones exactas, tipo de batería, denominaciones de modos ventilatorio propias de la marca (cada marca tiene sus denominaciones propias), tecnología propia del fabricante, etc. Cualquier persona FACILMENTE puede ver que las especificaciones están siendo direccionadas a un UNICO postor y UNICA marca.

Las especificaciones solicitadas SOLO son cumplidas al 100% por la marca SIARE, modelo FALCO 202 EVO 10, lo cual, se puede observar fácilmente en el Manual de Usuario (ver Anexo A, sección A.1 Ficha Técnica), disponible en el siguiente enlace del FABRICANTE SIARE: https://www.siare.it/wp-content/uploads/2019/02/Falco202_980104_UE_rev1.pdf

Incluso, la imagen que aparece al final de las especificaciones solicitadas en las bases, es una imagen obtenida del catálogo de la marca SIARE, MODELO: FALCO 202 EVO 10 que se puede comprobar fácilmente ingresando a la página web del fabricante <https://www.siare.it/wp-content/uploads/2019/02/FALCO-202-EVO-10-4-ENG-editabile.pdf>, o que demuestra UN CLARO DIRECCIONAMIENTO del presente proceso.

De acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado (artículo 16.2) se indica que:

¿Dichas especificaciones técnicas, términos de referencia

o expediente técnico deben proporcionar acceso al proceso de contratación en CONDICIONES DE IGUALDAD Y NO TIENEN POR EFECTO LA CREACIÓN DE OBSTÁCULOS NI DIRECCIONAMIENTO QUE PERJUDIQUEN LA COMPETENCIA EN EL MISMO. Salvo las excepciones previstas en el reglamento, en el requerimiento no se hace referencia a una fabricación o una procedencia determinada, o a un procedimiento concreto que caracterice a los bienes o servicios ofrecidos por un proveedor determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una producción determinados con la finalidad de favorecer o descartar ciertos proveedores o ciertos productos¿

Solicitamos declarar NULO el proceso ya que contraponen los artículos Nro. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado - Principios que rigen las contrataciones-.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** ESPECIFICA **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 16.2 de la L.C.E y art. 29.4 del reglamento de la L.C.E.

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consecuencia a la observacion, El comité de selección en coordinación con el área usuaria ACOGE parcialmente la observacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO

Nomenclatura : AS-SM-29-2024-GRJ-IREN/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO ¿ IREN CENTRO

Ruc/código :	20503650186	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:56:44

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

En el Detalle del Resumen Ejecutivo del Proceso no indican las empresas y marcas que cumplieron las especificaciones técnicas al 100% durante el estudio de Mercado del proceso.

Nos parece extraño que se haya cumplido la pluralidad de postores y marcas, ya que a simple vista las especificaciones solicitadas SOLO son cumplidas al 100% por la marca SIARE, modelo FALCO 202 EVO 10.

Para demostrar transparencia y que no se oculta ninguna IRREGULARIDAD en el proceso, les SOLICITAMOS que indiquen las empresas y marcas que cumplieron el estudio de mercado al 100%.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** CARACTERÍS **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 (incisos c) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

sobre la observacion formulada de acuerdo a la indagacion de mercado, fueron tres empresas para dterminar el valor estimado: CORPORACION ESPINAL S.A.C. MERA COMPANY IMPORT. S.A.C. y CARMER PERU S.A.C.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO

Nomenclatura : AS-SM-29-2024-GRJ-IREN/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO ¿ IREN CENTRO

Ruc/código : 20503650186

Fecha de envío : 16/08/2024

Nombre o Razón social : SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA

Hora de envío : 18:56:44

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Dice:

Copia simple del Registro Sanitario o Certificado del Registro Sanitario Vigente, emitido por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas ¿ DIGEMID, como Autoridad Nacional de Medicamentos ANM del Ministerio de Salud-MINSA, según Legislación y Normatividad vigente.

Entendemos que solo se debe presentar dicho documento para el bien principal, solicitamos confirmar al comité si es correcta nuestra apreciación

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** II **Literal:** H **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 (incisos f, g) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

con respecto a esta observacion se aclara y se confirma que dicho documento es para el bien principal solicitados de acuerdo a las EE.TT

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO
Nomenclatura : AS-SM-29-2024-GRJ-IREN/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO ¿ IREN CENTRO

Ruc/código :	20503650186	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:56:44

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Dice:

El postor deberá presentar el certificado de seguridad eléctrica.

Entendemos que podemos presentar el IEC, ya sea en catálogo, manual y/u otro documento avalado por el fabricante.

Solicitamos confirmar al comité si es correcta nuestra apreciación

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: J **Página: 16**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 (incisos f, g) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado el área usuaria es responsable de la formulación del requerimiento, que contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación.

DE ACUERDO A LA OBSERVACION FORMULADA SE ACLARA QUE DEBE ACREDITAR AVALADO POR EL FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO
Nomenclatura : AS-SM-29-2024-GRJ-IREN/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO ¿ IREN CENTRO

Ruc/código :	20503650186	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:56:44

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Dice:

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 05 días calendario, a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Al respecto, solicitar un tiempo de entrega tan corto implica que el equipamiento ya tiene cierto tiempo de fabricación y esto puede afectar negativamente al cliente final. Por ello para regirnos a lo que establece la ley de contratación (Libertad de concurrencia. Las Entidades Contratantes promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesaria) y poder entregar a la entidad equipos de última generación, en ese contexto, solicitamos al Comité reformular el numeral en mención, a fin de posibilitar la importación correcta y así poder asegurar equipos con: garantía del fabricante a la fecha, equipos nuevos y tecnológicamente vigentes, la reformulación solicitada sería en los siguientes términos:

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 65 días calendario, a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** I **Literal:** 1.9 **Página:** 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 (incisos f, g) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado el área usuaria es responsable de la formulación del requerimiento, que contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación.

sobre la observacion formulada, El comité de selección en coordinación con el área usuaria NO ACOGE la observacion, el plazo que propone es demasiado exesivo y como Entidad se requiere que la entrega sea en un plazo menor posible, a fin de cubrir la necesidad del area usuaria y salvaguardar la salud de los pacientes

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO
Nomenclatura : AS-SM-29-2024-GRJ-IREN/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO ¿ IREN CENTRO

Ruc/código :	20503650186	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:56:44

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Dice:
Plazo: el plazo de la entrega es de 05 días calendarios, a partir del día siguiente de la suscripción del contrato

Al respecto, solicitar un tiempo de entrega tan corto implica que el equipamiento ya tiene cierto tiempo de fabricación y esto puede afectar negativamente al cliente final. Por ello para regirnos a lo que establece la ley de contratación (Libertad de concurrencia. Las Entidades Contratantes promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesaria) y poder entregar a la entidad equipos de última generación, en ese contexto, solicitamos al Comité reformular el numeral en mención, a fin de posibilitar la importación correcta y así poder asegurar equipos con: garantía del fabricante a la fecha, equipos nuevos y tecnológicamente vigentes, la reformulación solicitada sería en los siguientes términos:

Plazo: el plazo de la entrega es de 65 días calendarios, a partir del día siguiente de la suscripción del contrato

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** XII **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 (incisos f, g) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según el artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado el área usuaria es responsable de la formulación del requerimiento, que contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación.

sobre la observacion formulada, El comité de selección en coordinación con el área usuaria NO ACOGE la observacion, el plazo que propone es demasiado exesivo y como Entidad se requiere que la entrega sea en un plazo menor posible, a fin de cubrir la necesidad del area usuaria y salvaguardar la salud de los pacientes

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO

Nomenclatura : AS-SM-29-2024-GRJ-IREN/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO ¿ IREN CENTRO

Ruc/código : 20503650186

Fecha de envío : 16/08/2024

Nombre o Razón social : SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA

Hora de envío : 18:56:44

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Dice:

De [03] hasta [05] días calendario:[20] puntos

De [06] hasta [10] días calendario:[10] puntos

De [11] hasta [15] días calendario: [05] puntos

Al respecto, solicitar un tiempo de entrega tan corto implica que el equipamiento ya tiene cierto tiempo de fabricación y esto puede afectar negativamente al cliente final. Por ello para regirnos a lo que establece la ley de contratación (Libertad de concurrencia. Las Entidades Contratantes promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesaria) y poder entregar a la entidad equipos de última generación, en ese contexto, solicitamos al Comité reformular el numeral en mención, a fin de posibilitar la importación correcta y así poder asegurar equipos con: garantía del fabricante a la fecha, equipos nuevos y tecnológicamente vigentes, la reformulación solicitada seria en los siguientes términos:

De [60] hasta [65] días calendario:[20] puntos

De [66] hasta [70] días calendario:[10] puntos

De [71] hasta [75] días calendario: [05] puntos

Acápate de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV

Literal: B

Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 (incisos f, g) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

sobre la observacion formulada, El comité de selección en coordinación con el área usuaria NO ACOGE la observacion, el plazo que propone es demasiado exesivo y como Entidad se requiere que la entrega sea en un plazo menor posible, a fin de cubrir la necesidad del area usuaria y salvaguardar la salud de los pacientes

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO
Nomenclatura : AS-SM-29-2024-GRJ-IREN/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO ¿ IREN CENTRO

Ruc/código :	20503650186	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:56:44

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Según el anexo N° 4, indica en caso de la modalidad de llave en mano detallar el plazo de entrega, su instalación y puesta en funcionamiento.

Solicitamos al comité aclarar que debemos detallar en el Anexo N° 4

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: ANEXOS Literal: ANEXO 4 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 (inciso c) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

sobre el particular se aclara que la modalidad de llave en mano no se aplica para el presente procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO
Nomenclatura : AS-SM-29-2024-GRJ-IREN/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO ¿ IREN CENTRO

Ruc/código :	20503650186	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:56:44

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Sobre el anexo N° 6 PRECIO DE LA OFERTA

consulta al comité si solo se debe detallar la prestación principal, mas no las prestaciones accesorias.

Agradeceremos aclarar dicho punto

Acápito de las bases : Sección: Anexos Numeral: ANEXOS Literal: ANEXO 6 Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 (incisos f y g) de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

sobre el sistema de contratacion se aclara que es a suma alzada en merito a las bases del presente procedimiento de selección

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO

Nomenclatura : AS-SM-29-2024-GRJ-IREN/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO ¿ IREN CENTRO

Ruc/código : 20101337261

Nombre o Razón social : ROCA S.A.C.

Fecha de envío : 16/08/2024

Hora de envío : 22:42:49

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

B02 VENTILADOR A PRESION Y VOLUMEN CON MICROPROCESADOR Y SISTEMA NEUMÁTICO CON TURBINA INTEGRADA.

La integración del compresor de aire en el equipo puede mejorar la eficiencia operativa al permitir una regulación más precisa del flujo de aire y la presión, ajustando el consumo de energía según las necesidades específicas. Ofrecer dos opciones de tecnología permite a los proveedores presentar soluciones que se ajusten mejor a sus capacidades y experiencia, potenciando la diversidad en las propuestas recibidas. Es por ello que para pluralidad de postores se solicita el cambio del ítem por el siguiente:

B02 VENTILADOR A PRESION Y VOLUMEN CON MICROPROCESADOR Y SISTEMA NEUMÁTICO CON TURBINA INTEGRADA O COMPRESOR DE AIRE INTERNO

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP III

Literal: 3.1

Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consecuencia a la observacion, El comité de selección en coordinación con el área usuaria ha resuelto ACOGER PARCIALMENTE la presente observación. Por lo que, con ocasión a la integración de las Bases, se implementarán en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO
Nomenclatura : AS-SM-29-2024-GRJ-IREN/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO ¿ IREN CENTRO

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	22:42:49

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

B03 PANTALLA TFT LED A COLOR DE 10" DE ALTA RESOLUCION PARA VISUALIZACION DE ONDAS GRÁFICAS DE TIEMPO (PRESIÓN, VOLUMEN, FLUJO), BUCLES (VOLUMEN/PRESIÓN, VOLUMEN/FLUJO), ALARMAS, EVENTOS, TENDENCIAS Y DATOS DE PACIENTE.

La pantalla TFT LED de alta resolución de diferentes pulgadas facilita la visualización en tiempo real de ondas gráficas de presión, volumen y flujo, permitiendo a los profesionales de la salud monitorear y ajustar la ventilación de manera efectiva. Es por ello que para pluralidad de postores se solicita el cambio del item por el siguiente:

B03 PANTALLA TFT LED A COLOR DE 10" O MENOR DE ALTA RESOLUCION PARA VISUALIZACION DE ONDAS GRÁFICAS DE TIEMPO (PRESIÓN, VOLUMEN, O FLUJO), BUCLES (VOLUMEN/PRESIÓN, VOLUMEN/FLUJO O PRESION), ALARMAS, EVENTOS, TENDENCIAS Y DATOS DE PACIENTE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consecuencia a la observacion, El comité de selección en coordinación con el área usuaria ha resuelto ACOGER PARCIALMENTE la presente observación. Por lo que, con ocasión a la integración de las Bases, se implementarán en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO
Nomenclatura : AS-SM-29-2024-GRJ-IREN/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO ¿ IREN CENTRO

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	22:42:49

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

B04 ALMACENAMIENTO EN MEMORIA HASTA 100 EVENTOS INCLUYENDO ALARMAS.

Para pluralidad de postores se solicita cambio del ítem por el siguiente:

B04 ALMACENAMIENTO EN MEMORIA HASTA 100 EVENTOS INCLUYENDO ALARMAS O CON PUERTO USB PARA SOFTWARE DE MANTENIMIENTO

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 **Página: 20**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consecuencia a la observación, El comité de selección en coordinación con el área usuaria ha resuelto ACOGER PARCIALMENTE la presente observación. Por lo que, con ocasión a la integración de las Bases, se implementarán en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO
Nomenclatura : AS-SM-29-2024-GRJ-IREN/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO ¿ IREN CENTRO

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	22:42:49

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

B05 ALMACENAMIENTO DE TENDENCIAS DE TODOS LOS PARAMETROS MEDIDOS HASTA 72 H..

Para pluralidad de postores se solicita cambio del item por el siguiente:

ALMACENAMIENTO DE TENDENCIAS DE TODOS LOS PARAMETROS MEDIDOS HASTA 72 H O VISUALIZACION EN TIEMPO REAL.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 **Página: 20**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consecuencia a la observación, El comité de selección en coordinación con el área usuaria ha resuelto ACOGER PARCIALMENTE la presente observación. Por lo que, con ocasión a la integración de las Bases, se implementarán en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO
Nomenclatura : AS-SM-29-2024-GRJ-IREN/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO ¿ IREN CENTRO

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	22:42:49

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

B07 CON UNA CONEXIÓN DE ENTRADA PARA SENSOR DE FLUJO ESPIRATORIO.
Para pluralidad de postores se solicita cambio del ítem por el siguiente:
CON UNA CONEXIÓN DE ENTRADA PARA SENSOR DE FLUJO ESPIRATORIO (OPCIONAL).

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 **Página: 20**
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consecuencia a la observación, El comité de selección en coordinación con el área usuaria ha resuelto ACOGER PARCIALMENTE la presente observación. Por lo que, con ocasión a la integración de las Bases, se implementarán en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO
Nomenclatura : AS-SM-29-2024-GRJ-IREN/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO ¿ IREN CENTRO

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	22:42:49

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

B08 AUTODIAGNÓSTICO AUTOMÁTICO DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES AL ENCENDER DEL EQUIPO: TURBINA, VACIADO DE O2, SENSOR DE FLUJO DE INSPIRACIÓN, SENSOR DE FLUJO DE EXPIRACIÓN, SENSOR DE PRESIÓN, ELECTROVALVULA, PRUEBA DE FUGA DEL CIRCUITO PACIENTE, NIVEL DE BATERIA, SENSOR DE O2, SONIDO DE ALARMA.

El LED indicador de encendido, facilita la identificación rápida del estado del dispositivo sin necesidad de realizar comprobaciones adicionales. Es por ello que para pluralidad de postores se solicita cambio del item por el siguiente: AUTODIAGNÓSTICO AUTOMÁTICO DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES AL ENCENDER DEL EQUIPO: TURBINA, VACIADO DE O2, SENSOR DE FLUJO DE INSPIRACIÓN, SENSOR DE FLUJO DE EXPIRACIÓN, SENSOR DE PRESIÓN, ELECTROVALVULA, PRUEBA DE FUGA DEL CIRCUITO PACIENTE, NIVEL DE BATERIA, SENSOR DE O2, SONIDO DE ALARMA O LED INDICADOR DE ENCENDIDO

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consecuencia a la observacion, El comité de selección en coordinación con el área usuaria ha resuelto ACOGER PARCIALMENTE la presente observación. Por lo que, con ocasión a la integración de las Bases, se implementarán en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO
Nomenclatura : AS-SM-29-2024-GRJ-IREN/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO ¿ IREN CENTRO

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	22:42:49

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

B09 SENSOR DE FLUJO PERTURBACION MAGNETICA (PATENTADO) TIPO DE MULTI-USO.

Para pluralidad de postores se solicita cambio del item por el siguiente:

SENSOR DE FLUJO PERTURBACION MAGNETICA (PATENTADO) TIPO DE MULTI-USO O SENSOR NEUMATICO.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consecuencia a la observacion, El comité de selección en coordinación con el área usuaria ha resuelto ACOGER PARCIALMENTE la presente observación. Por lo que, con ocasión a la integración de las Bases, se implementarán en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO
Nomenclatura : AS-SM-29-2024-GRJ-IREN/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO ¿ IREN CENTRO

Ruc/código : 20101337261	Fecha de envío : 16/08/2024
Nombre o Razón social : ROCA S.A.C.	Hora de envío : 22:42:49

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

C01 APCV (BILEVEL ST), APCV-TV, PSV (BILEVEL S), PSV-TV (AUTO DESTETE), VC/VAC, VC/VAC BEBÉ, V-SIMV + PS, PSIMV + PS, CPAP, APRV.

Para pluralidad de postores se recomienda cambiar el item por el siguiente:

Para plularidad de postores se recomienda cambiar el item por el siguiente:

Para plularidad de postores se recomienda cambiar el item por el siguiente:

C01 APCV (BILEVEL ST), APCV-TV, PSV (BILEVEL S), PSV-TV (AUTO DESTETE), VC/VAC, VC/VAC BEBÉ, V-SIMV + PS, PSIMV + PS, CPAP, APRV O AC, SIMV, CPAP, BL

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consecuencia a la observacion, El comité de selección en coordinación con el área usuaria ha resuelto ACOGER PARCIALMENTE la presente observación. Por lo que, con ocasión a la integración de las Bases, se implementarán en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO
Nomenclatura : AS-SM-29-2024-GRJ-IREN/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO ¿ IREN CENTRO

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	22:42:49

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

C02 SUSPIRO, NEB (NEBULIZADOR), APNEA DEL BACK-UP (PSV, PSV-TV, CPAP), MAN (MANUAL).

Para pluralidad de postores se recomienda cambiar el item por el siguiente:

C02 SUSPIRO, NEB (NEBULIZADOR), APNEA DEL BACK-UP (PSV, PSV-TV, CPAP), MAN (MANUAL) O APNEA.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consecuencia a la observación, El comité de selección en coordinación con el área usuaria ha resuelto ACOGER PARCIALMENTE la presente observación. Por lo que, con ocasión a la integración de las Bases, se implementarán en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO
Nomenclatura : AS-SM-29-2024-GRJ-IREN/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO ¿ IREN CENTRO

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	22:42:49

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

C04 FRECUENCIA RESPIRATORIA VC/VAC: 4 AL 150 LPM

Para pluralidad de postores se recomienda modificar el item por el siguiente:

C04 FRECUENCIA RESPIRATORIA VC/VAC: 4 AL 150 LPM O 1 - 80 RPM

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 **Página: 21**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consecuencia a la observación, El comité de selección en coordinación con el área usuaria ha resuelto ACOGER PARCIALMENTE la presente observación. Por lo que, con ocasión a la integración de las Bases, se implementarán en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO
Nomenclatura : AS-SM-29-2024-GRJ-IREN/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO ¿ IREN CENTRO

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	22:42:49

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

C04 FRECUENCIA RESPIRATORIA VC/VAC: 4 AL 150 LPM

Para pluralidad de postores se recomienda modificar el item por el siguiente:

C04 FRECUENCIA RESPIRATORIA VC/VAC: 4 AL 150 LPM O 1 - 80 RPM

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 **Página: 21**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consecuencia a la observación, El comité de selección en coordinación con el área usuaria ha resuelto ACOGER PARCIALMENTE la presente observación. Por lo que, con ocasión a la integración de las Bases, se implementarán en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO
Nomenclatura : AS-SM-29-2024-GRJ-IREN/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO ¿ IREN CENTRO

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	22:42:49

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

C05 FRECUENCIA RESPIRATORIA V-SIMV E P-SIMV: 1 AL 60 LPM

Para pluralidad de postores se recomienda modificar el item por el siguiente:

C05 FRECUENCIA RESPIRATORIA V-SIMV E P-SIMV: 1 AL 60 LPM O FRECUENCIA RESPIRATORIA SIMV 0 a 80 LPM.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 **Página: 21**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consecuencia a la observación, El comité de selección en coordinación con el área usuaria ha resuelto ACOGER PARCIALMENTE la presente observación. Por lo que, con ocasión a la integración de las Bases, se implementarán en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO
Nomenclatura : AS-SM-29-2024-GRJ-IREN/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO ¿ IREN CENTRO

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	22:42:49

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

C06 TIEMPO INSPIRATORIO SIMV: 0,2 A 5,0 SEG.

Para pluralidad de postores se recomienda modificar el ítem por el siguiente:

C06 TIEMPO INSPIRATORIO SIMV: 0,2 A 5,0 SEG. O 0,3 A 5 SEG

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 **Página: 21**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consecuencia a la observación, El comité de selección en coordinación con el área usuaria ha resuelto ACOGER PARCIALMENTE la presente observación. Por lo que, con ocasión a la integración de las Bases, se implementarán en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO

Nomenclatura : AS-SM-29-2024-GRJ-IREN/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO ¿ IREN CENTRO

Ruc/código : 20101337261

Fecha de envío : 16/08/2024

Nombre o Razón social : ROCA S.A.C.

Hora de envío : 22:42:49

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

C07 "VOLUMEN CORRIENTE: 100 A 3000ML (ADULTO):

* 50 A 400 ML (PEDIÁTRICA).

* 02 A 100 ML (NEONATAL)."

Para plularidad de postores se recomienda modificar el item por el siguiente:

VOLUMEN CORRIENTE: 100 A 3000ML (ADULTO):

* 50 A 400 ML (PEDIÁTRICA).

* 02 A 100 ML (NEONATAL) o

de 50 a 2000 ml ADULTO PEDIATRICO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III

Literal: 3.1

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consecuencia a la observacion, El comité de selección en coordinación con el área usuaria ha resuelto ACOGER PARCIALMENTE la presente observación. Por lo que, con ocasión a la integración de las Bases, se implementarán en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO
Nomenclatura : AS-SM-29-2024-GRJ-IREN/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO ¿ IREN CENTRO

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	22:42:49

Observación: Nro. 26

Consulta/Observación:

C08 FLUJO INSPIRATORIO MÁX: 190 L/MIN

Para pluralidad de postores se recomienda modificar el ítem por el siguiente:

C08 FLUJO INSPIRATORIO MÁX: 190 L/MIN O 0 a 100 LPM a 40 cm H2O

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 **Página: 21**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consecuencia a la observación, El comité de selección en coordinación con el área usuaria ha resuelto ACOGER PARCIALMENTE la presente observación. Por lo que, con ocasión a la integración de las Bases, se implementarán en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO
Nomenclatura : AS-SM-29-2024-GRJ-IREN/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO ¿ IREN CENTRO

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	22:42:49

Observación: Nro. 27

Consulta/Observación:

C10 PRESIÓN SOPORTE: 2 - 80 CMH2O (PSV, V-SIMV + PS, P-SIMV + PS).

Para pluralidad de postores se recomienda modificar el ítem por el siguiente:

C10 PRESIÓN SOPORTE: 2 - 80 CMH2O (PSV, V-SIMV + PS, P-SIMV + PS) O PRESIÓN SOPORTE 0 a 60 cm H2O .

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consecuencia a la observación, El comité de selección en coordinación con el área usuaria ha resuelto ACOGER PARCIALMENTE la presente observación. Por lo que, con ocasión a la integración de las Bases, se implementarán en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO
Nomenclatura : AS-SM-29-2024-GRJ-IREN/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO ¿ IREN CENTRO

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	22:42:49

Observación: Nro. 28

Consulta/Observación:

C12 NEBULIZADOR DROGAS: SELECCIONABLE A 6 L / MIN CON COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA SOBRE LOS MODOS DE VENTILACIÓN FORZADA Y SALIDA DEDICADA.

Para pluralidad de postores se recomienda modificar el ítem por el siguiente:

C12 NEBULIZADOR DROGAS: SELECCIONABLE A 6 L / MIN CON COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA SOBRE LOS MODOS DE VENTILACIÓN FORZADA Y SALIDA DEDICADA O COMPENSACION DE FUGAS PARA VENTILACION INVASIVA Y NO INVASIVA.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 **Página: 21**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consecuencia a la observación, El comité de selección en coordinación con el área usuaria ha resuelto ACOGER PARCIALMENTE la presente observación. Por lo que, con ocasión a la integración de las Bases, se implementarán en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO
Nomenclatura : AS-SM-29-2024-GRJ-IREN/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO ¿ IREN CENTRO

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	22:42:49

Observación: Nro. 29

Consulta/Observación:

C13 "TIEMPO INSPIRATORIO : TI MIN = 0.036SEC (MÍNIMO TIEMPO INSPIRATORIO).
TI MAX = 9.6 SEC (TIEMPO INSPIRATORIO MÁXIMO).

Para pluralidad de postores se recomienda modificar el item por el siguiente:

C13 TIEMPO INSPIRATORIO : TI MIN = 0.036SEC (MÍNIMO TIEMPO INSPIRATORIO).
TI MAX = 9.6 SEC (TIEMPO INSPIRATORIO MÁXIMO) O TIEMPO INSPIRATORIO DE 0,3 a 5 SEG.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 **Página: 21**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consecuencia a la observación, El comité de selección en coordinación con el área usuaria ha resuelto ACOGER PARCIALMENTE la presente observación. Por lo que, con ocasión a la integración de las Bases, se implementarán en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO
Nomenclatura : AS-SM-29-2024-GRJ-IREN/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO ¿ IREN CENTRO

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	22:42:49

Observación: Nro. 30

Consulta/Observación:

C14 "TIEMPO ESPIRATORIO : TE MIN = 0.08SEC (MÍNIMO TIEMPO ESPIRATORIO).
TE MAX = 10.9 SEC (MÁXIMO TIEMPO ESPIRATORIO)."

Para pluralidad de postores se recomienda modificar el ítem por el siguiente:

C14 TIEMPO ESPIRATORIO : TE MIN = 0.08SEC (MÍNIMO TIEMPO ESPIRATORIO).
TE MAX = 10.9 SEC (MÁXIMO TIEMPO ESPIRATORIO) O TIEMPO ESPIRATORIO < DE 0,3 SEGUNDOS.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consecuencia a la observación, El comité de selección en coordinación con el área usuaria ha resuelto ACOGER PARCIALMENTE la presente observación. Por lo que, con ocasión a la integración de las Bases, se implementarán en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO
Nomenclatura : AS-SM-29-2024-GRJ-IREN/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO ¿ IREN CENTRO

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	22:42:49

Observación: Nro. 31

Consulta/Observación:

C17 GRÁFICOS DISPONIBLES: CURVAS: PRESIÓN (PATA)-FLUJO-VOLUMEN (TEV)-

Para pluralidad de postores se recomienda modificar el ítem por el siguiente:

C17 GRÁFICOS DISPONIBLES: CURVAS: PRESIÓN (PATA)-FLUJO-VOLUMEN (TEV)- O GRÁFICOS DISPONIBLES:

CURVAS: PRESIÓN Y VOLUMEN

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consecuencia a la observación, El comité de selección en coordinación con el área usuaria ha resuelto ACOGER PARCIALMENTE la presente observación. Por lo que, con ocasión a la integración de las Bases, se implementarán en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO
Nomenclatura : AS-SM-29-2024-GRJ-IREN/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO ¿ IREN CENTRO

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	22:42:49

Observación: Nro. 32

Consulta/Observación:

C19 AJUSTE DE PARÁMETROS FISIOLÓGICOS O RESPIRATORIOS: VTI (ML), RR (BPM), I:E, PAUSA (%), PEEP (CMH 2 O), 02 (%), TR. I (L/MIN CMH 2 O), SUSPIRO (SUSPIRO. AMP. (%), SUSPIRO. INT. (B)), VTE RRSIMV (BPM), TI (S), TI MAX (S), TR. E (%), CPAP (CMH 2 O), PRESION ALTA - BAJA (CMH 2 O), TIEMPO MAYOR - MENOR (S).

Para pluralidad de postores se recomienda modificar el item por el siguiente:

C19 AJUSTE DE PARÁMETROS FISIOLÓGICOS O RESPIRATORIOS: VTI (ML), RR (BPM), I:E, PAUSA (%), PEEP (CMH 2 O), 02 (%), TR. I (L/MIN CMH 2 O), SUSPIRO (SUSPIRO. AMP. (%), SUSPIRO. INT. (B)), VTE RRSIMV (BPM), TI (S), TI MAX (S), TR. E (%), CPAP (CMH 2 O), PRESION ALTA - BAJA (CMH 2 O), TIEMPO MAYOR - MENOR (S). O

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consecuencia a la observación, El comité de selección en coordinación con el área usuaria ha resuelto ACOGER PARCIALMENTE la presente observación. Por lo que, con ocasión a la integración de las Bases, se implementarán en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO
Nomenclatura : AS-SM-29-2024-GRJ-IREN/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO ¿ IREN CENTRO

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	22:42:49

Observación: Nro. 33

Consulta/Observación:

C20 FRECUENCIA RESPIRATORIA (RANGO: 0 ÷ 200 BPM).

Para pluralidad de postores se recomienda modificar el ítem por el siguiente: C20 FRECUENCIA RESPIRATORIA (RANGO: 0 ÷ 200 BPM) O 1 A 80 RPM.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 **Página: 21**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consecuencia a la observación, El comité de selección en coordinación con el área usuaria ha resuelto ACOGER PARCIALMENTE la presente observación. Por lo que, con ocasión a la integración de las Bases, se implementarán en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO
Nomenclatura : AS-SM-29-2024-GRJ-IREN/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO ¿ IREN CENTRO

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	22:42:49

Observación: Nro. 34

Consulta/Observación:

C21 RELACIÓN I: E (RANGO DE 1:99 ÷ 99:1)

Para pluralidad de postores se recomienda modificar el ítem por el siguiente:

C21 RELACIÓN I: E (RANGO DE 1:99 ÷ 99:1) O 1:99 a 4.0:1.0.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 **Página: 21**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consecuencia a la observación, El comité de selección en coordinación con el área usuaria ha resuelto ACOGER PARCIALMENTE la presente observación. Por lo que, con ocasión a la integración de las Bases, se implementarán en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO
Nomenclatura : AS-SM-29-2024-GRJ-IREN/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO ¿ IREN CENTRO

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	22:42:49

Observación: Nro. 35

Consulta/Observación:

C23 VOLUMEN CORRIENTE: VTE, VT (RANGO: 0 ÷ 3000ML). Para pluralidad de postores se recomienda modificar el ítem por el siguiente:

C23 VOLUMEN CORRIENTE: VTE, VT (RANGO: 0 ÷ 3000ML) O 50 A 2000 ml.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 **Página: 21**
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consecuencia a la observación, El comité de selección en coordinación con el área usuaria ha resuelto ACOGER PARCIALMENTE la presente observación. Por lo que, con ocasión a la integración de las Bases, se implementarán en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO
Nomenclatura : AS-SM-29-2024-GRJ-IREN/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO ¿ IREN CENTRO

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	22:42:49

Observación: Nro. 36

Consulta/Observación:

C24 VOLUMEN POR MINUTO (INTERVALO: 0 ÷ 40 L/MIN). Para pluralidad de postores se sugiere cambiar el ítem por el siguiente: C24 VOLUMEN POR MINUTO (INTERVALO: 0 ÷ 40 L/MIN) O DE 0 A 99,9 lpm +/- (0,1 lpm + 8% DE LA LECTURA)

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consecuencia a la observación, El comité de selección en coordinación con el área usuaria ha resuelto ACOGER PARCIALMENTE la presente observación. Por lo que, con ocasión a la integración de las Bases, se implementarán en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO
Nomenclatura : AS-SM-29-2024-GRJ-IREN/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO ¿ IREN CENTRO

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	22:42:49

Observación: Nro. 37

Consulta/Observación:

C25 PAW: PICO, MEDIA, MESETA, PEEP (RANGO -20 ÷ 80 CMH 2 0).

Para plularidad de postores se recomienda modificar el item por el siguiente:

C25 PAW: PICO, MEDIA, MESETA, PEEP (RANGO -20 ÷ 80 CMH 2 0) O PEEP/EPAP Ajuste: de 0 a 30 cm H2O+/- (2 cm H2O + 8% de lectura).

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consecuencia a la observacion, El comité de selección en coordinación con el área usuaria ha resuelto ACOGER PARCIALMENTE la presente observación. Por lo que, con ocasión a la integración de las Bases, se implementarán en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO
Nomenclatura : AS-SM-29-2024-GRJ-IREN/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO ¿ IREN CENTRO

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	22:42:49

Observación: Nro. 38

Consulta/Observación:

C26 INSPIRATORIA DE FLUJO MÁXIMO: FI (RANGO:1 ÷ 190 L/MIN). Para pluralidad de postores se recomienda modificar el ítem por el siguiente: C26 INSPIRATORIA DE FLUJO MÁXIMO: FI (RANGO:1 ÷ 190 L/MIN) O MENOR

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 **Página: 22**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consecuencia a la observación, El comité de selección en coordinación con el área usuaria ha resuelto ACOGER PARCIALMENTE la presente observación. Por lo que, con ocasión a la integración de las Bases, se implementarán en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO
Nomenclatura : AS-SM-29-2024-GRJ-IREN/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO ¿ IREN CENTRO

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	22:42:49

Observación: Nro. 39

Consulta/Observación:

C27 FLUJO ESPIRATORIO PICO: FE (RANGO: 1 ÷ 150 L/MIN). Para pluralidad de postores se recomienda modificar el ítem por el siguiente: C27 FLUJO ESPIRATORIO PICO: FE (RANGO: 1 ÷ 150 L/MIN) O MENOR

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 **Página: 22**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consecuencia a la observación, El comité de selección en coordinación con el área usuaria ha resuelto ACOGER PARCIALMENTE la presente observación. Por lo que, con ocasión a la integración de las Bases, se implementarán en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO
Nomenclatura : AS-SM-29-2024-GRJ-IREN/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO ¿ IREN CENTRO

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	22:42:49

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

C28 TINS., TEXP, TPAUSA (RANGO 0.036 ÷ 190 L/MIN). Para pluralidad de postores se recomienda modificar el ítem por el siguiente: C28 TINS., TEXP, TPAUSA (RANGO 0.036 ÷ 190 L/MIN) O MENOR.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 **Página: 22**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consecuencia a la observación, El comité de selección en coordinación con el área usuaria ha resuelto ACOGER PARCIALMENTE la presente observación. Por lo que, con ocasión a la integración de las Bases, se implementarán en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO
Nomenclatura : AS-SM-29-2024-GRJ-IREN/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO ¿ IREN CENTRO

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	22:42:49

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

C29 ESTÁTICO Y EL CUMPLIMIENTO DINÁMICO (RANGO: 10 ÷ 150 ML/CMH2O). Para pluralidad de postores se recomienda modificar el ítem por el siguiente: C29 ESTÁTICO Y EL CUMPLIMIENTO DINÁMICO (RANGO: 10 ÷ 150 ML/CMH2O) O MENOR

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 **Página: 22**
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consecuencia a la observación, El comité de selección en coordinación con el área usuaria ha resuelto ACOGER PARCIALMENTE la presente observación. Por lo que, con ocasión a la integración de las Bases, se implementarán en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO
Nomenclatura : AS-SM-29-2024-GRJ-IREN/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO ¿ IREN CENTRO

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	22:42:49

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

C30 RESISTENCIA (RANGO: 0 ÷ 400 CMH 2 O / L/S). Para pluralidad de postores se solicita modificar el ítem por el siguiente: C30 RESISTENCIA (RANGO: 0 ÷ 400 CMH 2 O / L/S) O 100 cm H20

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consecuencia a la observación, El comité de selección en coordinación con el área usuaria ha resuelto ACOGER PARCIALMENTE la presente observación. Por lo que, con ocasión a la integración de las Bases, se implementarán en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO
Nomenclatura : AS-SM-29-2024-GRJ-IREN/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO ¿ IREN CENTRO

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	22:42:49

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

C32 DE FUGAS (%) (RANGO: 0 ÷ 100%). Para pluralidad de postores se sugiere modificar el ítem por el siguiente: C32 DE FUGAS (%) (RANGO: 0 ÷ 100%) O 0 A 30 LPM (Litros por minuto)

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consecuencia a la observación, El comité de selección en coordinación con el área usuaria ha resuelto ACOGER PARCIALMENTE la presente observación. Por lo que, con ocasión a la integración de las Bases, se implementarán en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO
Nomenclatura : AS-SM-29-2024-GRJ-IREN/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO ¿ IREN CENTRO

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	22:42:49

Observación: Nro. 44

Consulta/Observación:

C33 O 2 CONSUMO (RANGO: 0 ÷ 100 L/MIN). Para pluralidad de postores se recomienda modificar el ítem por el siguiente: C33 O 2 CONSUMO (RANGO: 0 ÷ 100 L/MIN) O 100 Litros por minutos

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consecuencia a la observación, El comité de selección en coordinación con el área usuaria ha resuelto ACOGER PARCIALMENTE la presente observación. Por lo que, con ocasión a la integración de las Bases, se implementarán en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO
Nomenclatura : AS-SM-29-2024-GRJ-IREN/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO ¿ IREN CENTRO

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	22:42:49

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

D10 BATERÍA BAJA: EL 50% RESTANTE DE LA BATERÍA, AL 25% RESTANTE DE LA BATERÍA. Para pluralidad de postores se solicita modificar el ítem por el siguiente:

D10 BATERÍA BAJA: EL 50% RESTANTE DE LA BATERÍA, AL 25% RESTANTE DE LA BATERÍA O < 30 MINUTOS DE FUNCIONAMIENTO.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consecuencia a la observación, El comité de selección en coordinación con el área usuaria ha resuelto ACOGER PARCIALMENTE la presente observación. Por lo que, con ocasión a la integración de las Bases, se implementarán en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO
Nomenclatura : AS-SM-29-2024-GRJ-IREN/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO ¿ IREN CENTRO

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	22:42:49

Observación: Nro. 46

Consulta/Observación:

D11 BATERÍA BAJA 10 MINUTOS. Para pluralidad de postores se solicita modificar el ítem por el siguiente: D11 BATERÍA BAJA 10 MINUTOS O < 30 MIN

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 **Página: 22**
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consecuencia a la observación, El comité de selección en coordinación con el área usuaria ha resuelto ACOGER PARCIALMENTE la presente observación. Por lo que, con ocasión a la integración de las Bases, se implementarán en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO
Nomenclatura : AS-SM-29-2024-GRJ-IREN/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO ¿ IREN CENTRO

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	22:42:49

Observación: Nro. 47

Consulta/Observación:

D15 FALLO DE TURBINA Y SOBRETENPERATURA DE TURBINA. Para pluralidad de postores se solicita realizar el cambio del ítem por el siguiente: D15 FALLO DE TURBINA Y SOBRETENPERATURA DE TURBINA O FALLAS DEL SISTEMA NEUMATICO

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.1 **Página:** 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consecuencia a la observacion, El comité de selección en coordinación con el área usuaria ha resuelto ACOGER PARCIALMENTE la presente observación. Por lo que, con ocasión a la integración de las Bases, se implementarán en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO
Nomenclatura : AS-SM-29-2024-GRJ-IREN/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO ¿ IREN CENTRO

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	22:42:49

Observación: Nro. 48

Consulta/Observación:

D16 INDICACIÓN DE SUPERAR LOS LÍMITES DE TEMPERATURA DENTRO DE LA TURBINA. Para pluralidad de postores se recomienda modificar el ítem por el siguiente D16 INDICACIÓN DE SUPERAR LOS LÍMITES DE TEMPERATURA DENTRO DE LA TURBINA O FALLA DE AUTOCOMPORBACION COMPRESOR

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 **Página: 22**
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consecuencia a la observación, El comité de selección en coordinación con el área usuaria ha resuelto ACOGER PARCIALMENTE la presente observación. Por lo que, con ocasión a la integración de las Bases, se implementarán en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO
Nomenclatura : AS-SM-29-2024-GRJ-IREN/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO ¿ IREN CENTRO

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	22:42:49

Observación: Nro. 49

Consulta/Observación:

D17 SOBRECORRIENTE DE LA TURBINA INDICACIÓN DE EXCEDER LOS LÍMITES DE CORRIENTE DENTRO DE LA TURBINA. Para pluralidad de portores se solicita modificar el ítem por el siguiente: D17 SOBRECORRIENTE DE LA TURBINA INDICACIÓN DE EXCEDER LOS LÍMITES DE CORRIENTE DENTRO DE LA TURBINA O CALOR GENERADO POR EL COMPRESOR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 **Página: 22**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consecuencia a la observacion, El comité de selección en coordinación con el área usuaria ha resuelto ACOGER PARCIALMENTE la presente observación. Por lo que, con ocasión a la integración de las Bases, se implementarán en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO
Nomenclatura : AS-SM-29-2024-GRJ-IREN/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO ¿ IREN CENTRO

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	22:42:49

Observación: Nro. 50

Consulta/Observación:

D18 MANTENIMIENTO 1000 HORAS. Para pluralidad de postores se solicita modificar el ítem por el siguiente: D18 MANTENIMIENTO 1000 HORAS O > 100 HORAS.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 **Página: 22**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consecuencia a la observación, El comité de selección en coordinación con el área usuaria ha resuelto ACOGER PARCIALMENTE la presente observación. Por lo que, con ocasión a la integración de las Bases, se implementarán en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO
Nomenclatura : AS-SM-29-2024-GRJ-IREN/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO ¿ IREN CENTRO

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	22:42:49

Observación: Nro. 51

Consulta/Observación:

D19 CO 2 ANALIZADOR DE MUESTREO LINE ESTÁ OBSTRUIDO Y SIN MUESTREO DE LÍNEA, CAMBIE EL ADAPTADOR, NO HAY NINGÚN ADAPTADOR,. Para pluralidad de postores se recomienda modificar el ítem por el siguiente: D19 CO 2 ANALIZADOR DE MUESTREO LINE ESTÁ OBSTRUIDO Y SIN MUESTREO DE LÍNEA, CAMBIE ADAPTADOR EL ADAPTADOR, NO HAY NINGÚN ADAPTADOR (OPCIONAL)

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consecuencia a la observacion, El comité de selección en coordinación con el área usuaria ha resuelto ACOGER PARCIALMENTE la presente observación. Por lo que, con ocasión a la integración de las Bases, se implementarán en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO
Nomenclatura : AS-SM-29-2024-GRJ-IREN/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO ¿ IREN CENTRO

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	22:42:49

Observación: Nro. 52

Consulta/Observación:

D20 LA PRECISIÓN NO ESPECIFICADA, ERROR, NO RESPIRACIONES, BAJO / ARRIBA DE ETCO 2. Para pluralidad de postores se solicita modificar el ítem por el siguiente: D20 LA PRECISIÓN NO ESPECIFICADA, ERROR, NO RESPIRACIONES, BAJO / ARRIBA DE ETCO 2 (OPCIONAL).

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 **Página: 22**
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consecuencia a la observación, El comité de selección en coordinación con el área usuaria ha resuelto ACOGER PARCIALMENTE la presente observación. Por lo que, con ocasión a la integración de las Bases, se implementarán en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO
Nomenclatura : AS-SM-29-2024-GRJ-IREN/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO ¿ IREN CENTRO

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	22:42:49

Observación: Nro. 53

Consulta/Observación:

E01 1 PUERTO - USB (CONECTOR PARA LA PROGRAMACIÓN DE LA CPU). Para pluralidad de postores se solicita modificar el ítem por el siguiente: E01 1 PUERTO - USB (CONECTOR PARA LA PROGRAMACIÓN DE LA CPU). O PARA SOFTWARE DE MANTENIMIENTO.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consecuencia a la observación, El comité de selección en coordinación con el área usuaria ha resuelto ACOGER PARCIALMENTE la presente observación. Por lo que, con ocasión a la integración de las Bases, se implementarán en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO

Nomenclatura : AS-SM-29-2024-GRJ-IREN/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO ¿ IREN CENTRO

Ruc/código : 20101337261

Nombre o Razón social : ROCA S.A.C.

Fecha de envío : 16/08/2024

Hora de envío : 22:42:49

Observación: Nro. 54

Consulta/Observación:

E02 2 PUERTOS - USB (CONECTOR DE DATOS DEL PACIENTE TRANSFERENCIA, EVENTOS, TENDENCIAS). Para pluralidad de postores se solicita modificar el ítem por el siguiente: E02 2 PUERTOS - USB (CONECTOR DE DATOS DEL PACIENTE TRANSFERENCIA, EVENTOS, TENDENCIAS). OPCIONAL

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 **Página: 22**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consecuencia a la observación, El comité de selección en coordinación con el área usuaria ha resuelto ACOGER PARCIALMENTE la presente observación. Por lo que, con ocasión a la integración de las Bases, se implementarán en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO
Nomenclatura : AS-SM-29-2024-GRJ-IREN/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO ¿ IREN CENTRO

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	22:42:49

Consulta: Nro. 55

Consulta/Observación:

E03 CONECTOR RJ PARA O 2 CONEXIÓN CELULAR. Para pluralidad de postores se solicita modificar el ítems por el siguiente: E03 CONECTOR RJ PARA O 2 CONEXIÓN CELULAR (OPCIONAL)

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 **Página: 22**
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consecuencia a la observación, El comité de selección en coordinación con el área usuaria ha resuelto ACOGER PARCIALMENTE la presente observación. Por lo que, con ocasión a la integración de las Bases, se implementarán en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO
Nomenclatura : AS-SM-29-2024-GRJ-IREN/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO ¿ IREN CENTRO

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	22:42:49

Observación: Nro. 56

Consulta/Observación:

E04 CONECTOR RJ PARA O 2 CONEXIÓN DEL SENSOR DE FLUJO. Para pluralidad de postores se solicita modificar el ítem por el siguiente: E04 CONECTOR RJ PARA O 2 CONEXIÓN DEL SENSOR DE FLUJO (OPCIONAL)

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 **Página: 22**
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consecuencia a la observación, El comité de selección en coordinación con el área usuaria ha resuelto ACOGER PARCIALMENTE la presente observación. Por lo que, con ocasión a la integración de las Bases, se implementarán en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO
Nomenclatura : AS-SM-29-2024-GRJ-IREN/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO ¿ IREN CENTRO

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	22:42:49

Observación: Nro. 57

Consulta/Observación:

BATERÍA 12 VDC NIMH DE 4.2 AH (AUTONOMÍA: 4 H, TIEMPO DE RECARGA 10 HORAS). Como mejora tecnológica se solicita modificar el ítem por el siguiente: BATERÍA 12 VDC NIMH DE 4.2 AH (AUTONOMÍA: 10 H, TIEMPO DE RECARGA 2 HORAS).

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: CAP III Literal: 3.1 **Página: 22**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En consecuencia a la observación, El comité de selección en coordinación con el área usuaria ha resuelto ACOGER PARCIALMENTE la presente observación. Por lo que, con ocasión a la integración de las Bases, se implementarán en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO
Nomenclatura : AS-SM-29-2024-GRJ-IREN/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO ¿ IREN CENTRO

Ruc/código :	20605872566	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ESPINAL S.A.C. - CORESPI S.A.C.	Hora de envío :	22:53:24

Consulta: Nro. 58

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS GENERALES:

B01. PORTATIL Y OPCION DE UBICAR EN COCHE RODABLE.

SE SOLICITA ACLARAR SI EL VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE REQUIERE O1 COCHE RODABLE COMO ACCESORIO O NO.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: III Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre la observacion formulada, El comité de selección en coordinación con el área usuaria ACOGE la observacion. EL VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE REQUIERE O1 COCHE RODABLE Y COMO ACCESORIO GANCHOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO
Nomenclatura : AS-SM-29-2024-GRJ-IREN/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL CENTRO ¿ IREN CENTRO

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	16/08/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	22:55:03

Observación: Nro. 59

Consulta/Observación:

1.9 PLAZO DE ENTREGA: Nuestra representada cuenta con una marca de ventiladores que presenta gran desventaja tecnológica siendo una marca americana cuenta con un plazo de despacho de 60 días. Por lo antes mencionado y para aumentar la pluralidad de postores solicitamos al comité tenga bien a aumentar el plazo de entrega a 60 días calendarios.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: CAP I Literal: 1.9 **Página: 13**
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

sobre la observacion formulada, El comité de selección en coordinación con el área usuaria NO ACOGE la observacion, el plazo que propone es demasiado exesivo y como Entidad se requiere que la entrega sea en un plazo menor posible, a fin de cubrir la necesidad del area usuaria y salvaguardar la salud de los pacientes

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null