

## FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(BIENES)


## 1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	22/12/2023
1.2	ÁREA USUARIA	EQUIPO FUNCIONAL DE PATOLOGÍA QUIRÚRGICA Y NECROPSIA / LABORATORIO DE INMUNOSHISTOQUIMICA
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE INMUNOSHISTOQUIMICA CON EQUIPO EN CESION DE USO
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0503 – SERVICIO DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	185
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código - Documento que declaró la viabilidad -

## 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Pedido de Compra N° 6419-2023	Fecha de recepción	18/05/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	28/06/2022	De oficio	Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la tercera versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la sexta versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI	X	NO		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
	Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X	
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				

2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	5		MEMORANDO N° 123-2023-UF-ADQ-OL-OGA/INEN	20/06/2023	-		-	



000000



1. Corregir la numeración del sub ítem 1.14 KIT DE INMUNOHISTOQUIMICA X 200 DETERMINACIONES del numeral 6.1 Descripción y Cantidad de los bienes.							
2. Precisar desde cuando se inicia la vigencia del numeral 7.2 Antigüedad del equipo para contabilizar los 5 años.							
3. Precisar en el numeral 7.4 Inserto en qué momento corresponde la entrega de dichos documentos solicitados. Asimismo, suprimir los documentos del numeral 13) por duplicidad.							
4. Considerar los documentos para la suscripción del contrato en un numeral distinto al 7.9 de las especificaciones técnicas.							
5. Del numeral 17.2 Recursos a ser provistos por el proveedor / Documentación a presentar por el postor como parte de su oferta, literal a), sírvase verificar de si con la documentación solicitada se podrá acreditar lo requerido en los numerales en las especificaciones técnicas, a fin de que ello no genere retraso en el procedimiento de selección; asimismo, evaluar no considerar en este punto los numerales 6 y 7 toda vez que los mismos, no contienen características de los bienes y equipo en cesión de uso.							
N° ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	5	-	-	-	5	MEMORANDO N° 161-2023-UF-ADQ-OL-OGA/INEN	14/07/2023
1. Plantea observaciones a las especificaciones técnicas, relacionado con los Sub ítem 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, numeral 15.2.							
2. Plantea observaciones a las especificaciones técnicas, relacionado con el numeral 16.1, 16.2, Sub ítem 1.13, 1.2, 1.3, 1.5, 1.9, 1.12, 1.1, 1.6, 1.4, 1.7, 1.8, 1.10, 1.11, 1.4, 1.8.							
3. Plantea observaciones a las especificaciones técnicas, relacionado con los Sub ítem 1.2, 1.13, numeral 15.2.							
4. Plantea observaciones a las especificaciones técnicas, relacionado con la inclusión de clonas:							
- Anticuerpo para AMARC clona EPMU1							
- Anticuerpo para CD31 clona 1A10							
- Anticuerpo para Tiroglobulina clona 2H11+6E1.							
5. Solicita ampliar el plazo de la primera entrega a 30 días.							

## 2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

N° ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	5	5	MEMORANDO N° 58-2023-EF-PQN-DP-DISAD/INEN	28/06/2023	-	-	-
1	5	-	-	-	5	MEMORANDO N° 70-2023-EF-PQN-DP-DISAD/INEN	25/07/2023

## 2.1 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° ítem	Ajustes realizados al requerimiento
1	El área usuaria, realizo ajustes al requerimiento, remitiendo las especificaciones técnicas 2da. versión.
1	El área usuaria, realizo ajustes al requerimiento, remitiendo las especificaciones técnicas 3ra. versión.

## 3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	03/07/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	30/10/2023
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	PRODUCTOS ROCHE QF S.A. / BAIRE S.A.C.			
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	CELL MARQUE CORPORATION / LEICA			
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO
	En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.			
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
	En caso de obtenerse información con que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.			



000000

3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.					

4	 NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
---	--



4 0000

