

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUACHO-HUAURA-OYON Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-HHH.SBS./CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HORMONA TIROIDEA ESTIMULANTE (TSH) X 100 DET Y HORMONA TIROXINA (T4) LIBRE X 100 DET PARA PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL HUACHO HUAURA OYON Y SBS

Ruc/código : 20505110651

Nombre o Razón social : W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA

Fecha de envío : 10/07/2023

Hora de envío : 18:00:28

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON ÁREA USUARIA PUEDAN ACLARAR, EL PLAZO DE ENTREGA CONSIDERADO PARA LA PRESENTE ADQUISICIÓN. ASIMISMO SI EXISTE ALGUN CRONOGRAMA DE ENTREGAS, YA QUE NO SE ENCUENTRA ESPECIFICADO EN LAS BASES

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: CAPITULO I Literal: 1.9 **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el plazo de entrega es de 10 días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra. En relación a las entregas, se requiere 1000 determinaciones mensuales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUACHO-HUAURA-OYON Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-HHH.SBS./CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HORMONA TIROIDEA ESTIMULANTE (TSH) X 100 DET Y HORMONA TIROXINA (T4) LIBRE X 100 DET PARA PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL HUACHO HUAURA OYON Y SBS

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20505110651 | Fecha de envío : | 10/07/2023 |
| Nombre o Razón social : | W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA | Hora de envío : | 18:00:28 |

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

d)Declaracion jurada de cumplimiento de especificaciones tecnicas anexo 3

Consultamos al comité de selección si los postores debemos acreditar mediante la presentación de folleteria, manual o documento emitido por el fabricante, el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es correcta su apreciación, los postores deberán acreditar las especificaciones solicitadas presentando folleteria, manual o documento emitido por el fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUACHO-HUAURA-OYON Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-HHH.SBS./CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HORMONA TIROIDEA ESTIMULANTE (TSH) X 100 DET Y HORMONA TIROXINA (T4) LIBRE X 100 DET PARA PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL HUACHO HUAURA OYON Y SBS

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20505110651 | Fecha de envío : | 10/07/2023 |
| Nombre o Razón social : | W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA | Hora de envío : | 18:00:28 |

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Entendemos que los postores deberán contar con personal profesional titulado en las carreras de: Ingeniería electronica y Tecnologia Medica en la especialidad de laboratorio clínico, ¿Es correcta nuestra apreciación?.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es correcta su apreciación, los postores deberán acreditar documentariamente a los profesionales en mención.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUACHO-HUAURA-OYON Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-HHH.SBS./CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HORMONA TIROIDEA ESTIMULANTE (TSH) X 100 DET Y HORMONA TIROXINA (T4) LIBRE X 100 DET PARA PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL HUACHO HUAURA OYON Y SBS

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20505110651 | Fecha de envío : | 10/07/2023 |
| Nombre o Razón social : | W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA | Hora de envío : | 18:00:28 |

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:
SOLICITAN

B.- EXPERIENCIA DEL POSTOR

Solicitan Experiencia de S/ 124,160.00 de Productos Farmacéuticos en general.

Teniendo en cuenta que la adquisición de la presente adjudicación son reactivos de hormonas con equipo en cesión en uso, solicitamos al comité de selección en coordinación con el área usuaria soliciten experiencia de venta de reactivos de laboratorio con equipo en cesión en uso como son: inmunológica, reactivos hormonales.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** B **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, se consideraran como bienes similares a VENTA DE REACTIVOS INMUNOLOGICOS U HORMONALES DE LABORATORIO CON EQUIPO EN CESION EN USO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUACHO-HUAURA-OYON Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-HHH.SBS./CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HORMONA TIROIDEA ESTIMULANTE (TSH) X 100 DET Y HORMONA TIROXINA (T4) LIBRE X 100 DET PARA PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL HUACHO HUAURA OYON Y SBS

| | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20537139120 | Fecha de envío : | 10/07/2023 |
| Nombre o Razón social : | DELTALAB PERU S.A.C. | Hora de envío : | 23:23:05 |

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TECNICAS

DICE en cuanto al las características técnicas de los reactivos de TSH y T4 Libre

Metodología: Ensayo Inmunoenzimometrico doble o fluorescencia enzimática

Estas metodologías pertenecen a un único modelo de equipo del mercado Peruano, de marca TOSOH, y ello estaría dirigiendo el procedimiento de selección, por otro lado, estaría limitando al hospital y obligándolo a trabajar con una metodología imprecisa y onsoleta que ha sido desplazada por otras mas especificas como la quimioiluminiscencia, infringiendo no solo uno si no dos principios de las contrataciones con el estado, el principio de libertad de concurrencia, y el principio de vigencia tecnológica.

Observamos y solicitamos al comité de selección en coordinación con el área usuaria, AMPLIAR el requerimiento e incluir en Metodología: Ensayo Inmunoenzimometrico doble o fluorescencia enzimática o quimioiluminiscencia, para no impedir la participación de los postores y no obligar al usuario a trabajar con una metodología mas precisa y actualizada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge solicitud, se aceptara la metodologia de Inmunoenzimometrico doble o fluorescencia enzimática o quimioluminiscencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUACHO-HUAURA-OYON Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-HHH.SBS./CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HORMONA TIROIDEA ESTIMULANTE (TSH) X 100 DET Y HORMONA TIROXINA (T4) LIBRE X 100 DET PARA PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL HUACHO HUAURA OYON Y SBS

| | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20537139120 | Fecha de envío : | 10/07/2023 |
| Nombre o Razón social : | DELTALAB PERU S.A.C. | Hora de envío : | 23:23:05 |

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TECNICAS

DICE en cuanto al las características técnicas del equipo en cesion de uso

Metodología: fluorescencia enzimática

Esta metodologías pertenece a un único modelo de equipo del mercado Peruano, de marca TOSOH, y ello estaría dirigiendo el procedimiento de selección, por otro lado, estaría limitando al hospital y obligándolo a trabajar con una metodología imprecisa y obsoleta que ha sido desplazada por otras mas especificas como la quimioiluminiscencia, infringiendo no solo uno si no dos principios de las contrataciones con el estado, el principio de libertad de concurrencia, y el principio de vigencia tecnológica.

Observamos y solicitamos al comité de selección en coordinación con el área usuaria, permitir la participación de nuestro producto equipo de quimioiluminiscencia, para no impedir la participación de mi representada y de otras marcas de postores, con metodologias superiores a la requerida en las especificaciones técnicas, las cuales se encuentran totalmente impedidas de participar por cuanto solamente puede participar con la marca TOSOH.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge solicitud, se aceptara equipo con metodología de Inmunoenzimometrico doble o fluorescencia enzimática o quimioluminiscencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HOSPITAL HUACHO-HUAURA-OYON Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-HHH.SBS./CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HORMONA TIROIDEA ESTIMULANTE (TSH) X 100 DET Y HORMONA TIROXINA (T4) LIBRE X 100 DET PARA PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL HUACHO HUAURA OYON Y SBS

| | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20537139120 | Fecha de envío : | 10/07/2023 |
| Nombre o Razón social : | DELTALAB PERU S.A.C. | Hora de envío : | 23:23:05 |

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS TECNICAS

DICE en cuanto a las características técnicas del equipo en cesión de uso

Características: Capacidad para utilizar reactivos liofilizados para evitar deshidratación/ oxidación,

Esta característica nuevamente pertenece solo a los equipos de marca TOSOH, y resulta contraproducente debido a que tener reactivos listos para usar reduce el tiempo de espera, reduce la posibilidad de contaminación y/o error humano al momento de reconstituir los reactivos, los kits actuales vienen con sistemas que impiden la evaporación de los mismos, mediante este requerimiento nuevamente se vulneran dos principios de las contrataciones con el estado, libertad de concurrencia, pues se dirige el requerimiento a determinada marca y vigencia tecnológica, pues se solicitan elementos obsoletos o poco actuales, existen en el mercado mejores alternativas.

Observamos y solicitamos al comité de selección en coordinación con el área usuaria, permitir la participación de nuestro producto equipo de quimioluminiscencia, con reactivos listos para usar, para no impedir la participación de mi representada y de otras marcas de postores, con metodologías superiores a la requerida en las especificaciones técnicas, las cuales se encuentran totalmente impedidas de participar por cuanto solamente puede participar con la marca TOSOH.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge solicitud, se aceptara reactivos liofilizados o listos para usar con metodología de Inmunoenzimométrico doble o fluorescencia enzimática o quimioluminiscencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null