

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-ESSALUD/CEABE-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO DE ASPIRADOR DE SECRECIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO EN LA RED ASISTENCIAL CAJAMARCA-ESSALUD, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA CON CUI 2284956.

Ruc/código : 20524232104

Nombre o Razón social : OPEN MEDIC S.A.C.

Fecha de envío : 28/05/2024

Hora de envío : 17:42:34

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE

En las especificaciones técnicas solicitan:

B03: CON BAJO NIVEL DE RUIDO, IGUAL O MENOR A 60 dBa (a 1m)

En un proceso de aspiración lo mejor es contar con un equipo lo más silencioso posible esto para no afectar la concentración del médico ni alterar la tranquilidad del paciente. Por lo anteriormente indicado y teniendo en cuenta que existen en el mercado aspiradores con mejores prestaciones a la solicitada observamos la presente característica técnica y solicitamos el Comité Especial, tenga a bien considerar la siguiente especificación como requerimiento técnico mínimo esto para que la entidad reciba un equipo de última tecnología.

B03: CON BAJO NIVEL DE RUIDO, IGUAL O MENOR A 46 dBa (a 1m)

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE EL INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD E INVESTIGACIÓN - IETSI, ES EL ÓRGANO ENCARGADO DE EVALUAR NUEVAS TECNOLOGÍAS, ASÍ COMO LAS MEJORAS TÉCNICAS QUE SE VAYAN PRESENTANDO.

EN ESE SENTIDO, LA FICHA TÉCNICA EMPLEADA EN LAS PRESENTES CONDICIONES GENERALES DE ADQUISICIÓN HAN SIDO ELABORADAS, VALIDADAS Y APROBADAS POR EL IETSI EN CONJUNTO CON EL ÁREA USUARIA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-ESSALUD/CEABE-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO DE ASPIRADOR DE SECRECIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO EN LA RED ASISTENCIAL CAJAMARCA-ESSALUD, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA CON CUI 2284956.

Ruc/código :	20524232104	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	OPEN MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	17:42:34

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE

En las especificaciones técnicas solicitan:

B08: TUBOS Y CONDUCTOS DESDE BOMBA DE VACIO HACIA FRASCOS

Nuestra representada ATMOS cuenta con un sistema de conexión directa (DDS) entre el frasco y la bomba de vacío, tecnología superior a la solicitada, por lo que no precisa de tubos y conductos en la parte externa del equipo entre el frasco y la bomba de vacío. Nuestro sistema DDS facilita la limpieza del equipo y lo más importante reduce al mínimo el tiempo de preparación del equipo y reduce los errores de armado a cero.

Por lo anteriormente expuesto observamos la presente característica técnica y solicitamos al Comité Especial, tenga a bien considerar la siguiente especificación técnica esto para fomentar la mayor participación de postores y la entidad reciba un equipo de calidad y última tecnología.

B08: TUBOS Y CONDUCTOS DESDE BOMBA DE VACIO HACIA FRASCOS O CON SISTEMA DE CONEXION DIRECTA (DDS) ENTRE EL FRASCO Y LA BOMBA DE VACIO.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE EL INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD E INVESTIGACIÓN - IETSI, ES EL ÓRGANO ENCARGADO DE EVALUAR NUEVAS TECNOLOGÍAS, ASÍ COMO LAS MEJORAS TÉCNICAS QUE SE VAYAN PRESENTANDO.

EN ESE SENTIDO, LA FICHA TÉCNICA EMPLEADA EN LAS PRESENTES CONDICIONES GENERALES DE ADQUISICIÓN HAN SIDO ELABORADAS, VALIDADAS Y APROBADAS POR EL IETSI EN CONJUNTO CON EL ÁREA USUARIA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-ESSALUD/CEABE-1-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO DE ASPIRADOR DE SECRECIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO EN LA RED ASISTENCIAL CAJAMARCA-ESSALUD, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA CON CUI 2284956.

Ruc/código :	20601571065	Fecha de envío :	29/05/2024
Nombre o Razón social :	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	10:36:14

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

B01 RANGO DE PRESION NEGATIVA: 0 A 600 MMHG O MAS
SE PUEDE VISUALIZAR QUE ESTÁN SOLICITANDO QUE EL RANGO DE PRESION NEGATIVA SEA DESDE 0 A 600 MMHG, SOBRE ESTE PUNTO TENEMOS QUE INDICAR QUE NINGÚN ASPIRADOR DEL MERCADO, ARRANCA DESDE "0" YA QUE SIEMPRE TENDRÁ UN MARGEN DE ERROR POR LO MISMO QUE NO ESTABLE DICHA MEDICIÓN
POR LO ANTES MENCIONADO Y CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES, ACEPTARÁ EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON LA PARTE USUARIA AMPLIAR EL SIGUIENTE REQUERIMIENTO TÉCNICO:
B01 RANGO DE PRESION NEGATIVA MAXIMA 600 MMHG O MAS

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE EL INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD E INVESTIGACIÓN - IETSI, ES EL ÓRGANO ENCARGADO DE EVALUAR NUEVAS TECNOLOGÍAS, ASÍ COMO LAS MEJORAS TÉCNICAS QUE SE VAYAN PRESENTANDO.
EN ESE SENTIDO, LA FICHA TÉCNICA EMPLEADA EN LAS PRESENTES CONDICIONES GENERALES DE ADQUISICIÓN HAN SIDO ELABORADAS, VALIDADAS Y APROBADAS POR EL IETSI EN CONJUNTO CON EL ÁREA USUARIA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null