

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-11-2025-GRCAJ-DRSC/RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20565911920	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	ASECO PERU S.A.C.	Hora de envío :	14:22:35

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

El comité de selección está solicitando equipos de refrigeración para los establecimientos de la unidad ejecutora Salud San Ignacio en paquete, lo cual vulnera la participación de postores ya que no todos los proveedores que venden equipos biomédicos cuentan con ellos por lo que solicitamos amablemente al Comité de selección desagregue el paquete y los consideren como ítems individuales para que haya mayor pluralidad de postores.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LOS EQUIPOS REQUERIDOS SI CUENTAN CON PLURIDAD DE POSTORES, YA QUE SE HAN REALIZADO ANTERIORES PROCESOS CON LAS MISMAS EE.TT

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO
Nomenclatura : AS-SM-11-2025-GRCAJ-DRSC/RSSI-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20565911920	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	ASECO PERU S.A.C.	Hora de envío :	14:24:18

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

El comité de selección está solicitando Refrigeradora Horizontal eléctrica conservadora de biológicos ICE LINED de 98 litros, para mayor pluralidad de postores solicitamos al comité de selección acepte una Refrigeradora Horizontal eléctrica conservadora de biológicos ICE LINED de 98 litros a mas,

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 7 **Página: 21**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE: DEBIDO A QUE EL ESPACIO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS EE.SS ES REDUCIDO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO
Nomenclatura : AS-SM-11-2025-GRCAJ-DRSC/RSSI-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20565911920	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	ASECO PERU S.A.C.	Hora de envío :	14:26:03

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

El comité de selección está solicitando Refrigeradora Horizontal eléctrica conservadora de biológicos ICE LINED de 98 litros: Termómetro digital con lectura decimal en grados centígrados o Celsius °C de visualización externa empotrado en la pared anterior del conservador, funcionamiento con celda solar o a través de capacitor solicitamos al comité de selección para mayor pluralidad de postores acepten: Termómetro digital con lectura decimal en grados centígrados o Celsius °C de visualización externa empotrado en la pared anterior o sobre la puerta del conservador, funcionamiento con celda solar o a través de capacitor.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 7 **Página: 21**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE: PORQUE LA PUERTA ESTA EN CONSTANTE MOVIMIENTO AL ABRIR Y CERRAR LO QUE DIFICULTARIA LOS RESULTADOS ADECUADOS DE LA TEMPERATURA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO
Nomenclatura : AS-SM-11-2025-GRCAJ-DRSC/RSSI-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20565911920	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	ASECO PERU S.A.C.	Hora de envío :	14:26:48

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

El comité de selección está solicitando Congeladora eléctrica horizontal ICE LINED de 105 litros para mayor pluralidad de postores solicitamos al comité de selección acepte una Congeladora eléctrica horizontal ICE LINED de 105 litros a más.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 11 **Página: 25**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE: DEBIDO A QUE EL ESPACIO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS EE.SS ES REDUCIDO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO
Nomenclatura : AS-SM-11-2025-GRCAJ-DRSC/RSSI-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20565911920	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	ASECO PERU S.A.C.	Hora de envío :	14:30:02

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

El comité de selección está solicitando Congeladora eléctrica horizontal ICE LINED de 105 litros: Termómetro digital con lectura decimal en grados centígrados o Celsius °C de visualización externa empotrado en las pared anterior del conservador, funcionamiento con celda solar o a través de capacitor. Solicitamos al comité de selección para mayor pluralidad de postores acepten: Termómetro digital con lectura decimal en grados centígrados o Celsius °C de visualización externa empotrado en las pared anterior o sobre la puerta del conservador, funcionamiento con celda solar o a través de capacitor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 5.1.1 **Página: 25**
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE: PORQUE LA PUERTA ESTA EN CONSTANTE MOVIMIENTO AL ABRIR Y CERRAR LO QUE DIFICULTARIA LOS RESULTADOS ADECUADOS DE LA TEMPERATURA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO
Nomenclatura : AS-SM-11-2025-GRCAJ-DRSC/RSSI-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20565911920	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	ASECO PERU S.A.C.	Hora de envío :	14:30:58

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

El comité de selección está solicitando Congeladora eléctrica horizontal ICE LINED de 138 litros para mayor pluralidad de postores solicitamos al comité de selección acepte una Congeladora eléctrica horizontal ICE LINED de 138 litros a más.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 5.1.1 **Página: 29**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE: DEBIDO A QUE EL ESPACIO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS EE.SS ES REDUCIDO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO
Nomenclatura : AS-SM-11-2025-GRCAJ-DRSC/RSSI-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20565911920	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	ASECO PERU S.A.C.	Hora de envío :	14:31:33

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

El comité de selección está solicitando Congeladora eléctrica horizontal ICE LINED de 138 litros: Termómetro digital con lectura decimal en grados centígrados o Celsius °C de visualización externa empotrado en las pared anterior del conservador, funcionamiento con celda solar o a través de capacitor. Solicitamos al comité de selección para mayor pluralidad de postores acepten: Termómetro digital con lectura decimal en grados centígrados o Celsius °C de visualización externa empotrado en las pared anterior o sobre la puerta del conservador, funcionamiento con celda solar o a través de capacitor.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 5.1.1 **Página: 29**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE: PORQUE LA PUERTA ESTA EN CONSTANTE MOVIMIENTO AL ABRIR Y CERRAR LO QUE DIFICULTARIA LOS RESULTADOS ADECUADOS DE LA TEMPERATURA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO
Nomenclatura : AS-SM-11-2025-GRCAJ-DRSC/RSSI-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20433546394	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	EDALMI S.A.C.	Hora de envío :	19:39:14

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Solicitan difusor homogenizado de temperatura con apagado automático a puerta abierta o refrigerador con clasificación de protección anti congelamiento GRADO A.

Debemos señalar que el Grado A de protección anticongelamiento se otorga solamente a la refrigeradoras y no a las congeladoras ya que su función principal es la congelamiento.

Solicitamos amablemente al comité suprimir dicha especificación técnica.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1.1 **Página: 25**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO
Nomenclatura : AS-SM-11-2025-GRCAJ-DRSC/RSSI-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20433546394	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	EDALMI S.A.C.	Hora de envío :	19:39:14

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Solicitan difusor homogenizado de temperatura con apagado automático a puerta abierta o refrigerador con clasificación de protección anti congelamiento GRADO A.

Debemos señalar que el Grado A de protección anticongelamiento se otorga solamente a la refrigeradoras y no a las congeladoras ya que su función principal es la congelamiento.

Solicitamos amablemente al comité suprimir dicha especificación técnica.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1.1 **Página: 29**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO
Nomenclatura : AS-SM-11-2025-GRCAJ-DRSC/RSSI-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20433546394	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	EDALMI S.A.C.	Hora de envío :	19:39:14

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Solicitan termómetro digital con lectura decimal en grados centígrados o Celsius °C, de visualización externa empotrado en la pared anterior del conservador.

Es nuestro entender, que la ubicación del termómetro digital en la pared anterior del congelador se refiere a la parte frontal del conservador.

Solicitamos amablemente al comité si nuestro entender es el correcto

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1.1 **Página: 26**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SI, SU ENTENDER ES CORRECTO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO
Nomenclatura : AS-SM-11-2025-GRCAJ-DRSC/RSSI-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20433546394	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	EDALMI S.A.C.	Hora de envío :	19:39:14

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Solicitan termómetro digital con lectura decimal en grados centígrados o Celsius °C, de visualización externa empotrado en la pared anterior del conservador.

Es nuestro entender, que la ubicación del termómetro digital en la pared anterior del congelador se refiere a la parte frontal del conservador.

Solicitamos amablemente al comité si nuestro entender es el correcto

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1.1 **Página: 30**
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SI, SU ENTENDER ES CORRECTO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO
Nomenclatura : AS-SM-11-2025-GRCAJ-DRSC/RSSI-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20433546394	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	EDALMI S.A.C.	Hora de envío :	19:39:14

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Solicitan termómetro digital con lectura decimal en grados centígrados o Celsius °C, de visualización externa empotrado en la pared anterior del conservador.

Es nuestro entender, que la ubicación del termómetro digital en la pared anterior del congelador se refiere a la parte frontal del conservador.

Solicitamos amablemente al comité si nuestro entender es el correcto

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1.1 **Página: 22**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SI, SU ENTENDER ES CORRECTO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO
Nomenclatura : AS-SM-11-2025-GRCAJ-DRSC/RSSI-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20602108938	Fecha de envío :	15/04/2025
Nombre o Razón social :	ALJO UNITAS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:08

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Con el debido respeto a los miembros del Comité de Evaluación, solicitamos que en el marco de lo señalado por el Tribunal de Contrataciones del Estado ha señalando que: ¿(¿) para considerar que nos encontramos frente a una innovación o mejora tecnológica, lo ofertado por los postores no debe formar parte de las especificaciones técnicas de los bienes o términos de referencia de los servicios que se desea adquirir o contratar, respectivamente. Además, cabe precisar que la innovación o mejora propuesta debe implicar realmente un aspecto adicional que enriquece el bien o servicio ofertado con relación al estándar mínimo referido en las especificaciones técnicas de las bases. Además, las mejoras no deben generar costo adicional para la Entidad. Así pues, este colegiado ha indicado que se conoce como mejora a ¿todo aquello que ofrezca el postor para mejorar la calidad y/o oportunidad del servicio o de sus entregables, en adición a los requisitos mínimos expuestos en las Bases Administrativas del servicio. Las mejoras técnicas deben agregar valor al servicio y estar relacionadas con el objeto del mismo.

En sentido, en el marco del principio de la libre concurrencia de postores o proveedores, consulto aceptarían MEJORAS TÉCNICAS A LAS EE.TT. mínimas requeridas:

CONGELADORES:

- Así tenemos que, en materia de dimensiones (capacidades) considerar RANGOS:
 - . ¿90 lt (rango menor) 105 lt ¿120 lt (rango mayor)
 - . ¿125 lt (rango menor) 138 lt ¿155 lt(rango mayor)

Otro si digo: COOLER

- Dimensiones internas y externas: rango ¿264x496x334 y 500x710x550 respectivamente
- Vida fría: rango ¿96 hrs.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.4 Literal: 5.1.1. **Página: 27**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Princ. libertad de concurrencia Princ. competencia Princ. eficacia y eficiencia Princ. igual trato

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE: DEBIDO A QUE EL ESPACIO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS EE.SS ES REDUCIDO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null