

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-HRDCQ-DAC-HYO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA (AREA DE INMUNOLOGIA) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA UN TIEMPO APROXIMADO DE CINCO MESES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HYO - ITEM 2.

Ruc/código :	20137015987	Fecha de envío :	02/07/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIAL IMPORTADORA SUDAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	15:54:12

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Dentro de los documentos para la admisión de la oferta se solicita:

e) Ficha técnica del equipo en cesión en uso y/o presentar catálogos, guías o manual de fabricación emitidos por el fabricante que cumpla con las especificaciones técnicas del equipo (no se acepta declaraciones juradas)

Al respecto debemos indicar que cada fabricante coloca en sus documentos las especificaciones técnicas que considera relevantes para dar a conocer sus equipos y esta no necesariamente coincide en su totalidad con las especificaciones técnicas solicitadas, sin que ello implique necesariamente que el equipo no cuenta con lo requerido, para ello el fabricante puede emitir cartas aclaratorias indicando que si cumple con aquellas especificaciones técnicas no detalladas en sus documentos. Por ello solicitamos respetuosamente al comité que pudiera considerar alternativamente cartas del fabricante acreditando el cumplimiento de las especificaciones técnicas del equipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** e **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACEPTAN LA SOLICITUD, PUESTO QUE EN LA FICHA TECNICA DEBE DESCRIBIR LA METODOLOGIA Y PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL EQUIPO. SE ACEPTARAN LAS CARTAS DEL FABRICANTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-HRDCQ-DAC-HYO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA (AREA DE INMUNOLOGIA) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA UN TIEMPO APROXIMADO DE CINCO MESES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HYO - ITEM 2.

Ruc/código :	20137015987	Fecha de envío :	02/07/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIAL IMPORTADORA SUDAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	15:54:12

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Dentro de los documentos para la admisión de la oferta se solicita:
d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección (Anexo N° 3). Entendemos que solo bastará la presentación de este anexo para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas ¿es correcta nuestra apreciación?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: d Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA AL PARTICIPANTE QUE APARTE DE ADJUNTAR EN ANEXO N°3, SE DEBE ADJUNTAR LA DOCUMENTACION NECESARIA QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-HRDCQ-DAC-HYO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA (AREA DE INMUNOLOGIA) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA UN TIEMPO APROXIMADO DE CINCO MESES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HYO - ITEM 2.

Ruc/código :	20137015987	Fecha de envío :	02/07/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIAL IMPORTADORA SUDAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	15:54:12

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Dentro de las especificaciones técnicas del producto Hepatitis B Anti core total (HBcAb Total) solicitan que el producto tenga una sensibilidad no menor a 95% y especificidad no menor a 99%. En el mercado existen productos con valores de 95% tanto para la sensibilidad y especificidad, los cuales son aceptados internacionalmente. ¿Aceptaría el comité productos con una sensibilidad y especificidad mínima de 95%?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACEPTAN LA SOLICITUD REALIZADA POR EL PARTICIPANTE.
EN LAS BASES INTEGRADAS SE CONSIDERARA LA SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD MINIMA DEL 95%.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

KIT HEPATITIS B ANTICUERPO ANTICORE TOTAL AUTOMATIZADO.

3. Características Técnicas: Metodología
Sensibilidad y Especificidad mínima del 95%.

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO
Nomenclatura :	AS-SM-9-2025-HRDCQ-DAC-HYO-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA (AREA DE INMUNOLOGIA) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA UN TIEMPO APROXIMADO DE CINCO MESES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HYO - ITEM 2.

Ruc/código :	20137015987	Fecha de envío :	02/07/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIAL IMPORTADORA SUDAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	15:54:12

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Dentro de las especificaciones técnicas del producto Anti Hepatitis Viral C (Anti-HCV) solicitan que el producto tenga una sensibilidad no menor a 95% y especificidad no menor a 99%. En el mercado existen productos con valores de 95% tanto para la sensibilidad y especificidad, los cuales son aceptados internacionalmente. ¿Aceptaría el comité productos con una sensibilidad y especificidad mínima de 95%?

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** - **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACEPTAN LA SOLICITUD REALIZADA POR EL PARTICIPANTE.
EN LAS BASES INTEGRADAS SE CONSIDERARA LA SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD MINIMA DEL 95%.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ANTICUERPO HEPATITIS C (HCV).
3. Características Técnicas: Metodología
Sensibilidad y Especificidad minima del 95%.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-HRDCQ-DAC-HYO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA (AREA DE INMUNOLOGIA) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA UN TIEMPO APROXIMADO DE CINCO MESES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HYO - ITEM 2.

Ruc/código :	20137015987	Fecha de envío :	02/07/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIAL IMPORTADORA SUDAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	15:54:12

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Dentro de las especificaciones técnicas del producto Hepatitis B Antígeno de Superficie (HBsAg) solicitan que el producto tenga una sensibilidad no menor a 95.5% y especificidad no menor a 99.5%. En el mercado existen productos con valores de 95% tanto para la sensibilidad y especificidad, los cuales son aceptados internacionalmente. ¿Aceptaría el comité productos con una sensibilidad y especificidad mínima de 95%?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACEPTAN LA SOLICITUD REALIZADA POR EL PARTICIPANTE.
EN LAS BASES INTEGRADAS SE CONSIDERARA LA SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD MINIMA DEL 95%.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE (HBsAg).
3. Características Técnicas: Metodología
Sensibilidad y Especificidad mínima del 95%.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-HRDCQ-DAC-HYO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA (AREA DE INMUNOLOGIA) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA UN TIEMPO APROXIMADO DE CINCO MESES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HYO - ITEM 2.

Ruc/código :	20137015987	Fecha de envío :	02/07/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIAL IMPORTADORA SUDAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	15:54:12

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Dentro de las especificaciones técnicas del producto Anticuerpo Contra el Antígeno de Superficie de la Hepatitis B (Anti-HBsAg) solicitan que el producto tenga una sensibilidad no menor a 95.5% y especificidad no menor a 99.5%. En el mercado existen productos con valores de 95% tanto para la sensibilidad y especificidad, los cuales son aceptados internacionalmente. ¿Aceptaría el comité productos con una sensibilidad y especificidad mínima de 95%?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACEPTAN LA SOLICITUD REALIZADA POR EL PARTICIPANTE. EN LAS BASES INTEGRADAS SE CONSIDERARA LA SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD MINIMA DEL 95%.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

HEPATITIS B ANTICUERPO CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE.

3. Características Técnicas: Metodología
Sensibilidad y Especificidad minima del 95%.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-HRDCQ-DAC-HYO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA (AREA DE INMUNOLOGIA) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA UN TIEMPO APROXIMADO DE CINCO MESES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HYO - ITEM 2.

Ruc/código :	20137015987	Fecha de envío :	02/07/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIAL IMPORTADORA SUDAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	15:54:12

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

dentro de las especificaciones técnicas para el equipo en cesión de uso se solicita que el equipo cuente con compartimento de muestras y reactivos refrigerados (2°C - 8°C). debe tenerse en cuenta que siendo estas pruebas realizadas basicamente sobre muestras de suero o plasma que deben encontrarse a temperatura ambiente al momento de su procesamiento se, algunos fabricantes no consideran tener una aona refrigerada en el compartimento de muestras, por lo que consultamos respetuosamente si puede considerarse opcional que el compartimento de muestras cuente con refrigeración.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA AL PARTICIPANTE QUE NO SREFERIMOS A QUE EL EQUIPO DEBE CONTAR CON UN COMPARTIMIENTO DE MUESTRAS (QUE NO SE NECESITA REFRIGERACION) Y CON UN COMPARTIMIENTO DE REACTIVOS (QUE SI DEBE ESTAR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-HRDCQ-DAC-HYO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA (AREA DE INMUNOLOGIA) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA UN TIEMPO APROXIMADO DE CINCO MESES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HYO - ITEM 2.

Ruc/código :	20137015987	Fecha de envío :	02/07/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIAL IMPORTADORA SUDAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	15:54:12

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Dentro de las especificaciones técnicas del equipo en cesión de uso se considera que este debe tener una autonomía de trabajo continuo de 5 horas sin atención del usuario. A su vez se indica que el equipo debe procesar 200 pruebas por hora como mínimo, lo cual significa que cada hora el equipo entrega resultados de 200 pruebas realizadas. La determinación del tiempo de autonomía del equipo va en función del procesamiento de las pruebas y de la cantidad de pruebas programadas por lo que establecer un rango de horas de autonomía es relativo y dependerá de la carga de trabajo asignada. Por lo general estos equipo tiene autonomía de acuerdo a la carga de pruebas programadas y que está en función de las muestras que deba procesar, no siendo relevante indicar que sea autónomo por 5 horas ya que este tiempo puede ser menor o mayor dependiendo de las muestras a procesar. Consultamos si esta características podría ser opcional

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACEPTA SU SOLICITUD YA QUE EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS NOS REFERIMOS A QUE EL EQUIPO DEBE SER DE CARGA CONTINUA Y POR LO TANTO DEBE PROCESAR SEGUIDAMENTE LAS MUESTRAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-HRDCQ-DAC-HYO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA (AREA DE INMUNOLOGIA) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA UN TIEMPO APROXIMADO DE CINCO MESES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HYO - ITEM 2.

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	02/07/2025
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	17:57:01

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En el numeral 1.9 en relación con el plazo de entrega se indica lo siguiente:

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán hasta los 10 días calendarios contados desde el día siguiente de suscrito el contrato y/o la notificación de la orden de compra.

Al respecto, es importante tomar en cuenta que los productos y equipo en cesión de uso vienen del extranjero, y por ende, resulta imposible que todo lo señalado pueda ser entregado en tan corto plazo teniendo en cuenta los plazos de importación, desaduanaje, traslado de los productos y equipos al almacén de la empresa, para luego ser transportados a la ciudad de Huancayo; establecer dicho plazo implicaría que los postores hagan una inversión de gastos sin tener la certeza de la obtención de la buena pro, por otro lado, solo los postores que cuenten con los bienes en sus almacenes podrán participar en el presente procedimiento de selección, contraviniendo el principio rector de la contratación pública de libertad de concurrencia.

En ese sentido, sobre los argumentos expuestos solicitamos al Comité de Selección ampliar el plazo de entrega de la siguiente manera:

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo hasta los QUINCE (15) días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra.
(Solicitamos alinear la presente solicitud a lo indicado en el numeral V y VIII de la página 28 y 29 de las Bases)

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA SOLICITAN A LOS PARTICIPANTES CEÑIRSE A LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-HRDCQ-DAC-HYO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA (AREA DE INMUNOLOGIA) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA UN TIEMPO APROXIMADO DE CINCO MESES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HYO - ITEM 2.

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	02/07/2025
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	17:57:01

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En el numeral 1.9 en relación con el plazo de entrega se indica lo siguiente:

Que el plazo de entrega será contabilizado desde el día siguiente de suscrito el contrato y/o la notificación de la orden de compra.

Al respecto, es necesario precisar que contabilizar el plazo de entrega desde la suscripción del contrato no resulta ser lo correcto, debido que, conforme a la práctica habitual de la Entidad, el almacén exige la presentación de la orden de compra para poder recibir los productos, insumos y equipos en cesión de uso. Esto asegura que los bienes sean entregados de manera adecuada y conforme a lo especificado.
Por tal motivo, consideramos que el cómputo del plazo de entrega debe iniciarse a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra, y no desde la suscripción del contrato.

En ese sentido, y con la finalidad de evitar ambigüedades que puedan generar confusión en el contratista respecto al verdadero inicio del plazo de entrega, se solicita al Comité de Selección que establezca de manera clara que dicho plazo será contabilizado a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra.
(Solicitamos alinear la presente solicitud a lo indicado en el numeral V y VIII de la página 28 y 29 de las Bases)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA DECIDEN ACEPTAR SU SOLICITUD.
EN LAS BASES INTEGRADAS SE CONSIDERARA EL PLAZO DE ENTREGA A LOS 10 DIAS CALENDARIOS
CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-HRDCQ-DAC-HYO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA (AREA DE INMUNOLOGIA) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA UN TIEMPO APROXIMADO DE CINCO MESES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HYO - ITEM 2.

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	02/07/2025
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	17:57:01

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En la página 27 de las Bases evidenciamos un error de tipeo que puede conllevar a posibles vicios de nulidad debido que mencionan como norma técnica el ISO 37001.

Al respecto, es importante precisar que la Norma ISO 37001 es una norma internacional orientada a establecer requisitos para la implementación de un sistema de gestión antisoborno, no teniendo relación alguna con los aspectos técnicos del presente procedimiento de selección.

En ese sentido, y con la finalidad de evitar confusión entre los postores que participen en este procedimiento, solicitamos se suprima toda referencia a la Norma ISO 37001 como norma técnica, en tanto dicha norma no guarda vinculación con la presente convocatoria, ni en el ámbito técnico, ni en el administrativo, ni en el legal.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: -- Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA DECIDEN ACEPTAR LA SOLICITUD. EN LAS BASES INTEGRADAS VA SER FACULTATIVO EL TEMA DEL ISO 37001.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NORMAS TECNICAS: ISO 13485 y/o ISO 9001 y/o ISO 37001

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-HRDCQ-DAC-HYO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA (AREA DE INMUNOLOGIA) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA UN TIEMPO APROXIMADO DE CINCO MESES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HYO - ITEM 2.

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	02/07/2025
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	17:57:01

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En el numeral 2.7 de la página 20 de las Bases se indica que la forma de pago será de la siguiente manera:

La entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en UN UNICO PAGO.

Al respecto, entendemos que todos los reactivos señalados en el requerimiento deberán ser entregados en una sola entrega.

Solicitamos amablemente señalar si nuestro entender es el correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.7 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARAN AL PARTICIPANTE QUE SU ENTENDER ES CORRECTO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-HRDCQ-DAC-HYO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA (AREA DE INMUNOLOGIA) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA UN TIEMPO APROXIMADO DE CINCO MESES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HYO - ITEM 2.

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	02/07/2025
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	17:57:01

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En el numeral VII de la página 28 de las bases se indica que habrá prestaciones accesorias.

Al respecto, a fin de evitar ambigüedades que repercutan en penalidades indeseadas posteriormente, solicitamos que la entidad aclare si dichas prestaciones accesorias corresponden a la prestación principal o si requerirán servicios adicionales a fin de que en la sección de pagos vuestra entidad señale la formalidad de los pagos, además de indicar en capítulo III el cronograma de la necesidad de dichos servicios.

Solicitamos ACLARAR la presente consulta a fin de evitar problemas durante la ejecución contractual.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: vii Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA QUE ES UN UNICO PAGO Y UNA SOLA ENTREGA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-HRDCQ-DAC-HYO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA (AREA DE INMUNOLOGIA) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA UN TIEMPO APROXIMADO DE CINCO MESES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HYO - ITEM 2.

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	02/07/2025
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:04:51

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En relación con la especificación técnica del reactivo KIT HEPATITIS B ANTICUERPO ANTICORE TOTAL AUTOMATIZADO, se indica que debe utilizar ¿¿micropartículas que contengan antígenos recombinantes del core de la hepatitis B¿¿. Al respecto, es importante precisar que los inmunoensayos quimioluminiscentes modernos pueden emplear distintas estrategias de recubrimiento de micropartículas, todas orientadas a garantizar una detección específica, sensible y clínicamente confiable de anticuerpos anti-HBc.

Si bien algunos ensayos utilizan micropartículas recubiertas con antígenos recombinantes, existen metodologías ampliamente validadas a nivel internacional que emplean micropartículas recubiertas con anticuerpos monoclonales anti-HBc, permitiendo igualmente la formación de complejos inmunológicos altamente específicos con los anticuerpos presentes en la muestra. Esta estrategia presenta una elevada afinidad y especificidad, y forma parte de los protocolos estandarizados por fabricantes reconocidos en diagnóstico in vitro,

Solicitamos amablemente al comité evaluador, en base a lo mencionado, considere la aceptación de otros tipos de recubrimiento de la micropartícula, y pueda ser precisado en las especificaciones técnicas del reactivo: ¿¿micropartículas que contengan antígenos recombinantes del core de la hepatitis B o micropartículas que contengan anticuerpos monoclonales anti-HBc específicos" al tratarse de una alternativa técnicamente válida y clínicamente probada, evitando así limitar la participación de otros postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACEPTAN LA SOLICITUD. EN LAS BASES INTEGRADAS SE AGREGARA Y/O MICROPARTICULAS QUE CONTENGAN ANTICUERPOS MONOCLONALES ANTI-HBC ESPECIFICOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

KIT HEPATITIS B ANTICUERPO ANTICORE TOTAL AUTOMATIZADO

Metodología: Inmunoanálisis quimioluminiscente de micropartículas que contenga antígenos recombinantes del core de la Hepatitis B o micropartículas que contengan anticuerpos monoclonales anti-HBc específicos.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-HRDCQ-DAC-HYO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA (AREA DE INMUNOLOGIA) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA UN TIEMPO APROXIMADO DE CINCO MESES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HYO - ITEM 2.

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	02/07/2025
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:04:51

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

De la página 23 a la 25.

En relación con los valores de sensibilidad y especificidad exigidos en las Especificaciones Técnicas del presente ítem, solicitamos se pueda precisar si dichos parámetros corresponden a estudios realizados en una población hospitalaria (es decir, pacientes en atención ambulatoria, hospitalización o referencia), en concordancia con el objeto del procedimiento de contratación. Lo anterior resulta relevante, dado que los valores de sensibilidad y especificidad pueden variar dependiendo del perfil epidemiológico de la población sobre la cual se realizó el estudio (ej. pacientes vs. donantes de sangre). Solicitamos amablemente al comité evaluador precisar que los valores exigidos tanto para sensibilidad y especificidad, corresponde a estudios realizados en pacientes, más no en población de donantes de sangre.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA AL PARTICIPANTE QUE LA CONSULTA YA HA SIDO ABSUELTA EN LAS PREGUNTAS 3,4,5 y 6.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-HRDCQ-DAC-HYO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA (AREA DE INMUNOLOGIA) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA UN TIEMPO APROXIMADO DE CINCO MESES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HYO - ITEM 2.

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	02/07/2025
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:04:51

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En la descripción metodológica de las Especificaciones Técnicas para el reactivo KIT HEPATITIS C ANTICUERPOS TOTALES (Anti-HCV), se indica el uso de ¿micropartículas que contengan antígenos recombinantes del core de la hepatitis B¿. Sin embargo, dado que el ítem solicitado corresponde a la detección de anticuerpos contra el virus de la hepatitis C (HCV), entendemos que dicha redacción no corresponde y se trataría de un error tipográfico o de arrastre de texto de un ítem anterior.

Por lo expuesto, solicitamos amablemente al Comité evaluador, prueda precisar si nuestro entender es correcto y se suprima dicha parte del texto, a fin de evitar confusión en la interpretación del requerimiento técnico y asegurar la correcta formulación de propuestas.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA INFORMA AL PARTICIPANTE QUE HUBO UN ERROR AL MOMENTO DE DIGITAR Y LO CORRECTO ES HEPATITIS C.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura :AS-SM-9-2025-HRDCQ-DAC-HYO-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA (AREA DE INMUNOLOGIA) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA UN TIEMPO APROXIMADO DE CINCO MESES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HYO - ITEM 2.

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	02/07/2025
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:04:51

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

En la descripción metodológica de las Especificaciones Técnicas para el reactivo HEPATITIS B ANTÍGENO DE SUPERFICIE (HBsAg), se solicita que el reactivo emplee micropartículas que contengan anticuerpos monoclonales altamente específicos y de alta sensibilidad. Al respecto, solicitamos que el tipo de recubrimiento de la micropartícula se considere como opcional, ya que este aspecto técnico varía entre fabricantes, los cuales tienen protocolos estandarizados de formulación propios y validados clínicamente, que garantizan la sensibilidad y especificidad exigidas. La eficacia diagnóstica del ensayo no depende únicamente del tipo de recubrimiento, sino de la configuración integral del sistema reactivo (anticuerpos, conjugado, curva de calibración, buffers), validada bajo normas internacionales.

Solicitamos amablemente al comité evaluador, que el tipo de recubrimiento no sea restrictivo, y sea considera como OPCIONAL, siempre que se cumplan los valores de sensibilidad no menor a 95.5% y especificidad no menor a 99.5% requeridos, permitiendo una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: 3.1Literal: s/lPágina: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA DECIDEN ACEPTAR SU SOLICITUD. EN LAS BASES INTEGRADAS SE CONSIDERARA OPCIONAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-HRDCQ-DAC-HYO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA (AREA DE INMUNOLOGIA) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA UN TIEMPO APROXIMADO DE CINCO MESES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HYO - ITEM 2.

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	02/07/2025
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:04:51

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

En la descripción metodológica de las Especificaciones Técnicas para el reactivo HEPATITIS B ANTICUERPO CONTRA ANTÍGENO DE SUPERFICIE (ANTI-HBsAg), se solicita que el reactivo emplee micropartículas que contengan anticuerpos monoclonales altamente específicos y de alta sensibilidad. Al respecto, solicitamos que el tipo de recubrimiento de la micropartícula se considere como opcional, ya que este aspecto técnico varía entre fabricantes, los cuales tienen protocolos estandarizados de formulación propios y validados clínicamente, que garantizan la sensibilidad y especificidad exigidas. La eficacia diagnóstica del ensayo no depende únicamente del tipo de recubrimiento, sino de la configuración integral del sistema reactivo (anticuerpos, conjugado, curva de calibración, buffers), validada bajo normas internacionales.

Solicitamos amablemente al comité evaluador, que el tipo de recubrimiento no sea restrictivo, y sea considera como OPCIONAL, siempre que se cumplan los valores de sensibilidad no menor a 95.5% y especificidad no menor a 99.5% requeridos, permitiendo una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA DECIDEN ACEPTAR LA SOLICITUD DEL PARTICIPANTE.
EN LAS BASES INTEGRADAS EL RECUBRIEMIENTO SERA CONSIDERADO OPCIONAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-HRDCQ-DAC-HYO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA (AREA DE INMUNOLOGIA) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA UN TIEMPO APROXIMADO DE CINCO MESES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HYO - ITEM 2.

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	02/07/2025
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:04:51

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

En las Especificaciones técnicas para el equipo de Quimioluminiscencia, se solicita que cuente con un performance "No menor a 200 pruebas por hora".

Solicitamos amablemente al comité evaluador se acepte un equipo con capacidad no menor de 160 pruebas por hora, ya que esta diferencia no compromete el rendimiento ni la eficiencia operativa en el contexto del laboratorio clínico. Además de la velocidad, factores como el procesamiento continuo, confiabilidad del sistema, integración con el LIS y control de calidad interno también garantizan un flujo de trabajo óptimo. Nuestro equipo cumple con todos estos aspectos y es utilizado en laboratorios de alta demanda.

Solicitamos amablemente al comité evaluador considere como performance un equipo que tenga la capacidad de procesamiento no menor a 160 pruebas por hora, permitiendo una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA INFORMA A LOS PARTICIPANTES QUE HUBO UN ERROR DE TIPEO Y LO CORRECTO ES PERFORMANCE 150 PRUEBAS POR HORA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-HRDCQ-DAC-HYO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA (AREA DE INMUNOLOGIA) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA UN TIEMPO APROXIMADO DE CINCO MESES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HYO - ITEM 2.

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	02/07/2025
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:04:51

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Técnicas del analizador de QUIMIOLUMINISCENCIA se indica que el equipo debe tener capacidad para ¿80 a más tubos primarios con códigos de barra¿ y, en otra parte del mismo requerimiento, se menciona ¿>= 100 posiciones de muestras con acceso aleatorio¿. Esta redacción presenta una inconsistencia, ya que no queda claro si se exige un mínimo de 80 tubos, o 100 posiciones.

En ese sentido, solicitamos amablemente al comité evaluador, pueda aclarar y considere la ampliación de este criterio técnico, considerando como admisible a equipos que cuenten con capacidad mínima de 60 tubos primarios, considerando que dicha capacidad es técnicamente suficiente para la operación continua del sistema en laboratorios de alta demanda, permitiendo así una mayor pluralidad de postores.

Nuestro equipo cuenta con carga continua de muestras, acceso aleatorio, y manejo eficiente de códigos de barra, lo que permite mantener un flujo de trabajo constante sin interrupciones.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: s/l Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA DECIDEN ACEPTAR SU SOLICITUD, YA QUE SE ACLARA QUE NOS REFERIMOS A QUE EL EQUIPO DEBE SER DE CARGA CONTINUA, POR LO CUAL DEBE IGUALAR O SUPERAR PONER MAS DE 80 MUESTRAS CONTINUAMENTE (CARGA Y DESCARGA) PARA PROCESAMIENTO CONTINUO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-HRDCQ-DAC-HYO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA (AREA DE INMUNOLOGIA) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA UN TIEMPO APROXIMADO DE CINCO MESES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HYO - ITEM 2.

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	02/07/2025
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:04:51

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

En el literal f , se detalla la documentación con la cual se puede acreditar las especificaciones tecnicas del EQUIPO EN CESION EN USO, para las cuales unicamente deben ser acreditadas con la ficha tecnica del equipo, guías, manuales, catalogos emtidiospor el fabricante. Asimismo no se observa detallado que caractateristicas de analizador deberan acreditarse.

Solicitamos amablemente al comité evaluador, precisar que características tecnicas que deberán ser acreditadas obligatoriamente, con documentación del fabricante, a fin de evitar interpretaciones subjetivas durante la evaluación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: f Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA A LOS PARTICIPANTES QUE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ES PARA EL EQUIPO DE QUIMIOLUMINISCENCIA Y SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-HRDCQ-DAC-HYO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA (AREA DE INMUNOLOGIA) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA UN TIEMPO APROXIMADO DE CINCO MESES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HYO - ITEM 2.

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	02/07/2025
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:04:51

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

De acuerdo con lo requerido, se entendería que SOLO a través de la ficha tecnica del equipo, guías, manuales, catálogos emitidos por el fabricante. se podría acreditar las especificaciones técnicas del equipo, sin embargo, se debe traer a colación que, el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) ha señalado en reiteradas oportunidades que:

i) La normativa legal vigente en materia de contrataciones del estado no ha limitado el tipo de documentos que servirán para acreditar las especificaciones o características técnicas, ni ha limitado la cantidad de documentos que se pueda presentar para acreditar estas, por lo que no podría limitarse a solo el Manual de Instrucciones de Uso o Inserto. Adicional a ello, dicho organismo supervisor también ha señalado que, la carta emitida por el fabricante se constituye en el documento idóneo para acreditar aquellas particularidades que la entidad pueda requerir, considerando que la documentación emitida por los fabricantes son generalmente de índole comercial como es el caso de Catálogos, Brochures, Manuales, entre otros.

Solicitamos amablemente al comité evaluador, pueda precisar si se aceptará, para la acreditación, todo documento emitido por el fabricante (Fabricante real y/o Fabricante legal y/o Dueño de marca y/o Sucursal y/o filial) indistintamente de la denominación que le pueda otorgar el emisor al documento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: f Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA AL PARTICIPANTE QUE LA CONSULTA YA HASIDO ABSUELTA EN LA PREGUNTA 1.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO
Nomenclatura :	AS-SM-9-2025-HRDCQ-DAC-HYO-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA (AREA DE INMUNOLOGIA) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA UN TIEMPO APROXIMADO DE CINCO MESES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HYO - ITEM 2.

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	02/07/2025
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:50:57

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

En el literal e) del numeral 2.2.1.1 - Documentos para la admisión de la oferta se indica:

"Ficha técnica del equipo en cesión de uso y/o presentar catálogos, guías o manual de fabricación emitidos por el fabricante que cumpla (¿.)".

En atención al principio de Libertad de Concurrencia, previsto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, es posible, que en los insertos, brochures, catálogos, documentos técnicos, etc. no se consignen todas las especificaciones técnicas solicitadas.

En ese caso y, atendiendo al principio señalado, solicitamos al Comité de Selección que, en coordinación con el área usuaria, permita la acreditación de las especificaciones técnicas con una carta del fabricante, en caso las EE.TT. no estuvieran en la documentación técnica del fabricante o dueño de marca. Con la finalidad de aumentar el número de postores que puedan acreditar lo solicitado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: e Página: 17
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA AL PARTICIPANTE QUE LA CONSULTA YA HASIDO ABSUELTA EN LA PREGUNTA 1.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-HRDCQ-DAC-HYO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA (AREA DE INMUNOLOGIA) CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA UN TIEMPO APROXIMADO DE CINCO MESES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HYO - ITEM 2.

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	02/07/2025
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:50:57

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas en el numeral 3 del requerimiento se señala lo siguiente en el numeral 10 : ¿Plazo de entrega: 10 días calendario, contados desde el día siguiente de suscrito el contrato y/o notificación de la orden de compra o lo que suceda primera(...)¿

Sin embargo, en la práctica, los almacenes de las entidades públicas solicitan la orden de compra para proceder con la recepción de los bienes, especialmente en el caso de reactivos, donde la coordinación logística y técnica es clave.

Asimismo, en virtud del principio de eficacia y eficiencia que rige las contrataciones públicas ¿el cual busca optimizar los recursos y asegurar una adecuada ejecución contractual¿, resulta más operativo y coherente establecer como punto de inicio del plazo de entrega la notificación de la orden de compra.

En ese sentido, observamos lo establecido en las Bases y solicitamos que se modifique el plazo de entrega, estableciendo que este será de diez (10) días calendario, contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: - Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA EXHORTA A LOS PARTICIPANTES CEÑIRSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null