

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU
Nomenclatura :	AS-SM-7-2023-UNCP-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE SALDO DE EQUIPOS PARA BORATORIO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA METALURGIA Y DE MATERIALES PI CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA FACULTADES ARQUITECTURA INGENIERIA CIVIL ELECTRICA MINAS MECANICA METALURGIA Y SISTEMAS DE LA UNCP CIUDAD UNIVERSITARIA-HUANCAYO CON CUI N 2094328

Ruc/código :	20503497728	Fecha de envío :	23/05/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION DAMAR S.A.C.	Hora de envío :	18:23:09

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Dice:

B. PLAZO DE ENTREGA (ITEM V)

Evaluación: Se evaluará en función al plazo de entrega ofertado, el cual debe mejorar el plazo de entrega establecido en las Especificaciones Técnicas.

ITEM V:

De 50 hasta 54 días calendario: 20 puntos

De 55 hasta 99 días calendario: 10 puntos

Solicitamos que se considere:

Este equipo se fabrica a pedido y requiere de importación, la cual presenta un plazo de tiempo en transporte, desaduanaje, internamiento, control de calidad y envío al lugar solicitado. Por ello, se solicita al comité la siguiente escala de evaluación para una mayor pluralidad de postores y que el área usuaria cuente con un equipo de reciente fabricación.

Debe decir entonces:

Plazo de entrega ITEM V:

DE (80) HASTA (84) DÍAS CALENDARIO: (20) PUNTOS.

DE (85) DÍAS HASTA (89) DÍAS CALENDARIO: (10) PUNTOS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV

Literal: B

Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ESTUDIO DE MERCADO ESISTEN EMPRESAS QUE PUEDEN ENTREGAR EL EQUIPO DEL ITEM V EN 60 DIAS Y COMO AREA USUARIA CONSIDERANDO QUE SE TRATE DE UN EQUIPO DE EXPORTACION LOS 60 DIAS ESTARIAN DENTRO DEL VALOR RAZONABLE PARA LA INPORTACION, DESADUANAJE Y TRANSPORTE HASTA LOS ALMACENES DE LA ENTIDAD. El comité en pleno decide no acoger la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no se modificara

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SALDO DE EQUIPOS PARA BORATORIO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA METALURGIA Y DE MATERIALES PI CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA FACULTADES ARQUITECTURA INGENIERIA CIVIL ELECTRICA MINAS MECANICA METALURGIA Y SISTEMAS DE LA UNCP CIUDAD UNIVERSITARIA-HUANCAYO CON CUI N 2094328

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	23/05/2023
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	18:49:30

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

"ITEM VII: PULVERIZADOR DE ANILLO

Solicitan:

- El equipo debe estar instalado dentro de una cabina con aislamiento acústico.

El equipo que ofrecemos, de una reconocida marca, es considerado silencioso con un nivel de ruido de 81 dB. Para permitir la mayor participación de postores, solicitamos que confirmen que también aceptarán un pulverizador de anillo que, en lugar de estar instalado dentro de una cabina con aislamiento acústico, tiene un nivel de ruido de 81 dB."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 086-2023-DFIMM-UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento como sigue: SE ACLARA QUE EL EQUIPO DEBE ESTAR INSTALADO DENTRO DE UNA CABINA CON AISLAMIENTO ACÚSTICO Y/O QUE DE ACUERDO A LA FABRICACIÓN GARANTICE UNA TOLERANCIA AL RUIDO MAXIMO DE 80 DECIBELES (DB)- EL SE AÑADIRA A LAS ESPECIFICACIONES, El comité en pleno decide acoger la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El equipo debe estar instalado dentro de una cabina con aislamiento acústico y/o que de acuerdo a la fabricación garantice una tolerancia al ruido máximo de 80 Decibeles (dB)

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SALDO DE EQUIPOS PARA BORATORIO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA METALURGIA Y DE MATERIALES PI CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA FACULTADES ARQUITECTURA INGENIERIA CIVIL ELECTRICA MINAS MECANICA METALURGIA Y SISTEMAS DE LA UNCP CIUDAD UNIVERSITARIA-HUANCAYO CON CUI N 2094328

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	23/05/2023
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	18:49:30

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

"ITEM VII: PULVERIZADOR DE ANILLO

Solicitan:

- Capacidad hasta 250 gramos de mineral.

El equipo que ofrecemos, de una reconocida marca, permite colocar más de 250 g de mineral pero cuanto exactamente es un tema que depende de la densidad. El tazón del equipo que ofrecemos acepta un volumen desde 75 ml hasta 250 ml de muestra (capacidad útil). Para permitir la mayor participación de postores, solicitamos que confirmen que también aceptarán un pulverizador de anillo en que, en lugar de tener Capacidad hasta 250 gramos de mineral, la capacidad útil (volumen de muestra) del tazón de molienda es desde 75 ml hasta 250 ml.

"

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 318-2023-JEF-OTI/UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento como sigue: LA ENTIDAD ACEPTARA QUE LA CAPACIDAD SEA COMO MINIMO DE 250 GRAMOS, Y HASTA 500 GRAMOS POR LO QUE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SERAN: Capacidad hasta 450 gramos de mineral, El comité en pleno decide acoger la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Capacidad hasta 450 gramos de mineral

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SALDO DE EQUIPOS PARA BORATORIO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA METALURGIA Y DE MATERIALES PI CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA FACULTADES ARQUITECTURA INGENIERIA CIVIL ELECTRICA MINAS MECANICA METALURGIA Y SISTEMAS DE LA UNCP CIUDAD UNIVERSITARIA-HUANCAYO CON CUI N 2094328

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	23/05/2023
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	18:49:30

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

"ITEM VII: PULVERIZADOR DE ANILLO

Solicitan:

- Base vibratoria, montada sobre 6 resortes.

Este requerimiento limita la participación de postores porque sobre lo que se monta la base vibratoria depende del diseño del fabricante. Para permitir la mayor participación de postores, solicitamos que el requerimiento en cuestión sea modificado retirando la parte ""montada sobre 6 resortes"" y que solamente quede como sigue:

- Base vibratoria."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 318-2023-JEF-OTI/UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento como sigue: SE ACEPTARA QUE LA BASES VIBRATORIA ESTE SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES OLCITADAS O SEGÚN EL FABRICANTE, El comité en pleno decide acoger la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Base vibratoria, montada sobre 6 resortes o según fabricante

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SALDO DE EQUIPOS PARA BORATORIO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA METALURGIA Y DE MATERIALES PI CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA FACULTADES ARQUITECTURA INGENIERIA CIVIL ELECTRICA MINAS MECANICA METALURGIA Y SISTEMAS DE LA UNCP CIUDAD UNIVERSITARIA-HUANCAYO CON CUI N 2094328

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	23/05/2023
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	18:49:30

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

"ITEM VII: PULVERIZADOR DE ANILLO

Solicitan:

- Motor de 2 HP, trifásica de 220V/380V/440V.

Este requerimiento limita la participación de postores porque las características del motor dependen del diseño del fabricante. Para permitir la mayor participación de postores, solicitamos que el requerimiento en cuestión sea modificado y que quede como sigue:

- Motor según el diseño del fabricante."

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 318-2023-JEF-OTI/UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento como sigue: SE ACEPTARÁ QUE LA POTENCIA DEL MOTOR SEA LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES COMO RANGO MINIMO. El comité en pleno decide no acoger la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Motor de 2 HP, trifásica de 220V/380V/440V como mínimo

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SALDO DE EQUIPOS PARA BORATORIO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA METALURGIA Y DE MATERIALES PI CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA FACULTADES ARQUITECTURA INGENIERIA CIVIL ELECTRICA MINAS MECANICA METALURGIA Y SISTEMAS DE LA UNCP CIUDAD UNIVERSITARIA-HUANCAYO CON CUI N 2094328

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	23/05/2023
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	18:49:30

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

"ITEM VII: PULVERIZADOR DE ANILLO

Solicitan:

- Tapa de motor con brida.

Este requerimiento limita la participación de postores porque las características de la tapa del motor dependen del diseño del fabricante. Para permitir la mayor participación de postores, solicitamos que el requerimiento en cuestión sea modificado y que quede como sigue:

- Tapa del motor según el diseño del fabricante."

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 318-2023-JEF-OTI/UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento como sigue:
SE ACEPTARA QUE LA TAPA DE MOTOR SEA SEGÚN FABRICANTE, El comité en pleno decide acoger la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Tapa de motor según fabricante

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SALDO DE EQUIPOS PARA BORATORIO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA METALURGIA Y DE MATERIALES PI CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA FACULTADES ARQUITECTURA INGENIERIA CIVIL ELECTRICA MINAS MECANICA METALURGIA Y SISTEMAS DE LA UNCP CIUDAD UNIVERSITARIA-HUANCAYO CON CUI N 2094328

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	23/05/2023
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	18:49:30

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

"ITEM VII: PULVERIZADOR DE ANILLO

Solicitan:

- Asiento para colocar el recipiente pulverizadora.

Para mayor aclaración, por favor confirmarnos a los postores que por ""Asiento para colocar el recipiente pulverizadora"" se refieren a la posición donde se coloca el tazón de molienda en el pulverizador de anillo. De no ser así, por favor aclarar a que se refieren."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 318-2023-JEF-OTI/UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento como sigue: ES LA BASE SOPORTE DONDE CENTARA LA OLLA, El comité en pleno aclara la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

solo se aclara

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SALDO DE EQUIPOS PARA BORATORIO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA METALURGIA Y DE MATERIALES PI CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA FACULTADES ARQUITECTURA INGENIERIA CIVIL ELECTRICA MINAS MECANICA METALURGIA Y SISTEMAS DE LA UNCP CIUDAD UNIVERSITARIA-HUANCAYO CON CUI N 2094328

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	23/05/2023
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	18:49:30

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

"ITEM VII: PULVERIZADOR DE ANILLO

Solicitan:

- Seguro para tapa de ajuste mecánico.

Para mayor aclaración, por favor confirmarnos a los postores que por ""Seguro para tapa de ajuste mecánico"" se refieren que el pulverizador de anillo tiene una abrazadera que se mueve manualmente para sujetar o dejar de sujetar el tazón de molienda (el cual tiene su tapa puesta)."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 318-2023-JEF-OTI/UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento como sigue: SE ACLARA QUE EL SEGURO DE ESTABILIDAD DE LA OLLA SERA SEGÚN EL FABRICANTE Y SE DEBE AMPLIAR EN LAS ESPECIFICACIONES, El comité en pleno decide acoger la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Seguro para tapa de ajuste mecánico según fabricante

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SALDO DE EQUIPOS PARA BORATORIO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA METALURGIA Y DE MATERIALES PI CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA FACULTADES ARQUITECTURA INGENIERIA CIVIL ELECTRICA MINAS MECANICA METALURGIA Y SISTEMAS DE LA UNCP CIUDAD UNIVERSITARIA-HUANCAYO CON CUI N 2094328

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	23/05/2023
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	18:49:30

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

"ITEM VII: PULVERIZADOR DE ANILLO

Solicitan:

- Masa excéntrica para la vibración del asiento de la olla.
- Este requerimiento limita la participación de postores porque el sistema que hace vibrar la placa donde se coloca el tazón de molienda depende del diseño del fabricante. Para permitir la mayor participación de postores, solicitamos que el requerimiento sea modificado y que quede como sigue:
- Sistema que hace vibrar la placa (donde se coloca el tazón de molienda) según el diseño del fabricante."

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 318-2023-JEF-OTI/UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento como sigue: SE ACEPTARA QUE EL DISEÑO DE LA MASA EXCENTRICA PARA LA VIBRACION DE LA OLLA SEA SEGÚN FABRICANTE, El comité en pleno decide acoger la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Masa excéntrica para la vibración del asiento de la olla según fabricante

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SALDO DE EQUIPOS PARA BORATORIO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA METALURGIA Y DE MATERIALES PI CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA FACULTADES ARQUITECTURA INGENIERIA CIVIL ELECTRICA MINAS MECANICA METALURGIA Y SISTEMAS DE LA UNCP CIUDAD UNIVERSITARIA-HUANCAYO CON CUI N 2094328

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	23/05/2023
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	18:49:30

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

"ITEM VII: PULVERIZADOR DE ANILLO

Solicitan:

- 05 juegos de ollas pulverizadoras cada uno con dos anillos de diámetros distintos.

Para mayor aclaración, solicitamos que confirmen que por 05 juegos de ollas pulverizadoras se refieren a 05 tazones de molienda, cada uno con su respectiva tapa."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 318-2023-JEF-OTI/UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento como sigue: SE ACLARA QUE EFECTIVAMENTE NOS REFERIMOS AL MUNERO DE TAZONES DE MOLIENDA, El comité en pleno aclara la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se aclara la consulta

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SALDO DE EQUIPOS PARA BORATORIO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA METALURGIA Y DE MATERIALES PI CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA FACULTADES ARQUITECTURA INGENIERIA CIVIL ELECTRICA MINAS MECANICA METALURGIA Y SISTEMAS DE LA UNCP CIUDAD UNIVERSITARIA-HUANCAYO CON CUI N 2094328

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	23/05/2023
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	18:49:30

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

"ITEM VII: PULVERIZADOR DE ANILLO

Solicitan:

- 05 juegos de ollas pulverizadoras cada uno con dos anillos de diámetros distintos.
El tazón de molienda (del equipo que ofrecemos, de una reconocida marca) no tiene 02 anillos sino 01 disco y 01 anillo.
Para permitir la mayor participación de postores, solicitamos que confirmen que también aceptarán tazones de molienda que, en lugar de 02 anillos, tienen 01 disco y 01 anillo."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 318-2023-JEF-OTI/UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento como sigue: PARA MAYOR PARTICIPACION SE ACEPTA ADICIONALMENTE A LAS ESPECIFICACIONES QUE LOS TAZONES DE MOLIENDA TENGAN 01 DISCO Y 01 ANILLO, El comité en pleno decide acoger la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

05 juegos de ollas pulverizadoras (cada uno con dos anillos de diámetros distintos o 01 disco y un anillo) de distintos diámetros

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SALDO DE EQUIPOS PARA BORATORIO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA METALURGIA Y DE MATERIALES PI CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA FACULTADES ARQUITECTURA INGENIERIA CIVIL ELECTRICA MINAS MECANICA METALURGIA Y SISTEMAS DE LA UNCP CIUDAD UNIVERSITARIA-HUANCAYO CON CUI N 2094328

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	23/05/2023
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	18:49:30

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

"ITEM VII: PULVERIZADOR DE ANILLO

Solicitan:

- 05 juegos de ollas pulverizadoras cada uno con dos anillos de diámetros distintos.

Para mayor aclaración, solicitamos que confirmen que la capacidad útil (volumen de muestra) de cada uno de los 05 tazones de molienda debe ser desde 75 ml hasta 250 ml."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 318-2023-JEF-OTI/UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento como sigue: ACLARAMOS QUE LA CAPACIDAD DE LAS OLLAS SERA HASTA 450GR DE DIAMETROS DISTINTOS, El comité en pleno aclara la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

aclara la consulta

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SALDO DE EQUIPOS PARA BORATORIO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA METALURGIA Y DE MATERIALES PI CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA FACULTADES ARQUITECTURA INGENIERIA CIVIL ELECTRICA MINAS MECANICA METALURGIA Y SISTEMAS DE LA UNCP CIUDAD UNIVERSITARIA-HUANCAYO CON CUI N 2094328

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	23/05/2023
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	18:49:30

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

"ITEM VII: PULVERIZADOR DE ANILLO

Solicitan:

- Una masa central y tapa, todo conjunto en acero al cromo molibdeno, con empaquetadura tipo O-RING. Para permitir la mayor participación de postores, solicitamos que confirmen que también aceptarán un pulverizador de anillo que, en lugar de ""Una masa central y tapa, todo conjunto en acero al cromo molibdeno, con empaquetadura tipo O-RING"" tiene la siguiente característica:
- Cada tazón de molienda incluye su tapa. Cada tapa tiene su anillo de sello (seal ring en inglés). Los tazones de molienda están hechos de acero inoxidable endurecido."

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 318-2023-JEF-OTI/UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento como sigue: SE ACLARA QUE CADA TAZON DE MOLIENDA DEBE TENER LA MASA CENTRAL Y TAPA DE CIERRE HERMETICO, El comité en pleno aclara la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

aclara la consulta

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SALDO DE EQUIPOS PARA BORATORIO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA METALURGIA Y DE MATERIALES PI CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA FACULTADES ARQUITECTURA INGENIERIA CIVIL ELECTRICA MINAS MECANICA METALURGIA Y SISTEMAS DE LA UNCP CIUDAD UNIVERSITARIA-HUANCAYO CON CUI N 2094328

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	23/05/2023
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	18:49:30

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

"ITEM VII: PULVERIZADOR DE ANILLO

Solicitan:

- Tablero eléctrico, temporizador, pulsadores de arranque y parada.

Para mayor aclaración, y para permitir la mayor participación de postores, solicitamos que confirmen que también aceptarán un pulverizador de anillo que, en lugar de ""Tablero eléctrico, temporizador, pulsadores de arranque y parada"" tiene panel de control, función de temporizador, tecla de inicio y tecla de parada."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 318-2023-JEF-OTI/UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento como sigue: SE ACEPTAR LO SOLICITANDO INCLUYENDOLO ADEMAS DE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS El comité en pleno decide acoger la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Tablero eléctrico, temporizador, pulsadores de arranque y parada o panel de control, función de temporizador, tecla de inicio y tecla de parada.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SALDO DE EQUIPOS PARA BORATORIO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA METALURGIA Y DE MATERIALES PI CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA FACULTADES ARQUITECTURA INGENIERIA CIVIL ELECTRICA MINAS MECANICA METALURGIA Y SISTEMAS DE LA UNCP CIUDAD UNIVERSITARIA-HUANCAYO CON CUI N 2094328

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	23/05/2023
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	18:49:30

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Solicitan MODALIDAD DE EJECUCIÓN LLAVE EN MANO Se entiende que sí se tiene que incluir la instalación y la puesta en funcionamiento del equipo pero también se entiende que No se tiene que incluir la adecuación de las condiciones del lugar de instalación (también llamado instalación). Es decir, no se tiene que incluir obra civil, ni cableado, ni equipos para protección eléctrica, etcétera, aun en caso de ser necesarios. Para mayor aclaración, y así permitir la mayor participación de postores, solicitamos que confirmen que el postor que gane la buena pro no tiene que incluir obra civil, ni cableado, ni equipos para protección eléctrica, etcétera; y que, en caso de ser necesarios, serán provistos por la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ, bajo cuenta y responsabilidad de la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 318-2023-JEF-OTI/UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento como sigue: SE ACLARA QUE AL POSTOR GANADOR SE LE INDICARA LA INFRAESTRUCTURA Y EL PUNTO DE INSTALACION ELECTRICA, EN CASO QUE POR LA MARCA, MODELO O FABRICACION DE LOS EQUIPOS NECESITEN ALGUN ACCESORIO, PROTECCION ELECTRICA U OTROS,EL POSTOR DEBE PROVEVERLO EN FUNCION DE LA GARANTIA OPERATIVA DEL EQUIPO, El comité en pleno aclara la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

aclara la consulta

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SALDO DE EQUIPOS PARA BORATORIO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA METALURGIA Y DE MATERIALES PI CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA FACULTADES ARQUITECTURA INGENIERIA CIVIL ELECTRICA MINAS MECANICA METALURGIA Y SISTEMAS DE LA UNCP CIUDAD UNIVERSITARIA-HUANCAYO CON CUI N 2094328

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	23/05/2023
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	18:49:30

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

"En las bases solicitan: En los Factores de Evaluación ITEM VII

PLAZO DE ENTREGA: De 50 hasta 54 Días calendario --> 20 Puntos; De 55 hasta 99 días calendario --> 10 puntos

Solicitamos al Comité de Selección Para permitir la mayor participación de postores potenciales, podrían considerar ampliar el plazo de entrega a 100 días calendario y siendo equipos que requieren una importación previa, desaduanaje y otros controles previos, es así que el plazo de entrega que se visualiza en las bases es muy corto y no esta acorde a la realidad; por tanto, a fin de permitir y promover la mayor participación de postores potenciales, no limitando su participación. Solicitamos se amplié el plazo de entrega a 100 días calendario de acuerdo al siguiente detalle:

De 1 hasta 90 Días calendarios --> 20 Puntos

De 91 hasta 99 Días calendarios --> 10 puntos

100 Días Calendarios ----> 0 puntos

Y así fomentar que el proceso se desarrolle bajo las condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad.

Y así que todos los proveedores puedan disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas."

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** A **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO AL ESTUDIO DE MERCADO ESISTEN EMPRESAS QUE PUEDEN ENTREGAR EL EQUIPO DEL ITEM V EN 60 DIAS Y COMO AREA USUARIA CONSIDERANDO QUE SE TRATE DE UN EQUIPO DE EXPORTACION LOS 60 DIAS ESTARIAN DENTRO DEL VALOR RAZONABLE PARA LA INPORTACION, DESADUANAJE Y TRANSPORTE HASTA LOS ALMACENES DE LA ENTIDAD. comité en pleno decide no acoger la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no se acoge

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SALDO DE EQUIPOS PARA BORATORIO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA METALURGIA Y DE MATERIALES PI CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA FACULTADES ARQUITECTURA INGENIERIA CIVIL ELECTRICA MINAS MECANICA METALURGIA Y SISTEMAS DE LA UNCP CIUDAD UNIVERSITARIA-HUANCAYO CON CUI N 2094328

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	23/05/2023
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	18:49:30

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Solicitamos al Comité de Selección informe cuantas horas de Capacitación se realizaría al ítem VII

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 318-2023-JEF-OTI/UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento como sigue: LA CAPACITACION SERA DE 4 HORAS COMO MINIMO PARA TODOS LOS ITEMS, comité en pleno aclara la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Capacitación al momento de instalación/funcionamiento 4 horas como mínimo

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SALDO DE EQUIPOS PARA BORATORIO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA METALURGIA Y DE MATERIALES PI CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA FACULTADES ARQUITECTURA INGENIERIA CIVIL ELECTRICA MINAS MECANICA METALURGIA Y SISTEMAS DE LA UNCP CIUDAD UNIVERSITARIA-HUANCAYO CON CUI N 2094328

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	23/05/2023
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	18:49:30

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Solicitamos al Comité de Selección A fin de que el postor adjudicado con la Buena Pro pueda realizar la entrega formal comunique si la entrega del bien del presente proceso se realizara en Almacén Central de vuestra entidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 318-2023-JEF-OTI/UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento como sigue: SE ACLARA QUE EL LUGAR DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS SERA TAL COMO SE EINDICA EN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA EQUIPO, comité en pleno aclara la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se aclara la consulta

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SALDO DE EQUIPOS PARA BORATORIO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA METALURGIA Y DE MATERIALES PI CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA FACULTADES ARQUITECTURA INGENIERIA CIVIL ELECTRICA MINAS MECANICA METALURGIA Y SISTEMAS DE LA UNCP CIUDAD UNIVERSITARIA-HUANCAYO CON CUI N 2094328

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	23/05/2023
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	18:49:30

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

"Solicitan En Experiencia del Postor: Se consideran bienes similares a los siguientes: Fabricación y/o importación de Equipos para Laboratorio, fabricación de equipos de acero inoxidable para laboratorio, fabricación de pulverizadores de mineral.

Solicitamos al Comité de Selección si podrán considerar en La experiencia del Postor como Bienes similares a Equipos de Laboratorio en general y de esta manera promover la mayor participación de postores potenciales, no limitando su participación, ya que está prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores. Ya que Todos los Proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, debiendo evitarse exigencias y formalidades innecesarias. Y así fomentar que el proceso se desarrolle bajo las condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. "

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: A **Página: 29**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 318-2023-JEF-OTI/UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento como sigue: LO SOLICITADO SE MUESTRA EN LOS ITEMS I, III, VI, Y SE AMPLIARA AÑADIENDO EQUIPOS DE LABORATORIO APLICADOS EN MINERIA. comité en pleno decide acoger la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Fabricación y/o Importación de módulos para laboratorio, Fabricación de Equipos de Acero Inoxidable para Laboratorios, equipos de laboratorio aplicados en minería

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SALDO DE EQUIPOS PARA BORATORIO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA METALURGIA Y DE MATERIALES PI CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA FACULTADES ARQUITECTURA INGENIERIA CIVIL ELECTRICA MINAS MECANICA METALURGIA Y SISTEMAS DE LA UNCP CIUDAD UNIVERSITARIA-HUANCAYO CON CUI N 2094328

Ruc/código :	20605046127	Fecha de envío :	23/05/2023
Nombre o Razón social :	UNIVERSO CIENTIFICO S.A.C.	Hora de envío :	18:49:30

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

A fin de poder sustentar fehacientemente las especificaciones técnicas solicitamos Acepten que en caso de necesitarse el postor pueda sustentar las especificaciones técnicas con Carta del fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** A **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 318-2023-JEF-OTI/UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento como sigue: SE ACLARA QUE EN CASO DE NECESITARSE EL POSTOR PUEDA SUSTENTAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON CARTA DEL FABRICANTE, EL POSTOR PUEDE PRESENTAR TAL DOCUMENTO comité aclara la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se aclara la consulta

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SALDO DE EQUIPOS PARA BORATORIO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA METALURGIA Y DE MATERIALES PI CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA FACULTADES ARQUITECTURA INGENIERIA CIVIL ELECTRICA MINAS MECANICA METALURGIA Y SISTEMAS DE LA UNCP CIUDAD UNIVERSITARIA-HUANCAYO CON CUI N 2094328

Ruc/código :	20604650322	Fecha de envío :	23/05/2023
Nombre o Razón social :	PROYECTOS INDUSTRIALES SUDAMERICANA S.A.C.	Hora de envío :	19:18:09

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

DIVISOR ROTATORIO DE MUESTRAS

Las bases solicitan: "Consiste en un tornamesa sobre el cual queda instalada un sistema circular giratorio de cuarteo compuesto de 12 capachos" Solicitar un tipo de estructura direccional a la compra de una marca en específico, limitando la participación de otros postores y contraviniendo la Ley de Contrataciones del Estado. Para una mayor participación de postores en la licitación solicitamos aceptar también un DIVISOR ROTATORIO DE MUESTRAS con la siguiente característica: " consiste en un soporte sobre el cual queda instalado un cabezal cónico de sistema circular giratorio de cuarteo compuesto de 10 canales de submuestras o según fabricante"

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 318-2023-JEF-OTI/UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento como sigue: SE ACLARA QUE SE DEBE RESPETAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO EN EL CUAL EL NRO DE CAPACHOS DEBEN SER 12 CAPACHOS EQUIGEOMÉTRICOS, comité aclara la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se aclara la consulta

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SALDO DE EQUIPOS PARA BORATORIO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA METALURGIA Y DE MATERIALES PI CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA FACULTADES ARQUITECTURA INGENIERIA CIVIL ELECTRICA MINAS MECANICA METALURGIA Y SISTEMAS DE LA UNCP CIUDAD UNIVERSITARIA-HUANCAYO CON CUI N 2094328

Ruc/código :	20604650322	Fecha de envío :	23/05/2023
Nombre o Razón social :	PROYECTOS INDUSTRIALES SUDAMERICANA S.A.C.	Hora de envío :	19:18:09

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:
PULVERIZADOR DE ANILLOS

Las bases solicitan: "Motor de de 2 HP, trifasica de 220V/380V/440V". Para una mayor participación de postores en la licitación solicitamos aceptar también un PULVERIZADOR DE ANILLOS con la siguiente característica: " Motor de 2 HP, Monofásico 200V-240V o según fabricante"

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 318-2023-JEF-OTI/UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento como sigue: SE ACLARA QUE EL EQUIPO DEBE SER TRIFASICO, comité aclara la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
aclara la consulta

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-UNCP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SALDO DE EQUIPOS PARA BORATORIO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA METALURGIA Y DE MATERIALES PI CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA FACULTADES ARQUITECTURA INGENIERIA CIVIL ELECTRICA MINAS MECANICA METALURGIA Y SISTEMAS DE LA UNCP CIUDAD UNIVERSITARIA-HUANCAYO CON CUI N 2094328

Ruc/código :	20604650322	Fecha de envío :	23/05/2023
Nombre o Razón social :	PROYECTOS INDUSTRIALES SUDAMERICANA S.A.C.	Hora de envío :	19:18:09

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

PULVERIZADOR DE ANILLOS

Las bases solicitan: "05 juegos de ollas pulverizadoras cada uno con dos anillos de diámetros distintos". Solicitamos aclarar si es informativo de los materiales de los sets de molienda o es un requerimiento como accesorios adicionales, si es así ¿los juegos de qué material requieren?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto el OFICIO N° 318-2023-JEF-OTI/UNCP, donde el área usuaria emite su pronunciamiento como sigue: SE ACLARA QUE EL JUEGO DE OLLAS DE MATERIAL ACERO INOXIDABLE EL QUE SE INCLUIRA EN LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, comité aclara la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

05 juegos de ollas pulverizadoras cada uno con dos anillos de diámetros distintos de material acero inoxidable