



GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
HOSPITAL GENERAL DE JAÉN
COMITÉ DE SELECCIÓN



ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 28-2024- HGJ
DERIVADA LICITACIÓN PUBLICA N°04-2024-HGJ

En, la ciudad de Jaén al 14 día del mes de noviembre del 2024, en el local de la Oficina de Logística del Hospital General de Jaén a las 15:00 horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante Resolución Directoral N°D260-2024-GR-CAJ-DRS-HGJ/DE, de Fecha 14 de junio del 2024: MC. JOSÉ JAVIER OLIVA RAMOS: presidente Titular, ING. OSWALDO MANUEL MORE SOTO: Primer Miembro Titular, C.P.C MILI BRIGITTE ZAQUINAULA QUIÑONES: Segundo Miembro Titular, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de **ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°28-2024-HGJ DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N°04-2024-HGJ**, cuyo objeto de convocatoria es **“ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO ANGIOGRAFO - TOMOGRAFO DE COHERENCIA OPTICA PARA LA BRECHA DE EJECUCION DEL PROYECTO CON CUI N° 2113029: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-2 DE JAEN - CAJAMARCA UPSS CONSULTA EXTERNA - UNIDAD CO-EJECUTORA HOSPITAL GENERAL DE JAEN”** “a fin de realizar la admisión, evaluación y calificación de las Ofertas:

Instalado el comité de selección en pleno se informa la relación de participantes inscritos a través del SEACE, siendo los siguientes:

| Nro. | RUC/Código | Nombre o Razón Social | Fecha de registro en el procedimiento | Estado |
|------|-------------|---|---------------------------------------|--------|
| 1 | 20168548916 | MEDICA DEL PACIFICO S.R.L. | 2024-10-24 11:38:17.0 | Válido |
| 2 | 20513441208 | LABOFTA S.A.C | 2024-10-25 14:45:54.0 | Válido |
| 3 | 20551771122 | SOLUCIONES Y SOPORTES TECNICOS S.A.C. S Y ST S.A.C. | 2024-10-25 17:41:56.0 | Válido |
| 4 | 20555048905 | VISUAL TECHNOLOGY S.A.C. | 2024-10-23 11:36:27.0 | Válido |
| 5 | 20607850799 | C Y R COMPANY MEDICAL E.I.R.L. | 2024-11-01 16:25:45.0 | Válido |

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, presentaron sus ofertas a través del SEACE los siguientes proveedores:

| Nro. | RUC/Código | Nombre o Razón Social | Fecha de registro | Hora de registro | Usuario de registro | Fecha de presentación | Hora de presentación | Estado de la propuesta | Estado |
|------|-------------|---|-------------------|------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|--------|
| 1 | 20555048905 | VISUAL TECHNOLOGY S.A.C. | 12/11/2024 | 20:35:58 | 20555048905 | 12/11/2024 | 20:36:23 | Enviado | Valido |
| 2 | 20551771122 | SOLUCIONES Y SOPORTES TECNICOS S.A.C. S Y ST S.A.C. | 12/11/2024 | 23:13:19 | 20551771122 | 12/11/2024 | 23:13:54 | Enviado | Valido |

2 registros encontrados, mostrando 2 registro(s), de 1 a 2. Página 1 / 1.

Acto seguido se procedió a revisar las OFERTAS presentadas, a fin de realizar la admisión, evaluación y calificación de las ofertas presentadas:





GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
HOSPITAL GENERAL DE JAÉN
COMITÉ DE SELECCIÓN



- a) Admisión de las ofertas: según lo establecido en el numeral 2.2.1 Documentación de presentación obligatoria 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta, del Capítulo II de las bases del procedimiento de selección:

A) ADMISION OFERTAS:

| DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA | VISUAL TECHNOLOGY S.A.C | SOLUCIONES Y SOPORTES TECNICOS S.A.C. S Y ST S.A.C |
|--|-------------------------|--|
| a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1) | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N°2) | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| d)Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3) | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| e) REGISTRO SANITARIO O CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO Para los equipos principales objeto de la convocatoria, según la normativa vigente de DIGEMID. (solo aplica para los equipos según Anexo III de las especificaciones técnicas). Dicho(s) registro(s) deben estar Vigente(s) a la fecha de presentación de propuestas, expedido por el Ministerio de Salud (DIGEMID), a nombre del postor o de terceros. Los datos expresados en la oferta presentada deben coincidir con los datos indicados en el Registro Sanitario del producto ofertado. Las empresas distribuidoras de productos nacionales o importados podrán presentar copia simple del Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario. No se aceptará expedientes en trámite para la obtención del Registro. Deben ser acreditados con copia simple del Registro Sanitario o certificado de Registro Sanitario vigente. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| f) CERTIFICADO DE SEGURIDAD ELECTRICA SEGÚN PROCEDENCIA: PARA EQUIPOS IMPORTADOS | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| g) HOJA DE PRESENTACIÓN DE PRODUCTO: para la verificación y acreditación del cumplimiento de las especificaciones técnicas de los equipos, los proveedores deberán presentar documentación técnica en formato libre emitida por el(los) fabricante(s) o fabricante legal (folletos, catálogos, manuales, hojas técnicas, brochure), que acredite el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos siendo estos resaltados, identificado y señalado con el numero o código del requerimiento técnico mínimo el que se encontrara enlazado al folio indicado en la hoja de presentación del producto que lo conforma, como se indican en las especificaciones técnicas adjuntas en las presentes Condiciones de Adquisición. Para especificaciones técnicas que no puedan ser acreditadas en folletos, catálogos, manuales, hojas técnicas, y/o brochare se acreditara con carta del fabricante en idioma español o traducida por traductor publico juramentado cabe señalar que el postor deberá indicar claramente el alcance de su oferta de manera precisa y legible dentro de los documentos técnicos de sustento. Para cuyo efecto deberán presentar la Hoja de Presentación del Producto, según el modelo indicado en el Anexo V. OBLIGATORIO | NO CUMPLE (*) | SI CUMPLE |
| a) Carta De Presentación Y/O Representación De La Marca Y/O Autorización De Distribución Del Representante | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| l) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4) | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| m)Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5) | No corresponde | No corresponde |
| n) El precio de la oferta en SOLES Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6. | SI CUMPLE | SI CUMPLE |
| DOCUMENTOS DE PRESENTACION FACULTATIVA¹ | | |
| a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad. | No corresponde | No corresponde |
| ESTADO | NO ADMITIDO | ADMITIDO |

NOTA:

(*) El postor VISUAL TECHNOLOGY S.A.C, NO CUMPLE, según lo siguiente:

- Para la especificación técnica B14: CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EN OTROS MEDIOS DIGITALES DVD/CD/USB, en el folio 47 sustenta como requisitos mínimos del sistema informático CD/DVD Grabable, sin embargo, el equipo ofertado (Computadora Todo en Uno HP EliteOne 840 G9 (8X3R7LA) en los folios 112, 113, este no cuenta con CD/DVD Grabable incorporado, asimismo tampoco ha sido ofertado con CD/DVD portátil.





GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
HOSPITAL GENERAL DE JAÉN
COMITÉ DE SELECCIÓN



B) EVALUACION DE OFERTAS

| FACTORES DE EVALUACIÓN | SOLUCIONES Y SOPORTES TECNICOS S.A.C. - S Y ST S.A.C |
|---|---|
| A) PRECIO: 97 Puntos | 97 |
| Acreditación: Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 06) VALOR REFERENCIAL S/. 838,948.19 | S/. 493,082.00 |
| B) PLAZO DE ENTREGA: 2 puntos | 2 puntos |
| De 30 hasta 45 días calendario: | 45 días calendarios |
| C) INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA | 0 |
| Presenta Certificado ISO 37001:1 puntos No presenta Certificado ISO 37001:0 puntos | 0 |
| PUNTAJE TOTAL DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN: | 99 |
| Bonificación 5% REMYPE | 0 |
| PUNTAJE FINAL: | 99 |
| ORDEN DE PRELACION | 1 |





GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
HOSPITAL GENERAL DE JAÉN
COMITÉ DE SELECCIÓN



C) Calificación:

| | |
|--|--|
| ORDEN DE PRELACION | 1 |
| CAPACIDAD LEGAL | SOLUCIONES Y SOPORTES TECNICOS S.A.C. S Y ST S.A.C |
| C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD | |
| <p><u>Requisitos:</u> El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 1,677,896.38 (Un Millón Seiscientos Setenta y Siete Mil Ochocientos Noventa y Seis y 38/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/209,737.00</p> <p>Se consideran bienes similares a los siguientes: Tomógrafo Oftalmoscopio y/o ecógrafo oftalmológico y/o Microscopio Especular y/o Biometro y/o Paquimetro Equipos médicos Oftalmológicos</p> | SI CUMPLE |
| EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE | |
| <p><u>Del personal clave para la instalación:</u></p> <p>Dos (02) años de experiencia como mínimo en: mantenimiento preventivo de equipos médicos y/o mantenimiento correctivo de equipos médicos y/o mantenimiento preventivo y correctivo de equipos médicos y/o mantenimiento y reparación de equipos médicos como: Tomógrafo Oftalmoscópico y/o ecógrafo oftalmológico y/o Microscopio Especular y/o Biometro y/o Paquimetro, equipos con tecnología de laser eximer para oftalmología y/o equipos médicos oftalmológicos</p> | SI CUMPLE |
| ESTADO | CALIFICADO |
| ORDEN DE PRELACION FINAL | 1 |

Sin otro particular, el presidente levanta la sesión y se procede a firmar el acta, el día 14 de noviembre a las 17:00 horas del presente día.

MC. José Javier Oliva Ramos
Presidente Titular

Ing. Oswaldo Manuel More Soto
Primer Miembro Titular

CPC. Mili Brigitte Zaquinaula Quiñones
Segundo Miembro Titular