



GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES Y LOS HOMBRES"
"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"



INFORME N° 154 - 2024-GRA/GRS/GR-RSAC-D-OA-LOG-ADQ-COMIT SELEC-AS004-2024

Stamp: GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA, DIRECCION REGIONAL DE SALUD AREQUIPA - CAYLLOMA, SECRETARIA DE LOGISTICA. Date: 02 ABR 2024. Folio: 03 of 36. Firm: [Signature]

A : DR. JULIO CESAR CASTILLO FERNANDEZ
Director Ejecutivo de la Red de Salud Arequipa Caylloma
ASUNTO : DECLARATORIA DE DESIERTO
REF. : ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-RPSA-1 "ADQUISICION DE TERMOMETRO DIGITAL Y VERTICAL PARA TERMO PORTA VACUNA"
FECHA : Arequipa, 02 de abril del 2024

Mediante el presente me dirijo a usted para saludarla cordialmente y a su vez informar lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

- Que con fecha 13 de marzo del presente se lleva a cabo la convocatoria a través de la plataforma del SEACE.
- Que una vez publicado el procedimiento de selección en la plataforma del SEACE, de acuerdo al cronograma, se registraron los siguientes participantes.

Table with 5 columns: Nro., RUC/Código, Nombre o Razón Social, Fecha de registro en el procedimiento, Estado, Fecha de registro. Contains 13 rows of participant data.

- Así mismo a su vez, según cronograma establecido para el presente procedimiento de selección en la etapa de presentación de ofertas y se obtuvo lo siguiente:

Form titled 'Presentación de ofertas/expresión de interés'. Includes fields for 'Entidad convocante', 'Nomenclatura', 'Nro de convocatoria', 'Objeto de contratación', and 'Descripción del objeto'. Includes a table for 'Oferta' with columns for RUC/Código, Nombre o Razón Social, Fecha Presentación, Hora Presentación, and Forma de presentación.

Como se puede observar se cuenta con una (01) sola oferta, para lo cual se procedió a la verificación del cumplimiento de la documentación solicitada en las bases establecidas y se obtuvo los siguientes cuadros de calificación:

www.redperiferica.aqp.gob.pe

AREQUIPA SOMOS TODOS

Av. Independencia con Paucarpata, Edificio Héroes Anónimos, bloque E N° 600 interior N° 424
T. 054-200823 - 206777 - 202279

**REVISIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TERMOMETRO DIGITAL PARA TERMO PORTAVACUNA**

	REQUERIMIENTO RED	PROVEEDOR LABMEDIC SAFE EIRL
PRECIO POR UNIDAD	S/ 54.75	
MONTO	S/ 48,618.00	
CANTIDAD	888	EUROTECH SH-144 (Folio N°11)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	<input type="checkbox"/> Lectura de temperatura: Con pantalla digital, calibrado en grados Celsius con lectura decimal.	SI
	<input type="checkbox"/> Lectura de tiempo: Con pantalla digital, que registre el tiempo en horas y minutos	NO
	<input type="checkbox"/> Lectura de humedad: Con pantalla digital, que registre humedad.	NO
	<input type="checkbox"/> Comandos de control: Botones de temperaturas máximas, mínima y reseteo ubicados en la cara anterior.	SI
	<input type="checkbox"/> *Sensor externo de temperatura: Bulbo sensor externo de temperatura a prueba de humedad de extensión mínimo de 1.50m <b>que se pueda introducir al puerto de entrada de sensor en el termómetro digital</b>	NO
	<input type="checkbox"/> Alarma: El termómetro digital debe de contar con alarma de temperatura audible <b>(opcional)</b> , programable con dos temperaturas mínimo <0°C y >8°C	SI
	<input type="checkbox"/> Fuente de energía: Pilas tamaño doble AA o triple AAA	SI
	<input type="checkbox"/> Embalaje primario: De acuerdo a lo estipulado dentro de su ficha técnica	NO SE PUEDE VERIFICAR
CONSIDERACIONES	<input type="checkbox"/> Accesorio: 01 sensor externo de temperatura *adicional	NO
	PLAZO DE ENTREGA 05 DIAS CALENDARIO	4 DIAS CALENDARIO
	EXPERIENCIA	SI
	GARANTIA 24 MESES	NO SE EVIDENCIA
	RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS	NO SE EVIDENCIA

**REVISIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TERMOMETRO VERTICAL PARA TERMO PORTAVACUNA**

	REQUERIMIENTO RED	LABMEDIC SAFE EIRL
PRECIO POR UNIDAD	S/ 12.76	
MONTO	S/ 11,329.50	
CANTIDAD	455	BOECO MODELO ZL-149 (Folio N°10)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	<input type="checkbox"/> Modelo vertical	SI
	<input type="checkbox"/> Base en acrílico del cuerpo total del termómetro	SI
	<input type="checkbox"/> Bulbo sensor de alcohol en vidrio	SI
	<input type="checkbox"/> Protector del bulbo en material antioxidante y resistente	SI
	<input type="checkbox"/> Escala de temperatura entre -10°C a +50°C	SI
	<input type="checkbox"/> Tipo de escala grados Celsius	SI
	<input type="checkbox"/> Graduación grado por grado	SI
	<input type="checkbox"/> Escala de seguridad señalizada entre +2°C y +8°C	SI
	<input type="checkbox"/> Dimensiones: aproximadamente de 15 cm de largo x 2 cm de base x 0.6 cm de altura	SI
	<input type="checkbox"/> Embalaje primario: De acuerdo a lo estipulado dentro de su ficha técnica.	SI
CONSIDERACIONES	PLAZO DE ENTREGA 05 DIAS CALENDARIO	4 DIAS CALENDARIO
	EXPERIENCIA	SI
	GARANTIA 24 MESES	NO SE EVIDENCIA
	RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS	NO SE EVIDENCIA

Como se visualiza en la oferta presentada hay observaciones debido a que los ofertantes no cumplen al 100 % los requisitos en su totalidad, es por ello que se dan por NO ADMITIDA.

II. ANALISIS Y/ CONSIDERACIONES



# GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES Y LOS HOMBRES"  
"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

- Que de acuerdo al numeral 65.1 del artículo 65 del reglamento de la ley de contrataciones, indica lo siguiente:

El procedimiento queda desierto cuando no se recibieron ofertas o cuando no exista ninguna oferta válida, salvo en el caso de la Subasta Inversa Electrónica en que se declara desierto cuando no se cuenta con dos (2) ofertas válidas.

### III. CONCLUSION

- Que se Declara DESIERTO el presente procedimiento de selección debido a los motivos ya mencionados tanto en el antecedente como en el análisis del presente documento y de acuerdo a reunión sostenida entre Comité de Selección, donde en amparo al numeral 46.1 y 46.3 del Artículo 46 Quórum, acuerdo y responsabilidad del Reglamento de la Ley de Contrataciones donde se indica que:

El comité de selección actúa en forma colegiada y es autónomo en sus decisiones, las cuales no requieren ratificación alguna por parte de la Entidad. Todos los miembros del comité de selección gozan de las mismas facultades, no existiendo jerarquía entre ellos. Sus integrantes son solidariamente responsables por su actuación, salvo en relación a los actos por los cuales aquellos hayan señalado en el acta correspondiente su voto discrepante.

Los acuerdos que adopte el comité de selección y los votos discrepantes, con su respectiva fundamentación, constan en actas que son suscritas por estos, las que se incorporan al expediente de contratación. A solicitud del miembro respectivo, si en la fundamentación de su voto este ha hecho uso de material documental, el mismo queda incorporado en el expediente de contratación.

Que se haga traslado de la presente a la Dirección Ejecutiva para que a través de este el Director Ejecutiva tome el conocimiento correspondiente del caso.

Es todo cuanto informe a Ud. para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA GERENCIA REGIONAL DE SALUD RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA  <i>[Signature]</i> Lic. Diana Yamile C. Bejarano Diaz RESPONSABLE DE CADENA DE FRIO	
<b>NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN</b>	
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA GERENCIA REGIONAL DE SALUD RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA  <i>[Signature]</i> Lic. Erika Salcedo Gómez COORDINADORA PROGRAMAS PRESUPUESTALES	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA GERENCIA REGIONAL DE SALUD RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA  <i>[Signature]</i> Christian César González Jiménez RESPONSABLE DEL SUB PROCESO DE ADQUISICIONES
<b>NOMBRE Y FIRMA DEL PRIMER MIEMBRO</b>	<b>NOMBRE Y FIRMA DEL SEGUNDO MIEMBRO</b>

c.c. archivo

Doc. Sisgado: **6798207**

Exp sisgado: **4256652**

TOTAL FOLIOS (03)

[www.redperiferica.aqp.gob.pe](http://www.redperiferica.aqp.gob.pe)

AREQUIPA SOMOS TODOS

Av. Independencia con Paucarpata, Edificio  
Héroes Anónimos, bloque E N° 600 interior  
N° 424  
T. 054-200823 - 206777 - 202279