

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SESAN/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL, DISPOSITIVOS MEDICOS, INSUMOS Y CONEXOS MEDICOS GENERALES PARA PACIENTES DE EMERGENCIA Y HOSPITALIZADOS DISCAPACITADOS, DEFENSORES DE LA PATRIA, SENTENCIA JUDICIAL Y PERSONAL DEL SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO SIN FICHA TÉCNICA PP-0135

Ruc/código :	20546950396	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO D Y S S.R.L.	Hora de envío :	17:41:00

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Señores del Comité, observamos que para los SUB ITEMS 1, 119, 120 y 121, solicitan que las Gasas cuenten con "bordes ocultos". Ante ello, solicitamos a la Entidad suprimir dicha característica para los SUB ITEMS mencionados, con el fin de no limitar la participación de los postores en el presente procedimiento.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comité de Selección en coordinación con el área usuaria NO ACEPTA su consulta, para los sub ítems N° 1, 119, 120 y 121, en vista de que las posibles hebras, rebabas u otros que pueden desprenderse de las gasas, por no tener bordes, podrían generar dificultades al momento de realizar curaciones incluso llegar hasta infecciones cuando se use en otros procedimientos quirúrgicos.

NOTA: Esta Consulta NO genera cambios en las Bases Integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SESAN/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL, DISPOSITIVOS MEDICOS,INSUMOS Y CONEXOS MEDICOS GENERALES PARA PACIENTES DE EMERGENCIA Y HOSPITALIZADOS DISCAPACITADOS, DEFENSORES DE LA PATRIA, SENTENCIA JUDICIAL Y PERSONAL DEL SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO SIN FICHA TÉCNICA PP-0135

Ruc/código :	20546950396	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO D Y S S.R.L.	Hora de envío :	17:41:00

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Señores del Comité, solicitamos que para el SUB ITEM N°1.46, acepte también la presentación de la SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 0 C/A "3/8 CÍRCULO CORTANTE 35 mm X 75 cm". Con el fin de tener una mayor pluralidad de marcas y no limitar la participación de los postores en el presente procedimiento de selección.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comité de Selección en coordinación con el área usuaria NO ACEPTA su consulta, para el sub Ítem N° 46: SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 0 C/A 1/2 CÍRCULO CORTANTE 35 mm X 75 cm, en vista de que el producto solicitado es para cirugías cardíacas y el tamaño así como la forma de la aguja ayuda a realizar los procedimientos con mayor facilidad.

NOTA: Esta Consulta NO genera cambios en las Bases Integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	FUERZA AEREA DEL PERU
Nomenclatura :	AS-SM-3-2024-SESAN/FAP-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE MATERIAL, DISPOSITIVOS MEDICOS,INSUMOS Y CONEXOS MEDICOS GENERALES PARA PACIENTES DE EMERGENCIA Y HOSPITALIZADOS DISCAPACITADOS, DEFENSORES DE LA PATRIA, SENTENCIA JUDICIAL Y PERSONAL DEL SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO SIN FICHA TÉCNICA PP-0135

Ruc/código :	20546950396	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO D Y S S.R.L.	Hora de envío :	17:41:00

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Señores del Comité, solicitamos que para el SUB ITEM N°1.28, acepte también la presentación de la SUTURA DE ACERO INOXIDABLE MONOFILAMENTO 5 C/4A 1/2 CIRCULO REDONDA CON PUNTA CORTANTE 50 MM 4 X 45 MM. Con el fin de tener una mayor pluralidad de marcas y no limitar la participación de los postores en el presente procedimiento de selección.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6 **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comité de Selección en coordinación con el área usuaria ACEPTA su consulta, para el internamiento del sub Ítem N° 28.

Dice: sub Ítem N° 28: SUTURA ACERO INOXIDABLE MONOFILAMENTO 5 C/A 1/2 CIRCULO CORTANTE 50 mm X 45 cm

Debe decir: sub Ítem N° 28: SUTURA DE ACERO INOXIDABLE MONOFILAMENTO 5 C/4A 1/2 CIRCULO REDONDA CON PUNTA CORTANTE 50 MM 4 X 45 CM.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

sub Ítem N° 28: SUTURA DE ACERO INOXIDABLE MONOFILAMENTO 5 C/4A 1/2 CIRCULO REDONDA CON PUNTA CORTANTE 50 MM 4 X 45 CM.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SESAN/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL, DISPOSITIVOS MEDICOS,INSUMOS Y CONEXOS MEDICOS GENERALES PARA PACIENTES DE EMERGENCIA Y HOSPITALIZADOS DISCAPACITADOS, DEFENSORES DE LA PATRIA, SENTENCIA JUDICIAL Y PERSONAL DEL SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO SIN FICHA TÉCNICA PP-0135

Ruc/código :	20546950396	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO D Y S S.R.L.	Hora de envío :	17:41:00

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Señores del Comité, solicitamos que para el SUB ITEM N°105, acepte también que el ELECTRODO DISCO AUTOADHESIVO sea de forma REDONDA y con DIAMETRO DE 43 MM. Pues las especificaciones técnicas descritas en las Bases estaría siendo direccionada hacia determinadas marcas que cuentan con la forma CUADRADA y de diámetros de 55 mm. Con el fin de tener una mayor pluralidad de marcas y de no limitar la participación de los postores en el presente procedimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comité de Selección en coordinación con el área usuaria ACEPTA su consulta, para el internamiento del sub Ítem N° 105.

Dice: sub Ítem N° 105:ELECTRODO DISCO AUTOADHESIVO DESCARTABLE PARA ECG ADULTO
Debe decir: sub Ítem N° 105:ELECTRODO DISCO AUTOADHESIVO DESCARTABLE PARA ECG ADULTO de forma REDONDA con DIAMETRO DE 43 MM

NOTA: Esta Consulta SI genera cambios en las Bases Integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

sub Ítem N° 105:ELECTRODO DISCO AUTOADHESIVO DESCARTABLE PARA ECG ADULTO de forma REDONDA con DIAMETRO DE 43 MM

Entidad convocante :	FUERZA AEREA DEL PERU
Nomenclatura :	AS-SM-3-2024-SESAN/FAP-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE MATERIAL, DISPOSITIVOS MEDICOS,INSUMOS Y CONEXOS MEDICOS GENERALES PARA PACIENTES DE EMERGENCIA Y HOSPITALIZADOS DISCAPACITADOS, DEFENSORES DE LA PATRIA, SENTENCIA JUDICIAL Y PERSONAL DEL SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO SIN FICHA TÉCNICA PP-0135

Ruc/código :	20546950396	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO D Y S S.R.L.	Hora de envío :	17:41:00

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Señores del Comite, observamos que para los SUB ITEMS 23 y 24, solicitan que las Sondas de 3 vias, cuente con una "capacidad de insuflarse no menor a 75 cc". Ante ello, solicitamos que se modifique dicha capacidad del balón mínima a un rango de "30-50 cc". Con el fin de tener una mayor pluralidad de marcas y no limitar la participación de los postores en el presente procedimiento.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comité de Selección en coordinación con el área usuaria ACEPTA su consulta, para el internamiento de los sub ítems N° 23 y 24.

Dice: Sub Ítems N°23 y 24 SONDA VESICAL TIPO FOLEY 3 VÍAS

Debe decir: Sub Ítems N°23 y 24 SONDA VESICAL TIPO FOLEY 3 VÍAS con capacidad de balón mínimo a un rango de "30-50cc"

NOTA: Esta Consulta SI genera cambios en las Bases Integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Sub Ítems N°23 y 24 SONDA VESICAL TIPO FOLEY 3 VÍAS con capacidad de balón mínimo a un rango de "30-50cc"

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SESAN/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL, DISPOSITIVOS MEDICOS, INSUMOS Y CONEXOS MEDICOS GENERALES PARA PACIENTES DE EMERGENCIA Y HOSPITALIZADOS DISCAPACITADOS, DEFENSORES DE LA PATRIA, SENTENCIA JUDICIAL Y PERSONAL DEL SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO SIN FICHA TÉCNICA PP-0135

Ruc/código :	20546950396	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO D Y S S.R.L.	Hora de envío :	17:41:00

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Señores del Comité, solicitamos que para los SUB ITEMS 20, 21, 22, 23 y 24. Se acepte como sustituto a la características de "apirogenos" por Endotoxinas bacterianas menor a 20 UE/dispositivo pues se encuentra dentro de los límites permitidos por los estándares internacionales, como la farmacopea europea y la USP. Con el fin de tener una mayor pluralidad de marcas y no limitar la participación de los postores en el presente procedimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comité de Selección en coordinación con el área usuaria ACEPTA su consulta, para el internamiento de los sub ítems N° 20, 21, 22, 23 y 24 .

Dice: sub Ítems N° 20, 21, 22, 23 y 24 de SONDA VESICAL TIPO FOLEY
Debe decir: sub Ítems N° 20, 21, 22, 23 y 24 de SONDA VESICAL TIPO FOLEY la composición "Endotoxinas bacterianas menor a 20 UE/dispositivo".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

sub Ítems N° 20, 21, 22, 23 y 24 de SONDA VESICAL TIPO FOLEY la composición "Endotoxinas bacterianas menor a 20 UE/dispositivo".

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SESAN/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL, DISPOSITIVOS MEDICOS,INSUMOS Y CONEXOS MEDICOS GENERALES PARA PACIENTES DE EMERGENCIA Y HOSPITALIZADOS DISCAPACITADOS, DEFENSORES DE LA PATRIA, SENTENCIA JUDICIAL Y PERSONAL DEL SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO SIN FICHA TÉCNICA PP-0135

Ruc/código :	20546950396	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO D Y S S.R.L.	Hora de envío :	17:41:00

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Señores del Comité, con respecto al SUB ITEM 4, solicitamos se acepte también la presentación de "HILO MARCAPASO 25 MM X 60 MM". Con el fin de tener una mayor pluralidad de marcas y no limitar la participación de los postores en el presente procedimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comité de Selección en coordinación con el área usuaria ACEPTA su consulta, para el internamiento del sub Ítem N° 4:

Dice: sub Ítem N° 4 HILO MARCAPASO 26 MM X 60 MM
Debe decir: sub Ítem N° 4 HILO MARCAPASO 25 MM X 60 MM

NOTA: Esta Consulta SI genera cambios en las Bases Integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

sub Ítem N° 4 HILO MARCAPASO 25 MM X 60 MM

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-SESAN/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL, DISPOSITIVOS MEDICOS,INSUMOS Y CONEXOS MEDICOS GENERALES PARA PACIENTES DE EMERGENCIA Y HOSPITALIZADOS DISCAPACITADOS, DEFENSORES DE LA PATRIA, SENTENCIA JUDICIAL Y PERSONAL DEL SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO SIN FICHA TÉCNICA PP-0135

Ruc/código :	20546950396	Fecha de envío :	01/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO D Y S S.R.L.	Hora de envío :	17:41:00

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Señores del Comité, para los SUB ITEMS 60 y 61, observamos que en las características solicitan que cuente con "punzon punta roma". Ante ello, solicitamos se acepte también que los trocares cuenten con "Punzon retractil, punta con cuchilla". Con el fin de tener una mayor pluralidad de postores y no limitar la participación de los postores en el presente procedimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comité de Selección en coordinación con el área usuaria NO ACEPTA su consulta, para los sub ítems N° 60 y 61, en vista de que las características "punzón punta roma" de los productos solicitados evitan los posibles cortes y/o daños a tejidos no deseados al momento del procedimiento quirúrgico.

NOTA: Esta Consulta NO genera cambios en las Bases Integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null