

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-139-2024-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE CINCO (05) EQUIPOS DE RAYOS X DIGITALES SIEMENS DEL HOSPITAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS

Ruc/código : 20540726788

Nombre o Razón social : STEFANO & MASA S.A.C.

Fecha de envío : 06/01/2025

Hora de envío : 17:17:42

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Respecto a los tiempos de reparación del equipo en caso se requiera repuestos, es menester precisar que no se ha especificado el plazo si dicho repuesto requiere importación.

Sobre el particular, es de vital importancia señalar este plazo debido a la antigüedad de los equipos, ya que muchas de las demandas de partes/repuestos/componentes solo pueden ser satisfechas por proveedores extranjeros, y los tiempos que se manejan bajo esos alcances son sensiblemente mayores a los consignados en las Bases.

Dicho esto, los 10 días establecidos en las Bases, solo serían aplicables en caso dicho repuesto se encontrara en el mercado local; de no ser así, y el repuesto requiriese importación, el plazo debería oscilar entre 15 y 20 días.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Literal: Página:

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, en caso se requiera importación de repuestos, previo sustento por parte del contratista, se considerará un plazo máximo de hasta 15 días, por lo tanto, se adecuarán los términos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el Anexo N° 5, , punto 4, se modificará:

En caso el repuesto requiera importación previo sustento del contratista se otorgará un plazo de 15 días calendario

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
AS-SM-139-2024-ESSALUD-RPR-1
1
Servicio
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE CINCO (05) EQUIPOS DE RAYOS X DIGITALES SIEMENS DEL HOSPITAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS

Ruc/código :	20540726788	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	STEFANO & MASA S.A.C.	Hora de envío :	17:17:42

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:
Solicitamos detallar el estado operacional de los equipos; ya sea operativo regular, con limitaciones, o si se presenta algún error que sea factible de mencionar. Lo anterior, con el objeto de anteponer posibles soluciones y/o diagnósticos que resultaran necesarios y/o modificaciones varias al valor de nuestra oferta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Literal: Página:

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, con respecto a los equipos. A la fecha los equipos se encuentran en estado Operativo Regular debido a que han superado su tiempo de vida útil así mismo tienen alta demanda de uso. El equipo Arcadis Avantic con código patrimonial 01086950 algunas veces muestra "error diafragma de raura" al encender el equipo. El equipo Arcadis Varic con código patrimonial 00888117 fue trasladado al CAP III San Juan de Miraflores (Urb. San Juan-Zona E-San Juan de Miraflores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-139-2024-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE CINCO (05) EQUIPOS DE RAYOS X DIGITALES SIEMENS DEL HOSPITAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS

Ruc/código :	20605400524	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	ESPECIALISTAS EN EQUIPOS MEDICOS S.A.C.	Hora de envío :	21:18:34

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Indica:

Requisitos:

"..Asimismo, dotará a su personal de equipos de protección personal (Ver Anexo A) los cuales serán utilizados obligatoriamente durante la prestación del servicio, para evitar el contacto con agentes contaminantes que podrían afectar su integridad física o deteriorar la eficiencia del trabajo."

Solicitamos al comité de selección, precisar los equipos de protección personal requeridos ya que en los términos de referencia no figura el Anexo A.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.2.1 Literal: - Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se incorporará el Anexo A

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se añade el Anexo A a las bases

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-139-2024-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE CINCO (05) EQUIPOS DE RAYOS X DIGITALES SIEMENS DEL HOSPITAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS

Ruc/código :	20605400524	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	ESPECIALISTAS EN EQUIPOS MEDICOS S.A.C.	Hora de envío :	21:18:34

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Indica:
CODIGO PATRIMONIAL 00888117, ESTADO OPERATIVO MALO POR REPARAR.

Solicitamos al comité de selección, precisar el estado situacional actual de dicho equipo, indicar por favor los síntomas y/o mensajes de error reportados.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: ANEXO 1 Literal: ITEM 4 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se actualizarán los términos de referencia. El estado del equipo a la fecha es Operativo Regular.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el Anexo N° 1, se modificará:
CODIGO PATRIMONIAL 00888117 EQUIPO DE RAYOS X Arco en C-vascular, Estado: Operativo Regular

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-139-2024-ESSALUD-RPR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE CINCO (05) EQUIPOS DE RAYOS X DIGITALES SIEMENS DEL HOSPITAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS

Ruc/código :	20605400524	Fecha de envío :	06/01/2025
Nombre o Razón social :	ESPECIALISTAS EN EQUIPOS MEDICOS S.A.C.	Hora de envío :	21:18:34

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Indica:
"EXPERIENCIA DEL POSTOR
Requisitos:

En el caso de postores que declaren en el Anexo N.º 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/.90,000.00 (Noventa mil con 00/100 soles), por la venta de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.¿
Se consideran servicios similares a los siguientes: Mantenimiento de equipos Tomografos y/o Angiografos y/o equipos de rayos X arco en C "

Solicitamos al comité de selección, con la finalidad de fomentar una mayor pluralidad de postores considerar también en equipos similares a EQUIPOS DE RAYOS X DIGITAL en general, no solo de la marca Siemens.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, con respecto a la experiencia del postor, que con el fin de permitir mayor cantidad de participantes se incorporará en los términos de referencia que la experiencia del postor también sea considerada los equipos de rayos x digital. En cuanto a la marca, los términos de referencia no especifican que esta sea en la marca Siemens por lo que se considerará cualquier otra marca.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se añade a los servicios similares en la sección C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:
Se consideran servicios similares a los siguientes: Mantenimiento de equipos Tomógrafos y/o Angiografos y/o equipos de rayos X arcos en c y/o Equipos de Rayos X Digital.