

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-HEVES-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : REQUERIMIENTO ANUAL DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LA ESPECIALIDAD DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN CLÍNICA QUIRÚRGICA DE LA UNIDAD DE CIRUGÍA DEL ADULTO

Ruc/código : 20602083048

Fecha de envío : 13/09/2023

Nombre o Razón social : VORTROM PERU S.A.C. - VORTROM S.A.C.

Hora de envío : 18:17:52

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

CON RESPECTO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EN EL ITEM 06 (PAG.38) SET DE CLAVO INTRAMEDULAR DE TITANIO BLOQUEADO PARA TIBIA X 6 PIEZAS, SE SOLICITA AL COMITÉ SI SE PUEDE INCLUIR QUE EL SET DE CLAVO INTERMEDULAR DE TITANIO BLOQUEADO PARA TIBIA PUEDA SER DESDE 6 A 10 PIEZAS, RESPETANDO Y FOMENTADO EL PRINCIPIO DE PLURALIDAD DE LOS PARTICIPANTES .

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** V. ITEM 06      **Página:** 38

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria (NOTA INFORMATIVA N° 819-2022-SHCQ/UHC-DAAyH-HEVES), ACEPTA LA CONSULTA, por lo que se considerará de la siguiente forma:

ITEM N° 06 - SET DE CLAVO INTRAMEDULAR DE TITANIO BLOQUEADO PARA TIBIA X 6 PIEZAS, o SE ACEPTARÁ TAMBIÉN SET DE CLAVO INTRAMEDULAR DE TITANIO BLOQUEADO PARA TIBIA desde 6 a 10 PIEZAS

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

ITEM 06

SE ACEPTARÁ TAMBIÉN SET DE CLAVO INTRAMEDULAR DE TITANIO BLOQUEADO PARA TIBIA desde 6 a 10 PIEZAS

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-HEVES-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : REQUERIMIENTO ANUAL DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LA ESPECIALIDAD DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN CLÍNICA QUIRÚRGICA DE LA UNIDAD DE CIRUGÍA DEL ADULTO

Ruc/código : 20100962439

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Fecha de envío : 14/09/2023

Hora de envío : 11:24:19

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

En la página 37 de las bases sobre las Especificaciones técnicas del ítem N°5 producto " SET DE CLAVO ELASTICO DE TITANIO PARA FEMUR X 4 PIEZAS ", solicitan Dimensiones: Diámetro indica 1.5MM, 2.0MM, 2.5MM, 3.0MM, 3.5MM, 4.0MM, SOLICITAMOS al Comité nos permita ofertar diámetros de 2.0MM, 2.5MM, 3.0MM, 3.5MM, 4.0MM, considerando que cumple con las mismas funciones.

Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participación y competitividad

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** EETT    **Literal:** ITEM 5    **Página:** 37

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria (NOTA INFORMATIVA N° 819-2022-SHCQ/UHC-DAAyH-HEVES), NO ACEPTA LA CONSULTA, debido a que se requiere SET DE CLAVO ELÁSTICO DE TITANIO PARA FEMUR X 4 PIEZAS, desde 1.5 mm de diámetro, para uso en caso de fracturas en niños que cuenten con diámetros de canal endomedular muy angosto.

Además, según revisión de indagación de mercado existe pluralidad de postores que cumplen con lo requerido

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NO CORRESPONDE

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-HEVES-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : REQUERIMIENTO ANUAL DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LA ESPECIALIDAD DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN CLÍNICA QUIRÚRGICA DE LA UNIDAD DE CIRUGÍA DEL ADULTO

Ruc/código : 20100962439

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Fecha de envío : 14/09/2023

Hora de envío : 11:24:19

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

En la página 39 de las bases sobre las Especificaciones técnicas del ítem N°7 producto "SET DE PLACA DE ANGULADA DHS 135° X 11 PIEZAS", solicitan Dimensiones Placa DHS 135° de 3 a 20 agujeros , SOLICITAMOS al Comité nos permita ofertar dimensiones placa DHS 135° 3 a 12 agujeros , considerando que cumple con las mismas funciones. Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participación y competitividad

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** EETT      **Literal:** ITEM 7      **Página:** 39

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria (NOTA INFORMATIVA N° 819-2022-SHCQ/UHC-DAAyH-HEVES), ACEPTA LA CONSULTA PARCIALMENTE , por lo que se considerará de la siguiente forma:

ítem N°7

SET DE PLACA DE ANGULADA DHS 135° X 11 PIEZAS, Dimensiones Placa DHS 135° de 3 a 20 agujeros O TAMBIÉN SE ACEPTARÁ

Dimensiones placa DHS 135°, desde 3 a 12 agujeros.

TAMBIÉN SE ACEPTARÁ dimensiones desde 3 a 14-16-18 agujeros

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

ítem N°7

O TAMBIÉN SE ACEPTARÁ

Dimensiones placa DHS 135°, desde 3 a 12 agujeros.

O TAMBIÉN SE ACEPTARÁ dimensiones desde 3 a 14-16-18 agujeros

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-HEVES-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : REQUERIMIENTO ANUAL DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LA ESPECIALIDAD DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN CLÍNICA QUIRÚRGICA DE LA UNIDAD DE CIRUGÍA DEL ADULTO

Ruc/código : 20100962439

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Fecha de envío : 14/09/2023

Hora de envío : 11:24:19

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

En la página 39 de las bases sobre las Especificaciones técnicas del ítem N°7 producto "SET DE PLACA DE ANGULADA DHS 135° X 11 PIEZAS", solicitan Dimensiones: Longitud del cilindro: 25mm y 38mm o cilindro de 30mm, SOLICITAMOS al Comité nos permita ofertar Longitud del cilindro: 33mm, considerando que cumple con las mismas funciones. Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participación y competitividad

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** EETT    **Literal:** ITEM 7    **Página:** 39

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria (NOTA INFORMATIVA N° 819-2022-SHCQ/UHC-DAAyH-HEVES), NO ACEPTA LA CONSULTA, debido a que se requiere 02 longitudes del cilindro, para el adecuado uso según el tipo de fractura, la consulta propuesta referente a la Longitud del cilindro es de sólo de 33mm.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NO CORRESPONDE

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-HEVES-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : REQUERIMIENTO ANUAL DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LA ESPECIALIDAD DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN CLÍNICA QUIRÚRGICA DE LA UNIDAD DE CIRUGÍA DEL ADULTO

Ruc/código :	20100962439	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	NEWSON S.A.	Hora de envío :	11:24:19

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

En la página 48 de las bases sobre las Especificaciones técnicas del ítem N°12 producto " SET PLACA LCP ANGULO VARIABLE DE 2.7/3.5 PARA OLECRANON DE TITANIO X 10 PIEZAS ", en la descripción técnica solicitan: placa de osteosíntesis para olecranon con sistema de bloqueo 2.7/3.5 mm angulo variable, SOLICITAMOS al Comité nos permita ofertar placa de osteosíntesis para olecranon con sistema de bloqueo 3.5 angulo fijo.

Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participación y competitividad

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** EETT    **Literal:** ITEM 12    **Página:** 48

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria (NOTA INFORMATIVA N° 819-2022-SHCQ/UHC-DAAyH-HEVES), NO ACEPTA LA CONSULTA. Se requiere placa de osteosíntesis para olecranon con sistema de bloqueo 2.7/3.5 mm angulo variable ( para el uso en caso de fracturas complejas, multifragmentarias con pequeños fragmentos e inestables).

La consulta propuesta referente a placa de osteosíntesis para olecranon con sistema de bloqueo 3.5 angulo fijo, NO permitiría obtener una fijación y estabilización satisfactoria en caso de fracturas multifragmentarias ya que solo cuenta con tornillos de 3.5 mm y de ángulo fijo.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NO CORRESPONDE

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-HEVES-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : REQUERIMIENTO ANUAL DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LA ESPECIALIDAD DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN CLÍNICA QUIRÚRGICA DE LA UNIDAD DE CIRUGÍA DEL ADULTO

Ruc/código : 20100962439

Nombre o Razón social : NEWSON S.A.

Fecha de envío : 14/09/2023

Hora de envío : 11:24:19

**Consulta: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

En la página 63 de las bases sobre las Especificaciones técnicas del ítem N°23 producto "SET PLACA DE BLOQUEO PARA CALCANEOS X 23 PIEZAS", en Dimensiones solicitan numero de agujeros: 12 a 14 agujeros. SOLICITAMOS al Comité nos permita ofertar numero de agujeros 8 y 12 agujeros, considerando que cumple con las mismas funciones. Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad de poder existir amplia participación y competitividad

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** EETT    **Literal:** ITEM 23    **Página:** 63

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria (NOTA INFORMATIVA N° 819-2022-SHCQ/UHC-DAAyH-HEVES), ACEPTA LA CONSULTA, por lo que se considerará de la siguiente forma:

ITEM N° 23

DIMENSIONES:

Número de agujeros: 12 a 14 agujeros., O TAMBIÉN SE ACEPTARÁ numero de agujeros 8 y 12 agujeros

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

ITEM N° 23

DIMENSIONES:

O TAMBIÉN SE ACEPTARÁ numero de agujeros 8 y 12 agujeros

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-HEVES-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : REQUERIMIENTO ANUAL DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LA ESPECIALIDAD DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN CLÍNICA QUIRÚRGICA DE LA UNIDAD DE CIRUGÍA DEL ADULTO

Ruc/código :	20609782685	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	J&J PRODUCTOS MEDICOS & FARMACEUTICOS DEL PERU S.A.	Hora de envío :	11:39:24

**Consulta:** Nro. 7

**Consulta/Observación:**

Las Bases indican:

ITEM 3 - SET CLAVO CEFALO MEDULAR BLOQUEADO PARA FEMUR 130° X 4 PIEZAS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

01 Clavo Trocantérico  
01 Tornillo de cierre  
01 Tornillo deslizante (hoja espiral)  
01 Tornillo de bloqueo distal 4.5/5.0

Al respecto, solicitamos al comité de selección confirmar si para la colocación del set clavo cefalo medular bloqueado para fémur, requerirán dos agujas guías para su colocación.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** V      **Página:** 33  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria (NOTA INFORMATIVA N° 819-2022-SHCQ/UHC-DAAyH-HEVES),  
ACEPTA LA CONSULTA, por lo que se considerará de la siguiente forma:

ITEM N° 3

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

01 Clavo Trocantérico  
01 Tornillo de cierre  
01 Tornillo deslizante (hoja espiral)  
01 Tornillo de bloqueo distal 4.5/5.0

O TAMBIÉN SE ACEPTARÁ

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

01 Clavo Trocantérico  
01 Tornillo de cierre  
01 Tornillo deslizante (hoja espiral)  
01 Tornillo de bloqueo distal 4.5/5.0  
02 agujas guías para su colocación.

Nota: Se aclara que según bases se consideró las agujas guías dentro de : ADITAMENTOS O COMPLEMENTOS ADICIONALES- Instrumental adecuado para su colocación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

ITEM N° 3

O TAMBIEN SE ACEPTARÁ

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

02 agujas guías para su colocación.

**Entidad convocante :** HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR

**Nomenclatura :** LP-SM-8-2023-HEVES-MINSA-1

**Nro. de convocatoria :** 1

**Objeto de contratación :** Bien

**Descripción del objeto :** REQUERIMIENTO ANUAL DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LA ESPECIALIDAD DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN CLÍNICA QUIRÚRGICA DE LA UNIDAD DE CIRUGÍA DEL ADULTO

---



Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-HEVES-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : REQUERIMIENTO ANUAL DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LA ESPECIALIDAD DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN CLÍNICA QUIRÚRGICA DE LA UNIDAD DE CIRUGÍA DEL ADULTO

Ruc/código :	20609782685	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	J&J PRODUCTOS MEDICOS & FARMACEUTICOS DEL PERU S.A.	Hora de envío :	11:39:24

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

Las Bases indican:

ITEM 4 - SET DE CLAVO INTRAMEDULAR DE TITANIO BLOQUEADO PARA FEMUR X 6 PIEZAS

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Así mismo la curvatura de radio debe ser de 1.8m que permita un ajuste anatómico mejorado.

Al respecto, solicitamos al comité de selección acepte también la curvatura de radio de 1.5 permitiendo un mejor ajuste anatómico; a fin de garantizar una repercusión positiva en los pacientes y libertad de concurrencia.

**Acápite de las bases :** Sección: Específico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** V      **Página:** 35

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Literal a) , c) y f) del Artículo 2 de la Ley de Contrataciones con el Estado.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria (NOTA INFORMATIVA N° 819-2022-SHCQ/UHC-DAAyH-HEVES), ACOGE LA OBSERVACIÓN, por lo que se considerará de la siguiente forma:

ITEM N° 04

....Así mismo la curvatura de radio debe ser de 1.8m que permita un ajuste anatómico mejorado....

O TAMBIÉN SE ACEPTARÁ

Curvatura de radio de 1.5 permitiendo un mejor ajuste anatómico.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

ITEM N° 04

O TAMBIÉN SE ACEPTARÁ

(¿) Curvatura de radio de 1.5 permitiendo un mejor ajuste anatómico.

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-HEVES-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : REQUERIMIENTO ANUAL DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LA ESPECIALIDAD DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN CLÍNICA QUIRÚRGICA DE LA UNIDAD DE CIRUGÍA DEL ADULTO

Ruc/código :	20609782685	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	J&J PRODUCTOS MEDICOS & FARMACEUTICOS DEL PERU S.A.	Hora de envío :	11:39:24

**Consulta:** Nro. 9

**Consulta/Observación:**

Las Bases indican:

ITEM 4 - SET DE CLAVO INTRAMEDULAR DE TITANIO BLOQUEADO PARA FEMUR X 6 PIEZAS

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clavo femoral sólido y canulado que permita la fijación interna de fracturas femorales diafisarias, fracturas subtrocanteréas

A fin de garantizar una mayor versatilidad en fracturas más complejas, se solicita al comité de selección aclarar si se requiere que el clavo intramedular de titanio bloqueado para fémur cuente con abordaje por vía retrograda y anterógrada.

**Acápite de las bases :** Sección: Específico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** V      **Página:** 35

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

#### **Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria (NOTA INFORMATIVA N° 819-2022-SHCQ/UHC-DAAyH-HEVES), ACLARA LA CONSULTA

Según bases se solicitó en la descripción del producto lo siguiente:

"Clavo femoral sólido y canulado que permita la fijación interna de fracturas femorales diafisarias, fracturas subtrocanteréas. El diseño anatómico brinda un ángulo medial- lateral de 5° que permite la inserción en la punta del trocánter mayor" (...).

Al respecto, también se podrá optar con diseños de clavos para uso por vía retrograda y/o anterógrada.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

ITEM 4

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

(...)  
También se podrá optar con diseños de clavos para uso por vía retrograda y/o anterógrada.

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-HEVES-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : REQUERIMIENTO ANUAL DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LA ESPECIALIDAD DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN CLÍNICA QUIRÚRGICA DE LA UNIDAD DE CIRUGÍA DEL ADULTO

Ruc/código :	20609782685	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	J&J PRODUCTOS MEDICOS & FARMACEUTICOS DEL PERU S.A.	Hora de envío :	11:39:24

**Consulta:** Nro. 10

**Consulta/Observación:**

Las Bases indican:

ITEM 4 - SET DE CLAVO INTRAMEDULAR DE TITANIO BLOQUEADO PARA FEMUR X 6 PIEZAS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

01 Clavo endomedular de titanio bloqueado para fémur

01 Tornillo de cierre

04 Tornillos de bloqueo 5.0 (2 proximales y 2 distales)

Al respecto, solicitamos al comité de selección confirmar si para la colocación del set de clavo intramedular de titanio bloqueado para fémur, requerirán dos agujas guías para su colocación.

**Acápite de las bases :** Sección: Específico **Numeral:** 3.1 **Literal:** V **Página:** 35

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria (NOTA INFORMATIVA N° 819-2022-SHCQ/UHC-DAAyH-HEVES), ACEPTA LA CONSULTA, por lo que se considerará de la siguiente forma:

ITEM N° 04

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

01 Clavo endomedular de titanio bloqueado para fémur

01 Tornillo de cierre

04 Tornillos de bloqueo 5.0 (2 proximales y 2 distales)

O TAMBIÉN SE ACEPTARÁ

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

01 Clavo endomedular de titanio bloqueado para fémur

01 Tornillo de cierre

04 Tornillos de bloqueo 5.0 (2 proximales y 2 distales)

02 agujas guías para su colocación.

Nota: Se aclara que según bases se consideró las agujas guías dentro de : OTRAS CONDICIONES TÉCNICAS Aditamentos o complementos adicionales: Instrumental adecuado para la colocación de estos implantes.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

ITEM N° 04

O TAMBIÉN SE ACEPTARÁ

02 agujas guías para su colocación.

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-HEVES-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : REQUERIMIENTO ANUAL DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LA ESPECIALIDAD DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN CLÍNICA QUIRÚRGICA DE LA UNIDAD DE CIRUGÍA DEL ADULTO

Ruc/código :	20609782685	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	J&J PRODUCTOS MEDICOS & FARMACEUTICOS DEL PERU S.A.	Hora de envío :	11:39:24

**Consulta:** Nro. 11

**Consulta/Observación:**

Las Bases indican:

ITEM 6 - SET DE CLAVO INTRAMEDULAR DE TITANIO BLOQUEADO PARA TIBIA X 6 PIEZAS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

01 Clavo endomedular para tibia

01 Tornillo de cierre

04 Pernos de bloqueo (#2 proximales; #2 distales)

Al respecto, solicitamos al comité de selección confirmar si para la colocación del set de clavo intramedular de titanio bloqueado para tibia, requerirán dos agujas guías para su colocación.

**Acápito de las bases :** Sección: Específico **Numeral:** 3.1 **Literal:** V **Página:** 38

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria (NOTA INFORMATIVA N° 819-2022-SHCQ/UHC-DAAyH-HEVES), ACEPTA LA CONSULTA, por lo que se considerará de la siguiente forma:

ITEM N° 06

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

01 Clavo endomedular para tibia

01 Tornillo de cierre

04 Pernos de bloqueo (#2 proximales; #2 distales)

O TAMBIÉN SE ACEPTARÁ

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

01 Clavo endomedular para tibia

01 Tornillo de cierre

04 Pernos de bloqueo (#2 proximales; #2 distales)

02 agujas guías por ser parte del material del set de colocación.

Nota: Se aclara que según bases se consideró las agujas guías dentro de: PRESTACIONES ACCESORIAS Instrumental adecuado para la colocación de estos implantes.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

ITEM N° 06

O TAMBIÉN SE ACEPTARÁ

02 agujas guías por ser parte del material del set de colocación.

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-HEVES-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : REQUERIMIENTO ANUAL DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LA ESPECIALIDAD DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN CLÍNICA QUIRÚRGICA DE LA UNIDAD DE CIRUGÍA DEL ADULTO

Ruc/código :	20609782685	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	J&J PRODUCTOS MEDICOS & FARMACEUTICOS DEL PERU S.A.	Hora de envío :	11:39:24

**Observación: Nro. 12**

**Consulta/Observación:**

Las Bases indican:

ITEM 14 - SET PLACA DE COMPRESION Y BLOQUEO PARA PEQUEÑOS FRAGMENTOS DE LCP 3.5 mm X 15 PIEZAS

TIPO DE MATERIAL

Titanio o aleación de titanio

Al respecto, solicitamos al comité de selección acepte también el tipo de material acero inoxidable, considerando sus propiedades de resistencia = módulo de elasticidad 80%> titanio, a fin de garantizar la libertad de concurrencia.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Específico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** V    **Página:** 50

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Literal a) y c) del Artículo 2 de la Ley de Contrataciones con el Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria (NOTA INFORMATIVA N° 819-2022-SHCQ/UHC-DAAyH-HEVES), NO ACOGE LA OBSERVACIÓN

Se prefiere los implantes de Titanio o aleación de titanio debido a que según algunos estudios muestran mayor resistencia a las infecciones asociadas a implantes ortopédicos, teniendo en cuenta que el tiempo promedio para el acto quirúrgico es de 3+- una semana y gran parte de nuestra casuística es debido a fracturas expuestas, donde el índice de infección es mucho mayor.

Asimismo, según revisión de indagación de mercado se cuenta con pluralidad de marcas y postores, el cual no restringe la libertad de concurrencia.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NO CORRESPONDE

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-HEVES-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : REQUERIMIENTO ANUAL DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LA ESPECIALIDAD DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN CLÍNICA QUIRÚRGICA DE LA UNIDAD DE CIRUGÍA DEL ADULTO

Ruc/código :	20609782685	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	J&J PRODUCTOS MEDICOS & FARMACEUTICOS DEL PERU S.A.	Hora de envío :	11:39:24

**Observación: Nro. 13**

**Consulta/Observación:**

Las Bases indican:

ITEM 17 - SET PLACA ANGULADA LCP DE 2.3 mm/2.4mm PARA RADIO DISTAL X 14 PIEZAS (ÁNGULO VARIABLE)

TIPO DE MATERIAL

Titanio o aleación de titanio

Al respecto, solicitamos al comité de selección acepte también el tipo de material acero inoxidable, considerando sus propiedades de resistencia = módulo de elasticidad 80%> titanio, a fin de garantizar la libertad de concurrencia.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Específico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** V    **Página:** 55

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Literal a) y c) del Artículo 2 de la Ley de Contrataciones con el Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria (NOTA INFORMATIVA N° 819-2022-SHCQ/UHC-DAAyH-HEVES), NO ACOGE LA OBSERVACIÓN

Se prefiere los implantes de Titanio o aleación de titanio debido a que según algunos estudios muestran mayor resistencia a las infecciones asociadas a implantes ortopédicos, teniendo en cuenta que el tiempo promedio para el acto quirúrgico es de 3+- una semana y gran parte de nuestra casuística es debido a fracturas expuestas, donde el índice de infección es mucho mayor.

Asimismo, según revisión de indagación de mercado se cuenta con pluralidad de marcas y postores, el cual no restringe la libertad de concurrencia.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NO CORRESPONDE

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-HEVES-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : REQUERIMIENTO ANUAL DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LA ESPECIALIDAD DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN CLÍNICA QUIRÚRGICA DE LA UNIDAD DE CIRUGÍA DEL ADULTO

Ruc/código :	20609782685	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	J&J PRODUCTOS MEDICOS & FARMACEUTICOS DEL PERU S.A.	Hora de envío :	11:39:24

**Observación: Nro. 14**

**Consulta/Observación:**

Las Bases indican:

ITEM 21 - SET PLACA DE BLOQUEO PARA TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL X 14 PIEZAS

TIPO DE MATERIAL

Titanio o aleación de titanio

Al respecto, solicitamos al comité de selección acepte también el tipo de material acero inoxidable, considerando sus propiedades de resistencia = módulo de elasticidad 80%> titanio, a fin de garantizar la libertad de concurrencia.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Específico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** V    **Página:** 61

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Literal a) y c) del Artículo 2 de la Ley de Contrataciones con el Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria (NOTA INFORMATIVA N° 819-2022-SHCQ/UHC-DAAyH-HEVES), NO ACOGE LA OBSERVACIÓN

Se prefiere los implantes de Titanio o aleación de titanio debido a que según algunos estudios muestran mayor resistencia a las infecciones asociadas a implantes ortopédicos, teniendo en cuenta que el tiempo promedio para el acto quirúrgico es de 3+- una semana y gran parte de nuestra casuística es debido a fracturas expuestas, donde el índice de infección es mucho mayor.

Asimismo, según revisión de indagación de mercado se cuenta con pluralidad de marcas y postores, el cual no restringe la libertad de concurrencia.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NO CORRESPONDE

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-HEVES-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : REQUERIMIENTO ANUAL DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LA ESPECIALIDAD DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN CLÍNICA QUIRÚRGICA DE LA UNIDAD DE CIRUGÍA DEL ADULTO

Ruc/código :	20609782685	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	J&J PRODUCTOS MEDICOS & FARMACEUTICOS DEL PERU S.A.	Hora de envío :	11:39:24

**Observación: Nro. 15**

**Consulta/Observación:**

Las Bases indican:

ITEM 24 - PROTESIS TOTAL DE RODILLA CEMENTADA

**DIMENSIONES**

Componente femoral derecho e izquierdo con seis tallas con medidas equivalentes como mínimo de acuerdo al modelo (1.5 hasta 5).

Componente Tibial con seis tallas con medidas equivalentes como mínimo de acuerdo al modelo (1.5 hasta 5).

A fin de garantizar el cumplimiento de las seis tallas solicitadas, solicitamos al comité de selección acepte ampliar el rango del componente femoral y componente tibial, desde la medida 1.5 hasta 8, lo que permitirá la versatilidad de opciones según la anatomía del paciente.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: V Página: 64**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Literal c) y f) del Artículo 2 de la Ley de Contrataciones con el Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria (NOTA INFORMATIVA N° 819-2022-SHCQ/UHC-DAAyH-HEVES), ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN, por lo que se considerará de la siguiente forma:

ITEM N° 24

**DIMENSIONES**

Componente femoral derecho e izquierdo con seis tallas con medidas equivalentes como mínimo de acuerdo al modelo (1.5 hasta 5).

Componente Tibial con seis tallas con medidas equivalentes como mínimo de acuerdo al modelo (1.5 hasta 5).

O TAMBIEN SE ACEPTARÁ

**DIMENSIONES**

Componente femoral derecho e izquierdo y componente tibial, desde la medida 1.5 hasta 8 o sus equivalentes, según el modelo protésico.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

ITEM N° 24

O TAMBIEN SE ACEPTARÁ

**DIMENSIONES**

Componente femoral derecho e izquierdo y componente tibial, desde la medida 1.5 hasta 8 o sus equivalentes, según el modelo protésico.



Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-HEVES-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : REQUERIMIENTO ANUAL DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LA ESPECIALIDAD DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN CLÍNICA QUIRÚRGICA DE LA UNIDAD DE CIRUGÍA DEL ADULTO

Ruc/código :	20609782685	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	J&J PRODUCTOS MEDICOS & FARMACEUTICOS DEL PERU S.A.	Hora de envío :	11:39:24

**Observación: Nro. 16**

**Consulta/Observación:**

Las Bases indican:

ITEM 27 - SET DE CLAVO INTRAMEDULAR DE TITANIO BLOQUEADO PARA HUMERO

**DIMENSIONES**

Longitud, desde 110 - 160 - 180 - 200 - 220- 240 - 260 mm -

A fin de garantizar una mayor variedad de longitudes para los diferentes trazos de fracturas, solicitamos al comité de selección acepte también las longitudes 225, 255, 270, 285 y 300mm y se incluyan en las bases.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** V    **Página:** 70

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Literal a) , c) y f) del Artículo 2 de la Ley de Contrataciones con el Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria (NOTA INFORMATIVA N° 819-2022-SHCQ/UHC-DAAyH-HEVES), ACOGE LA OBSERVACIÓN, por lo que se considerará de la siguiente forma:

ITEM N° 27

**DIMENSIONES**

Longitud, desde 110 - 160 - 180 - 200 - 220- 240 - 260 mm

O TAMBIÉN SE ACEPTARÁ

**DIMENSIONES**

Longitud, 225, 255, 270, 285 y 300 mm

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

ITEM N° 27

O TAMBIÉN SE ACEPTARÁ

**DIMENSIONES**

Longitud, 225, 255, 270, 285 y 300 mm

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-HEVES-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : REQUERIMIENTO ANUAL DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LA ESPECIALIDAD DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN CLÍNICA QUIRÚRGICA DE LA UNIDAD DE CIRUGÍA DEL ADULTO

Ruc/código :	20609782685	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	J&J PRODUCTOS MEDICOS & FARMACEUTICOS DEL PERU S.A.	Hora de envío :	11:39:24

**Consulta:** Nro. 17

**Consulta/Observación:**

Las Bases indican:

ITEM 27 - SET DE CLAVO INTRAMEDULAR DE TITANIO BLOQUEADO PARA HUMERO

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

01 Clavo intramedular bloqueado para húmero

02 Tornillo de bloqueo proximal

02 Tornillo de bloqueo distal

01 Tornillo de cierre

Al respecto, solicitamos al comité de selección confirmar si para la colocación del set de clavo intramedular de titanio bloqueado para humero, requerirán dos agujas guías para su colocación.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** V      **Página:** 70

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria (NOTA INFORMATIVA N° 819-2022-SHCQ/UHC-DAAyH-HEVES), ACEPTA LA CONSULTA, por lo que se considerará de la siguiente forma:

ITEM N° 27

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

01 Clavo intramedular bloqueado para húmero

02 Tornillo de bloqueo proximal

02 Tornillo de bloqueo distal

01 Tornillo de cierre

O TAMBIEN SE ACEPTARÁ

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

01 Clavo intramedular bloqueado para húmero

02 Tornillo de bloqueo proximal

02 Tornillo de bloqueo distal

01 Tornillo de cierre

02 agujas guías para su colocación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

ITEM N° 27

O TAMBIÉN SE ACEPTARÁ

02 agujas guías para su colocación.

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-HEVES-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : REQUERIMIENTO ANUAL DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LA ESPECIALIDAD DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN CLÍNICA QUIRÚRGICA DE LA UNIDAD DE CIRUGÍA DEL ADULTO

Ruc/código :	20609782685	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	J&J PRODUCTOS MEDICOS & FARMACEUTICOS DEL PERU S.A.	Hora de envío :	11:39:24

**Observación: Nro. 18**

**Consulta/Observación:**

Las Bases indican:

ITEM 28 - SET FIJADOR EXTERNO PARA EXTREMIDADES GRANDES

#### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

03 Rótulas grandes tubo-tubo (tipo AO)  
05 Rótulas grandes clavo-tubo (tipo AO)  
05 Tornillos Schanz Ø 5.0 mm, longitud 100/250 mm (autorroscantes)  
05 Caperuzas protectoras para barras y tubos  
04 Tubos de acero inoxidable o fibra de carbono Ø 11.0 mm de 100 a 400 mm de longitud

Al respecto, debemos indicar que nuestras barras y tubos al ser de fibra de carbono y sólido no requieren de caperuzas y que el diseño barra/tubo solido evita filtraciones de partículas extrañas y contaminación del dispositivo, en ese sentido solicitamos al comité de selección acepte también un set de fijador externo para extremidades grandes, con la siguiente composición:

03 Rótulas grandes tubo-tubo (tipo AO)  
05 Rótulas grandes clavo-tubo (tipo AO)  
05 Tornillos Schanz Ø 5.0 mm, longitud 100/250 mm (autorroscantes)  
04 Tubos de acero inoxidable o fibra de carbono Ø 11.0 mm de 100 a 400 mm de longitud

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** V      **Página:** 71

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Literal a) , c) y f) del Artículo 2 de la Ley de Contrataciones con el Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria (NOTA INFORMATIVA N° 819-2022-SHCQ/UHC-DAAyH-HEVES), ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN , por lo que se considerará de la siguiente forma:

ITEM N° 28

#### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

03 Rótulas grandes tubo-tubo (tipo AO)  
05 Rótulas grandes clavo-tubo (tipo AO)  
05 Tornillos Schanz Ø 5.0 mm, longitud 100/250 mm (autorroscantes)  
05 Caperuzas protectoras para barras y tubos  
04 Tubos de acero inoxidable o fibra de carbono Ø 11.0 mm de 100 a 400 mm de longitud

O TAMBIÉN SE ACEPTARÁ

#### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

03 Rótulas grandes tubo-tubo (tipo AO)  
05 Rótulas grandes clavo-tubo (tipo AO)  
05 Tornillos Schanz Ø 5.0 mm, longitud 100/250 mm (autorroscantes)  
04 Tubos de acero inoxidable o fibra de carbono Ø 11.0 mm de 100 a 400 mm de longitud.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

ITEM N° 28

O TAMBIÉN SE ACEPTARÁ

Entidad convocante :	HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR
Nomenclatura :	LP-SM-8-2023-HEVES-MINSA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	REQUERIMIENTO ANUAL DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LA ESPECIALIDAD DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN CLÍNICA QUIRÚRGICA DE LA UNIDAD DE CIRUGÍA DEL ADULTO

---

## DESCRIPCIÓN TÉCNICA

03 Rótulas grandes tubo-tubo (tipo AO)  
05 Rótulas grandes clavo-tubo (tipo AO)  
05 Tornillos Schanz Ø 5.0 mm, longitud 100/250 mm (autorroscantes)  
04 Tubos de acero inoxidable o fibra de carbono Ø 11.0 mm de 100 a 400 mm de longitud.

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-HEVES-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : REQUERIMIENTO ANUAL DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LA ESPECIALIDAD DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN CLÍNICA QUIRÚRGICA DE LA UNIDAD DE CIRUGÍA DEL ADULTO

Ruc/código : 20562797336

Fecha de envío : 14/09/2023

Nombre o Razón social : PALCO INVERSIONES S.A.C.

Hora de envío : 16:32:47

**Consulta:** Nro. 19

**Consulta/Observación:**

En el Item N°08: Set placa de compresión y bloqueo ancha de LCP 4.5 mm x 17 piezas, indica en dimensiones: agujeros en el cuerpo; 5 a 17 agujeros. Nos permita ofertar 06,07,08,09,10,12,14 y 16 agujeros considerando que cumplen la misma función. Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad que pueda existir amplia participación y competitividad.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 3.1

**Literal:** V

**Página:** 40

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria (NOTA INFORMATIVA N° 819-2022-SHCQ/UHC-DAAyH-HEVES), ACEPTA LA CONSULTA, por lo que se considerará de la siguiente forma:

ITEM N° 08

DIMENSIONES: Agujeros en el cuerpo; 5 a 17 agujeros

O TAMBIÉN SE ACEPTARÁ

DIMENSIONES: Agujeros en el cuerpo; 06,07,08,09,10,12,14 y 16 agujeros

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

ITEM N° 08

O TAMBIÉN SE ACEPTARÁ

DIMENSIONES: Agujeros en el cuerpo; 06,07,08,09,10,12,14 y 16 agujeros

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-HEVES-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : REQUERIMIENTO ANUAL DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LA ESPECIALIDAD DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN CLÍNICA QUIRÚRGICA DE LA UNIDAD DE CIRUGÍA DEL ADULTO

Ruc/código : 20562797336

Fecha de envío : 14/09/2023

Nombre o Razón social : PALCO INVERSIONES S.A.C.

Hora de envío : 16:32:47

**Consulta:** Nro. 20

**Consulta/Observación:**

En el Item N°08: Set placa de compresión y bloqueo ancha de LCP 4.5 mm x 17 piezas, indica que contiene 02 tornillos de esponjosa de diámetro 4.5mm, permita ofertar 02 tornillos de esponjosa de diámetro 6.5 mm considerando que cumplen la misma función. Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad que pueda existir amplia participación y competitividad.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** V **Página:** 40

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria (NOTA INFORMATIVA N° 819-2022-SHCQ/UHC-DAAyH-HEVES), NO ACEPTA LA CONSULTA.

Se aclara que los tornillos de 6.5 mm no son bloqueados por lo que se requiere tornillos de esponjosa de diámetro 4.5mm.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NO CORRESPONDE

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-HEVES-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : REQUERIMIENTO ANUAL DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LA ESPECIALIDAD DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN CLÍNICA QUIRÚRGICA DE LA UNIDAD DE CIRUGÍA DEL ADULTO

Ruc/código :	20562797336	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	PALCO INVERSIONES S.A.C.	Hora de envío :	16:32:47

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

En el Item N°09: Set placa de compresión y bloqueo estrecha de LCP de 4.5 mm x 15 piezas, indica en dimensiones: agujeros en el cuerpo de 05 a 20 agujeros. Nos permita ofertar en dimensiones: agujeros en el cuerpo de 06,07,08,09,10,12,14,16,18 y 20 agujeros considerando que cumplen la misma función. Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad que pueda existir amplia participación y competitividad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: V Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria (NOTA INFORMATIVA N° 819-2022-SHCQ/UHC-DAAyH-HEVES), ACEPTA LA CONSULTA, por lo que se considerará de la siguiente forma:

ITEM N° 09

Dimensiones: agujeros en el cuerpo de 05 a 20 agujeros.

O TAMBIÉN SE ACEPTARÁ

Dimensiones: agujeros en el cuerpo de 06,07,08,09,10,12,14,16,18 y 20 agujeros

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM N° 09

O TAMBIÉN SE ACEPTARÁ

Dimensiones: agujeros en el cuerpo de 06,07,08,09,10,12,14,16,18 y 20 agujeros

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-HEVES-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : REQUERIMIENTO ANUAL DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LA ESPECIALIDAD DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN CLÍNICA QUIRÚRGICA DE LA UNIDAD DE CIRUGÍA DEL ADULTO

Ruc/código :	20562797336	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	PALCO INVERSIONES S.A.C.	Hora de envío :	16:32:47

**Consulta:** Nro. 22

**Consulta/Observación:**

En el ítem N°10: Set placa de bloqueo de húmero proximal x 15 piezas, indica en dimensiones: agujeros en el cuerpo: 03 a 12 agujeros y agujeros en la cabeza: de 07 a 09 agujeros. Nos permita ofertar agujeros en el cuerpo: 03 a 10 agujeros y en la cabeza: 09 agujeros considerando que cumplen la misma función. Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad que pueda existir amplia participación y competitividad.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** V      **Página:** 44

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria (NOTA INFORMATIVA N° 819-2022-SHCQ/UHC-DAAyH-HEVES), NO ACEPTA LA CONSULTA.

Se requiere placas de de bloqueo de humero proximal, con 03 a 12 agujeros en el cuerpo, para el uso en caso fracturas de húmero proximal con trazo que comprometa hasta la diáfisis, para lo cual se requiere placas largas con mayor número de agujeros.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NO CORRESPONDE



Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-HEVES-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : REQUERIMIENTO ANUAL DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LA ESPECIALIDAD DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN CLÍNICA QUIRÚRGICA DE LA UNIDAD DE CIRUGÍA DEL ADULTO

Ruc/código :	20562797336	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	PALCO INVERSIONES S.A.C.	Hora de envío :	16:32:47

**Consulta:** Nro. 23

**Consulta/Observación:**

En el Item N°11: Set placa de bloqueo de 2.7/3.5 mm para húmero distal dorsolateral x 17 piezas, indica en dimensiones: agujeros en el cuerpo: 4 hasta 8 agujeros y longitud de la placa: 105 hasta 150 mm. Nos permita ofertar agujeros en el cuerpo: 03,05,07 y 09 agujeros y longitud de placa: 66 hasta 142 mm considerando que cumplen la misma función. Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad que pueda existir amplia participación y competitividad.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** V      **Página:** 46

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria (NOTA INFORMATIVA N° 819-2022-SHCQ/UHC-DAAyH-HEVES), ACEPTA LA CONSULTA, por lo que se considerará de la siguiente forma:

**ITEM N° 11**

**Dimensiones:**

Agujeros en el cuerpo: 4 hasta 8 agujeros  
Longitud de la placa: 105 hasta 150 mm.

**O TAMBIÉN SE ACEPTARÁ**

**Dimensiones:**

Agujeros en el cuerpo: 03,05,07 y 09 agujeros  
Longitud de la placa: 66 hasta 142 mm

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

**ITEM N° 11**

**O TAMBIÉN SE ACEPTARÁ**

**Dimensiones:**

Agujeros en el cuerpo: 03,05,07 y 09 agujeros  
Longitud de la placa: 66 hasta 142 mm

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-HEVES-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : REQUERIMIENTO ANUAL DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LA ESPECIALIDAD DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN CLÍNICA QUIRÚRGICA DE LA UNIDAD DE CIRUGÍA DEL ADULTO

Ruc/código :	20562797336	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	PALCO INVERSIONES S.A.C.	Hora de envío :	16:32:47

**Consulta:** Nro. 24

**Consulta/Observación:**

En el Item N°14: Set placa de compresión y bloqueo para pequeños fragmentos de LCP 3.5 mm x 15 piezas, indica en dimensiones: agujeros en el cuerpo: de 04 a 14 agujeros. Nos permita ofertar agujeros en el cuerpo: 05,06,07,08,09,10,12,14 considerando que cumplen la misma función. Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad que pueda existir amplia participación y competitividad.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** V      **Página:** 50

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria (NOTA INFORMATIVA N° 819-2022-SHCQ/UHC-DAAyH-HEVES), ACEPTA LA CONSULTA, por lo que se considerará de la siguiente forma:

ITEM N° 14

Dimensiones:  
agujeros en el cuerpo: de 04 a 14 agujeros

O TAMBIÉN SE ACEPTARÁ

Dimensiones:  
Agujeros en el cuerpo: 05,06,07,08,09,10,12,14

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

ITEM N° 14

O TAMBIÉN SE ACEPTARÁ

Dimensiones:  
Agujeros en el cuerpo: 05,06,07,08,09,10,12,14

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-HEVES-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : REQUERIMIENTO ANUAL DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LA ESPECIALIDAD DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN CLÍNICA QUIRÚRGICA DE LA UNIDAD DE CIRUGÍA DEL ADULTO

Ruc/código :	20562797336	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	PALCO INVERSIONES S.A.C.	Hora de envío :	16:32:47

**Consulta:** Nro. 25

**Consulta/Observación:**

En el ítem N°17: Set placa angulada LCP de 2.3 mm/2.4 mm para radio distal x 14 piezas (ángulo variable), indica que el set contiene 03 tornillos de cortical 2.3/2.4mm y 04 agujas kirschner de 1.4 hasta 1.6mm. Nos permita ofertar 03 tornillos de cortical 2.7mm y 04 kirschner de 1.5 mm hasta 1.6 mm considerando que cumplen la misma función. Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad que pueda existir amplia participación y competitividad.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: V      Página: 55

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria (NOTA INFORMATIVA N° 819-2022-SHCQ/UHC-DAAyH-HEVES), ACEPTA LA CONSULTA, por lo que se considerará de la siguiente forma:

**ITEM N° 17**

03 tornillos cortical 2.3/2.4mm  
04 agujas kirschner de 1.4 hasta 1.6mm

**O TAMBIÉN SE ACEPTARÁ**

03 tornillos de cortical 2.7mm  
04 kirschner de 1.5 mm hasta 1.6 mm

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

**ITEM N° 17**

**O TAMBIÉN SE ACEPTARÁ**

03 tornillos de cortical 2.7mm  
04 kirschner de 1.5 mm hasta 1.6 mm

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-HEVES-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : REQUERIMIENTO ANUAL DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LA ESPECIALIDAD DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN CLÍNICA QUIRÚRGICA DE LA UNIDAD DE CIRUGÍA DEL ADULTO

Ruc/código :	20562797336	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	PALCO INVERSIONES S.A.C.	Hora de envío :	16:32:47

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

En el Item N°17: Set placa angulada LCP de 2.3 mm/2.4 mm para radio distal x 14 piezas (ángulo variable), indica en dimensiones agujeros en el cuerpo: de 02 a 07 agujeros y agujeros en la cabeza: de 05 hasta 07 agujeros. Nos permita ofertar agujeros en el cuerpo: de 02 a 05 y agujeros en la cabeza: 06 agujeros considerando que cumplen la misma función. Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad que pueda existir amplia participación y competitividad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: V Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria (NOTA INFORMATIVA N° 819-2022-SHCQ/UHC-DAAyH-HEVES), NO ACEPTA LA CONSULTA

Se necesita de dimensiones: "agujeros en el cuerpo: de 02 a 07 agujeros", para el uso en caso de fracturas de radio distal con trazo hasta la diáfisis, para lo cual se requiere placas de mayor longitud y con mayor número de agujeros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
NO CORRESPONDE

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-HEVES-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : REQUERIMIENTO ANUAL DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LA ESPECIALIDAD DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN CLÍNICA QUIRÚRGICA DE LA UNIDAD DE CIRUGÍA DEL ADULTO

Ruc/código : 20562797336

Fecha de envío : 14/09/2023

Nombre o Razón social : PALCO INVERSIONES S.A.C.

Hora de envío : 16:32:47

**Consulta:** Nro. 27

**Consulta/Observación:**

En el Capítulo III, punto V, Ítem N°18: Set placa bloqueada para fémur distal x 14 piezas, indica que el set contiene 02 agujas guías Ø2.0mm longitud 250 mm. Nos permita ofertar 02 agujas guías Ø2.0mm longitud 225 mm considerando que cumplen la misma función. Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad que pueda existir amplia participación y competitividad.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** 3.1

**Literal:** V

**Página:** 57

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria (NOTA INFORMATIVA N° 819-2022-SHCQ/UHC-DAAyH-HEVES), ACEPTA LA CONSULTA, por lo que se considerará de la siguiente forma:

ITEM N° 18

02 agujas guías Ø2.0mm longitud 250 mm.

O TAMBIÉN SE ACEPTARÁ

02 agujas guías Ø2.0mm longitud 225 mm

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

ITEM N° 18

O TAMBIÉN SE ACEPTARÁ

02 agujas guías Ø2.0mm longitud 225 mm

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-HEVES-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : REQUERIMIENTO ANUAL DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LA ESPECIALIDAD DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN CLÍNICA QUIRÚRGICA DE LA UNIDAD DE CIRUGÍA DEL ADULTO

Ruc/código : 20562797336

Fecha de envío : 14/09/2023

Nombre o Razón social : PALCO INVERSIONES S.A.C.

Hora de envío : 16:32:47

**Consulta: Nro. 28**

**Consulta/Observación:**

En el Item N°18: Set placa bloqueada para fémur distal x 14 piezas, indica en dimensiones: agujeros vástago: de 05 hasta 19 agujeros. Nos permita ofertar agujeros en vástago 05, 07,09,11,13 y 15 agujeros considerando que cumplen la misma función. Por lo tanto, solicitamos al comité considerar la ley de libre concurrencia de postores con la finalidad que pueda existir amplia participación y competitividad.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** V    **Página:** 57

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria (NOTA INFORMATIVA N° 819-2022-SHCQ/UHC-DAAyH-HEVES), ACEPTA LA CONSULTA, por lo que se considerará de la siguiente forma:

ITEM N° 18

Dimensiones: agujeros vástago: de 05 hasta 19 agujeros

O TAMBIÉN SE ACEPTARÁ

Dimensiones: agujeros en vástago 05, 07,09,11,13 y 15 agujeros

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

ITEM N° 18

O TAMBIÉN SE ACEPTARÁ

Dimensiones: agujeros en vástago 05, 07,09,11,13 y 15 agujeros

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-HEVES-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : REQUERIMIENTO ANUAL DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LA ESPECIALIDAD DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN CLÍNICA QUIRÚRGICA DE LA UNIDAD DE CIRUGÍA DEL ADULTO

Ruc/código :	20562724886	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	TRAUMA SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TRAUMA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	19:40:32

**Consulta:** Nro. 29

**Consulta/Observación:**

ITEM 2 - INJERTO OSEO ESPONJOSO 15 ML

FORMA DE PRESENTACIÓN: SOBRE TIPO ¿PEEL OPEN¿ POLIAMINADA, FOIL DE ALUMINIO- POLIÉSTER CONTENIDO UN SOBRE SELLADO TIPO ¿PEEL OPEN¿ POLIAMINADO, TYVEK ¿ POLIÉSTER, CONTENIDO UN PRODUCTO.

CON LA FINALIDAD DE AUMENTAR LA PLURALIDAD DE POSTORES ACEPTARAN:

MORSELIZED ALLOGRAFS, SEGÚN DETALLE, SE ENCUENTRA EN UN FRASCO DE PLÁSTICO (ENVASE DE PROTECCIÓN) CONTENIDO EN UNA BANDEJA DE PLÁSTICO (ENVASE INMEDIATO) CON SELLO DE ALUMINIO, Y ÉSTA A SU VEZ CONTENIDA EN UNA CAJA DE CARTÓN (ENVASE MEDIATO)

ESTERILIZACIÓN: INCUBACIÓN EN SOLUCIÓN CRIORRADIOPROTECTORA E IRRADIACIÓN GAMMA CON COBALTO 60 (DOSIS DE 50 KGY A 70 KGY)

CON LA FINALIDAD DE AUMENTAR LA PLURALIDAD DE POSTORES ACEPTARAN:

LA ESTERILIZACIÓN CON RADIACIÓN GAMMA SEA DE 12 A 18KGY.

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 32

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria (NOTA INFORMATIVA N° 819-2022-SHCQ/UHC-DAAyH-HEVES), ACEPTA LA CONSULTA, con la finalidad de ampliar la pluralidad de postores se considerará de la siguiente forma:

ITEM N° 02

FORMA DE PRESENTACIÓN: SOBRE TIPO ¿PEEL OPEN¿ POLIAMINADA, FOIL DE ALUMINIO- POLIÉSTER CONTENIDO UN SOBRE SELLADO TIPO ¿PEEL OPEN¿ POLIAMINADO, TYVEK ¿ POLIÉSTER, CONTENIDO UN PRODUCTO.

O TAMBIEN SE ACEPTARÁ

MORSELIZED ALLOGRAFS, SEGÚN DETALLE, SE ENCUENTRA EN UN FRASCO DE PLÁSTICO (ENVASE DE PROTECCIÓN) CONTENIDO EN UNA BANDEJA DE PLÁSTICO (ENVASE INMEDIATO) CON SELLO DE ALUMINIO, Y ÉSTA A SU VEZ CONTENIDA EN UNA CAJA DE CARTÓN (ENVASE MEDIATO)

LA ESTERILIZACIÓN CON RADIACIÓN GAMMA SEA DE 12 A 18KGY.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

ITEM N° 02

O TAMBIEN SE ACEPTARÁ

MORSELIZED ALLOGRAFS, SEGÚN DETALLE, SE ENCUENTRA EN UN FRASCO DE PLÁSTICO (ENVASE DE PROTECCIÓN) CONTENIDO EN UNA BANDEJA DE PLÁSTICO (ENVASE INMEDIATO) CON SELLO DE ALUMINIO, Y ÉSTA A SU VEZ CONTENIDA EN UNA CAJA DE CARTÓN (ENVASE MEDIATO)

LA ESTERILIZACIÓN CON RADIACIÓN GAMMA SEA DE 12 A 18KGY.

**Entidad convocante :** HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR

**Nomenclatura :** LP-SM-8-2023-HEVES-MINSA-1

**Nro. de convocatoria :** 1

**Objeto de contratación :** Bien

**Descripción del objeto :** REQUERIMIENTO ANUAL DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LA ESPECIALIDAD DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN CLÍNICA QUIRÚRGICA DE LA UNIDAD DE CIRUGÍA DEL ADULTO

---



Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-HEVES-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : REQUERIMIENTO ANUAL DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LA ESPECIALIDAD DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN CLÍNICA QUIRÚRGICA DE LA UNIDAD DE CIRUGÍA DEL ADULTO

Ruc/código :	20562724886	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	TRAUMA SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TRAUMA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	19:40:32

**Consulta:** Nro. 30

**Consulta/Observación:**

ITEM 10 ¿ SET DE PLACA BLOQUEO DE HÚMERO PROXIMAL

CON LA FINALIDAD DE AUMENTAR LA PLURALIDAD DE POSTORES ACEPTARAN QUE

DIMENSIONES:

AGUJEROS EN EL CUERPO: 4 A 22 AGUJEROS.

AGUJEROS EN LA CABEZA: DE 7 A 10 AGUJEROS.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: CUENTA CON AGUJEROS CONVENCIONALES BIDIRECCIONALES EN EL VASTAGO ADMITE TORNILLO DE BLOQUEO DE 4.0 MM Y TORNILLOS CONVENCIONALES DE 3.5 Y 4.0 MM.

ACEPTARAN QUE LOS TORNILLOS DE BLOQUEO SEAN DE 4.3 MM Y TORNILLOS CORTICALES DE 3.5MM.

CUANDO SE REFIEREN A EL AGUJERO OBLONGO QUE PERMITE AL TORNILLO CORTICAL ¿. ETC.  
SE ENTIENDE QUE DEBE DECIR AGUJERO "OBLICUO" DEL TORNILLO CORTICAL.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 44  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria (NOTA INFORMATIVA N° 819-2022-SHCQ/UHC-DAAyH-HEVES),  
SE ACEPTA LA CONSULTA, por lo que se considerará de la siguiente forma:

ITEM N° 10

DIMENSIONES:

Agujeros en el cuerpo: 03 a 12 agujeros

Agujeros en la cabeza: de 07 a 09 agujeros

O TAMBIEN SE ACEPTARÁ

AGUJEROS EN EL CUERPO: 4 A 22 AGUJEROS.

AGUJEROS EN LA CABEZA: DE 7 A 10 AGUJEROS

Descripción del Producto:

Cuenta con agujeros convencionales bidireccionales en el vástago admite tornillos de bloqueo de 4.0 mm y tornillos convencionales de 3.5/4.0 mm

O TAMBIEN SE ACEPTARÁ

TORNILLOS DE BLOQUEO SEAN DE 4.3 MM Y TORNILLOS CORTICALES DE 3.5MM.

Se aclara que el Agujero oblongo o dinámico es aquel que permite al tornillo cortical ser colocado en cualquier posición excéntrica o neutra dependiendo si se requiere la compresión interfragmentaria.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-HEVES-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : REQUERIMIENTO ANUAL DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LA ESPECIALIDAD DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN CLÍNICA QUIRÚRGICA DE LA UNIDAD DE CIRUGÍA DEL ADULTO

---

ITEM N° 10

O TAMBIEN SE ACEPTARÁ

DIMENSIONES:

AGUJEROS EN EL CUERPO: 4 A 22 AGUJEROS.

AGUJEROS EN LA CABEZA: DE 7 A 10 AGUJEROS

Descripción del Producto:

TORNILLOS DE BLOQUEO SEAN DE 4.3 MM Y TORNILLOS CORTICALES DE 3.5MM.

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-HEVES-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : REQUERIMIENTO ANUAL DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LA ESPECIALIDAD DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN CLÍNICA QUIRÚRGICA DE LA UNIDAD DE CIRUGÍA DEL ADULTO

Ruc/código :	20562724886	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	TRAUMA SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TRAUMA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	19:40:32

**Consulta:** Nro. 31

**Consulta/Observación:**

ITEM 11

SET DE PLACA DE BLOQUEO DE 2.7/3.5 MM PARA HÚMERO DISTAL DORSOLATERAL

CON LA FINALIDAD DE AUMENTAR LA PLURALIDAD DE POSTORES ACEPTARAN QUE:

LA PLACA DE OSTEOSINTESIS DE HÚMERO DISTAL SEA POSTEROLATERAL CON SISTEMA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO.

DIMENSIONES:

AGUJEROS DEL CUERPO: 5 HASTA 15 AGUJEROS.

LONGITUD DE LA PLACA: 78 HASTA 152 MM.

AGUJEROS EN LA CABEZA: 4 AGUJEROS.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: EL IMPLANTE DEBE ESTAR GRABADO CON EL CÓDIGO DEL PRODUCTO, NÚMERO DE LOTE Y EL LOGOTIPO DE LA MARCA.

ACEPTARAN QUE EL IMPLANTE ESTE GRABADO SOLO CON EL CÓDIGO DE PRODUCTO Y NÚMERO DE LOTE.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 3.1      **Página:** 46

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria (NOTA INFORMATIVA N° 819-2022-SHCQ/UHC-DAAyH-HEVES), ACEPTA LA CONSULTA, por lo que se considerará de la siguiente forma:

ITEM N° 11

SET PLACA DE BLOQUEO DE 2.7/3.5 mm PARA HUMERO DISTAL DORSOLATERAL x 17 PIEZAS

O TAMBIEN SE ACEPTARÁ la denominación de:

SET PLACA DE BLOQUEO DE 2.7/3.5 mm PARA HUMERO DISTAL POSTEROLATERAL x 17 PIEZAS

DIMENSIONES:

Agujeros en el cuerpo : 4 hasta 8 agujeros

Longitud de la placa : 105 hasta 150 mm

Dirección: Derecha e izquierda

Agujeros en la cabeza: 05 agujeros

O TAMBIEN SE ACEPTARÁ

AGUJEROS DEL CUERPO: 5 HASTA 15 AGUJEROS.

LONGITUD DE LA PLACA: 78 HASTA 152 MM.

AGUJEROS EN LA CABEZA: 4 AGUJEROS.

Dirección: Derecha e izquierda

Descripción del Producto

(...) El implante debe estar grabado con el código del producto, número de lote y el logotipo de la marca.

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-HEVES-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : REQUERIMIENTO ANUAL DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LA ESPECIALIDAD DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN CLÍNICA QUIRÚRGICA DE LA UNIDAD DE CIRUGÍA DEL ADULTO

Específico

III

3.1

46

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

O TAMBIEN SE ACEPTARÁ

QUE EL IMPLANTE ESTE GRABADO SOLO CON EL CÓDIGO DE PRODUCTO Y NÚMERO DE LOTE.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

ITEM N° 11

O TAMBIEN SE ACEPTARÁ

la denominación de:

SET PLACA DE BLOQUEO DE 2.7/3.5 mm PARA HUMERO DISTAL POSTEROLATERAL x 17 PIEZAS

Dimensiones:

AGUJEROS DEL CUERPO: 5 HASTA 15 AGUJEROS.

LONGITUD DE LA PLACA: 78 HASTA 152 MM.

AGUJEROS EN LA CABEZA: 4 AGUJEROS.

Dirección: Derecha e izquierda.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

(...) QUE EL IMPLANTE ESTE GRABADO SOLO CON EL CÓDIGO DE PRODUCTO Y NÚMERO DE LOTE.

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-HEVES-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : REQUERIMIENTO ANUAL DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LA ESPECIALIDAD DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN CLÍNICA QUIRÚRGICA DE LA UNIDAD DE CIRUGÍA DEL ADULTO

Ruc/código :	20562724886	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	TRAUMA SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TRAUMA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	19:40:32

**Consulta:** Nro. 32

**Consulta/Observación:**

ÍTEM 13

SET DE PLACA LCP 2.4 MM PARA RADIO PROXIMAL

CON LA FINALIDAD DE AUMENTAR LA PLURALIDAD DE POSTORES ACEPTARAN QUE:

LOS TORNILLO DE BLOQUEO Y CORTICALES SEAN DE 2.3 MM.

DIMENSIONES:

AGUJEROS PROXIMALES 4.

AGUJEROS DISTALES: 3 A 5 AGUJEROS.

**Acápite de las bases :** Sección: Específico

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 49

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria (NOTA INFORMATIVA N° 819-2022-SHCQ/UHC-DAAyH-HEVES), ACEPTA LA CONSULTA, por lo que se considerará de la siguiente forma:

ITEM N° 13

Descripción Técnica

01 placa LCP 2.4mm para Radio Proximal

06 tornillos de bloqueo 2.4mm

03 tornillos corticales 2.4mm

03 tornillo corticales 2.7mm

02 agujas kirschner 1.4 mm

DIMENSIONES:

Agujeros Proximales: 05

Agujeros distales : de 02 a 04 agujeros

Dirección: Derecha e Izquierda

O TAMBIEN SE ACEPTARÁ

01 placa LCP 2.3 mm para Radio Proximal con

06 tornillos de bloqueo 2.3mm

03 tornillos corticales 2.3mm

03 tornillo corticales 2.7mm

02 agujas kirschner 1.4 mm

DIMENSIONES:

AGUJEROS PROXIMALES: 04.

AGUJEROS DISTALES: 03 A 05 AGUJEROS.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

ITEM N° 13

O TAMBIEN SE ACEPTARÁ

06 tornillos de bloqueo 2.3mm

03 tornillos corticales 2.3mm

Entidad convocante :	HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR
Nomenclatura :	LP-SM-8-2023-HEVES-MINSA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	REQUERIMIENTO ANUAL DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LA ESPECIALIDAD DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN CLÍNICA QUIRÚRGICA DE LA UNIDAD DE CIRUGÍA DEL ADULTO

---

**DIMENSIONES:**

AGUJEROS PROXIMALES: 04.

AGUJEROS DISTALES: 03 A 05 AGUJEROS.

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-HEVES-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : REQUERIMIENTO ANUAL DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LA ESPECIALIDAD DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN CLÍNICA QUIRÚRGICA DE LA UNIDAD DE CIRUGÍA DEL ADULTO

Ruc/código :	20562724886	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	TRAUMA SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TRAUMA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	19:40:32

**Consulta:** Nro. 33

**Consulta/Observación:**

ITEM 16

SISTEMA DE PLACA DE RECONSTRUCCIÓN PELVICA DE PERFIL BAJO DE 3.5 MM.

CON LA FINALIDAD DE AUMENTAR LA PLURALIDAD DE POSTORES ACEPTARAN QUE:

EL SISTEMA SEA SOLO DE TORNILLOS CORTICALES DE 3.5 MM CON LONGITUDES VARIABLES HASTA 150 MM.

DIMENSIONES:

AGUJEROS 3 HASTA 14 AGUJEROS.

**Acápite de las bases :** Sección: Específico

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 53

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria (NOTA INFORMATIVA N° 819-2022-SHCQ/UHC-DAAyH-HEVES), ACEPTA LA CONSULTA PARCIALMENTE, por lo que se considerará de la siguiente forma:

Descripción Técnica

Una (01) placa de osteosíntesis RECTA/CURVAS DE RECONSTRUCCION con sistema de bloqueo de 3.5/4.0mm O Una (01) placa de osteosíntesis RECTA/CURVAS DE RECONSTRUCCION de 3.5mm convencionales.

O TAMBIEN SE ACEPTARÁ

El sistema placa de osteosíntesis recta/curvas de reconstruccion de 3.5mm convencionales con tornillos corticales de longitudes variables hasta 150 mm.

Referente a las DIMENSIONES consultadas: AGUJEROS 3 HASTA 14 AGUJEROS, no se acepta, debido a que se requieren placas largas hasta 22 agujeros para luxofracturas complejas de pelvis: con trazos largos que comprometan desde la articulación sacro iliaca hasta la rama iliopubiana

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

ITEM 16

O TAMBIEN SE ACEPTARÁ

El sistema placa de osteosíntesis recta/curvas de reconstruccion de 3.5mm convencionales con tornillos corticales de longitudes variables hasta 150 mm.

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-HEVES-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : REQUERIMIENTO ANUAL DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LA ESPECIALIDAD DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN CLÍNICA QUIRÚRGICA DE LA UNIDAD DE CIRUGÍA DEL ADULTO

Ruc/código :	20562724886	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	TRAUMA SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TRAUMA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	19:40:32

**Consulta:** Nro. 34

**Consulta/Observación:**

ITEM 17

SET DE PLACA ANGULADA LCP DE 2.3 MM / 2.4 MM PARA RADIO DISTAL

CON LA FINALIDAD DE AUMENTAR LA PLURALIDAD DE POSTORES ACEPTARAN QUE:

DIMENSIONES:

AGUJEROS DEL CUERPO: DE 3 A 5 AGUJEROS.

AGUJEROS EN LA CABEZA: DE 6 A 7 AGUJEROS.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 55

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria (NOTA INFORMATIVA N° 819-2022-SHCQ/UHC-DAAyH-HEVES), NO SE ACEPTA LA CONSULTA, debido a que se necesita de dimensiones: "agujeros en el cuerpo: de 02 a 07 agujeros", para el uso en caso de fracturas de radio distal con trazo hasta la diáfisis, para lo cual se requiere placas de mayor longitud y con mayor número de agujeros.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NO CORRESPONDE



Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-HEVES-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : REQUERIMIENTO ANUAL DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LA ESPECIALIDAD DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN CLÍNICA QUIRÚRGICA DE LA UNIDAD DE CIRUGÍA DEL ADULTO

Ruc/código :	20601913691	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	R. A. SUPPLY MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - R. A. SUPPLY MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	23:15:16

**Observación: Nro. 35**

**Consulta/Observación:**

En los ítems 7 al 23 (Páginas 39-63) han considerado en el tipo de empaque o envase lo siguiente: "Empaque individual no esteril de polietileno de grado médico Tipo polibag de facil apertura"; sin embargo, dicha descripción es contraria considerando que el papel de grado médico es utilizado para los productos que pasan por un proceso de esterilización por lo cual es contrario la realización de esterilización en productos que son requeridos como no esteriles o asépticos. Considerando que existe una contradicción entre el producto y la forma en la que se va a presentar (empaque o envase). Al respecto el principio de transparencia establece que la Entidad debe formular los Términos de Referencia de tal manera que las especificaciones técnicas queden claras y precisas para todos los potenciales postores. Por tal motivo, se solicita al comité de selección considere con evaluación del área usuaria que se utilice para estos productos la presentación de bolsa de polietileno de baja densidad a fin de que vaya de acorde a los bienes correspondientes a los ítems del 7 al 23.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.2      **Literal:** V      **Página:** 3963

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Principio de Transparencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria (NOTA INFORMATIVA N° 819-2022-SHCQ/UHC-DAAyH-HEVES), ACOGE LA OBSERVACIÓN, por lo que se considerará del ítem N° 07 al ítem N° 23, que el TIPO DE EMPAQUE O ENVASE también puede ser en presentación de bolsa de polietileno de baja densidad.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

ITEM N° 07 al 23

EI TIPO DE EMPAQUE O ENVASE también puede ser en presentación de bolsa de polietileno de baja densidad

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-HEVES-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : REQUERIMIENTO ANUAL DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LA ESPECIALIDAD DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN CLÍNICA QUIRÚRGICA DE LA UNIDAD DE CIRUGÍA DEL ADULTO

Ruc/código :	20502853750	Fecha de envío :	14/09/2023
Nombre o Razón social :	COVIDIEN PERU S.A.	Hora de envío :	23:30:04

**Observación: Nro. 36**

**Consulta/Observación:**

En las bases administrativas señalan que para el ítem N° 2  
INJERTO OSEO ESPONJOSO (4-6 mm) 10 mL  
ORIGEN

Cabeza femoral, platillos tibiales, cabeza humeral, epífisis de huesos largos, crestas ilíacas.

Observamos que esta característica en el punto Origen esta dirigida a una sola marca en el mercado, vulnerando el principio de pluralidad, libre acceso y participación de proveedores en igualdad de trato.

En ese sentido, se solicita respetuosamente al comité especial suprimir esta característica y se sirva aceptar el producto injerto óseo esponjoso compuesto por aloinjertos de tejidos musculoesquelético humano procesado (tejido musculo esquelético humano).

**Acápito de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** Cap. III    **Literal:** 3.1    **Página:** 32

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Ley 30225 D.L. N°1341 Art. 2) incisos a) y e)

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria (NOTA INFORMATIVA N° 819-2022-SHCQ/UHC-DAAyH-HEVES), NO ACOGE LA OBSERVACIÓN:

Se aclara que el ítem N° 02 corresponde a : INJERTO OSEO ESPONJOSO (4-6 mm) 15 mL ( no de 10 mL)

Según bases se solicita:

ORIGEN: Cabeza femoral, platillos tibiales, cabeza humeral, epífisis de huesos largos, crestas ilíacas.

Se aclara que dicho origen debe de ser de tejido ósea/esqueletico humano, con presentación en chips de 4 a 6 mm de diametro.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NO CORRESPONDE

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-HEVES-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : REQUERIMIENTO ANUAL DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LA ESPECIALIDAD DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN CLÍNICA QUIRÚRGICA DE LA UNIDAD DE CIRUGÍA DEL ADULTO

Ruc/código : 20502853750

Nombre o Razón social : COVIDIEN PERU S.A.

Fecha de envío : 14/09/2023

Hora de envío : 23:30:04

**Observación: Nro. 37**

**Consulta/Observación:**

En las bases administrativas señalan que para el ítem N° 2  
INJERTO OSEO ESPONJOSO (4-6 mm) 10 mL

**FORMA DE PRESENTACIÓN**

Sobre tipo ¿peel open¿ poliaminada, foil de aluminio-poliéster conteniendo un sobre sellado, tipo ¿peel open¿ poliaminado, Tyvek ® - poliéster, conteniendo un producto.

Observamos que esta característica en el punto forma de presentación esta dirigida a una sola marca en el mercado, vulnerando el principio de pluralidad, libre acceso y participación de proveedores en igualdad de trato.

En ese sentido, se solicita respetuosamente al comité especial suprimir esta característica y se sirva aceptar el producto en presentación caja de cartón conteniendo una doble bandeja de PETG con cubierta de aluminio.

**Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: Cap. III**

**Literal: 3.1**

**Página: 32**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Ley 30225 D.L. N°1341 Art. 2) incisos a) y e)

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria (NOTA INFORMATIVA N° 819-2022-SHCQ/UHC-DAAyH-HEVES), ACOGE LA OBSERVACIÓN, Se aclara que el ítem N° 02 corresponde a : INJERTO OSEO ESPONJOSO (4-6 mm) 15 mL ( no de 10 mL)

ITEM N° 02

**FORMA DE PRESENTACIÓN**

Sobre tipo ¿peel open¿ poliaminada, foil de aluminio-poliéster conteniendo un sobre sellado, tipo ¿peel open¿ poliaminado, Tyvek ® - poliéster, conteniendo un producto.

O TAMBIEN SE ACEPTARÁ

Presentación caja de cartón conteniendo una doble bandeja de PETG con cubierta de aluminio Ó cualquier otro medio de empaque, siempre en cuando cumpla con las garantías de mantener el producto estéril y libre de pirògenos y que mantenga las características de origen.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

ITEM N° 02

O TAMBIEN SE ACEPTARÁ

Presentación caja de cartón conteniendo una doble bandeja de PETG con cubierta de aluminio Ó cualquier otro medio de empaque, siempre en cuando cumpla con las garantías de mantener el producto estéril y libre de pirògenos y que mantenga las características de origen.

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-HEVES-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : REQUERIMIENTO ANUAL DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LA ESPECIALIDAD DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN CLÍNICA QUIRÚRGICA DE LA UNIDAD DE CIRUGÍA DEL ADULTO

Ruc/código : 20502853750

Nombre o Razón social : COVIDIEN PERU S.A.

Fecha de envío : 14/09/2023

Hora de envío : 23:30:04

**Observación: Nro. 38**

**Consulta/Observación:**

En las bases administrativas señalan que para el ítem N° 2  
INJERTO OSEO ESPONJOSO (4-6 mm) 10 mL  
ESTERILIZACIÓN

Incubación en solución criorradioprotectora e irradiación gamma con Cobalto 60 (Dosis de 50kGy a 70kGy)

Observamos que esta característica en el punto forma de presentación esta dirigida a una sola marca en el mercado, vulnerando el principio de pluralidad, libre acceso y participación de proveedores en igualdad de trato.

En ese sentido, se solicita respetuosamente al comité especial suprimir esta característica y se sirva aceptar el proceso de esterilidad procesado asépticamente.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** Cap. III      **Literal:** 3.1      **Página:** 32

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Ley 30225 D.L. N°1341 Art. 2) incisos a) y e)

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se ACOGE LA OBSERVACIÓN PARCIALMENTE, y se aclara que el ítem N° 02 corresponde a : INJERTO OSEO ESPONJOSO (4-6 mm) 15 mL ( no de 10 mL)

ITEM N° 02

**ESTERILIZACIÓN**

Incubación en solución criorradioprotectora e irradiación gamma con Cobalto 60 (Dosis de 50kGy a 70kGy).

O TAMBIEN SE ACEPTARÁ

Cualquier otro medio de esterilización que garantice la esterilización del producto ya que será usado para relleno de defectos óseos y/o cavidades en pacientes.

Cabe mencionar que la observación no especifica el tipo de esterilización.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

ITEM N° 02

O TAMBIÉN SE ACEPTARÁ

Cualquier otro medio de esterilización que garantice la esterilización del producto ya que será usado para relleno de defectos óseos y/o cavidades en pacientes.

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR

Nomenclatura : LP-SM-8-2023-HEVES-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : REQUERIMIENTO ANUAL DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LA ESPECIALIDAD DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN CLÍNICA QUIRÚRGICA DE LA UNIDAD DE CIRUGÍA DEL ADULTO

Ruc/código : 20502853750

Nombre o Razón social : COVIDIEN PERU S.A.

Fecha de envío : 14/09/2023

Hora de envío : 23:30:04

**Observación: Nro. 39**

**Consulta/Observación:**

En las bases administrativas señalan que para el ítem N° 2  
INJERTO OSEO ESPONJOSO (4-6 mm) 10 mL

**DESCRIPCION**

Chips liofilizados derivados de tejido óseo esponjoso humano constituido en su mayor parte por sustancia ósea. Producto estéril y libre de pirógenos.

En ese sentido, se solicita respetuosamente al comité especial ampliar esta característica y se sirva aceptar el producto estéril, liofilizado y procesado asépticamente, permitiendo la pluralidad, libre acceso y participación de proveedores en igualdad de trato.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** Cap. III      **Literal:** 3.1      **Página:** 32

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Ley 30225 D.L. N°1341 Art. 2) incisos a) y e)

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en coordinación con el área usuaria (NOTA INFORMATIVA N° 819-2022-SHCQ/UHC-DAAyH-HEVES), ACOGE LA OBSERVACIÓN PARCIALMENTE, y se aclara que el ítem N° 02 corresponde a : INJERTO OSEO ESPONJOSO (4-6 mm) 15 mL ( no de 10 mL)

ITEM N° 02

**DESCRIPCIÓN**

Chips liofilizados derivados de tejido óseo esponjoso humano constituido en su mayor parte por sustancia ósea. Producto estéril y libre de pirógenos.

O TAMBIEN SE ACEPTARÁ

El producto debe de ser procesado asepticamente, liofilizado, estéril y libre de pirógenos.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

ITEM N° 02

O TAMBIEN SE ACEPTARÁ

El producto debe de ser procesado asepticamente, liofilizado, estéril y libre de pirógenos.