

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-34-2023-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL AF-2023 Y AF-2024

Ruc/código : 20155196069

Fecha de envío : 24/11/2023

Nombre o Razón social : IRIMED EIRL

Hora de envío : 17:35:15

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

del requerimiento: ítem 4

SISTEMA DE DRENAJE PARA NEUROCIRUGÍA 100 ML.

Que las ET dice capacidad de volumen de 400ml y solicitan de 100ml

Se solicita aclarar sea:

capacidad de volumen de 100ml

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 3

**Literal:** 4.1.4

**Página:** 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ley n° 30225, ley de contrataciones del estado,

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

ESTE COMITE DE SELECCION EN CORDINACION CON EL AREA USUARIA, ACOGE SU OBSERVACION Y MODIFICARA LA CAPACIDAD DE VOLUMEN DE 100ML

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

CAPACIDAD DE VOLUMEN DE 100ML

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-34-2023-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL AF-2023 Y AF-2024

Ruc/código : 20155196069

Fecha de envío : 24/11/2023

Nombre o Razón social : IRIMED EIRL

Hora de envío : 17:35:15

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

del requerimiento: ítem 10

COTONES P/NEUROCIRUGÍA 2.5 x 5 x 10 Und.

Que dichas medidas corresponden a una marca determinada con clausula de no distribución a droguerías, por lo que para mayor competencia y pluralidad de postores se solicita, puedan considerar ampliar las medidas a:

12mm (1.2) x 25mm (2.5) x 10 und ó

25mm(2.5) x 150mm (15.0) x 10 und

se solicita ampliación de medidas

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 3

**Literal:** 4.1.10

**Página:** 34

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ley n° 30225, ley de contrataciones del estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

ESTE COMITE DE SELECCION EN CORDINACION CON EL AREA USUARIA, ACOGE SU OBSERVACION Y AMPLIARA LAS MEDIDAS DEL ITEM 10, A FIN DE FOMENTAR LA COMPETENCIA Y PLURALIDAD DE POSTORES

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

DIMENSIONES

-2.5 x 5 x 10 UND ó

-1.2 x 2.5 x 10 UND ó

- 2.5 x 15.0 x 10 UND ó

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-34-2023-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL AF-2023 Y AF-2024

Ruc/código : 20155196069

Fecha de envío : 24/11/2023

Nombre o Razón social : IRIMED EIRL

Hora de envío : 17:35:15

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

del requerimiento: ítem 43

COTONES P/NEUROCIRUGIA 5 X 7.5 X 10 UND

Que dichas medidas corresponden a una marca determinada con clausula de no distribución a droguerías, por lo que para mayor competencia y pluralidad de postores se solicita, puedan considerar ampliar las medidas a:

12mm (1.2) x 25mm (2.5) x 10 und ó

25mm(2.5) x 150mm (15.0) x 10 und

se solicita ampliación de medidas

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 3

**Literal:** 4.1.43

**Página:** 52

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ley n° 30225, ley de contrataciones del estado,

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

ESTE COMITE DE SELECCION EN CORDINACION CON EL AREA USUARIA, ACOGE SU OBSERVACION Y AMPLIARA LAS MEDIDAS , CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA COMPETENCIA Y PLURALIDAD DE POSTORES

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

DIMENSIONES

-5 x 7.5 x 10 UND ó

-1.2 x 2.5 x 10 UND ó

-2.5 x 15.0 x 10 und

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-34-2023-EP/UE 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL AF-2023 Y AF-2024

Ruc/código : 20155196069

Fecha de envío : 24/11/2023

Nombre o Razón social : IRIMED EIRL

Hora de envío : 17:35:15

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

del requerimiento: ítem 23

SET DE ANESTESIA EPIDURAL C/AGUJA N° 18 G X3" ¼ +

Que dichas medidas corresponden a una marca determinada que no cuenta con stock por ausencia de fabricación actual por motivos de fuerza mayor, por lo que para mayor competencia y pluralidad de postores se solicita, puedan considerar ampliar las medidas a:

se solicita ampliación de medidas

SET DE ANESTESIA EPIDURAL C/AGUJA N° 18 G X 3" ¼ - 18 G X 3" ½

se solicita ampliación de medidas

**Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3**

**Literal: 4.1.23**

**Página: 42**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ley n° 30225, ley de contrataciones del estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

ESTE COMITE DE SELECCION EN CORDINACION CON EL AREA USUARIA, NO ACOGE SU OBSERVACION, Y LE MANIFIESTA QUE EL AREA USUARIA SOLAMENTE UTILIZA LA MEDIDA DE 18 G X 3" 1/4

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-34-2023-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL AF-2023 Y AF-2024

Ruc/código : 20155196069

Fecha de envío : 24/11/2023

Nombre o Razón social : IRIMED EIRL

Hora de envío : 17:35:15

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

del requerimiento: ítem 47

FILTRO PALL HIME PARA BACTERIAS

INDICA: CONDICION Biológica: Estéril, hipoalergénico, atóxico.

Y tales filtros legan con condición biológica aséptica.

se solicita ampliación de condición biológica:

CONDICION Biológica: Estéril o aséptico, hipoalergénico, atóxico.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3

**Literal:** 4.1.47

**Página:** 55

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ley n° 30225, ley de contrataciones del estado,

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITE DE SELECCION EN CORDINACION DEL AREA USUARIA ACOGE SU OBSERVACION AMPLIARA LA CONDICION A ASEPTICO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

ESTERIL O ASEPTICO

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-34-2023-EP/UE 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL AF-2023 Y AF-2024

Ruc/código : 20155196069

Fecha de envío : 24/11/2023

Nombre o Razón social : IRIMED EIRL

Hora de envío : 17:35:15

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

del requerimiento: ítem 63

SIERRA GIGLI 70 CM

Siendo que dicha medida no es comercial, se solicita ampliar la medida a 40cm  
Para pluralidad de postes.

se solicita ampliación de medidas  
SIERRA GIGLI 40-70 CM

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 3

**Literal:** 4.1.63

**Página:** 70

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ley n° 30225, ley de contrataciones del estado,

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITE DE SELECCION EN CORDINACION CON EL AREA USUARIA, ACOGE SU OBSERVACION Y  
PROCEDERA AMPLIAR LAS MEDIDAS,

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SIERRA GIGLI 40-70 CM

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-34-2023-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL AF-2023 Y AF-2024

Ruc/código : 20155196069

Fecha de envío : 24/11/2023

Nombre o Razón social : IRIMED EIRL

Hora de envío : 17:35:15

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

De los documentos para la admisión de la oferta

e) "Resolución de autorización..."

"La exigencia de vigencia del registro...se aplica para todo el proceso de selección y ejecución contractual"

Se solicita se incorpore por corresponder la final de dicho acápite:

Se aceptará expedientes en trámite para la obtención del Registro en el caso de registros sanitarios tramitados y obtenidos ante la VUCE.

se solicita su incorporación por corresponder.

**Acápite de las bases :** Sección: General

**Numeral:** 2

**Literal:** 2.2.e

**Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ley n° 30225, ley de contrataciones del estado,

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITE DE SELECCION EN CORDINACION CON EL AREA USUARIA, NO ACOGE SU OBSERVACION, POR LO QUE NO ACEPTARA DOCUMENTOS EN TRAMITE, EN VISTA QUE PUEDEN PONER EN RIESGO EL CORRECTO INTERMANIENTO DE LOS INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-34-2023-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL AF-2023 Y AF-2024

Ruc/código : 20521606003

Fecha de envío : 24/11/2023

Nombre o Razón social : NEGOCIOS ADVANCE S.R.L.

Hora de envío : 17:50:27

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

Las especificaciones técnicas detalladas del ítem N°5 no corresponden a UN CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 14G X 2" CON CLIP DE SEGURIDAD AUTOMÁTICO.

Observamos las bases solicitando se modifiquen estas de acuerdo al producto.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** ---    **Página:** 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

art 16 de la ley

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

ESTE COMITE DE SELECCION EN CORDINACION CON EL AREA USUARIA, ACOGE SU OBSERVACION Y LE MANIFIESTA QUE CORRIGIRA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO 14G X 2 CON CLIP DE SEGURIDAD AUTOMATICO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-34-2023-EP/UE 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL AF-2023 Y AF-2024

Ruc/código : 20521606003

Fecha de envío : 24/11/2023

Nombre o Razón social : NEGOCIOS ADVANCE S.R.L.

Hora de envío : 17:50:27

**Consulta:** Nro. 9

**Consulta/Observación:**

El sub ítem 10: COTONES P/NUROCIRUGIA 2.5 X 5 10 UND, es una medica no comercial por lo que solicitamos acepte la medida 1 x 6 cm x 10 unidades a fin de permitir la mayor participación de postores potenciales

**Acápíte de las bases :** Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** --- **Página:** 34

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

ESTE COMITE DE SELECCION EN CORDINACION CON EL AREA USUARIA, ACOGE SU OBSERVACION PROCEDERA A AMPLIAR LAS MEDIDAS.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

1 x 6 cm x 10 unidades

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-34-2023-EP/VO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL AF-2023 Y AF-2024

Ruc/código : 20521606003

Fecha de envío : 24/11/2023

Nombre o Razón social : NEGOCIOS ADVANCE S.R.L.

Hora de envío : 17:50:27

**Observación: Nro. 10**

**Consulta/Observación:**

el sub ítem 20 solicitan MALLA DE POLIPROPILENO 15 CM X 15 CM, sin embargo este producto no es exacto y viene con una variación de +/- 2 cm, por lo que observamos las bases solicitando se amplie la producto y este tenga una variación de +/- 2 cm

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** ---    **Página:** 41

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

art 29 del reglamento

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

ESTE COMITE DE SELECCION EN CORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE SU OBSERVACION Y PROCEDERA A INCLUIR LA VARIACION SOLICITADA +/- 2CM

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-34-2023-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL AF-2023 Y AF-2024

Ruc/código : 20521606003

Fecha de envío : 24/11/2023

Nombre o Razón social : NEGOCIOS ADVANCE S.R.L.

Hora de envío : 17:50:27

**Observación: Nro. 11**

**Consulta/Observación:**

en el sub ítem 21 MALLA DE POLIPROPILENO 30 CM X 30 CM; sin embargo, este producto debe presentar una variación de +/- 2 cm por cuanto los cortes no son exactos  
OBSERVAMSO las bases solicitando acepte una variación de +/- 2 cm

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1

**Literal:** ---

**Página:** 41

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

art 29 del reglamento

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

ESTE COMITE DE SELECCION EN CORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE SU OBSERVACION Y PROCEDERA A INCLUIR LA VARIACION SOLICITADA +/- 2CM

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-34-2023-EP/VO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL AF-2023 Y AF-2024

Ruc/código : 20521606003

Fecha de envío : 24/11/2023

Nombre o Razón social : NEGOCIOS ADVANCE S.R.L.

Hora de envío : 17:50:27

**Observación: Nro. 12**

**Consulta/Observación:**

En sub ítem 31, se solicita la condición biológica de esteril

Resulta señores del comité de selección que este dispositivo médico se comercializa con la condición biológica de aseptico o no esteril.

OBSERVAMOS las bases solicitando se acepte la condición biologica de aseptico o no estéril

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** ---    **Página:** 47

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

art 29 del reglamento

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITE DE SELECCION EN CORDINACION CON EL AREA USUARIA NO ACOGE SU OBSERVACION; MANIFESANDO QUE EL INSUMO SE INTRODUCE EN LA CAVIDAD CORPORAL. POR LO QUE DEBE DE GUARDAR TODO TIPO DE SEGURIDAD PARA EL PACIENTE.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-34-2023-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL AF-2023 Y AF-2024

Ruc/código : 20521606003

Fecha de envío : 24/11/2023

Nombre o Razón social : NEGOCIOS ADVANCE S.R.L.

Hora de envío : 17:50:27

**Observación: Nro. 13**

**Consulta/Observación:**

en las características técnicas de los sub ítem 34 y 35 venda elastica 4" x 5 yds y 8" x 5 YD, en las características tecnicas indican 100% algodón y en material indican ALGODON POLIESTER CON HILO ELASTICO DE USO HOSPITALARIO, CON FIBRA HIDROFILICA MINIMO DE 35%

Asimismo, incan para ambos la dimensión de 10 cm x 4.5 mt.

Como podemos advertir las especificaciones técnicas son incongruentes, por lo que observamos estas solicitando que la venda elástica sea mínimo 35% algodón, se corrija las dimensiones y se corrija el material de forma correcta

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** 3.1

**Literal:** ---

**Página:** 49

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

art 29 del reglamento

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITE DE SELECCION EN CORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE SU OBSERVACION Y CORRIGIRA LAS INCONGRUENCIAS EN LA ETAPA DE LAS BASES INTEGRADAS.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-34-2023-EP/VO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL AF-2023 Y AF-2024

Ruc/código : 20521606003

Fecha de envío : 24/11/2023

Nombre o Razón social : NEGOCIOS ADVANCE S.R.L.

Hora de envío : 17:50:27

**Observación: Nro. 14**

**Consulta/Observación:**

en el sub ítem 43 COTONES P/NEUROCIRUGIA 5 X 7.5 X 10 UND, no es un producto de alta rotación e importación por lo que solicitamos se amplie a medidas más comerciales.

Observamos las bases solicitando se acepte la medida de 3 x 6 cm

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 3.1

**Literal:** ---

**Página:** 52

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

art 29 del reglamento

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITE DE SELECCION EN CORDINACION CON EL AREA USUARIA, ACOGE SU OBSERVACION Y AMPLIARA LA MEDIDA DE 3X6.0 X 10 UND

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-34-2023-EP/UE 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL AF-2023 Y AF-2024

Ruc/código : 20521606003

Fecha de envío : 24/11/2023

Nombre o Razón social : NEGOCIOS ADVANCE S.R.L.

Hora de envío : 17:50:27

**Observación: Nro. 15**

**Consulta/Observación:**

En el sub ítem 60 TUBO EN T PARA NEBULIZADO, solicitan la condición biológica esteril; sin embargo, este producto es de condición biológica NO ESTERIL, por lo que observamos las bases solicitando se amplie la condición biologica sea ESTERIL O NO ESTERIL

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** ---      **Página:** 66

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

art 29 del reglamento

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITE DE SELECCION EN CORDINACION CON EL AREA USUARIA, ACOGE SU OBSERVACION E INCLUIRA EL TEXTO, ESTERIL O NO ESTERIL

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-34-2023-EP/UO 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL AF-2023 Y AF-2024

Ruc/código : 20521606003

Fecha de envío : 24/11/2023

Nombre o Razón social : NEGOCIOS ADVANCE S.R.L.

Hora de envío : 17:50:27

**Observación: Nro. 16**

**Consulta/Observación:**

En el sub ítem 63 SIERRA GIGLI 70 CM, solicitan la dimensión de 70 cm; ssin embargo el producto viene en medida de 40 a 50 cm, por lo que solicitamos ampliar la especificación técnica a fin de permitir la participación de postores potenciales

OBSERVAMOS las bases solicitando se amplie la llongitud de 40 a 50 cm o 60 a 70 cm

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** ---    **Página:** 70

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

art 29 del reglamento

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITE DE SELECCION EN CORDINACION CON EL AREA USUARIA, ACOGE SU OBSERVACION Y LE MANIFIESTA LA MEDIDA SOLICTADA DE 40-50 Y 60-70, SE ENCUENTRAN INMERSAS EN LAS MEDIDAS DE 40-70.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : EJERCITO PERUANO

Nomenclatura : AS-SM-34-2023-EP/UE 0794-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL AF-2023 Y AF-2024

Ruc/código : 20521606003

Fecha de envío : 24/11/2023

Nombre o Razón social : NEGOCIOS ADVANCE S.R.L.

Hora de envío : 17:50:27

**Observación: Nro. 17**

**Consulta/Observación:**

en el sub ítem 4 SISTEMA DE DRENAJE PARA NEUROCIRUGÍA 100 ML, solicitan en DIMENSIONES que la capacidad sea de 400 ml, siendola especificación incorrecta por cuanto dimensiones son largo, ancho y alto mas no volumen. OBSERVAMOS las bases solicitando se modifique la especificación técnica de forma correcta

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: ---      **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art 29 del reglamento

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

ESTE COMITE DE SELECCION EN CORDINACION CON EL AREA USUARIA, ACOGE SU OBSERVACION Y MODIFICARA LA CAPACIDAD DE VOLUMEN DE 100ML

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null