

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-HONADOMANI-SB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GASA FRACCIONADA ESTERIL 10 CM. X 10 CM. DE 8 PLIEGUES X 10 UNIDADES Y GASA FRACCIONADA ESTERIL 7.5 CM. X 7.5 CM. DE 8 PLIEGUES X 5 UNIDADES PARA ATENCIÓN DE PACIENTES EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HONADOMANI PARA DISPONIBILIDAD DE 24 MESES

Ruc/código : 20605701435

Nombre o Razón social : LINAMES S.A.C.

Fecha de envío : 07/01/2025

Hora de envío : 18:25:48

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En las presentes bases en:

CAPITULO III

3.1 Especificaciones Técnicas

GASA FRACCIONADA ESTERIL 7.5 CM X 7.5 CM DE 8 PLIEGUES X 5 UNI

GASA FRACCIONADA ESTERIL 10 CM X 10 CM DE 8 PLIEGUES X 10 UNI

En las especificaciones técnicas indican:

EMPAQUE:

- Interno papel crepado

CONSULTA:

Buenas tardes, señores del comité de selección, solicito indiquen en el Empaque: interno del papel crepado tanto su medida como el gramaje. (pág. 28,29)

Acápíte de las bases : Sección: General

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 16º de la LCE, Art. 29. Del Reglamento de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la medida de empaque dependerá el tamaño de producto, en relación al gramaje se aceptará a partir de 50gr/m2 a más. Por ello quedará de a siguiente manera: Interno papel crepado gramaje de 50 gr/m2 a más.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Interno papel crepado gramaje de 50 gr/m2 a más, y en todos los extremos que le sean aplicables.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-HONADOMANI-SB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GASA FRACCIONADA ESTERIL 10 CM. X 10 CM. DE 8 PLIEGUES X 10 UNIDADES Y GASA FRACCIONADA ESTERIL 7.5 CM. X 7.5 CM. DE 8 PLIEGUES X 5 UNIDADES PARA ATENCIÓN DE PACIENTES EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HONADOMANI PARA DISPONIBILIDAD DE 24 MESES

Ruc/código :	20605701435	Fecha de envío :	07/01/2025
Nombre o Razón social :	LINAMES S.A.C.	Hora de envío :	18:25:48

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En las presentes bases en:

CAPITULO III

3.1 Especificaciones Técnicas

GASA FRACCIONADA ESTERIL 10 CM X 10 CM DE 8 PLIEGUES X 10 UNI

En las especificaciones técnicas indican:

DIMENSIONES:

- En 8 pliegues, extendido 47cm x 27cm. Doblada 10cm x 10cm (+/- 0.5cm) x 10 unidades

En la página 29, especificaciones técnicas/descripción del bien indican que para el producto ¿gasa fraccionada estéril 10 cm x 10 cm de 8 pliegues x 10 unidades¿ se requiere la siguiente dimensión: 10cm x 10cm (+/- 0.5cm). Sobre el particular debemos indicar que la ficha técnica de la entidad CENARES - CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS ESTRATEGICOS EN SALUD, encargado de realizar las compras corporativas a nivel nacional establece que las dimensiones deben tener un rango de tolerancia de fabricación (+/-2 cm) al igual que ustedes lo especifican en la pág. 28 de las mismas bases de San Bartolomé para el producto 7.5 cm x 7.5 cm de 8 pliegues x 5 und.

CONSULTA:

Señores del comité de selección, sirva indicar si se va a considerar en a las dimensiones el ±2cm

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 16º de la LCE, Art. 29. Del Reglamento de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acepta la consulta dada por la empresa, quedará de la siguiente manera: En 8 pliegues, extendido 47 cm x 27 cm. Doblada 10 cm x 10 cm (+/- 2cm) x 10 unidades

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En 8 pliegues, extendido 47 cm x 27 cm. Doblada 10 cm x 10 cm (+/- 2cm) x 10 unidades y en todos los extremos que le sean aplicables.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-HONADOMANI-SB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GASA FRACCIONADA ESTERIL 10 CM. X 10 CM. DE 8 PLIEGUES X 10 UNIDADES Y GASA FRACCIONADA ESTERIL 7.5 CM. X 7.5 CM. DE 8 PLIEGUES X 5 UNIDADES PARA ATENCIÓN DE PACIENTES EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HONADOMANI PARA DISPONIBILIDAD DE 24 MESES

Ruc/código :	20606123095	Fecha de envío :	07/01/2025
Nombre o Razón social :	ALEGRESALUD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:25:13

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Las bases solicitan para los ítems N° 1 y N° 2 la esterilización a rayos gamma o vapor.

Al respecto, solicitamos al CS ampliar el método de esterilización, en aras de los principios que rigen en la presente convocatoria (Libertad de concurrencia; Igualdad de trato; competencia, entre otros.), permitiendo que las gasas sean con esterilización a rayos gamma o vapor o ETO, en vista que dicha ampliación no altera la funcionalidad y calidad del producto, asimismo, hay igual garantía de aseguramiento de la esterilidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** - **Página:** 28-9

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. N° 2 de la LCE literal a) b) e) f) i)

Análisis respecto de la consulta u observación:

Si se acoge la observación, por lo que se modifica las EETT quedando de la siguiente manera: Esterilización: rayos gamma y/o vapor y/o ETO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Esterilización: rayos gamma y/o vapor y/o ETO y en todos los extremos que le sean aplicables.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-HONADOMANI-SB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GASA FRACCIONADA ESTERIL 10 CM. X 10 CM. DE 8 PLIEGUES X 10 UNIDADES Y GASA FRACCIONADA ESTERIL 7.5 CM. X 7.5 CM. DE 8 PLIEGUES X 5 UNIDADES PARA ATENCIÓN DE PACIENTES EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HONADOMANI PARA DISPONIBILIDAD DE 24 MESES

Ruc/código :	20606123095	Fecha de envío :	07/01/2025
Nombre o Razón social :	ALEGRESALUD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:25:13

Observación: Nro. 4
Consulta/Observación:
Las bases solicitan para los ítems N° 1 y N° 2 un empaque:

- Individual doble empaque
- Interno papel crepado
- Externo papel plastificado (manga mixta) con testigo de esterilización.

Al respecto, solicitamos al CS ampliar la forma de presentación, en aras de los principios que rigen en la presente convocatoria (Libertad de concurrencia; Igualdad de trato; competencia, entre otros.), permitiendo que las gasas se encuentren contenidas en:

- Sobre individual (manga mixta o sobre de papel grado médico y polímero incoloro); con o sin testigo de esterilización segun el tipo de esterilización; con o sin papel crepado.

o

- Individual doble empaque; Interno papel crepado; Externo papel plastificado (manga mixta) con testigo de esterilización.

Cabe precisar, que ésta ampliación no pone en riesgo al material ni la esterilidad del producto y es de uso idóneo en los centros médicos.

Esta ampliación no altera la funcionalidad y es una presentación que se comercializa en el rubro médico por mantener calidad del producto y estar autorizado ante las entidades como DIGEMID.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** - **Página:** 28-9
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. N° 2 de la LCE literal a) b) e) f) i)

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la Observación dada por la empresa, se solicita que las gaqsas cuenten con doble empaque, debido a que garantiza la asepsia del producto al momento de uso, ademas de ello el doble empaque proporciona una barrera adecuada a los microorganismos, soporta el proceso de transferencia y almacenamiento, en relación al testigo de esterilización es importante contar con ello, ya que nos certifica que las gasas han sido procesadas por algún método de esterilización.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-HONADOMANI-SB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GASA FRACCIONADA ESTERIL 10 CM. X 10 CM. DE 8 PLIEGUES X 10 UNIDADES Y GASA FRACCIONADA ESTERIL 7.5 CM. X 7.5 CM. DE 8 PLIEGUES X 5 UNIDADES PARA ATENCIÓN DE PACIENTES EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HONADOMANI PARA DISPONIBILIDAD DE 24 MESES

Ruc/código :	20419385442	Fecha de envío :	07/01/2025
Nombre o Razón social :	UTILITARIOS MEDICOS S.A.C.	Hora de envío :	22:40:52

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

CONSULTA N° 1

En las especificaciones técnicas, del producto GASA FRACCIONADA ESTERIL 7.5CM X 7.5CM DE 8 PLIEGUES X 5UNI, respecto al EMPAQUE, se menciona: externo papel plastificado (manga mixta) con testigo de esterilización, sírvase aclarar si el envase debe ser manga mixta compuesta por polietileno de mediana densidad + papel grado médico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que es correcta su apreciación, se solicita doble empaque; interno: papel crepado y externo: papel plastificado (manga mixta)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

Nomenclatura : LP-SM-10-2024-HONADOMANI-SB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE GASA FRACCIONADA ESTERIL 10 CM. X 10 CM. DE 8 PLIEGUES X 10 UNIDADES Y GASA FRACCIONADA ESTERIL 7.5 CM. X 7.5 CM. DE 8 PLIEGUES X 5 UNIDADES PARA ATENCIÓN DE PACIENTES EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HONADOMANI PARA DISPONIBILIDAD DE 24 MESES

Ruc/código :	20419385442	Fecha de envío :	07/01/2025
Nombre o Razón social :	UTILITARIOS MEDICOS S.A.C.	Hora de envío :	22:40:52

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

CONSULTA N° 2

En las especificaciones técnicas, del producto GASA FRACCIONADA ESTERIL 10CM X 10CM DE 8 PLIEGUES X 10 UNI, respecto al EMPAQUE, se menciona: externo papel plastificado (manga mixta) con testigo de esterilización, sírvase aclarar si el envase debe ser manga mixta compuesta por polietileno de mediana densidad + papel grado médico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que es correcta su apreciación, se solicita doble empaque; interno: papel crepado y externo: papel plastificado (manga mixta)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null