

## ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

### LICITACIÓN PUBLICA N°07-2024-HGJ

En, la ciudad de Jaén al 21 de octubre del 2024, en el local de la Oficina de Logística del Hospital General de Jaén a las 11:00 horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante Resolución Directoral N° D386-2024-GR-CAJ-DRS-HGJ/DE, de Fecha 28 de agosto del 2024: MC. JOSE JAVIER OLIVA RAMOS Presidente Titular, ING. SHELINA SALÉS ADRIANZÉN PEÑA, Primer Miembro titular, C.P.C MILI BRIGITTE ZAQUINAULA QUIÑONES Segundo Miembro Titular, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de **LICITACIÓN PÚBLICA N°07-2024-HGJ**, cuyo objeto de convocatoria es **“ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO – MÁQUINA DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREO AVANZADO PARA LA BRECHA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO CON CUI N° 2113029: CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL HOSPITAL II-2 DE JAÉN - CAJAMARCA UPS CENTRO QUIRÚRGICO – UNIDAD CO-EJECUTORA HOSPITAL GENERAL DE JAÉN”**, a fin de realizar la admisión, evaluación y calificación de las Ofertas:

Instalado el comité de selección en pleno se informa la relación de participantes inscritos a través del SEACE, siendo los siguientes:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	20101337261	ROCA S.A.C.	2024-09-12 14:21:05.0	Válido
2	20501645517	VITALTEC S.A.C.	2024-09-11 09:53:55.0	Válido
3	20503650186	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-09-24 19:40:21.0	Válido
4	20512709088	CARDIOPULMONARY CARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-09-24 11:41:45.0	Válido
5	20538597121	DRAEGER PERU S.A.C.	2024-09-12 17:39:50.0	Válido
6	20545804795	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	2024-09-13 16:37:09.0	Válido
7	20549591176	SOLUCIONES MEDICAS MACI E.I.R.L.	2024-09-11 10:23:36.0	Válido
8	20553285101	MEDSTEP PERU S.A.C.	2024-09-11 09:00:21.0	Válido
9	20557041631	INTECWELD IMPORT S.A.C.	2024-09-12 15:15:55.0	Válido
10	20601324815	CORPORACION BAREN S.R.L	2024-09-19 22:49:36.0	Válido
11	20602497519	CREAINTER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-CREAINTER S.A.C.	2024-10-12 12:33:52.0	Válido
12	20603355289	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	2024-09-12 10:17:17.0	Válido
13	20606384409	CARRASCO MEDICAL IMPORT E.I.R.L.	2024-09-11 12:28:47.0	Válido
14	20607396516	COMERCIO E INVERSIONES ANCCAS S.A.C.	2024-10-12 12:39:37.0	Válido
15	20612758434	CORPORACION RBIOMEDICS S.A.C.	2024-09-22 09:56:55.0	Válido

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, presentaron sus ofertas a través del SEACE, los siguientes postores:

Nro. ítem	Descripción del ítem				
RUC / Código	Nombre o Razón Social		Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	MAQUINA DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREO AVANZADO				
20503650186	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA		15/10/2024	17:41:36	Electronico
20545804795	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C		15/10/2024	23:00:30	Electronico
20101337261	ROCA S.A.C.		15/10/2024	23:04:08	Electronico
20538597121	DRAEGER PERU S.A.C.		15/10/2024	23:29:52	Electronico

Acto seguido se procedió a revisar las OFERTAS presentadas, a fin de realizar la admisión, evaluación y calificación.



Admisión de las ofertas: según lo establecido en el numeral 2.2.1 Documentación de presentación obligatoria 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta, del Capítulo II de la sección específica de las bases del procedimiento de selección:

<b>DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA</b>	<b>ROCA S.A.C.</b>	<b>SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA</b>	<b>GOLDEN MEDICAL TECH SAC</b>	<b>DRAEGER PERU S.A.C.</b>
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N° 2)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
e) Registro Sanitario O Certificado De Registro Sanitario	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
f) Hoja De Presentación De Producto	SI CUMPLE	NO CUMPLE (*)	NO CUMPLE (**)	SI CUMPLE
g) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
h) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso. (Anexo N° 5)	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
i) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
<b>ESTADO</b>	<b>ADMITIDO (***)</b>	<b>NO ADMITIDO</b>	<b>NO ADMITIDO</b>	<b>ADMITIDO</b>

#### **SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**

(\*)

- **B03** NO CUMPLE, PORQUE EN EL SUSTENTO BRINDADO EL POSTOR NO INDICA QUE EL DISPOSITIVO AUXILIAR SEA DE SEGURIDAD, SUSTENTO DIGATADO EN HOJA DE PRESENTACION NO ES VALIDO.
- **B24** NO ESPECIFICA CON DOC TEC DEL FOLIO SI ES DIRECTO O INDIRECTO
- **B41** NO CUMPLE, NO DEMUESTRA "SIMULTANEAMENTE"
- **B45** NO INDICA QUE EL VOLUMEN MINUTO SEA ESPIRADO
- **D05** NO PRESENTA DOC TECNICO DE LOS TUBOS DE MUESTRA
- **D08** NO PRESENTA DOCUMENTACION TENICA DE DOMOS DE USO UNIVERSAL
- **D09** NO INDICA DONDE ESTA UBICADO EL SENSOR DE FLUJO

#### **GOLDEN MEDICAL TECH SAC**

(\*\*)

- **A01** NO SUSTENTA LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS NI EL FABRICANTE O LA MARCA
- **B14** NO CUMPLE
- **B29** NO ACREDITA TAMAÑO DE MONITOR PE
- **B30** NO ACREDITA LOS (04) VALORES ADICIONALES NI LA VISUALIZACION DE IMAGEN EN SIMULTANEO
- **B33** NO INDICA FR A TRAVES DE CAPNOGRAFIA
- **B34** NO INDICA LA CONDICION DE BAJA PERFUSION
- **D03, D04, D05**, NO SUSTENA, NO VALIDO DECLARACION JURADA
- **D03** NO SUSTENTA TODOS LOS TAMAÑOS
- **D07** OFRECE REUSABLE Y NO PARA ADULTO OBESO MORBIDO
- **D09** NO VALIDA EL RD
- **D20** NO BRINDA DETALLE DE LO OFERTADO





**ACUERDO TOMADO (\*\*\*):**

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACUERDA POR MAYORIA DE VOTOS: CONSIDERAR ADMITIDA LA OFERTA DEL POSTOR ROCA S.A.C.

**-VOTO DISCREPANTE:** DEL PRIMER MIEMBRO TITULAR ING. SHELINA SALÉS ADRIANZÉN PEÑA QUIEN INDICA QUE:

ROCA S.A.C.

**-D12 NO CUMPLE CON PRESENTAR DOCUMENTACION TECNICA DE CABLES DE EXTENSION** de acuerdo a los folios indicados en su hoja de presentación de producto, incumpliendo lo requerido en el literal f del numeral 2.2.11 documentos para la admisión de la oferta de las bases integradas del procedimiento de selección.

**MAYORIA DE VOTOS:**

El presidente titular y el segundo miembro titular, sustentan que la especificación técnica **D12** se encuentra debidamente sustentada en las páginas: 117,171,206,207,221 según lo indicado por el postor en su hoja de presentación.

Adicionalmente a ello en la pág. 205 se describe el cable de interconexión para máximo lncs, lnc-10 ge spo02 interconnect cable, 3m. Sin embargo, en su hoja de presentación no han marcado esa pág.

En atención al principio de la ley de contrataciones literal f) **Eficacia y Eficiencia**. Del artículo 2 de la ley de contrataciones del estado, que a la letra indica:

*“El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en la condición de vida de las personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos”.*

Los miembros del comité de selección **consideran valida la oferta.**



Acto seguido se procede con la Evaluación:

a) Evaluación:

POSTORES		ROCA S.A.C.	DRAEGER PERU S.A.C.
A) PRECIO:96 Puntos		579,926.00	662,396.95
Acreditación: Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 06) VALOR ESTIMADO = S/. 861,661.33			
PUNTAJE PRECIO		96	84.05
B) PLAZO DE ENTREGA			
Evaluación Se evaluará en función al plazo de entrega ofertado, el cual debe mejorar el plazo de entrega establecido en las especificaciones técnicas 41 a 50 días calendarios (1 puntos) 31 hasta 40 días calendarios (2 puntos)		50 días calendarios 1 punto	40 días calendarios 2 punto
Acreditación: Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada de plazo de entrega (Anexo 4)			
C) GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR			
Más de [39] hasta [42] [MESES]: Más de [43] hasta [48] [MESES]:		44 meses 02 puntos	44 meses 02 puntos
PUNTAJE TOTAL DE LOS FACTORES DE EVALUACION:		99.00	88.05
ORDEN DE PRELACION		1	2





GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA  
HOSPITAL GENERAL DE JAÉN  
COMITÉ DE SELECCIÓN



b) Calificación: de acuerdo al numeral 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN.

ORDEN DE PRELACION	ROCA S.A.C.	DRAEGER PERU S.A.C.
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		
<p><u>Requisitos:</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1'723,322.66 (Un millón setecientos veintitrés mil Trescientos Veintidós Con 66//100 soles) por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>Se consideran bienes similares a los siguientes: <b>Equipos de ventilación mecánica, máquinas de anestesia y/o equipos de soporte de vida en general.</b></p>	Si cumple	Si cumple
C. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL		
C.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE		
<p><u>Requisitos:</u></p> <p>Tres (03) AÑOS DE EXPERIENCIA en mantenimiento preventivo de equipos médicos y/o mantenimiento correctivo de equipos médicos y/o mantenimiento preventivo y correctivo de equipos médicos y/o mantenimiento y reparación de equipos médicos como especialista en equipos médicos iguales al objeto de la convocatoria o similares del personal clave requerido personal clave para la Instalación.</p> <p>Se consideran servicios similares a los siguientes equipos:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>se consideran servicios similares a los siguientes equipos: Equipos de ventilación mecánica, máquinas de anestesia y/o equipos de soporte de vida en general.</p></div> <p><b>ACREDITACIÓN:</b> La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad, o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.</p>	Si cumple	Si cumple
ESTADO	1	2
ORDEN DE PRELACION FINAL	CALIFICADO	CALIFICADO

Sin otro particular, el presidente levanta la sesión y se procede a firmar el acta, el día 28 de octubre del 2024 a las 16:30 horas del presente día.

ING. Shelina Salés Adrianzén Peña  
Primer Miembro Titular

MC. José Javier Oliva Ramos  
Presidente Titular

CPC Mili-Brigitte Zaquinaula Quiñones  
Segundo Miembro Titular