

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-HAPCSR II-2-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de un equipo Yag Laser /LST para el Centro Oftalmológico del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2

Ruc/código : 20168548916

Fecha de envío : 27/09/2024

Nombre o Razón social : MEDICA DEL PACIFICO S.R.L.

Hora de envío : 16:44:36

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

DICE:

PERFIL DEL CAPACITADOR: ING. ELECTRONICO, ING. BIOMEDICO, ING. MECANICO ELECTRICO U OTROS SIMILARES CON EXPERIENCIA MINIMA DE DOS (02) AÑOS COMO APLICACIONCITA EN EQUIPOS OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

SOLICITAMOS SE ACEPTE: ING. ELECTRONICO, ING. BIOMEDICO, ING. MECANICO ELECTRICO, TECNICO ELECTRONICO TITULADO U OTROS SIMILARES CON EXPERIENCIA MINIMA DE DOS (02) AÑOS COMO APLICACIONCITA EN EQUIPOS OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.3

Literal: 7

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria precisa que se mantendrá el requerimiento del perfil solicitado, toda vez que es el perfil idóneo para el objeto de la convocatoria

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria precisa que se mantendrá el requerimiento del perfil solicitado, toda vez que es el perfil idóneo para el objeto de la convocatoria

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura :AS-SM-5-2024-HAPCSR II-2-3

Nro. de convocatoria :3

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de un equipo Yag Laser /LST para el Centro Oftalmológico del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2

Ruc/código :	20555048905	Fecha de envío :	27/09/2024
Nombre o Razón social :	VISUAL TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	22:12:05

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

A03. TIEMPO DE PULSO : 0.3 A 10 mJ POR PULSO CONTINUAMENTE VARIABLE
SOLICITAMOS AL COMITE ACEPTAR TAMBIEN TIEMPO DE PULSO : 0.5 A 10 mJ POR PULSO CONTINUAMENTE VARIABLE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPIII Literal: 5.1.3 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LITERAL a),b) c) d) e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA PRECISA QUE SE ACEPTARA DESDE 0.3 A 10 MJ Y/O 0.5 A10MJ POR PULSO CONTINUAMENTE VARIABLE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA PRECISA QUE SE ACEPTARA DESDE 0.3 A 10 MJ Y/O 0.5 A10MJ POR PULSO CONTINUAMENTE VARIABLE

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura :AS-SM-5-2024-HAPCSR II-2-3

Nro. de convocatoria :3

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de un equipo Yag Laser /LST para el Centro Oftalmológico del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2

Ruc/código :	20555048905	Fecha de envío :	27/09/2024
Nombre o Razón social :	VISUAL TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	22:12:05

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:
A04. ANCHO DE PULSO 4NS
SOLICITAMOS AL COMITE ACEPTAR TAMBIEN UN EQUIPO CON ANCHO DE PULSO <4NS

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPIII Literal: 5.1.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
ART. 2 LITERA a) b), c) d)

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA PRECISA QUE SE ACEPTARA LA ESPECIFICACION TECNICA DE A04: DE ANCHO DE PULSO DE 4NS O MENOR, A EFECTOS DE TENER MAYOR OPORTUNIDAD DE ATENCION SEGÚN PROTOCOLOS TERAPEUTICOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA PRECISA QUE SE ACEPTARA LA ESPECIFICACION TECNICA DE A04: DE ANCHO DE PULSO DE 4NS O MENOR, A EFECTOS DE TENER MAYOR OPORTUNIDAD DE ATENCION SEGÚN PROTOCOLOS TERAPEUTICOS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-HAPCSR II-2-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de un equipo Yag Laser /LST para el Centro Oftalmológico del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2

Ruc/código :	20555048905	Fecha de envío :	27/09/2024
Nombre o Razón social :	VISUAL TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	22:12:05

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

A06. TAMANO DEL SPOT 10 MICRAS

SOLICITAMOS AL COMITE ACEPTAR UN EQUIPO CON TAMAÑO DE SPOT < 10 MICRAS

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPIII Literal: 5.1.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LITERAL a),b), c) d) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA PRECISA QUE SE ACEPTARA LA ESPECIFICACION TECNICA DE A06: TAMAÑO DE SPOT DE 10 MICRAS O MENOR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA PRECISA QUE SE ACEPTARA LA ESPECIFICACION TECNICA DE A06: TAMAÑO DE SPOT DE 10 MICRAS O MENOR

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura :AS-SM-5-2024-HAPCSR II-2-3

Nro. de convocatoria :3

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de un equipo Yag Laser /LST para el Centro Oftalmológico del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2

Ruc/código :	20555048905	Fecha de envío :	27/09/2024
Nombre o Razón social :	VISUAL TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	22:12:05

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

A07. PUNTO DE FOCALIZACION ANTERIOR Y POSTERIOR DE 0 A +/- 500 MICRAS
SOLICITAMOS AL COMITE ACEPTAR UN EQUIPO PUNTO DE FOCALIZACION POSTERIOR DE 0 , 150 Y 300 MICRAS, PARA FOMENTAR LA PLURALIDAD DE POSTORES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPIII Literal: 5.1.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 , LITERAL a),b) c) d) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA PRECISA QUE SE ACEPTARA LA ESPECIFICACION TECNICA DE A07: SE ACEPTARA PUNTO DE FOCALIZACION ANTERIOR DE 0 A 500 MIC4RAS Y POSTERIOR DE 0 A 300 MICRAS O MAYOR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA PRECISA QUE SE ACEPTARA LA ESPECIFICACION TECNICA DE A07: SE ACEPTARA PUNTO DE FOCALIZACION ANTERIOR DE 0 A 500 MIC4RAS Y POSTERIOR DE 0 A 300 MICRAS O MAYOR

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura :AS-SM-5-2024-HAPCSR II-2-3

Nro. de convocatoria :3

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de un equipo Yag Laser /LST para el Centro Oftalmológico del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2

Ruc/código :	20555048905	Fecha de envío :	27/09/2024
Nombre o Razón social :	VISUAL TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	22:12:05

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

B01. PUNTERO LASER TIPO DIODO DE 510 NM
SOLICITAMOS AL COMITE ACEPTAR UN EQUIPO CONN PUNTERO LASER TIPO DIODO DE 635 NM COLOR ROJO

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPIII Literal: 5.1.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LITERAL a),b)c) d) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA PRECISA QUE SE ACEPTARA LA ESPECIFICACION TECNICA DE B01: PUNTERO LASER TIPO DIODO DE 510 NM y/o 635 NM,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA PRECISA QUE SE ACEPTARA LA ESPECIFICACION TECNICA DE B01: PUNTERO LASER TIPO DIODO DE 510 NM y/o 635 NM,

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura :AS-SM-5-2024-HAPCSR II-2-3

Nro. de convocatoria :3

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de un equipo Yag Laser /LST para el Centro Oftalmológico del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2

Ruc/código :	20555048905	Fecha de envío :	27/09/2024
Nombre o Razón social :	VISUAL TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	22:12:05

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

C01. LAMPARA DE HENDIDURA DE LA MISMA MARCA CON 3 AUMENTOS (TIPO ZEISS)
SOLICITAMOS AL COMITE ACEPTAR UNA LAMPARA DE HENDIDURA DE LA MISMA MARCA CON 05 AUMENTOS (TIPO ZEISS)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPIII Literal: 5.1.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 literal a),b) c) d) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA PRECISA QUE SE ACEPTARA LA ESPECIFICACION TECNICA DE C01. LAMPARA DE HENDIDURA DE LA MISMA MARCA CON 3 AUMENTOS (TIPO ZEISS) O MAYOR. PARA UNA MEJOR MAGNIFICACION DE LA IMAGEN PARA UN MEJOR TRATAMIENTO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA PRECISA QUE SE ACEPTARA LA ESPECIFICACION TECNICA DE C01. LAMPARA DE HENDIDURA DE LA MISMA MARCA CON 3 AUMENTOS (TIPO ZEISS) O MAYOR. PARA UNA MEJOR MAGNIFICACION DE LA IMAGEN PARA UN MEJOR TRATAMIENTO.

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA		
Nomenclatura :	AS-SM-5-2024-HAPCSR II-2-3		
Nro. de convocatoria :	3		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	Adquisición de un equipo Yag Laser /LST para el Centro Oftalmológico del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2		

Ruc/código :	20555048905	Fecha de envío :	27/09/2024
Nombre o Razón social :	VISUAL TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	22:12:05

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

C04. DISTANCIA INTERPUPILAR 48.5 MM-80 MM
SOLICITAMOS AL COMITE ACEPTAR UN EQUIPO CON DISTANCIA INTERPUPILAR DE 52-78 MM

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAPIII **Literal:** 5.1.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LITERAL a) b) c) d) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA PRECISA QUE SE ACEPTARA LA ESPECIFICACION TECNICA C04. DISTANCIA INTERPUPILAR 48.5 MM-80 MM Y TAMBIEN CON DISTANCIA INTERPUPILAR DE 52-78 MM A FIN DE FOMENTAR MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA PRECISA QUE SE ACEPTARA LA ESPECIFICACION TECNICA C04. DISTANCIA INTERPUPILAR 48.5 MM-80 MM Y TAMBIEN CON DISTANCIA INTERPUPILAR DE 52-78 MM A FIN DE FOMENTAR MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura :AS-SM-5-2024-HAPCSR II-2-3

Nro. de convocatoria :3

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de un equipo Yag Laser /LST para el Centro Oftalmológico del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2

Ruc/código :	20555048905	Fecha de envío :	27/09/2024
Nombre o Razón social :	VISUAL TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	22:12:05

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:
C05. MESA ELECTRICA ORIGINAL DEL PROPIO EQUIPO.
SOLICITAMOS AL COMITE ACLARAR SI LA MESA ELECTRICA ES DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO Y SI DEBE INCLUIR PARA TRATAR PACIENTES CON SILLA DE RUEDAS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPIII Literal: 5.1.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
ART. 2 LITERAL a) b) c) d) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA PRECISA QUE SE MESA DEBE SER LA MISMA MARCA DEL EQUIPO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA PRECISA QUE SE MESA DEBE SER LA MISMA MARCA DEL EQUIPO

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA		
Nomenclatura :	AS-SM-5-2024-HAPCSR II-2-3		
Nro. de convocatoria :	3		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	Adquisición de un equipo Yag Laser /LST para el Centro Oftalmológico del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2		

Ruc/código :	20555048905	Fecha de envío :	27/09/2024
Nombre o Razón social :	VISUAL TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	22:12:05

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

C03. CON AJUSTE DIOPTRICO +/-5 D
SOLICITAMOS AL COMITE ACEPTAR TAMBIEN CON AJUSTE DIOPTRICO +/- 8 D

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAPIII **Literal:** 5.1.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LITERAL a) b) c) d) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA PRECISA QUE SE ACEPTARA LA ESPECIFICACION TECNICA C03. CON AJUSTE DIOPTRICO +/-5 D o mayor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA PRECISA QUE SE ACEPTARA LA ESPECIFICACION TECNICA C03. CON AJUSTE DIOPTRICO +/-5 D o mayor

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura :AS-SM-5-2024-HAPCSR II-2-3

Nro. de convocatoria :3

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de un equipo Yag Laser /LST para el Centro Oftalmológico del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2

Ruc/código :	20555048905	Fecha de envío :	27/09/2024
Nombre o Razón social :	VISUAL TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	22:12:05

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:
C06. MAGNIFICACIONES : AMPLIACION 10X,16X,25X O TRES (3) MAGNIFICACIONES
SOLICITAMOS AL COMITE ACEPTAR TAMBIEN UNA LAMPARA CON MAGNIFICACIONES 6X,10X,16X,25X,40X O 5 MAGNIFICACIONES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPIII Literal: 5.1.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
ART. 2 LITERAL a),b) c) d) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA PRECISA QUE SE ACEPTARA LA ESPECIFICACION TECNICA C06. MAGNIFICACIONES : se aceptará de tres (3) magnificaciones o mayor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA PRECISA QUE SE ACEPTARA LA ESPECIFICACION TECNICA C06. MAGNIFICACIONES : se aceptará de tres (3) magnificaciones o mayor

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-HAPCSR II-2-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de un equipo Yag Laser /LST para el Centro Oftalmológico del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2

Ruc/código :	20555048905	Fecha de envío :	27/09/2024
Nombre o Razón social :	VISUAL TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	22:12:05

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

C07. DISTANCIA DE TRABAJO 80 NM
SOLICITAMOS AL COMITE ACEPTAR CON DISTANCIA DE TRABAJO PROPIO DE CADA FABRICANTE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 5.1.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LITERAL a) b) c) d) y e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA PRECISA QUE SE ACEPTARA LA ESPECIFICACION TECNICA C07. DISTANCIA DE TRABAJO 80 NM O MAYOR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA PRECISA QUE SE ACEPTARA LA ESPECIFICACION TECNICA C07. DISTANCIA DE TRABAJO 80 NM O MAYOR