

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-57-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de material de vidrio para el Almacén de reactivos químicos de la Dirección del Departamento Académico de Ingeniería Química de la UNSA

Ruc/código : 20270485015

Fecha de envío : 07/11/2023

Nombre o Razón social : IMPORTADORA ANDINA E.I.R.L

Hora de envío : 11:20:09

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN EL ITEM 5 se requiere BOCA ESMERILADA 29/32

Se consulta si todos los balones solicitados deben 29/32 o solo basta con uno

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPITULO 3 Literal: 4

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que todos los balones son de cuellos NS perfectamente esmerilados con un interior liso garantiza un excelente cierre a prueba de fugas (cuello central de 29/32 y los dos cuellos del costados de 19/26)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-57-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de material de vidrio para el Almacén de reactivos químicos de la Dirección del Departamento Académico de Ingeniería Química de la UNSA

Ruc/código : 20270485015

Fecha de envío : 07/11/2023

Nombre o Razón social : IMPORTADORA ANDINA E.I.R.L

Hora de envío : 11:20:09

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN EL ITEM 6 se requiere BOCA ESMERILADA 29/32

Se consulta si todos los balones solicitados deben 29/32 o solo basta con uno

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPITULO 3 Literal: 4

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que todos los balones son de cuellos NS perfectamente esmerilados con un interior liso garantiza un excelente cierre a prueba de fugas (cuello central de 29/32 y el cuellos del costados de 19/26)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN

Nomenclatura : AS-SM-57-2023-UNSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de material de vidrio para el Almacén de reactivos químicos de la Dirección del Departamento Académico de Ingeniería Química de la UNSA

Ruc/código :	20605872566	Fecha de envío :	07/11/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION ESPINAL S.A.C. - CORESPI S.A.C.	Hora de envío :	13:23:43

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

En las bases se solicita un plazo de entrega de 15 días calendario contados a partir del día siguiente de perfeccionado el contrato, sin embargo en la pagina 27 del expediente solicitan 15 días calendario contados desde el día siguiente de notificada la orden de compra. Favor de confirmar cual de tomara en cuenta.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1 **Literal:** 1.8 **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación en el sentido que se solicita un plazo de entrega de 15 días calendario contados a partir del día siguiente de perfeccionado el contrato

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

8.PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de la ejecución de la prestación no excederá de quince días (15) calendario. La fecha de inicio se contará desde el día siguiente de perfeccionado el contrato respectivo al proveedor elegido