

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA  
Nomenclatura : LP-SM-6-2023-HNAL-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

Ruc/código : 20465722119  
Nombre o Razón social : GLOBAL SUPPLY S.A.C.

Fecha de envío : 23/11/2023  
Hora de envío : 11:30:03

## Observación: Nro. 1

### Consulta/Observación:

#### 5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ITEM 3: CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N°20 G X 1 1/4" CON DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD  
FICHA HOMOLOGADA

#### 2.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

##### 2.1.1 CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

##### b) Catéter

Longitud 1 ¼ in o 1 ¼<sub>z</sub> o 31,75 mm ± 2mm

Teniendo en cuenta que cada fabricante utiliza diseños diferentes que cumplen con normas de manufacturación y estándares de calidad internacionales, se solicita al área usuaria considerar el rango de longitud del catéter sea ampliado a Longitud 1 ¼ in o 1 ¼<sub>z</sub> o 31,75 mm ± 2.5 mm. Esto no afecta el procedimiento de inserción. Asimismo, aceptar la ampliación de longitud promueve una mayor pluralidad de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 0

### Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley 30225, Artículo 2 incisos a) b) c) y e)

### Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA, NO ACOGE LA OBSERVACION, DEBIDO A QUE MAYOR O MENOR MARGEN DE LONGITUD EXISTE UN MENOR GRADO DE CONFIANZA EN EL USO.

### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA  
Nomenclatura : LP-SM-6-2023-HNAL-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

Ruc/código :	20465722119	Fecha de envío :	23/11/2023
Nombre o Razón social :	GLOBAL SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	11:30:03

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ITEM 4: CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO N°18 G X 1 1/4" CON DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD  
FICHA HOMOLOGADA

2.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2.1.1 CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

b) Catéter

Longitud 1 ¼ in o 1 ¼<sub>i</sub> o 31,75 mm ± 2mm

Teniendo en cuenta que cada fabricante utiliza diseños diferentes que cumplen con normas de manufacturación y estándares de calidad internacionales, se solicita al área usuaria considerar el rango de longitud del catéter sea ampliado a Longitud 1 ¼ in o 1 ¼<sub>i</sub> o 31,75 mm ± 2.5 mm. Esto no afecta el procedimiento de inserción. Asimismo, aceptar la ampliación de longitud promueve una mayor pluralidad de postores.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 5      **Literal:** 5.1      **Página:** 0

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Ley 30225, Artículo 2 incisos a) b) c) y e)

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA, NO ACOGE SU OBSERVACION, DEBIDO QUE A MAYOR O MENOR MARGEN DE ERROR EXISTE UN MENOR GRADO DE CONFIANZA.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-6-2023-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

Ruc/código : 20465722119

Fecha de envío : 23/11/2023

Nombre o Razón social : GLOBAL SUPPLY S.A.C.

Hora de envío : 11:30:03

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

FICHA DE HOMOLOGACIÓN  
CALIDAD

2.2.3 DEL CONTROL DE

Se solicita al comité especificar si para este proceso corresponderá control de calidad, dado que no se observa el cronograma de muestreo. a la vez Se solicita al comité se sirva considerar la No Necesidad de realizar el control de calidad para los productos en el presente proceso teniendo en cuenta que esto elevaría el precio de los productos ofertados, considerando que el volumen requerido es bajo, y además de que estos productos son fabricados y liberados al mercado bajo normas internacionales y certificados bajo la ISO 13485, lo cual asegura la calidad, eficacia y seguridad del producto.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 2.2.3      **Literal:** 0      **Página:** 7

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Ley 30225, Artículo 2 incisos a) b) c) y e)

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA, NO ACOGE SU OBSERVACION, DEBIDO A Q DICHO REQUISITO NO IMPIDE O PONE EN RIESGO LA FINALIDAD DE LA CONTRATACION.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA  
Nomenclatura : LP-SM-6-2023-HNAL-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	29/11/2023
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	18:51:56

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

(ii) Se evaluará las muestras de acuerdo a su aspecto...

Se solicita precisar que aspectos objetivos en relación a las características organolépticas se evaluarán visualmente en las muestras?

**Acápites de las bases :** Sección: General      Numeral: 2.2.1.1      Literal: m      **Página: 20**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA, ACLARA QUE LOS ASPECTOS OBJETIVOS EN RELACION A LAS CARACTERISTICAS ORGANOLECTICAS SE EVALUARAN CONFORME SE INDICA EN EL FORMATO DE EVALUACION 2 ESPECIFICADO EN EL IV ANEXOS.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA  
Nomenclatura : LP-SM-6-2023-HNAL-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

---

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	29/11/2023
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	18:51:56

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

...ISO 13845.

Se solicita corregir debe decir ISO 13485

**Acápito de las bases :** Sección: General

Numeral: 5.4

Literal: d

Página: 53

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA, ACOGE SU CONSULTA.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

DEBE DECIR ISO 13485

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA  
Nomenclatura : LP-SM-6-2023-HNAL-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	29/11/2023
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	18:51:56

**Consulta: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

Aspectos a verificar

Cumplimiento de las especificaciones técnicas

Se solicita indicar que especificaciones técnicas de la ficha homologada serán evaluadas

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 15

**Literal:** -

**Página:** 57

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA, ACLARA QUE LOS ASPECTOS OBJETIVOS EN RELACION A LAS CARACTERISTICAS ORGANOLECTICAS SE EVALUARAN CONFORME SE INDICA EN EL FORMATO DE EVALUACION 2 ESPECIFICADO EN IV ANEXOS.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA  
Nomenclatura : LP-SM-6-2023-HNAL-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN ANUAL DE CATÉTER ENDOVENOSO PERIFÉRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

Ruc/código :	20377339461	Fecha de envío :	29/11/2023
Nombre o Razón social :	B.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	Hora de envío :	18:51:56

**Consulta: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

pag 80, 93 y 106

Copia de informes de ensayo

Se solicita Indicar cual es el cronograma de la entidad para la copia del informe de ensayo y acta de muestreo solicitado.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 2.2      Literal: 2.2.3      **Página:** 67,  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA, ACLARA QUE DICHO DOCUMENTO DEBERA SER ENTREGADO SEGUN EL CRONOGRAMA DE ENTREGA DETALLADO EN EL CUADRO N° 2 CRONOGRAMA DE ENTREGAS DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null