

**FORMATO N° 22**

**ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:  
BIENES, SERVICIOS EN GENERAL Y OBRAS**

<b>1</b>	<b>NÚMERO DE ACTA</b>	<b>2</b>
----------	-----------------------	----------




<b>2</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL</b> <p>En, la ciudad de pampas a los 24 de agosto del 2023, en el local de la Unidad de Abastecimiento de la Unidad Ejecutora 403 Red de Salud Tayacaja, a las 17.05 horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante RESOLUCION DIRECTORAL N° 1001-2023-GOB.REGHVCA/DIRESA-HVCA/UERST/DE encargado de la preparación, conducción y realización de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA-6-2023-UERST-CS-1, cuyo objeto de convocatoria es la ADQUISICIÓN DE HEMOGLOBINÓMETRO PARA LA UNIDAD EJECUTORA 403 RED DE SALUD TAYACAJA, a fin de APERTURAR LA OFERTA ECONÓMICA y OTORGAR LA BUENA PRO.</p> <p>El otorgamiento de la buena pro, estaba programado para el 09/08/2023, pero por recarga laboral y ausencia de algunos miembros del comité (presidente y primer miembro) no se pudo realizar con el cronograma, por lo que se postergó la buena pro hasta el 16/08/2023.</p>
----------	---

3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)					
	El quorum necesario que exige la normativa de contratación del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:					
	Presidente del comité de seleccion (con conocimiento técnico)	LIC. SAYDA MOLLENDO MAMANI	Titular	X	Dependencia:	ESTRATEGIA SANITARIA DE ALIMENTACION Y NUTRICION SALUDABLE
			Suplente			
	Primer Miembro: (con conocimiento técnico)	BIOLG. ELIM PAMELA PAREDES HUANUCO	Titular	X	Dependencia:	AREA DE LABORATORIO.
			Suplente			
	Segundo Miembro: miembro (OEC)	CPC. JAQUELINNE MIGUEL DIONISIO	Titular	X	Dependencia:	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
			Suplente			

<b>4</b>	<b>OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO</b> <p>De acuerdo con los resultados de la calificación, el postor ganador de la buena pro es:</p> <table border="1"> <tr> <th align="center">Nombre o razón social del postor ganador</th><th align="center">Monto adjudicado</th></tr> <tr> <td align="center"><b>DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.</b></td><td align="center"><b>72,000.00</b></td></tr> </table>	Nombre o razón social del postor ganador	Monto adjudicado	<b>DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.</b>	<b>72,000.00</b>
Nombre o razón social del postor ganador	Monto adjudicado				
<b>DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.</b>	<b>72,000.00</b>				

<b>5</b>	<b>BASE LEGAL</b> <p>Numeral 7.5 de la DIRECTIVA N° 006-2019-OSCE/CD: "Para otorgar la buena pro a la oferta de menor precio que reúna las condiciones exigidas en las Bases, el OEC o el comité de selección, según corresponda, debe verificar la existencia, como mínimo, de dos (2) ofertas válidas, de lo contrario declara desierto el procedimiento de selección."</p>
----------	--

<b>6</b>	<b>ACUERDO ADOPTADO</b> <p>Los integrantes del Comité de Selección, por unanimidad, otorgan la buena pro al postor mencionado en el numeral 4.</p>
----------	---

7	<div><div><div>SAYDA MOLLENDO MAMANI PRESIDENTE</div></div><div><div><div>BIOLG. ELIM P. PAREDES HUANUCO PRIMER MIEMBRO</div></div><div><div><div>CPC. JAQUELINNE MIGUEL DIONISIO SEGUNDO MIEMBRO (OEC)</div></div><div>LIC.</div></div></div></div>		
<div>NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>			

# FORMATO N° 11

## ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN: BIENES (PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)

1 NÚMERO DE ACTA

1

### 2 SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL

En, la ciudad de pampas a los 24 días del mes de agosto del año 2023, en el local de la Unidad de Abastecimiento de la Unidad Ejecutora 403 Red de Salud Tayacaja, a las 10.00 horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante RESOLUCION DIRECTORAL N° 1001-2023-GOB.REGHVCA/DIRESA-HVCA/UERST/DE encargado de la preparación, conducción y realización de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA-6-2023-UERST-CS-1, cuyo objeto de convocatoria es la ADQUISICIÓN DE HEMOGLOBINÓMETRO PARA LA UNIDAD EJECUTORA 403 RED DE SALUD TAYACAJA, a fin de efectuar la APERTURA, ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS. EL OTORGAMIENTO

El otorgamiento de la buena pro, estaba programado para el 09/08/2023, pero por recarga laboral y ausencia de algunos miembros del comité (presidente tanto titular y suplente y primer miembro) no se pudo realizar con el cronograma de la admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro, por lo que se postergó el 24/08/2023. El mismo que está sustentado con los memorandos de comisión respectiva.

### 3 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Presidente: miembro : miembro con conocimiento técnico.	LIC. SAYDA MOLLEND MAMANI	Titular	X	Dependencia:	ESTRATEGIA SANITARIA DE ALIMENTACION Y NUTRICION SALUDABLE
		Suplente			
Primer Miembro: miembro con conocimiento técnico.	BIOLG. ELIM PAMELA PAREDES HUANUCO	Titular	X	Dependencia:	AREA DE LABORATORIO.
		Suplente			
Segundo Miembro: miembro (Órgano Encargado de la Contrataciones)	CPC. JAQUELINNE MIGUEL DIONISIO	Titular	X	Dependencia:	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
		Suplente			

### 4 DETALLE DE LOS PARTICIPANTES

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

N°	Nombre o razón social del participante	RUC
1	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	10198046111
2	CHAPOLAB SAC	20501887286
3	SIMED PERU S.A.C.	20545792177
4	RODA MEDICAL E.I.R.L. - RODA MED E.I.R.L.	20553853355
5	VAN REPRESENTACIONES GENERALES E.I.R.L.	20600908783
6	CORPORACION CHEMICALS S.A.C.	20601325153
7	KERY-LAB-MEDIC E.I.R.L.	20601595436
8	INVERSIONES MITHIALI MEDIC S.A.C.	20602972608
9	CHAPOMEDIC S.A.C.	20606919388

FORMATO N° 11

ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:  
BIENES  
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)

10 CIENTIFICA INCA S.A.C.

20607779695

5 DETALLE DE LOS POSTORES

En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores registraron en la plataforma del SEACE sus ofertas:

N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
1	Cientifica Inca SAC Corporacion Chemicals SAC	8/8/2023	18:06:52
2	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	8/8/2023	18:56:56
3	SIMED PERU S.A.C.	8/8/2023	18:59:11

6 Acto seguido, se procede con la descarga e impresión de las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de los términos de referencias previstas en las bases.

7 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:

N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
1	Cientifica Inca SAC Corporacion Chemicals SAC	En el literal d) del 2.1.1.1 documentos para la admisión de la oferta se solicita "...deberán adjuntar los documentos técnicos sustentatorios como: catálogos, manuales, folletos u otros documentos técnicos del fabricante o dueño de marca relativos al modelo del bien que se está ofertando. deberán demostrar fehacientemente que los bienes ofertados, cumplen con las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por la dirección regional de salud tayacaja, para lo cual deberán señalar de manera clara y legible dentro de los documentos técnicos sustentatorios..." visto el párrafo anterior su representada no cumple o no demuestra las especificaciones técnicas solicitadas respecto a "método de medición de hemoglobina: azidametahemoglobina o punto isosbestico" y "equipo que trabaja con doble longitud de onda de 570mm y 880mm o de rango más amplio".
2	SIMED PERU S.A.C.	En el literal d) del 2.1.1.1 documentos para la admisión de la oferta se solicita "...deberán adjuntar los documentos técnicos sustentatorios como: catálogos, manuales, folletos u otros documentos técnicos del fabricante o dueño de marca relativos al modelo del bien que se está ofertando. deberán demostrar fehacientemente que los bienes ofertados, cumplen con las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por la dirección regional de salud tayacaja, para lo cual deberán señalar de manera clara y legible dentro de los documentos técnicos sustentatorios..." visto el párrafo anterior su representada no cumple o no demuestra la especificación técnica solicitada respecto a "MEMORIA PARA 1500 A MAS RESULTADOS, INCLUYENDO FECHA HORA Y ANÁLISIS"

8 DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN



**FORMATO N° 11**

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:  
BIENES**

**(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:  
Los miembros del comité de selección, realizaron la evaluación de los terminos de referencia según lo dispuesto en las bases integradas del presente procedimiento de selección, en base a ello se da la admisión de las siguientes ofertas.

N°	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula
1	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	ITEM 1

**9 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS**

**9.1 DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA**

N°	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor referencial
2	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	72,000.00	87.80

**9.2 DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según Anexo ADJUNTO que forma parte de la presente Acta.

**10 PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES**

COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR

<b>10.2</b>	<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1</b>	<b>DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.</b>
	<b>FACTORES</b>	<b>PUNTAJES</b>
	PRECIO	80
	GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR	20
	<b>SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES</b>	<b>100</b>

**12 CALIFICACIÓN**

Luego de culminada la evaluación, el COMITÉ DE SELECCIÓN determinó si el postor que obtuvo el primer lugar según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases:

Los miembros del comité de selección, realizaron la evaluación de los requisitos de calificación según lo dispuesto en las bases integradas del presente procedimiento de selección, en base a ello se da la calificación de las siguientes ofertas.

12.3	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1		DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
	A	CAPACIDAD LEGAL	SI	
	B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	SI	
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CUMPLE	

**DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS**

La calificación de las ofertas se detalla en el cuadro de Calificación, según Anexo ADJUNTO que forma parte de la presente Acta.

**13 RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN**

De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo el **PRIMER [ 11 ]** lugar en orden de prelación, cumple los requisitos de calificación establecidos en las bases:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR
1	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.

DE SER EL CASO INCLUIR:




Asimismo, los siguientes postores fueron descalificados por no cumplir los requisitos de calificación especificados en las bases:

**FORMATO N° 11**

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:  
BIENES  
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	CONSIGNAR LAS RAZONES DE SU DESCALIFICACIÓN
1	.....	.....
2	.....	.....

<b>14</b>	<b>ACUERDO ADOPTADO</b>
	Los integrantes del COMITE DE SELECCION [ 12 ], por UNANIMIDAD [ 13 ], dan por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado y a los cuadros de Evaluación de Ofertas y Calificación adjuntos que forman parte del Acta.

<b>15</b>	  
	<b>LIC. SAYDA MOLLENDI MAMANI</b> PRESIDENTE <b>BIOLG. ELIM P. PAREDES HUANUCO</b> PRIMER MIEMBRO <b>CPC JAQUELINNE MIGUEL DIONISIO</b> SEGUNDO MIEMBRO(OEC)
	<b>NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>

AS-SM-6-2023-UERST-CS-1  
ADQUISICIÓN DE HEMOGLOBINÓMETRO PARA LA UNIDAD EJECUTORA 403 RED DE SALUD TAYACAJA

EVALUCION Y DETERMINACION DE PUNTAJE ECONOMICO




N° ORDEN DE EVALUACION	POSTOR	FACTOR DE EVALUACIÓN		PUNTAJE MAXIMO SEGÚN BASES	PUNTAJE OBTENIDO DE PRECIO	FACTOR DE EVALUACIÓN		PUNTAJE DE PRECIO SEGÚN BASES	PUNTAJE ECONOMICO TOTAL
		PRECIO OFERTADO				GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR			
1	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	72,000.00		80.00	80.00	20.00		20.00	100.00
		72,000.00							

TOTAL PUNTAJE TECNICO Y PUNYAJE ECONOMICO

N° ORDEN DE EVALUACION	POSTOR	PUNTAJE TOTAL OBTENIDO	BONIFICACIÓN DEL 10% SERV. FUERA DE LA PROV. DE LIMA Y CALLAO (ANEXO 10)	BONIFICACIÓN DEL 5 % MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA (ANEXO 11)	PUNTAJE TOTAL CON BONIFICIÓN
1	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	100.00	0.00	0.00	100.00

DETERMINACION DE ORDEN DE PRELACION



N° ORDEN DE EVALUACION	POSTOR	PUNTAJE TOTAL OBTENIDO	BONIFICACIÓN DEL 10% SERV. FUERA DE LA PROV. DE LIMA Y CALLAO (ANEXO 10)	BONIFICACIÓN DEL 5 % MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA (ANEXO 11)	PUNTAJE TOTAL CON BONIFICIÓN	ORDEN DE PRELACION
1	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	100.00	0.00	4.86	104.86	1

AS-SM-6-2023-UEFST-CS-1  
ADQUISICIÓN DE HEMOGLOBINÓMETRO PARA LA UNIDAD EJECUTORA 403 RED DE SALUD TAYACAJA

DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA

DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA	Clintifica Inca SAC Corporation Chemicals SAC		DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C		SIMED PERU S.A.C.	
	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
a)Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)						
b)Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta...						
c)Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N°2)						
d) Declaración jurada de cumplimiento de los términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3) El postor deberá presentar la configuración del bien ofertado indicando claramente las partes, componentes y accesorios que lo conforman. Para validar la propuesta los postores deberán adjuntar los documentos técnicos sustentatorios como: catálogos, manuales, folletos u otros documentos técnicos del fabricante o dueño de marca relativos al modelo del bien que se está ofertando. Deberán demostrar fehacientemente que los bienes ofertados, cumplen con las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por la Dirección Regional de Salud Tayacaja, para lo cual deberán señalar de manera clara y legible dentro de los documentos técnicos sustentatorios, cada una de las especificaciones técnicas mínimas solicitadas, las mismas que serán tomadas en cuenta para la evaluación respectiva. El documento complementario dcon los memorando de comisión respectiva.defecto acompañado de traducción simple con la indicación y suscripción de quien oficie de traductor debidamente identificado, salvo el caso de información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original.	NO CUMPLE		CUMPLE		NO CUMPLE	
e)Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)						
f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)						
g)El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.						
RESULTADOS :	NO ADMITIDO		ADMITIDO		NO ADMITIDO	
DETALLE/ JUSTIFICACION	<p>En el literal d) del 2.1.1.1 documentos para la admisión de la oferta se solicita "...deberán adjuntar los documentos técnicos sustentatorios como: catálogos, manuales, folletos u otros documentos técnicos del fabricante o dueño de marca relativos al modelo del bien que se está ofertando. deberán demostrar fehacientemente que los bienes ofertados, cumplen con las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por la dirección regional de salud tayacaja, para lo cual deberán señalar de manera clara y legible dentro de los documentos técnicos sustentatorios..."</p> <p>visto el párrafo anterior su representada no cumple o no demuestra las especificaciones técnicas solicitadas respecto a "método de medición de hemoglobina: azidametahemoglobina o punto isosbestico" y "equipo que trabaja con doble longitud de onda de 570nm y 880nm o de rango más amplio".</p>		<p>En el literal d) del 2.1.1.1 documentos para la admisión de la oferta se solicita "...deberán adjuntar los documentos técnicos sustentatorios como: catálogos, manuales, folletos u otros documentos técnicos del fabricante o dueño de marca relativos al modelo del bien que se está ofertando. deberán demostrar fehacientemente que los bienes ofertados, cumplen con las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por la dirección regional de salud tayacaja, para lo cual deberán señalar de manera clara y legible dentro de los documentos técnicos sustentatorios..."</p> <p>visto el párrafo anterior su representada no cumple o no demuestra la especificación técnica solicitada respecto a "MEMORIA PARA 1500 A MAS RESULTADOS, INCLUYENDO FECHA HORA Y ANALISIS"</p>		<p>En el literal d) del 2.1.1.1 documentos para la admisión de la oferta se solicita "...deberán adjuntar los documentos técnicos sustentatorios como: catálogos, manuales, folletos u otros documentos técnicos del fabricante o dueño de marca relativos al modelo del bien que se está ofertando. deberán demostrar fehacientemente que los bienes ofertados, cumplen con las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por la dirección regional de salud tayacaja, para lo cual deberán señalar de manera clara y legible dentro de los documentos técnicos sustentatorios..."</p> <p>visto el párrafo anterior su representada no cumple o no demuestra la especificación técnica solicitada respecto a "MEMORIA PARA 1500 A MAS RESULTADOS, INCLUYENDO FECHA HORA Y ANALISIS"</p>	



# ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2023-UERST-CS-1- PRIMERA CONVOCATORIA CUADRO COMPARATIVO DE CUMPLIMIENTO DE CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS

## HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL

CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS	SIMED PERU SAC OFERTA: HEMOCUE HB 201+	CIENTIFICA INCA S.A.C. OFERTA : CELEREST, H7 SERIES	DIAGNOSTICA PERUANA SAC OFERTA : EKF DIAGNOSTIC
* Principio de medicion fotometria de absorcion optica	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
* Metodo de medicion de Hemoglobina : AZIDAMETAHEMOGLOBINA O PUNTO ISOSBESTICO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
* Memoria para 1500 a mas RESULTADOS, incluyendo fecha y hora del analisis	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
* pantalla digital o tactil	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
* bateria integrada recargable con una autonomia de 80 horas o mas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
* Rango de medicion de 0 a 25.6 g/dl( 0-256 g/L, 0-15.9 m/mol)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
* Equipo que permite o no configurar valores referenciales : Mujeres , Hombres y niños	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
* Equipo que trabaja con doble longitud de onda de 570nm y 880nm o de rango mas amplio	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
* Tamaño de la muestra que no exceda a los 10 [l]	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
* Se muestra los resultados dentro de los ≤ 60 segundos	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
* Equipos comparados con el metodo de referencia NCCLS o ICSH	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
* Temperatura de trabajo del equipo: De 4 °C - 40°C	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
* Accesorio para verificar la calibracion : sistema de autoverificacion interna de la curva de calibración o cubeta de control diferenciada a la cubeta para medicion	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
* Contenedor de muestra : Tipo cubeta , celda u otro contenedor compatible con equipo hemoglobinometro portatil	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

MINISTERIO DE SALUD  
RED DE SALUD  
Dispositivos Médicos  
Equipamiento y Mantenimiento  
CIP. 250214

24 de Agosto del 2023