

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : AS-SM-30-2024-HSR-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA POR REPOSICION DE UN (01) SISTEMA DE MOTOR UNIVERSAL - SIERRA OSCILANTE PARA DEPARTAMENTO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL SANTA ROSA

Ruc/código : 20101281702

Nombre o Razón social : BASCAT Y CIA S.A.C.

Fecha de envío : 11/07/2025

Hora de envío : 11:38:59

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita al Comité de Selección tenga a bien aclarar si el requerimiento consignado en la sección ¿DESCRIPCIÓN¿, referido al componente ¿Cobertor¿, corresponde funcional y técnicamente al elemento indicado en la sección ¿COMPONENTES- MATERIAL¿ como ¿Dos (02) Cobertores para evitar contaminación, de requerirlo¿. Ello en atención a que en la sección DESCRIPCIÓN se presenta como un componente de entrega obligatoria, mientras que en la sección COMPONENTES se señala como un componente condicional, lo que genera una discrepancia que puede afectar la interpretación uniforme entre los postores. En tal sentido, y con la finalidad de garantizar el principio de igualdad de trato y transparencia en la evaluación de las propuestas, se solicita que se considere modificar el requerimiento consignado en la sección DESCRIPCIÓN, a fin de armonizarlo con lo indicado en la sección COMPONENTES, quedando redactado de la siguiente manera: "Cobertor, de requerirlo"

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LO SEÑALADO POR EL AREA USUARIA, SE ACLARA QUE EL TERMINO ES: COBERTOR DE REQUERIRLO. ASIMIMO, SERA ADECUADO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura :AS-SM-30-2024-HSR-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :COMPRA POR REPOSICION DE UN (01) SISTEMA DE MOTOR UNIVERSAL - SIERRA OSCILANTE PARA DEPARTAMENTO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL SANTA ROSA

Ruc/código :	20101281702	Fecha de envío :	11/07/2025
Nombre o Razón social :	BASCAT Y CIA S.A.C.	Hora de envío :	11:38:59

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita al Comité de Selección tenga a bien aclarar si el requerimiento consignado en la sección ¿DESCRIPCIÓN¿, referido al componente ¿Adaptadores de batería¿, corresponde funcional y técnicamente al elemento indicado en la sección ¿COMPONENTES-MATERIAL¿ como ¿Dos (02) estuches para batería, de requerirlo¿. Ello en atención a que en la sección DESCRIPCIÓN se presenta como un componente de entrega obligatoria, mientras que en la sección COMPONENTES se señala como un componente condicional, lo que genera una discrepancia que puede afectar la interpretación uniforme entre los postores. En tal sentido, y con la finalidad de garantizar el principio de igualdad de trato y transparencia en la evaluación de las propuestas, se solicita que se considere modificar el requerimiento consignado en la sección DESCRIPCIÓN, a fin de armonizarlo con lo indicado en la sección COMPONENTES, quedando redactado de la siguiente manera: " Adaptadores de baterías, de requerirlo"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LO SEÑALADO POR EL AREA USUARIA, SE ACLARA QUE EL TERMINO ES: ADAPTADORES DE BATERIA DE REQUERIRLO. ASIMIMO, SERA ADECUADO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : AS-SM-30-2024-HSR-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : COMPRA POR REPOSICION DE UN (01) SISTEMA DE MOTOR UNIVERSAL - SIERRA OSCILANTE PARA DEPARTAMENTO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL SANTA ROSA

Ruc/código :	20101281702	Fecha de envío :	11/07/2025
Nombre o Razón social :	BASCAT Y CIA S.A.C.	Hora de envío :	11:38:59

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita al Comité de Selección tenga a bien aclarar si el requerimiento consignado en la sección ¿CARACTERISTICAS¿, referido a ¿Los estuches y cobertores deben ayudar al buen uso del equipo en el momento quirúrgico¿, corresponde funcional y técnicamente al elemento indicado en la sección ¿COMPONENTES-MATERIAL¿ como ¿Dos (02) estuches para batería, de requerirlo y Dos (02) Cobertores para evitar contaminación, de requerirlo¿. Ello en atención a que en la sección COMPONENTES-MATERIAL se señala como un componente condicional, lo que genera una discrepancia que puede afectar la interpretación uniforme entre los postores. En tal sentido, y con la finalidad de garantizar el principio de igualdad de trato y transparencia en la evaluación de las propuestas, se solicita que se considere modificar el requerimiento consignado en la sección CARACTERÍSTICAS, a fin de armonizarlo con lo indicado en la sección COMPONENTES, quedando redactado de la siguiente manera: " Los estuches y cobertores deben ayudar al buen uso del equipo en el momento quirúrgico, de requerirlo"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LO SEÑALADO POR EL AREA USUARIA, SE ACLARA QUE EL TERMINO ES: LOS ESTUCHES Y COBERTORES DEBEN AYUDAR AL BUEN USO DEL EQUIPO EN EL MOMENTO QUIRURGICO, DE REQUERIRLO. ASIMIMO, SERA ADECUADO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null