

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
Nomenclatura :	AS-SM-15-2024-OEC/HRM-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	Adquisición de REACTIVOS con EQUIPO EN CESIÓN EN USO para el ÁREA de INMUNOLOGIA del HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20601065691	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	RAPIDIAGNOSTICS S.A.C.	Hora de envío :	14:55:45

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En cuanto al cronograma de entrega  
Se puede apreciar que solamente hay dos entregas una a los 10 días calendarios y otro a los 60 días calendarios, lo que hace sugerir que esta contratacion no es para 12 meses si no para solamente 3  
Solicitamos al comite de seleccion en coordinacion con el usuario ACLARE si nuestra apreciacion es corecta

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta formulada por el PARTICIPANTE.- Se aclara que el plazo total de ejecución es de (60) SESENTA DÍAS CALENDARIOS contados al día siguiente de notificado la orden de compra. (En 02 entregas según cronograma)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-OEC/HRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de REACTIVOS con EQUIPO EN CESIÓN EN USO para el ÁREA de INMUNOLOGIA del HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20601065691	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	RAPIDIAGNOSTICS S.A.C.	Hora de envío :	17:46:56

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En cuanto a las mejoras  
Antigüedad del equipo analizador automatizado (02 equipos)  
Se entiende que se solicita un solo analizador con 02 años maximo de antigüedad  
Solicitamos amablemente al comite aclare si nuestra apreciacion es correcta

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la CONSULTA formulada por el PARTICIPANTE.-Se retira la mejora solicitada quedando como único factor de evaluación PRECIO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-OEC/HRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de REACTIVOS con EQUIPO EN CESIÓN EN USO para el ÁREA de INMUNOLOGIA del HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	21:24:19

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En la página 13 (Cronograma de entrega), solicitan entrega de calibradores y controles en cantidad de 100 determinaciones, en vista de que la presentación de los calibradores y controles no son iguales a los Reactivos y que estos cambian de acuerdo a la casa comercial, se solicita amablemente al Comité pueda cambiar este cuadro de entregas en función a los calibradores y controles y solo indicar ¿Entregas en cantidad suficiente para el proceso ininterrumpido de las muestras en el equipo, todo esto sin afectar el continuo proceso de muestras en el equipo¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.9 Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta formulada por el PARTICIPANTE.- Se aclara en el caso de los controles y calibradores se aceptara entregas en cantidad suficiente para el proceso ininterrumpido de las muestras en el equipo, todo esto sin afectar el continuo proceso de las pruebas efectivas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-OEC/HRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de REACTIVOS con EQUIPO EN CESIÓN EN USO para el ÁREA de INMUNOLOGIA del HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	21:24:19

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En la sección 4.2.1. (Características Técnicas), dentro del ítem 2 (HORMONA GONADOTROFINA CORIONICA HCG SUBUNIDAD BETA CUANTITATIVA), solicitan ¿Linealidad mayor o igual a 5000 mUI/ml¿, con el fin de mejorar los tiempos de respuesta del laboratorio disminuyendo las repeticiones de resultados elevados, ahorrar trabajo al personal del laboratorio y reactivos que se puedan usar en dichas repeticiones, se solicita amablemente al Comité puedan cambiar esta característica a ¿Linealidad mayor o igual a 14000 mUI/ml¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1.2.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE -Conforme al Art. 16 de la Ley de Contrataciones del estado, el area usuaria es responsable de formular los RTM; en ese sentido y con la indagación de mercado, se cuenta con pluralidad de postores. En caso de tratarse de una MEJORA deberá presentar el sustento técnico al momento de la presentación de la oferta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA		
Nomenclatura :	AS-SM-15-2024-OEC/HRM-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	Adquisición de REACTIVOS con EQUIPO EN CESIÓN EN USO para el ÁREA de INMUNOLOGIA del HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA		

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	21:24:19

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

En la sección 4.2.1. (Características Técnicas), dentro del ítem 12 (TSH), dentro de la PRESENTACION solicitan ¿sensibilidad funcional menor o igual a 0.02 uUI/ml¿; con el fin de beneficiar a los pacientes con hipertiroidismo y al laboratorio al brindar un mejor diagnóstico, se solicita amablemente al Comité modificar la característica de Sensibilidad funcional a Sensibilidad analítica menor o igual a 0.0025 uUI/ml¿. Con el objetivo de evitar resultados falsamente elevados o falsamente bajos, lo cual es consecuencia de reactivos que aun usan compuestos biotinilados y considerando además que ¿Los reactivos no deben tener interferencia con biotina basado en la alarma de FDA y Digemid¿; esto con la finalidad de garantizar resultados de calidad y garantía para el beneficio de los pacientes, lo cual es mencionado y fundamentado en el siguiente extracto ubicado en la página web del Centro Nacional de Documentación e Información de Medicamentos:

¿Recomendación:

¿ La FDA recomienda hablar con los pacientes sobre cualquier suplemento de biotina que puedan estar tomando. Sepa que la biotina se encuentra en las multivitaminas, incluidas las prenatales, los suplementos de biotina y los suplementos dietéticos para el crecimiento del cabello, la piel y de las uñas.

¿ Tener en cuenta que muchas pruebas de laboratorio, incluidas las pruebas de diagnóstico cardiovascular y las pruebas hormonales que usan tecnología de biotina se ven potencialmente afectadas, y se pueden generar resultados de prueba incorrectos si hay biotina en la muestra del paciente.

¿ Considere que la cantidad diaria recomendada de biotina es de 0.03 mg y estos niveles de biotina generalmente no causan interferencia significativa. Sin embargo, los suplementos que contienen altos niveles de biotina, incluidos los comercializados para obtener beneficios para el cabello, la piel y las uñas, pueden contener hasta 20 mg de biotina, y los médicos pueden recomendar hasta 300 mg por día para afecciones como la esclerosis múltiple. Los niveles de biotina más altos que la cantidad diaria recomendada pueden causar una interferencia significativa con las pruebas de laboratorio afectadas.

¿ Tenga en cuenta que las muestras recogidas de pacientes que toman altos niveles de biotina pueden contener más de 100ng/ml de biotina. Las concentraciones de biotina hasta 1200ng/mL pueden estar presentes en muestras recolectadas de pacientes que toman hasta 300 mg por día.

¿ Los datos actualmente disponibles son insuficientes para respaldar las recomendaciones de pruebas seguras que utilizan pruebas afectadas en pacientes que toman altos niveles de biotina, incluido el tiempo aproximado para el aclaramiento de biotina de la sangre.Considerando lo antes expuesto, entendemos que los reactivos a presentar NO deben tener interferencia con biotina, por ello se solicita amablemente al Comité adicionar esta característica como Obligatoria a los reactivos de Inmunología, con el objetivo de obtener resultados fidedignos.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 4.2.1    **Página:** 19  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE -Conforme al Art. 16 de la Ley de Contrataciones del estado, el area usuaria es responsable de formular los RTM. Por tal motivo se MANTIENE.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura :AS-SM-15-2024-OEC/HRM-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :Adquisición de REACTIVOS con EQUIPO EN CESIÓN EN USO para el ÁREA de INMUNOLOGIA del HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:51:33

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Dentro del requerimiento solicitan para el reactivo de Hormona Tiroidea Estimulante (TSH) una sensibilidad funcional menor o igual a 0.02 uUI/ml. Consultamos amablemente al comité aceptar también una sensibilidad menor o igual a 0.005 uUI/ml, en aras de promover una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta formulada por el PARTICIPANTE.- SE ACEPTA por lo que formara parte de las bases integradas quedando de la siguiente manera.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Item N° 12 HORMONA TIROIDEA ESTIMULANTE (TSh) Sensibilidad Funcional o

Analítica menor o igual a 0.05 uUI/ml

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-OEC/HRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de REACTIVOS con EQUIPO EN CESIÓN EN USO para el ÁREA de INMUNOLOGIA del HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:51:33

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Consulta:

Dentro del requerimiento solicitan un performance de 80 test/hora a más para el Analizador Automatizado de Inmunoensayos random mediano. Consultamos amablemente al comité aceptar que el performance sea de 180 test/hora a más, con la finalidad de dar un mayor beneficio al área usuaria en el procesamiento de sus pruebas y en la velocidad de respuesta de resultados para los pacientes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3      Literal: 3.1      Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE -Conforme al Art. 16 de la Ley de Contrataciones del estado, el area usuaria es responsable de formular los RTM. Por tal motivo se MANTIENE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura :

AS-SM-15-2024-OEC/HRM-1

Nro. de convocatoria :

1

Objeto de contratación :

Bien

Descripción del objeto :

Adquisición de REACTIVOS con EQUIPO EN CESIÓN EN USO para el ÁREA de INMUNOLOGIA del HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:51:33

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Consulta:

Dentro del requerimiento solicitan dentro de la Muestra una Capacidad para procesar directamente y en simultaneo plasma, suero, orina y otros fluidos biológicos para el Analizador Automatizado de Inmunoensayos random mediano. Consultamos amablemente al comité acepte también una Capacidad para procesar directamente y en simultaneo plasma y/o suero y/u orina y/u otros fluidos biológicos, en aras de promover una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta formulada por el PARTICIPANTE.- Se aclara que la capacidad para procesar directamente es para direferente de muestras: plasma, suero,orina y otros fluidos biológicos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-15-2024-OEC/HRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de REACTIVOS con EQUIPO EN CESIÓN EN USO para el ÁREA de INMUNOLOGIA del HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:51:33

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Dentro del requerimiento solicitan para el Analizador Automatizado de Inmunoensayos random mediano soluciones, complementos de limpieza y otros. Consultamos amablemente al comité acepte que las soluciones, complementos de limpieza sean listos para usar sin necesidad de una preparación previa con la finalidad de agilizar los tiempos de procesamiento del área usuaria.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta formulada por el PARTICIPANTE.- SE ACEPTA por lo que formara parte de las bases integradas quedando de la siguiente manera.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SOLUCIONES Y COMPLEMENTOS DE LIMPIEZA Y OTROS.- En cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas solicitadas, mas las pruebas de calibración y control, de acuerdo a la metodología de trabajo los cuales deben estar listos para usar sin necesidad de una preparación previa