

ANEXO N° 1: EVALUACIÓN TÉCNICA

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 29-2025-INIA-1
PROCEDIMIENTO ELECTRONICO - PRIMERA CONVOCATORIA

ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE ASPIRACIÓN DE OVOCITOS PARA LA EEA ILLPA, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2491159

DESCRIPCIÓN			INNOVACION GANADERA SAC	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES SAC
N°	ÍTEM	CARACTERÍSTICAS		
1	EQUIPO DE ASPIRACION DE OVOCITOS		ECOGRAFO PORTATIL MARCA: DRAMINSKI	ECOGRAFO PORTATIL MARCA: IMV IMAGING - IMV TECHNOLOGIES
	PANTALLA	• Completamente táctil de alta resolución de 12" (*)	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	LICENCIA	• Dedicado a reproducción animal y/o veterinaria para animales pequeños y grandes que incluya estudios reproductivos.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	PLATAFORMA	• Windows y compatible DICOM (opcional)	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	TRANSDUCTORES	• Para veterinaria con conexión ZIF y/o con reconocimiento automático de sonda.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	DIMENSIONES	• Ancho: entre 310 a 340 mm (*)	SI CUMPLE	SI CUMPLE
		• Alto: entre 115 a 280 mm (*)	SI CUMPLE	SI CUMPLE
		• Profundidad: entre 58 a 275 mm (*)	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	SOFTWARE	• Para gestión de imágenes off-line.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	SOFTWARE DE IMAGEN	• Indicar.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	PUERTOS	• Máximo 02 PUERTOS USB (*)	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	FUNCION	• Para mejor visibilidad		
		• Modo escaneo: B, B+B, B+M, M (*)	SI CUMPLE	SI CUMPLE
		• Doppler: Doppler color (CFM) Doppler de onda pulsada (PW) Doppler de onda continua (CW) (*)	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	ACCESORIOS	• Protector de silicona.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
		• Cinturón y taquilla para la muñeca que permita que se apoye en la cadera durante el escaneo o accesorio de soporte de mano para el ecógrafo.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
		• Maleta de transporte.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
		• Carro de transporte.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
		• Soporte de mesa con puertos USB adicionales (3x), conecto LAN, Footswitch y conexión VGA o con posibilidad de apoyo en mesa.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	ANCHO DE BANDA	• Hasta 22 MHz en transductores lineales para proporcionar imágenes muy detalladas y precisas. (*)	No cumple, debido a que en las bases integradas se solicita claramente "Ancho de Banda: Hasta 22 MHz en TRANSDUCTORES LINEALES...". Sin embargo, el postor oferta en la página 010 en "Ancho de Banda: 1-14 MHz" y en la página 023 en "Frecuencia de trabajo: 1-14 MHz (depende del tipo de sonda)". De acuerdo a lo solicitado en el punto 4.2 Documentos a presentar: "... es imprescindible que toda esta documentación se organice de manera CLARA y ESTRUCTURADA dentro de la propuesta técnica...". En ese sentido, la información presentada por el postor carece de precisión y exactitud al no indicar claramente el tipo de transductor que ha sido solicitado en las bases integradas (transductores lineales).	SI CUMPLE
	BATERIA	• Integrada. (*)	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	PESO	• 4.0 a 6.0 kg equipo completo. (*)	No cumple, debido a que en las bases integradas se solicita claramente "Peso: 4.0 a 6.0 kg equipo completo". Sin embargo, el postor oferta en la página 010 en "Dimensión y peso: 4 kg" y en la página 024 en "Peso: 4 kg con la base" siendo esto inexacto. De acuerdo a lo solicitado en el punto 4.2 Documentos a presentar: "... es imprescindible que toda esta documentación se organice de manera CLARA y ESTRUCTURADA dentro de la propuesta técnica...". En ese sentido, la información presentada carece de precisión y exactitud generando inconsistencia en la información proporcionada por el postor, ya que la BASE es considerada un accesorio adicional externo la cual es solicitada en el ÍTEM ACCESORIOS y no sería parte del equipo completo: "... accesorio de soporte de mano...".	SI CUMPLE
2	KIT OPU (Bovino)		BOMBA DE ASPIRACIÓN MARCA: WATANABE SISTEMA DE ASPIRACIÓN MARCA: WATANABE LINEA DE ASPIRACIÓN MARCA: DRAMINSKI CALENTADOR DE BOLSILLO MARCA: TED	BOMBA DE ASPIRACIÓN MARCA: MINITUBE SISTEMA DE ASPIRACIÓN MARCA: WATANABE LINEA DE ASPIRACIÓN MARCA: WATANABE CALENTADOR DE BOLSILLO MARCA: WATANABE
		• Con calentador de medios y aspiración ajustable entre 310 a 420 mm Hg. (*)	SI CUMPLE	SI CUMPLE



Firmado digitalmente por:
ANTUNEZ ORELLANO ANGEL ABELARDO
FIR 31667898 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27/05/2025 20:39:48-0500



Firmado digitalmente por:
ROJAS CRUZ DIORMAN FIR
45472513 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27/05/2025 18:41:33-0500



Firmado digitalmente por:
LUNA MAICELLO HARVER
ALDRICK FIR 46712370 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27/05/2025 19:58:00-0500



Firmado digitalmente por:
IBARRA APAZA WALTER JESUS
FIR 42038999 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27/05/2025 20:03:08-0500

BOMBA DE ASPIRACION OPU PARA BOVINO	<ul style="list-style-type: none"> • Transferencia de vacío a la aguja extremadamente rápido, operada mediante pedal, temperatura de calentamiento ajustable hasta +50°C disponible 240V. (*) 	SI CUMPLE	SI CUMPLE
SISTEMA DE ASPIRACION FOLICULAR	• Peso Bruto Max 50g. (*)	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	• Longitud mínima 1.20 m (*)	SI CUMPLE	SI CUMPLE
AGUJAS DE ASPIRACION FOLICULAR	• Agujas desechables y esterilizadas con bisel invertido y corto.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	• Aguja 18G o 20G.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
LINEA DE ASPIRACION FOLICULAR	• Con bajo coeficiente de fricción en el tubo conductor para reducir la denudación de los folículos. Esterilizada. (*)	SI CUMPLE	SI CUMPLE
GUIA DE ASPIRACION FOLICULAR	• Material resistente y ligero.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
TRANSDUCTOR	• Compatibles con el ecógrafo ofertado.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	• Se requiere la provisión de los siguientes (*):		
	- 01 transductor microconvexo, (puede ser individual o estar integrado a la guía de aspiración).	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	- 01 transductor convexo.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	- 01 transductor lineal endorectal para reproducción.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CALENTADOR DE BOLSILLO	• De aluminio anodizado, con control ajustable de temperatura digital de 34° C A 39° C. (*)	<p>No cumple, se considera que las características técnicas presentadas por el postor con respecto al material " de aluminio anodizado" y rango de temperatura "34°C a 39°C" concuerda con lo solicitado. Sin embargo, en Requisitos para la acreditación de especificaciones suscrita por el fabricante presentados por el postor en las páginas del 034 al 037 se evidencia la ausencia de la firma del fabricante, motivo por el cual impide validar técnicamente la información contenida en el documento como es solicitado en el punto 4.2 "... las características técnicas que debe acreditar con dichos documentos son los indicados con (*)..." como si fue presentado por el postor para las marcas Draminsky Technology (pag. 021 al 029) y WTA (pag. 031 al 033).</p>	SI CUMPLE
OBSERVACIÓN		NO CUMPLE	SI CUMPLE



Firmado digitalmente por:
LUNAMAICELO HARVER
ALDRICK FIR 46712370 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27/05/2025 19:58:17-0500



Firmado digitalmente por:
ROJAS CRUZ DIÓRMAN FIR
45472513 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27/05/2025 18:41:51-0500



Firmado digitalmente por:
IBARRA APAZA WALTER JESUS
FIR 42038999 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27/05/2025 20:17:49-0500



REPÚBLICA
DEL PERÚ
Firma Digital

Firmado digitalmente por:
ANTUNEZ ORELLANO ANGEL ABELARDO
FIR 31667898 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27/05/2025 20:40:17-0500



ANEXO 2 - ADMISION DE LAS OFERTAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 29-2025-INIA-1
PROCEDIMIENTO ELECTRONICO

**ADQUISICION DE UN EQUIPO DE ASPIRACION DE OVOCITOS PARA LA EEA ILLPA, EN EL MARCO
DEL PI CON CUI 2491159**

EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS OBLIGATORIOS			
LIT	DESCRIPCIÓN	OFERTAS	
		INNOVACION GANADERA S.A.C.	MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Presentó	Presentó
b)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	Presentó	Presentó
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Presentó	Presentó
d)	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	Presentó	Presentó
e)	El postor deberá presentar folletos o instructivos o catálogos o documento suscrito por el fabricante detallando las especificaciones técnicas con claridad y/o requisitos funcionales específicos del bien previstos en las especificaciones técnicas, las características técnicas que debe acreditar con dichos documentos son lo indicado con (*), asimismo deben indicar la marca y modelo del producto. Es imprescindible que toda esta documentación se organice de manera clara y estructurada dentro de la propuesta técnica, ya que es esencial para la evaluación de la oferta	Presentó - pero NO CUMPLE con las especificaciones técnicas solicitadas según el siguiente detalle: - Ancho de Banda (Inf. Inexacta) - Peso (Inf. Inexacta) - Calentador de Bolsillo (falta firma del fabricante)	Presentó
f)	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	Presentó	Presentó
g)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	No aplica / No Corresponde	No aplica / No Corresponde
h)	El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el (Anexo N° 6)	Presentó	Presentó
RESULTADO		NO ADMITIDA	ADMITIDA



Firmado digitalmente por:
LUNA MAICELO HARVER
ALDRICK FIR 46712370 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27/05/2025 19:28:47-0500



Firmado digitalmente por:
IBARRA APAZA WALTER JESUS
FIR 42038999 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27/05/2025 19:37:57-0500



Firmado digitalmente por:
ANTUNEZ ORELLANO ANGEL ABELARDO
FIR 31667898 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27/05/2025 20:40:56-0500

Anexo N° 3 - Evaluación de ofertas

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 29-2025-INIA-1

PROCEDIMIENTO ELECTRONICO

ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE ASPIRACIÓN DE OVOCITOS PARA LA EEA ILLPA, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2491159

FACTORES DE EVALUACION		MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD	ADMITIDO / NO ADMITIDO	PRESENTA
PLAZO DE ENTREGA (30 días)	►	30
OFERTA ECONOMICA	►	178,900.00
FACTORES	PUNTAJE	
PRECIO	100	100.00
PUNTAJE TOTAL (1)	100	100.00
MYPE - DISCAPACITADOS	0	0.00
PLAZO DE ENTREGA (30 días)		
PUNTAJE TOTAL (2)	100.00	100.00
ORDEN DE PRELACION	►	1°

VALOR ESTIMADO:	S/. 181,862.73
Propuesta Económica de monto o precio más bajo :	S/. 178,900.00
PLAZO DE ENTREGA	30

$$P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$$

i = Oferta

P_i = Puntaje de la oferta a evaluar

O_i = Precio i

O_m = Precio de la oferta más baja

PMP = Puntaje máximo del precio



Firmado digitalmente por:
LUNAMAICELO HARVER
ALDRICK FIR 46712370 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27/05/2025 19:29:02-0500



Firmado digitalmente por:
IBARRA APAZA WALTER JESUS
FIR 42038999 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27/05/2025 19:38:43-0500



Firmado digitalmente por:
ANTUNEZ ORELLANO ANGEL ABELARDO
FIR 31667898 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27/05/2025 20:41:33-0500



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

ANEXO N° 4 - CALIFICACIÓN DE OFERTAS



Instituto Nacional de Innovación Agraria

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 29-2025-INIA-1

PROCEDIMIENTO ELECTRONICO

ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE ASPIRACIÓN DE OVOCITOS PARA LA EEA ILLPA, EN EL MARCO DEL PI CON CUI 2491159

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACION		POSTOR 1°
		MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESENTACIONES S.A.C
B	EXPERIENCIA DEL POSTOR	
	<p>Requisitos:</p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 385,116.40 (trescientos ochenta y cinco mil ciento dieciséis con 40/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia S/. 96,279.10 (noventa y seis mil doscientos setenta y nueve con 10/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.</p> <p>Se consideran bienes similares a los siguientes: Equipo de aspiración de ovocitos y/o ecógrafo táctil multifrecuencia y/o ecógrafo con sistema de aspiración folicular (OPU) y/o ecógrafo veterinario para extracciones de óvulos y/o ecógrafo portátil para detección de gestaciones en gando bovino y/o línea de aspiración folicular (OPU) y/o equipo de colecta de semen y/o el equipo de recuperación de embriones y/o el aspirador de folículos y/o el equipo de inseminación artificial y/o los sistemas de congelación y criopreservación y/o sistemas de ultrasonido y/o sistemas de transferencia de gametos o microinyección (ICSI).</p> <p>Acreditación</p> <p>La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p>	<p>SI CUMPLE</p> <p>Acredita su experiencia con cinco (05) Contratos, orden de compra su respectivo Voucher de deposito, y factura acreditando la venta de bienes similares solicitados en experiencia del postor por un Importe Acumulado de S/ 1'102,490.00 soles, por lo tanto su Oferta queda calificada,</p>
RESULTADO ►		

Firmado digitalmente por:
LUNA MAICEL HARVER
ALDRICK FIR 46712370 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27/05/2025 19:29:28-0500

Firmado digitalmente por:
IBARRA APAZA WALTER JESUS
FIR 42038999 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27/05/2025 19:39:46-0500



Firmado digitalmente por:
ANTUNEZ ORELLANO ANGEL ABELARDO
FIR 31667898 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27/05/2025 20:42:11-0500