

FORMATO N° 11
ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:

1	NÚMERO DE ACTA	001-2023-CS- AS N°37-2023-GERESA/LL		
----------	-----------------------	-------------------------------------	--	--

2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL			
	<p>En, las instalaciones de la oficina de UTF -ABASTECIMIENTO, a los veintiun (21) días del mes de noviembre del año 2023, en el local del Gerencia Regional de Salud de la Libertad , a las 08:00 horas, se reunieron los integrantes del comité designados mediante formato N° 004 AS N°37-2023 GERESA/LL, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección AS N° 37-2023 GERESA/LL , cuyo objeto de convocatoria es "ADQUISICIÓN DE ECÓGRAFO DOPPLER COLOR 4D PARA EL HOSPITAL PROVINCIAL DE BOLIVAR IOARR 2551958", a fin de efectuar la APERTURA DE LAS OFERTAS, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.</p>			

3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)				
	El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:				
	Presidente	ABOG. RAUL MANUEL VALVERDE POZO	Titular <input checked="" type="checkbox"/>	Dependencia:	UTF-ABASTECIMIENTO
			Suplente		
	Primer Miembro	ING. LOURDES DE FATIMA RODRIGUEZ LLICAN	Titular <input checked="" type="checkbox"/>	Dependencia:	OFICINA DE PLANIFICACION
			Suplente		
	Segundo Miembro	ING CARLOS RICARDO VARGAS CARRERA	Titular <input checked="" type="checkbox"/>	Dependencia:	OFICINA DE PLANIFICACION
			Suplente		

4	DETALLE DE LOS PARTICIPANTES		
	De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:		
	N°	Nombre o razón social del participante	RUC
	1	TECNOLOGIA INDUSTRIAL Y NACIONAL S.A.	20110133091
	2	CONSULTORA Y EQUIPADORA MEDICA S.A.	20111876097
	3	CYMED MEDICAL SAC	20263368992
	4	MEDISONIC S.A.C.	20376801927
	5	VITALTEC S.A.C.	20501645517
	6	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20503650186
	7	INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC	20509997340
	8	CORPORACION DACMAR S.A.C.	20529457554
	9	STEFANO & MASA S.A.C.	20540726788
	10	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	20545804795
	11	DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C.	20551306128
	12	INTECWELD IMPORT S.A.C.	20557041631
	13	IMPORTACIONES VASMED S.A.C.	20565935861
	14	TECNOLOGIA E INGENIERIA CLINICA S.A.C.	20600537556
	15	MEDICALAB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20601105994
	16	DROGUERIA BIOMEDICA PERUANA S.A.C	20601191823
	17	ECOTECH SOLUCIONES MEDICAS E.I.R.L.	20602734413
	18	MEDICA INNOVADORA S.A.C.	20604125490
	19	LARA MEDICAL SOLUTIONS S.A.C.	20604404291
	20	INDUSTRIA GRANOSELVA S.A.C.	20604995630
	21	FRAJMAC E.I.R.L.	20605991794
	22	BARUCH MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BARUCH MEDICAL S.A.C.	20606152176
	23	MANUFACTURA CAPITALMEDIC S.A.C.	20609607123

5	DETALLE DE LOS POSTORES			
	En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron sus ofertas en la plataforma digital del SEACE :			
	N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
	1	DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C.	15/11/2023	18:29:21
	2	ECOTECH SOLUCIONES MEDICAS E.I.R.L.	15/11/2023	17:37:37

6	Acto seguido, se procede con la apertura de las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstas en las bases.
----------	---

7	DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS
----------	---

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:

Nº	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
1	DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C.	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ACUERDO AL INFORME N° 15-2023 GGR-GRS-OP/LFRLL

8 DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN

De acuerdo con la revisión efectuada por el comité, así como el cumplimiento de las especificaciones del ingeniero equipador parte de este colegiado y validando su cumplimiento, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:

Nº	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula
1	ECOTECH SOLUCIONES MEDICAS E.I.R.L.	ITEM 1

9 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

9.1	DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA		
Nº	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor referencial
1	ECOTECH SOLUCIONES MEDICAS E.I.R.L.	S/ 280,000.00	100.00%
9.2	DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según Anexo 01 que forma parte de la presente Acta.		

10 PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES

COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR

10.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	ECOTECH SOLUCIONES MEDICAS E.I.R.L.		
	FACTORES		PUNTAJES	
	PRECIO		85	
	PLAZO DE ENTREGA		15	
	BONIFICACION MYPE		5	
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		105 PUNTOS	

11 CALIFICACIÓN

Luego de culminada la evaluación, el Comité de selección determinó si el postor que obtuvo el primer lugar según los requisitos de calificación detallados en

12.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	ECOTECH SOLUCIONES MEDICAS E.I.R.L.		
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
	A EXPERIENCIA DEL POSTOR		X	
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CUMPLE	

12 RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN

De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo la buena pro, cumple con los requisitos de calificación establecidos en las bases:

Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR	
1	ECOTECH SOLUCIONES MEDICAS E.I.R.L.	
DE SER EL CASO INCLUIR:		
Asimismo, los siguientes postores fueron descalificados por no cumplir los requisitos de calificación especificados en las bases:		
Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	CONSIGNAR LAS RAZONES DE SU DESCALIFICACIÓN
1	xxxxxxx	xxxxxxxxx

18 ACUERDO ADOPTADO

Los integrantes del comité de selección por UNANIMIDAD, dan por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado y a los cuadros de Evaluación de Ofertas y Calificación adjuntos que forman parte del Acta.

19

		
ABOG. RAUL MANUEL VALVERDE POZO Presidente Titular	ING. LOURDES DE FATIMA RODRIGUEZ LLICAN Primer Miembro	ING. CARLOS RICARDO VARGAS CARRERA Segundo Miembro
NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES		

"ADQUISICIÓN DE ECÓGRAFO DOPPLER COLOR 4D PARA EL HOSPITAL PROVINCIAL DE BOLIVAR IOARR 2551958"			
MONTO DISPONIBLE		S/ 280,000.00	
POSTORES		DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C.	ECOTECH SOLUCIONES MEDICAS E.I.R.L.
RUC		20551306128	20602734413
DOCUMENTOS PARA ADMISION DE OFERTAS ITEM 01			
DECLARACION JURADA DEL POSTOR ANEXO 01	ANEXO 01	CUMPLE	CUMPLE
COPIA CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA NATURAL COPIA DE DNI	VIGENCIA PODER	CUMPLE	CUMPLE
DECLARACION JURADA ANEXO 2	ANEXO 02	CUMPLE	CUMPLE
DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 01	ANEXO 03	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ACUERDO AL INFORME N° 15-2023-GGR-GRS- OP/LFRLL	CUMPLE
ACREDITACION DE ESPECIFICACIONES		NO ACREDITA CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ACUERDO AL INFORME N° 15-2023- GGR-GRS-OP/LFRLL	CUMPLE
REGISTRO SANITARIO		CUMPLE	CUMPLE
DECLARACION JURADA DE SERVICIO POST- VENTA		CUMPLE	CUMPLE
DECLARACION JURADA DE GARANTIA COMERCIAL	ANEXO 11	CUMPLE	CUMPLE
CARTA DE AUTORIZACIÓN DEL FABRICANTE O CARTA DE REPRESENTACIÓN DEL FABRICANTE		CUMPLE	CUMPLE
DECLARACION JURADA DE PLAZO DE ENTREGA	ANEXO 04	CUMPLE	CUMPLE
PROMESA DE CONSORCIO	ANEXO 05	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
PRECIO OFERTA	ANEXO 06	CUMPLE	CUMPLE
CONDICION		NO ADMITIDA	ADMITIDA
DOCUMENTACION DE PRESENTACION FACULTATIVA			
BONIFICACION DE MYPE	5%		CONFORME
		PUNTAJES	
VALOR OFERTA ITEM 01		S/ 161,733.00	S/ 280,000.00
% DEL VALOR DE OFERTA ITEM 01			100.00%
PRECIO			85
PLAZO DE ENTREGA			15
BONIFICACION MYPE			5
			105
DOCUMENTOS PARA ACREDITAR REQUISITOS DE			
EXPERIENCIA DEL POSTOR			CUMPLE
CAPACIDAD LEGAL			CUMPLE

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

INFORME N° 015-2023-GRLL-GGR-GRS-OP/LFRLL

A: Sr. RAUL MANUEL VALVERDE POZO
Presidente del Comité de Selección AS-SM-37-2023-GERESA/LL-1

Asunto: RESULTADOS DE LA REVISIÓN TÉCNICA DE LAS PROPUESTAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°37-2023-GERESA/LL-1** "ADQUISICIÓN DE UN (01) ECOGRAFO DOPPLER COLOR 4D PARA EL HOSPITAL PROVINCIAL BOLIVAR II -1, PROVINCIA DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".

Referencia:

- a) Correo electrónico con asunto: OFERTAS AS N° 37-2023-GERESA-LL (16.11.2023)
- b) Bases integradas de la AS-SM-37-2023-GERESA/LL-1, disponible en el portal web del SEACE.

Fecha: Trujillo, 20 de noviembre de 2023.

Me es grato dirigirme a usted para saludarlo y a la vez informarle sobre el resultado de la revisión técnica, en la que se ha verificado el cumplimiento de Especificaciones Técnicas de las propuestas, presentadas por las empresas postoras, de la **AS-SM-37-2023-GERESA/LL-1 "ADQUISICIÓN DE UN (01) ECOGRAFO DOPPLER COLOR 4D PARA EL HOSPITAL PROVINCIAL BOLIVAR II -1, PROVINCIA DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"**, teniendo en consideración las bases integradas, me permito detallar lo siguiente:

1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES:

1.1. BASE LEGAL:

- Ley N° 27293, Ley Del Sistema Nacional De Inversión Pública y sus Modificatorias.
- Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y sus Modificatorias.

1.2. ANTECEDENTES:

- Con fecha 16 de noviembre de 2023, mediante referencia a), el presidente del Comité de Selección de la AS-SM-37-2023-GERESA/LL-1, solicita la evaluación técnica de las ofertas presentadas en el mencionado procedimiento de selección, el mismo que nos es derivado, como integrantes del comité de selección, para su atención correspondiente.

2. ANÁLISIS:

Se procedió a realizar la revisión y verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas de las propuestas presentadas por los siguientes postores.

2.1. ECOTECH SOLUCIONES MEDICAS E.I.R.L.

Respecto a la propuesta presentada por el mencionado postor, **CUMPLE** con los requerimientos técnicos mínimos establecidos por el área usuaria, los cuales están plasmados en las bases integradas y pliego absolutorio de consultas y observaciones para la **AS-SM-37-2023-GERESA/LL-1**, disponible en el portal del SEACE.

2.2. DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C.

requerimientos técnicos mínimos establecidos por el área usuaria, los cuales están plasmados en las bases integradas de la **AS-SM-37-2023-GERESA/LL-1**, disponible en el portal del SEACE, dentro de su oferta incumple lo siguiente:

- a) En los folios 17 y 18 de las bases integradas en el literal e) se establece lo siguiente:

"Juntos por la Prosperidad"

Dirección: Calle Las Gemas N° 135 - Urb. Santa Inés. Anexo: Av. Mansiche N° 1130- Urb. Santa Inés.

Oficina de Planificación - E-mail: planificacion@diresalalibertad.gob.pe

Página Web: www.diresalalibertad.gob.pe

Siempre
con el pueblo



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

- ✓ Con respecto al numeral 2.01 B (2D), M, B (2D) / M, B (2D) / B (2D), 4B, 3D Y 4D _ (folio 23 de las bases integradas). El postor en su oferta sustenta el dicho numeral de las especificaciones técnicas, con los folios 30,33,34. Encontrándose incompleto el sustento, puesto que no acredita un modo de exploración, tal como se adjunta las capturas de su oferta.

<p>1 Descripción general del sistema</p>	<ul style="list-style-type: none"> iClear (Tecnología de Imagen con reducción de Moteado) ITouch+ (optimización de autoimagen) → 306 Echo Boost Zoom/IZoom (zoom de pantalla completa) FCI (Imagen por composición de frecuencias) Guía B HD Scope Smart track (Seguimiento Inteligente) Flujo HR (Flujo de alta definición) Glazing Flow
<p>1.1 Ventajas de la plataforma ZST+</p>	<p>1.5 Modos de imagen</p> <ul style="list-style-type: none"> Modo B → 2.01 Modo M/Modo M a color → 2.01 Imágenes con Doppler color → 202 Imagen por Doppler Power/direccional PDI → 204 Doppler de onda pulsada (PW) → 203/2.11 Doppler de onda continua (CW) → 2.11 Free Xros M (modo M anatómico) Free Xros CM (modo M anatómico curvo)
<p>1.2 Aplicación</p>	<p>1.6 Modos de funcionamiento</p>
<p>301 {</p> <ul style="list-style-type: none"> Abdomen Obstetricia Ginecología Cardiología Partes pequeñas Urología Vascular Pediatría Nervio Emergencia y estado crítico Piso pélvico 	<p>CW</p> <p>4D → 2.01</p> <p>iScape View → 2.01</p> <ul style="list-style-type: none"> Free Xros M Free Xros CM Imagen de Doppler de tejidos DTI QA Imagen con contraste Imagen con contraste QA Contraste VLMI Volumen CEUS Elastografía de Deformación STE STQ Eco Estrés QA de seguimiento del tejido 3D Inteligente → 2.01 IPage+ SCV+ iLive STIC 3D a color Nicho
<p>1.3 Tipos de transductor</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Transductor curvo (convexo) Transductor de matriz lineal Transductor por fases (sectorial) Transductor por volumen en 4D → 2.20 Transductor tipo lápiz 	
<p>1.4 Técnicas avanzadas de diagnóstico por imagen</p>	
<ul style="list-style-type: none"> THI (Imágenes armónicas de tejido) → 2.07 y PSH (Imágenes Armonicas con Inversión de Fase) iBeam (Imágenes con composición espacial) 	
<p>Material confidencial de Mindray</p>	<p>▲▲▲ 2</p>
<p><i>[Firma]</i> mindray healthcare within reach Eduardo F. Herrera Medina</p>	<p>30</p>



"Juntos por la Prosperidad"

Dirección: Calle Las Gemas N° 135 - Urb. Santa Inés. Anexo: Av. Mansiche N° 1130- Urb. Santa Inés.


Oficina de Planificación - E-mail: planificacion@direasalibertad.gob.pe

Página Web: www.direasalibertad.gob.pe

Siempre
con el pueblo

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



<ul style="list-style-type: none"> Zoom panorámico: <ul style="list-style-type: none"> 0,8-1,2; 0,1/paso 1,2-2; 0,2/paso 2-4; 0,25/paso Alcance HD: apagado, 1-3, 1/paso V1: 1: encendido/apagado Eliminar neblina: 0-30 EdgeEnhance: 0-6, 1/paso Flujo HR: encendido/apagado Individual/cuádruple: encendido/apagado 2.01 B Steer: 5 niveles Trapezoide: encendido/apagado Líneas de ref.: encendidas/apagadas Vista libre: -45-45, 5/paso 	<ul style="list-style-type: none"> PRF: 0,2-9,9 kHz Ganancia: 0-100, 2/paso Línea de referencia: -8-8, 1/paso Escala Dirección Dirección rápida ROI: ajustable aleatoriamente Calidad de la imagen: <ul style="list-style-type: none"> SCS-1N (corazón no fetal), L13-3, D7-2, P4-2, 7L4B, 3CSA: 5 niveles FlujoHR: 1 nivel Otro: 3 niveles Persistencia: 0-6, 1/paso Suavidad: 0-6, /paso Mapa de colores: V0-V10, VV0-VV9 Estado del flujo: L, M, H (bajo, medio, alto) Prioridad: 0 %-100 %, 1 %/paso WF: 0-7, 7-1282 Hz Línea de densidad: L, M, H, UH (baja, media, alta, ultra alta) Dual en directo: encendido/apagado Invertir: encendido/apagado Autoinvertir: encendido/apagado Alinear B/C: encendido/apagado Etiqueta de velocidad: encendida/apagada Tamaño del paquete: 0-3, 1/paso ITouch: encendido/apagado Smart Track: encendido/apagado Glazing Flow: encendido/apagado, L, M, H Cuádruple: encendido/apagado Flujo HR: encendido/apagado ExtImage: encendido/apagado
<p>4.2 THI y PSH 2.07</p> <ul style="list-style-type: none"> Tecnología PSH patentada, obtiene armónicos más puros, mejor resolución de contraste, mayor SNR, armónicos de alta frecuencia excepcionales IClear disponible Calidad de imagen: HPen/HGen/HRes o HPen/ HPen-FFR/HGen/HRes/HRes-FFR (depende de los transductores) Eco boost: encendido/apagado 	
<p>4.3 Modo M</p> <ul style="list-style-type: none"> Ganancia: 0-100, 1/paso Velocidad: 25 mm/s, 35 mm/s, 50 mm/s, 65 mm/s, 100 mm/s, 200 mm/s Rango dinámico: <ul style="list-style-type: none"> Otros: 30-180, 5/paso 3CSA: 30-160, 5/paso; 160-180, 10/paso; 180-350, 40/pasos Mapa de grises: 1-8, 1/paso Mapa de tinte: apagado, 1-8, 1/paso Formato de pantalla: V2: 3, V3: 2, H2: 3, V3: 1, COMPLETO M ablandar: 0-4, 1/paso EdgeEnhance: 0-3, 1/paso Marca temporal: encendida/apagada ZoneVue (el transductor por fases no se puede ajustar) 	<p>4.5 Imagen por Doppler Power 2.04 2.05</p> <ul style="list-style-type: none"> Velocidad: máx. 97,8 cm/s; mín. 1,0 cm/s PRF: 0,2-9,9 kHz Ganancia: 0-100, 2/paso Escala Dirección Dirección rápida ROI: ajustable aleatoriamente Calidad de la imagen: <ul style="list-style-type: none"> SCS-1N (corazón no fetal), L13-3, D7-2, P4-2, 7L4B, 3CSA: 5 niveles FlujoHR: 1 nivel
<p>4.4 Imágenes con Doppler color 2.02</p> <ul style="list-style-type: none"> Velocidad: máx. 97,8 cm/s; mín. 1,0 cm/s Velocidad de cuadros máx.: 263 f/s 	
<p>Material confidencial de Mindray</p> <p style="text-align: right;">  mindray healthcare within reach </p>	

"Juntos por la Prosperidad"

Dirección: Calle Las Gemas Nº 135 - Urb. Santa Inés. Anexo: Av. Mansiche Nº 1130- Urb. Santa Inés.

Oficina de Planificación - E-mail: planificacion@diresalalibertad.gob.pe

Página Web: www.diresalalibertad.gob.pe

Siempre
con el pueblo

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

3. CONCLUSIÓN:

3.1. Se realizó la revisión integral de las propuestas para la **"ADQUISICIÓN DE UN (01) ECOGRAFO DOPPLER COLOR 4D PARA EL HOSPITAL PROVINCIAL BOLIVAR II -1, PROVINCIA DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"** de la **AS-SM-37-2023-GERESA/LL-1**, en las distintas marcas y modelos ofertados, los resultados de la revisión técnica se plasman en la sección de análisis.

4. RECOMENDACIÓN:

4.1. Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se le haya asignado tal función, se recomienda que realice la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro, tal como lo establece el Artículo 64, numeral 64.6 del Reglamento.

Es todo cuanto puedo informar, para conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,





Lourdes Da Faílma Rodríguez Llicán
ING. ELECTRONICO
R. CIP. N° 210202

"Juntos por la Prosperidad"

Dirección: Calle Las Gemas N° 135 - Urb. Santa Inés. Anexo: Av. Mansiche N° 1130- Urb. Santa Inés.

Oficina de Planificación - E-mail: planificacion@diresalalibertad.gob.pe

Página Web: www.diresalalibertad.gob.pe



Siempre
con el pueblo