

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION REACTIVOS PARA LABORATORIO DE INMUNOLOGIA ESPECIALIZADA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA 1096 DIAS

Ruc/código :	20549445439	Fecha de envío :	13/08/2024
Nombre o Razón social :	VIKMAR S.A.C.	Hora de envío :	18:30:35

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

CONSULTA 1 (Pág. 19)

CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

I) Copia simple del Certificado de Análisis o Protocolo de Análisis.

Solicitamos amablemente al comité que el lote y la fecha de vencimiento especificados en el protocolo de análisis requerido para los productos ofertados sean considerados como REFERENCIALES.

Esto significa que los detalles relacionados con el lote y la fecha de vencimiento en el protocolo de análisis presentado con la oferta no deben estar necesariamente vinculados al lote específico de reactivos que se entregará durante la ejecución del contrato.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: I Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria señala que acoge parcialmente su consulta, se aceptara el protocolo de análisis y/o certificado de análisis de los productos ofertados, en relacion al lote y vencimiento, no necesariamente deben estar vinculados al lote específico de reactivos presentados en la oferta y los que se entregará durante la ejecución del contrato.

Dicho certificado se presentara vigente en cada entrega de los productos ofertados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CAPITULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatorio

I) Copia simple del Certificado de Analisis o Protocolo de Analisis

(¿) Se aceptara el protocolo de analisis y/o certificado de analisis de los productos ofertados, en relacion al lote y vencimiento, no necesariamente deben estar vinculados al lote específico de reactivos presentados en la oferta y los que se entregará durante la ejecución del contrato.

Dicho certificado se presentara vigente en cada entrega de los productos ofertados.

Entidad convocante :HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura :LP-SM-5-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION REACTIVOS PARA LABORATORIO DE INMUNOLOGIA ESPECIALIZADA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA 1096 DIAS

Ruc/código :	20549445439	Fecha de envío :	13/08/2024
Nombre o Razón social :	VIKMAR S.A.C.	Hora de envío :	18:30:35

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

CONSULTA 2 (Pág. 17)

CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

Observamos que las bases no dejan claro que tipo de documentos serán aceptados para la acreditación de los Reactivos y Equipo en cesión de uso.

Solicitamos amablemente al comité acepte como documentos para acreditar especificaciones técnicas Brochures y/o Folletería y/o Manual de Instrucciones y/o Insertos y/o Documentos y/o Cartas emitidas por el fabricante.

Esta solicitud tiene la finalidad de fomentar los principios de transparencia, eficiencia y libre competencia establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado, permitiendo a los postores acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas a través de documentación auténtica y oficial emitida por los fabricantes. Consideramos que esta medida contribuirá a una mayor participación de proveedores, garantizando que las ofertas sean evaluadas de manera justa y equitativa, basándose en información técnica relevante y verificable.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2.1.1. Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria señala que acoge parcialmente su consulta, por lo que se considerara lo siguiente:

Para acreditación de los Reactivos, se deberá acreditar las especificaciones técnicas, con documentos que incluye del fabricante como parte de la información para el usuario, a través de manual del equipo y/o insertos y/o catálogos y/o folletos y/o cartas del fabricante y/o certificaciones del fabricante, en español (en caso de estar en idioma extranjero se aceptará traducción simple).

Para el reactivo: metodología, muestra biológica y presentación (No se considerara la fecha de espiración). Las demás especificaciones técnicas serán acreditadas con el Anexo N°03 de las bases.

Para acreditación del Equipo Analizador, se deberá acreditar las especificaciones técnicas del equipo, con guías rápidas de funcionamiento del equipo a ofertar y/o manual de servicio y/o manual de usuario y/o folletería (brochure, catalogo, inserto) y/o cartas y/o catálogo y/o documentos emitidos por el fabricante y/o fabricante legal y/o dueño de la marca y/o filial y/o sucursal. Para el Analizador debe sustentar los siguientes puntos: 1-2-3-4-5. Las demás especificaciones técnicas serán acreditadas con el Anexo N°03 de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

m) Para acreditación de los Reactivos, se deberá acreditar las especificaciones técnicas, con documentos que incluye del fabricante como parte de la información para el usuario, a través de manual del equipo y/o insertos y/o catálogos y/o folletos y/o cartas del fabricante y/o certificaciones del fabricante, en español (en caso de estar en idioma extranjero se aceptará traducción simple).

Para el reactivo: metodología, muestra biológica y presentación (No se considerara la fecha de espiracion). Las demás especificaciones técnicas serán acreditadas con el Anexo N°03 de las bases.

n) Para acreditación del Equipo Analizador, se deberá acreditar las especificaciones técnicas del equipo, con guías rápidas de funcionamiento del equipo a ofertar y/o manual de servicio y/o manual de usuario y/o folletería (brochure, catalogo, inserto) y/o cartas y/o catálogo y/o documentos emitidos por el fabricante y/o fabricante legal y/o dueño de la marca y/o filial y/o sucursal. Para el Analizador

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION REACTIVOS PARA LABORATORIO DE INMUNOLOGIA ESPECIALIZADA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA 1096 DIAS

Ruc/código :	20549445439	Fecha de envío :	13/08/2024
Nombre o Razón social :	VIKMAR S.A.C.	Hora de envío :	18:30:35

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

CONSULTA 3 (Pág. 17)

CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

Las bases no aclaran que Especificaciones técnicas deben acreditarse para los reactivos y equipo en cesión de uso, esto puede generar incertidumbre en los postores, solicitamos amablemente consideren que se acrediten las siguientes especificaciones.

REACTIVOS: Presentación (Excepto fecha de expiración), metodología y muestra biológica.

EQUIPO EN CESIÓN DE USO: Tipo, metodología, performance, Características y muestra.

La fecha de expiración de reactivos será acreditada mediante Anexo 03, Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en el numeral 3.1 del capítulo III.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2.1.1. Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria señala que acoge parcialmente su consulta, por lo que se considerara lo siguiente:

Para acreditación de los Reactivos, se deberá acreditar las especificaciones técnicas, con documentos que incluye del fabricante como parte de la información para el usuario, a través de manual del equipo y/o insertos y/o catálogos y/o folletos y/o cartas del fabricante y/o certificaciones del fabricante, en español (en caso de estar en idioma extranjero se aceptará traducción simple).

Para el reactivo: metodología, muestra biológica y presentación (No se considerara la fecha de espiración). Las demás especificaciones técnicas serán acreditadas con el Anexo N°03 de las bases.

Para acreditación del Equipo Analizador, se deberá acreditar las especificaciones técnicas del equipo, con guías rápidas de funcionamiento del equipo a ofertar y/o manual de servicio y/o manual de usuario y/o folletería (brochure, catalogo, inserto) y/o cartas y/o catálogo y/o documentos emitidos por el fabricante y/o fabricante legal y/o dueño de la marca y/o filial y/o sucursal. Para el Analizador debe sustentar los siguientes puntos: 1-2-3-4-5. Las demás especificaciones técnicas serán acreditadas con el Anexo N°03 de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

m) Para acreditación de los Reactivos, se deberá acreditar las especificaciones técnicas, con documentos que incluye del fabricante como parte de la información para el usuario, a través de manual del equipo y/o insertos y/o catálogos y/o folletos y/o cartas del fabricante y/o certificaciones del fabricante, en español (en caso de estar en idioma extranjero se aceptará traducción simple).

Para el reactivo: metodología, muestra biológica y presentación (No se considerara la fecha de espiracion). Las demás especificaciones técnicas serán acreditadas con el Anexo N°03 de las bases.

n) Para acreditación del Equipo Analizador, se deberá acreditar las especificaciones técnicas del equipo, con guías rápidas de funcionamiento del equipo a ofertar y/o manual de servicio y/o manual de usuario y/o folletería (brochure, catalogo, inserto) y/o cartas y/o catálogo y/o documentos emitidos por el fabricante y/o fabricante legal y/o dueño de la marca y/o filial y/o sucursal. Para el Analizador

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION REACTIVOS PARA LABORATORIO DE INMUNOLOGIA ESPECIALIZADA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA 1096 DIAS

Ruc/código :	20549445439	Fecha de envío :	13/08/2024
Nombre o Razón social :	VIKMAR S.A.C.	Hora de envío :	18:30:35

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

CONSULTA 4 (Pág. 24)

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

En relación con el requisito mencionado en las bases de la convocatoria, donde se establece que "Se consideran bienes similares a los siguientes: Venta de reactivos en relación al objeto de la convocatoria", solicitamos amablemente al comité evaluador que confirme la siguiente interpretación:

Consideración de REACTIVOS DE INMUNOLOGÍA como Bienes Similares:

Entendemos que, debido a la naturaleza de los reactivos solicitados en la presente convocatoria, los reactivos de inmunología deben ser considerados como bienes similares. Esto se fundamenta en el hecho de que LOS REACTIVOS DE INMUNOLOGÍA COMPARTEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES CON LOS REACTIVOS SOLICITADOS, y son utilizados en procedimientos analíticos y diagnósticos comparables.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinacion con el area usuaria aclara que su entender es el correcto y, para el caso del requisito de calificación: experiencia del postor, se considerará como bienes similares a los reactivos de inmunología.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CAPITULO III REQUERIMIENTO

3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se consideran bienes similares a los siguientes: Venta de reactivos de Inmunología.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION REACTIVOS PARA LABORATORIO DE INMUNOLOGIA ESPECIALIZADA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA 1096 DIAS

Ruc/código :	20549445439	Fecha de envío :	13/08/2024
Nombre o Razón social :	VIKMAR S.A.C.	Hora de envío :	18:30:35

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

CONSULTA 5 (Pág. 55)
CAPÍTULO III REQUERIMIENTO
3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO ANALIZADOR DE INMUNOENSAYOS AUTOMATIZADO
4. CARACTERÍSTICAS
Solicitamos amablemente al comité en coordinación con el área usuaria puedan aceptar analizadores con la capacidad de 20 o más reactivos a bordo identificados por códigos de barras y/o Radiofrecuencia (RFID), esto para favorecer el principio de pluralidad y permitir la participación de más postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1. Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge su consulta, se aceptara también analizadores con capacidad de 20 o mas reactivos a bordo identificados por código de barras y/o radiofrecuencia (RFID).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CAPITULO III REQUERIMIENTO
3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO ANALIZADOR DE INMUNOENSAYOS AUTOMATIZADO
4. CARACTERISTICAS:
Se aceptara también analizadores con capacidad de 20 o mas reactivos a bordo identificados por código de barras y/o radiofrecuencia (RFID).

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION REACTIVOS PARA LABORATORIO DE INMUNOLOGIA ESPECIALIZADA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA 1096 DIAS

Ruc/código :	20549445439	Fecha de envío :	13/08/2024
Nombre o Razón social :	VIKMAR S.A.C.	Hora de envío :	18:30:35

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

CONSULTA 6 (Pág. 55)
CAPÍTULO III REQUERIMIENTO
3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO ANALIZADOR DE INMUNOENSAYOS AUTOMATIZADO
4. CARACTERÍSTICAS

Solicitamos amablemente al comité en coordinación con el área usuaria que la característica de ¿Micro-Jeringa de alta precisión¿ sea opcional, debido que los fabricantes tienen diferentes definiciones para su tecnología, y precisar una en particular puede terminar excluyendo a diferentes postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1. Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria señala que acoge su consulta, se aceptara como opcional la característica de "micro jeringa de alta precision".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CAPITULO III REQUERIMIENTO
3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO ANALIZADOR DE INMUNOENSAYOS AUTOMATIZADO
4. CARACTERISTICAS:
Se aceptara como opcional la característica de "micro jeringa de alta precisión".

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION REACTIVOS PARA LABORATORIO DE INMUNOLOGIA ESPECIALIZADA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA 1096 DIAS

Ruc/código :	20137015987	Fecha de envío :	14/08/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIAL IMPORTADORA SUDAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	16:46:49

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

De acuerdo al requerimiento del presente procedimiento de selección se solicita el sub ítem 11 Anticuerpo Anti Péptido Citrulinado Cíclico (anti-CCP) con muestra biológica de suero y/o plasma humano que no requiera predilución. Al respecto debemos indicar que limitar esta característica a aquellas pruebas que no requieran predilución es contrario al principio de libertad de concurrencia e igualdad de trato que ampara a todo postor que desea participar en un procedimiento de selección. Asimismo existen en el mercado pruebas de igual calidad que aplican predilución y son pruebas de muy alta sensibilidad y especificdad y cumplen con estándares internacionales. Por ello y en arar de permitir una mayor participación de postores consultamos si aceptarían kits de Elisa con dilución de muestras de 1:100 con el tampón de muestra que viene incluido en el kit?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: --- Literal: --- Página: ---

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge su consulta se aceptará también Kits de Elisa con dilución de muestras de 1:100 con el tampón de muestra que viene incluido en el kit.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CAPITULO III REQUERIMIENTO
3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS
PAQUETE PRUEBAS ESPECIALES: ITEM 11
Se aceptara también Kits de Elisa con dilución de muestras de 1:100 con el tampón de muestra que viene incluido en el kit.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION REACTIVOS PARA LABORATORIO DE INMUNOLOGIA ESPECIALIZADA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA 1096 DIAS

Ruc/código :	20137015987	Fecha de envío :	14/08/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIAL IMPORTADORA SUDAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	16:46:49

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

dentro de las caracyerísticas de las pruebas se solicitan que estas sean de Quimioluminiscencia o enzimoimmunoensayo, habiendo también especificado las características del equipo para cada tipo de prueba. Al respecto nuestra representada cuenta con pruebas de quimioluminiscencia para los sub ítem 1 al 10 y de Elisa para el sub ítem 11 (anti-CCP) por lo que respetuosamente les consultamos si es posible cotizar un equipo de quimioluminiscencia para los sub ítems1 al 10 y de Elisa automatizado tal como solicitan en las bases para el sub ítem 11?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: --- Literal: --- Página: ---

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge su consulta, se aceptará también la cotización de un equipo de quimioluminiscencia para los sub ítems 1 al 10 y equipo de ELISA automatizado tal como solicitan en las bases para el subitem 11.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CAPITULO III REQUERIMIENTO
3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS
PAQUETE PRUEBAS ESPECIALES:

Se aceptará también la cotización de un equipo de quimioluminiscencia para los sub ítems 1 al 10 y equipo de ELISA automatizado tal como solicitan en las bases para el subitem 11.

Entidad convocante :HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura :LP-SM-5-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION REACTIVOS PARA LABORATORIO DE INMUNOLOGIA ESPECIALIZADA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA 1096 DIAS

Ruc/código :	20137015987	Fecha de envío :	14/08/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIAL IMPORTADORA SUDAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	16:46:49

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Dentro de las características del equipo de Quimioluminiscencia solicitado se especifica que este debe procesar 24 pruebas por corrida. entendemos que esta es una característica mínima y que se podría ofertar equipos con una mayor capacidad. Por ello consultamos si aceptarían un equipo que pueda procesar hasta 40 pruebas por corrida?

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: ---Literal: ---Página: ---

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge su consulta, se aceptara también analizadores de quimioluminiscencia con capacidad de procesar 24 pruebas por corrida a mas (lo que incluye 40 pruebas por corrida).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CAPITULO III REQUERIMIENTO
3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO ANALIZADOR DE INMUNOENSAYOS AUTOMATIZADO
4. CARACTERISTICAS:
Se aceptara tambien analizadores de quimioluminiscencia con capacidad de procesar 24 pruebas por corrida a mas (lo que incluye 40 pruebas por corrida).

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION REACTIVOS PARA LABORATORIO DE INMUNOLOGIA ESPECIALIZADA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA 1096 DIAS

Ruc/código :	20137015987	Fecha de envío :	14/08/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIAL IMPORTADORA SUDAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	16:46:49

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Dentro de las características del equipo de Quimioluminiscencia solicitado se especifica que este debe contar con una micro jeringa de alta precisión que aspire 1uL con menos de 3% de CV. Esta característica es propia de un tipo específico de equipo, lo cual es contrario a la ley de contrataciones que establece que no pueden darse condiciones ni especificaciones técnicas que limiten la participación de los postores, por ello y en aras de permitir una mayor participación, consultamos si aceptarían un equipo que aspire de 1 a 5 uL de muestra con una precisión de 3% (1uL) a 5%(5uL)?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: --- Literal: --- Página: ---

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria señala que acoge su consulta, se aceptara también un equipo que aspire 1 a 5 uL de muestra con una precisión de 3% (1uL) a 5% (5uL).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CAPITULO III REQUERIMIENTO

3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO ANALIZADOR DE INMUNOENSAYOS AUTOMATIZADO

4. CARACTERISTICAS:

Se aceptara también un equipo que aspire 1 a 5 uL de muestra con una precisión de 3% (1uL) a 5% (5uL).

Entidad convocante :HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura :LP-SM-5-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION REACTIVOS PARA LABORATORIO DE INMUNOLOGIA ESPECIALIZADA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA 1096 DIAS

Ruc/código :	20137015987	Fecha de envío :	14/08/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIAL IMPORTADORA SUDAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	16:46:49

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Dentro de las características del equipo de Quimioluminiscencia solicitado se especifica que este debe contar con un rack inteligente. al respecto debemos indicar que esta característica es propia de un tipo determinado de equipo lo cual es contrario a la ley de contrataciones que establece que no pueden darse condiciones o especificaciones técnicas que limiten la libre participación de los postores. Por ello y en aras de una mayor participación de postores consultamos si aceptarían que se ofrezca un equipo con con rotor para gestión automática de las muestras.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: --- Literal: --- Página: ---

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge su consulta, también se aceptará un equipo con rotor para gestión automática de muestras.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CAPITULO III REQUERIMIENTO
3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO ANALIZADOR DE INMUNOENSAYOS AUTOMATIZADO
4. CARACTERISTICAS:
Se aceptará también un equipo con rotor para gestión automática de muestras.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA

Nomenclatura : LP-SM-5-2024-HNAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION REACTIVOS PARA LABORATORIO DE INMUNOLOGIA ESPECIALIZADA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA 1096 DIAS

Ruc/código :	20137015987	Fecha de envío :	14/08/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIAL IMPORTADORA SUDAMERICANA S.A.C	Hora de envío :	16:46:49

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Dentro de las características del equipo de Quimioluminiscencia solicitado se especifica que este debe contar con cámara a bordo. Al respecto debemos indicar que esta característica es propia de un tipo determinado de equipo lo cual es contrario a la ley de contrataciones que establece que no pueden darse condiciones o especificaciones técnicas que limiten la libre participación de los postores. a su vez existen en el mercado equipos que cuentan con sistemas de monitoreo del procesamiento de la prueba en tiempo real mediante software con alarmas audibles y visuales ante cualquier falla en el equipo. Por ello y en aras de una mayor participación de postores consultamos si aceptarían que esta característica de cámara a bordo sea opcional

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: --- Literal: --- Página: ---

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria acoge su consulta, la característica de cámara a bordo será considerada como opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CAPITULO III REQUERIMIENTO

3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO ANALIZADOR DE INMUNOENSAYOS AUTOMATIZADO

4. CARACTERISTICAS:

La característica de cámara a bordo será considerada como opcional.