

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS, ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y DECLARATORIA DESIERTO, DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 04-2024-HRL-OEC-1 CONVOCADO PARA LA “ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE VIDEOCOLPOSCOPIO PARA EL SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUEIOAR CUI 2562458”

SIENDO LAS 11:00 A.M HORAS DEL DÍA 23 DE MAYO DEL AÑO 2024, EN LOS AMBIENTES DE LA UNIDAD DE LOGISTICA, YO LUIS BEICKER VILLEGAS MORALES DNI N° 47523617, RESPONSABLE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES A FIN DE LLEVAR A CABO LA APERTURA DE OFERTAS, ADMISIÓN Y DECLARATORIA DE DESIERTO; DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 4-2024-HRL-OEC-1 CONVOCADO PARA LA “ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE VIDEOCOLPOSCOPIO PARA EL SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUEIOAR CUI 2562458”.

LUEGO DE LAS ACCIONES PERTINENTES SE DETERMINA QUE LOS SIGUIENTES POSTORES PRESENTARON VÍA ELECTRÓNICA EN LA PLATAFORMA SEACE DEL OSCE SUS OFERTAS EN ARCHIVOS ADJUNTAS, LAS MISMAS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:



Presentación de ofertas/expresión de interés					
Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE				
Nomenclatura :	AS-SM-4-2024-HRL-OEC-1				
Nro. de convocatoria :	1				
Objeto de contratación :	Bien				
Descripción del objeto :	“ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE VIDEOCOLPOSCOPIO PARA EL SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUEIOAR CUI 2562458”				
Nro. ítem	Descripción del ítem	Nombre o Razon Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
RUC / Código					
1	“ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE VIDEOCOLPOSCOPIO PARA EL SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUEIOAR CUI 2562458”				
20551282865	C & M TECHNOLOGY S.A.C.				
			02/05/2024	18:09:48	Electronico

ACTO SEGUIDO, SE PROCEDE CON LA APERTURA DE LA OFERTA Y CON LA REVISIÓN DE LA MISMA, A FIN DE VERIFICAR LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS Y DETERMINAR SI LAS OFERTAS RESPONDEN A LA CARACTERÍSTICA Y/O REQUISITOS FUNCIONALES Y CONDICIONES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PREVISTAS EN LAS BASES.

CABE PRECISAR QUE LA PARTICIPACIÓN DEL REPRESENTANTE DEL ÁREA USURIA, ES EN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS CONTEMPLADAS EN EL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES MANIFIESTA QUE SE VERIFICARÁ LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LA SELECCIÓN ESPECÍFICA DE LAS BASES DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 81.2 DEL ARTICULO 81 DEL REGLAMENTO Y DETERMINA SI LAS OFERTAS RESPONDEN A LAS CARACTERISTICAS Y/O REQUISITOS Y CONDICIONES DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, DETALLADOS EN LA SECCIÓN ESPECÍFICA DE LAS BASES. DE NO CUMPLIR CON LO REQUERIDO, LA OFERTA SE CONSIDERA NO ADMITIDA.

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	POSTORES	2.2.1 DOCUMENTO DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA											RESULTADO
					2.2.1.1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA											
					a)	b)	c)	d)	e)				h)	i)	j)	
					Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	Los siguientes documentos deben de ser presentados como adicionales a la Declaración Jurada de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas, los cuales permitirán acreditar el cumplimiento de las Características específicas del bien: a) REGISTRO SANITARIO O CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO VIGENTE, según la normativa vigente de DIGEMID b) Documento que acredite fehacientemente buenas prácticas de almacenamiento (BPA). c) Documento que acredite fehacientemente buenas prácticas de manufactura (BPM) Y/O Certificado de la Comunidad Europea (CE) o Norma ISO 13485 vigente, Certificado FDA u otros documentos de acuerdo al nivel de riesgo emitido por la Autoridad o Entidad competente del país de origen.	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. (Anexo N° 4)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso. (Anexo N° 5)	El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.				
1	SISTEMA DE VIDEOCOLPOSCOPIO	UNIDAD	1	C & M TECHNOLOGY SAC	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO CUMPLE	SÍ	SÍ	SÍ	N/A	SÍ	NO ADMITIDA	

NOTA: EL COORDINADOR DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO MEDIANTE OFICIO N° 000765-2024-GR.LAMB/HRL-OFAD-UM [4318230 - 269], REMITE VERIFICACION DE OFERTA PARA LA "ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE VIDEOCOLPOSCOPIO PARA EL SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUEIOAR CUI 2562458", DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 04-2024-HRL-OEC-1; EN EL CUAL SEÑALA LO SIGUIENTE:

LA EMPRESA NO CUMPLE TECNICAMENTE CON LO SOLICITADO; DEBIDO QUE LAS BASES INTEGRADAS SOLICITAN: A03: CAMARA CMOS DE ALTA DEFINICION; A14: CAMPO DE VISION: 100MM-10MM; A15: PROFUNDIDAD DE VISION: 5MM-120MM; SIN EMBARGO, LA EMPRESA OFERTA: A03: TECNOLOGIA CCD, EL CUAL NO ESTA CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO; A14: CAMPO DE VISION 23MM-420MM EL CUAL NO ESTA CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO; A15: PROFUNDIDAD DE VISION: 4.1MM-73.8MM, EL CUAL NO ESTA CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO.

FINALMENTE, EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES, CONTANDO CON LA OPINIÓN TÉCNICA EMITIDA POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO EN LA CUAL SEÑALA QUE LA OFERTA DE LA EMPRESA C & M TECHNOLOGY SAC NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, POR LO QUE SE PROCEDE A DAR POR NO ADMITIDA LA OFERTA

EL RESULTADO DE LA ADMISIÓN DE LAS OFERTAS, SE DETALLAN EN EL **ANEXO N° 01:** CUADRO DE ADMISIÓN DEL CONTENIDO DE LAS OFERTAS, QUE FORMA PARTE DE LA PRESENTE ACTA

ANTE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ADMISIÓN DE LAS OFERTAS EN LA CUAL SE DETERMINA QUE NO SE CUENTA CON NINGUNA OFERTA VÁLIDA, EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES PROCEDE A **DECLARAR DESIERTO** DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 04-2024-HRL-OEC-1 CONVOCADO PARA LA "ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE VIDEOCOLPOSCOPIO PARA EL SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUEIOAR CUI 2562458".

PROCEDIÉNDOSE A LA REDACCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, QUE LUEGO DE SER REVISADO ES SUSCRITA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD DE SUS EXTREMOS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES SIENDO LAS 11:45 AM HORAS, DE LA FECHA 23 DE MAYO DEL 2024.

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Econ. Luis Beicker Villegas Morales
RES. ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

ANEXO N° 01:CUADRO DE ADMISIÓN DEL CONTENIDO DE LAS OFERTAS

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN		ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 04-2024- HRL-OEC-1		"ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE VIDEOCOLPOSCOPIO PARA EL SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUEIOAR CUI 2562458"											
ITEM N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	POSTORES	2.2.1 DOCUMENTO DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA										
					2.2.1.1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA										
					a)	b)	c)	d)	e)			h)	i)	j)	
1	SISTEMA DE VIDEOCOLPOSCOPIO	UNIDAD	1	C & M TECHNOLOGY SAC	sí	sí	sí	sí	NO CUMPLE	sí	sí	sí	N/A	sí	NO ADMITIDA
					Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	Los siguientes documentos deben de ser presentados como adicionales a la Declaración Jurada de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas, los cuales permitirán acreditar el cumplimiento de las Características específicas del bien: a) REGISTRO SANITARIO O CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO VIGENTE, según la normativa vigente de DIGEMID b) Documento que acredite fehacientemente buenas prácticas de almacenamiento (BPA). c) Documento que acredite fehacientemente buenas prácticas de manufactura (BPM) Y/O Certificado de la Comunidad Europea (CE) o Norma ISO 13485 vigente, Certificado FDA u otros documentos de acuerdo al nivel de riesgo emitido por la Autoridad o Entidad competente del país de origen.	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. (Anexo N° 4)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso. (Anexo N° 5)	El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.	RESULTADO		

NOTA:

EL COORDINADOR DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO MEDIANTE OFICIO N° 000765-2024-GR.LAMB/HRL-OFAD-UM [4318230 - 269], REMITE VERIFICACION DE OFERTA PARA LA "ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE VIDEOCOLPOSCOPIO PARA EL SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUEIOAR CUI 2562458", DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 04-2024-HRL-OEC-1; EN EL CUAL SEÑALA LO SIGUIENTE:

LA EMPRESA NO CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LO SOLICITADO; DEBIDO QUE LAS BASES INTEGRADAS SOLICITAN: A03: CAMARA CMOS DE ALTA DEFINICION; A14: CAMPO DE VISION: 100MM-10MM; A15: PROFUNDIDAD DE VISION: 5MM-120MM; SIN EMBARGO, LA EMPRESA OFERTA: A03: TECNOLOGIA CCD, EL CUAL NO ESTA CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO; A14: CAMPO DE VISION 23MM-420MM EL CUAL NO ESTA CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO; A15: PROFUNDIDAD DE VISION: 4.1MM-73.8MM, EL CUAL NO ESTA CUMPLIENDO CON LO SOLICITADO.

FINALMENTE, EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES, CONTANDO CON LA OPINIÓN TÉCNICA EMITIDA POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO EN LA CUAL SEÑALA QUE LA OFERTA DE LA EMPRESA C & M TECHNOLOGY SAC NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, POR LO QUE SE PROCEDE A DAR POR NO ADMITIDA LA OFERTA

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE

Econ. Luis Becker Villegas Morales
RESP. ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES