

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-252-2023-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MOBILIARIO CLINICO PARA LA OBRA: REEMPLAZO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA - MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA - DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20610653333	Fecha de envío :	08/11/2024
Nombre o Razón social :	MERA COMPANY IMPORT. S.A.C.	Hora de envío :	16:51:30

**Consulta: Nro. 1**

## **Consulta/Observación:**

DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA

Contenido para la admisión de la oferta.

f) Adjuntar Registro sanitario vigente a nombre del proveedor emitido por la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID) o listado de productos que no requieren registro sanitario.

De la revisión de los productos estos se encuentran en el listado de productos que no Requieren Registro Sanitario.

Por otro lado, si se considera indispensable que se priorice como requisito de calificación obligatorio el: CERTIFICADO DE CALIDAD ORIGINAL EMITIDO POR EL FABRICANTE DE LA MATERIA PRIMA (AISI 304-2B) QUE CERTIFIQUE LAS PRUEBAS DE FABRICA Y SUS PROPIEDADES MECANICAS Y LA COMPOSICION QUIMICA REAL. LAS MISMAS CON LA QUE SERAN FABRICADOS LOS ITEM

Por tal razón, a fin de propiciar mayor participación de postores y para así tener un trato igualitario para todos los participantes, asegurando la calidad y autenticidad del acero inoxidable AISI CALIDAD 304 -2B con la que serán fabricados tales productos, solicitamos se modifique el punto " f " a:

f) CERTIFICADO DE CALIDAD ORIGINAL EMITIDO POR EL FABRICANTE DE LA MATERIA PRIMA (AISI 304-2B) QUE CERTIFIQUE LAS PRUEBAS DE FABRICA Y SUS PROPIEDADES MECANICAS Y LA COMPOSICION QUIMICA REAL. LAS MISMAS CON LA QUE SERAN FABRICADOS LOS ITEM

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 2    **Literal:** 2.2.1    **Página:** 18  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

## **Análisis respecto de la consulta u observación:**

El área usuaria, en merito a la consulta del participante, manifiesta que, identificado el mobiliario clínico del listado de bienes solicitado no requiere de Registro Sanitario por encontrarse incluido en el listado de productos que no requieren Registro Sanitario de DIGEMID, por tanto, se retirará del listado de documentos de presentación obligatoria para la admisión de la oferta, indicado en las Bases. Asimismo, lo indicado dentro de la misma consulta acerca de la presentación del certificado de calidad de la materia prima (Acero inoxidable AISI 304-2B) con que son fabricados los mobiliarios a adquirir ya que cumplirían funciones similares. Por tanto, el area usuaria ACLARA que, en el literal f) se solicitara lo siguiente: COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO DE CALIDAD DEL ACERO INOXIDABLE AISI 304-2B, QUE CERTIFIQUE QUE ES ACERO INOXIDABLE AISI 304-2B, TAL COMO HACE MENCION EN LAS CARACTERISTICAS, CON EL UNICO FIN DE CERTIFICAR LAS PRUEBAS DE FABRICA, SUS PROPIEDADES MECANICAS Y LA COMPOSICION QUIMICA REAL DEL MATERIAL UTILIZADO EN LA MANUFACTURA DE LOS MOBILIARIOS.

## **Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Con ocasión de la integración de Bases se modificará de la siguiente manera:

**Entidad convocante :** GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

**Nomenclatura :** AS-SM-252-2023-GRA-SEDECENTRAL-2

**Nro. de convocatoria :** 2

**Objeto de contratación :** Bien

**Descripción del objeto :** ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MOBILIARIO CLINICO PARA LA OBRA:  
REEMPLAZO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA -  
MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA - DIRESA - AYACUCHO

---

2.2.1. Documentos de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta.

[...]

f) COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO DE CALIDAD DEL ACERO INOXIDABLE AISI 304-2B, QUE CERTIFIQUE QUE ES ACERO INOXIDABLE AISI 304-2B, TAL COMO HACE MENCION EN LAS CARACTERISTICAS, CON EL UNICO FIN DE CERTIFICAR LAS PRUEBAS DE FABRICA, SUS PROPIEDADES MECANICAS Y LA COMPOSICION QUIMICA REAL DEL MATERIAL UTILIZADO EN LA MANUFACTURA DE LOS MOBILIARIOS.

[...]

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-252-2023-GRA-SEDECENTRAL-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MOBILIARIO CLINICO PARA LA OBRA:  
REEMPLAZO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA -  
MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA - DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código :	20608308033	Fecha de envío :	08/11/2024
Nombre o Razón social :	CARMER PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:51:41

**Observación: Nro. 2**  
**Consulta/Observación:**  
CONSULTA / OBSERVACION  
5.0 CARACTERISITCAS TECNICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES POR ADQUIRIR  
5.1 CARACTERISTICAS TECNICAS

OBSERVACION.  
SE OBSERVA QUE LOS ITEM OBJETIVOS DE LA CONTRATACION SON MOBILIARIOS REQUERIDOS DE PRIMERA CALIDAD EN MATERIAL Y/O ACABADO ACERO INOXIDABLE AISI 304-2B. POR TAL RAZON, SE MENCIONA EN EL LITERAL 5.1 QUE ESTOS DEBEN CUMPLIR CON LAS NORMAS AISI 304 Y DEBEN SER ACERO INOXIDABLE 304-2B CON ¿CERTIFICACION ¿  
a fin, de asegurar la calidad y originalidad del grado de la materia prima con la que es fabricado los objetos a contratar, se sugiere especificar si la CERTIFICACION DEL MATERIAL AISI 304-2B cuenta como factor de evaluación o documento obligatorio:  
POR TAL RAZON, SE SUGIERE ADJUNTAR A:  
COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO DE CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA ( ACERO INOXIDABLE AISI 304-2B) , EMITIDA POR EL FABRICANTE DE LA MISMA, QUE CERTIFIQUE QUE ES ACERO INOXIDABLE AISI 304-2B TAL COMO HACE MENCION EN LAS CARACTERISTICAS , CON EL UNICO FIN DE CERTIFICAR LAS PRUEBAS DE FABRICA, SUS PROPIEDADES MECANICAS Y LA COMPOSICION QUIMICA REAL DEL MATERIAL UTILIZADO EN LA MANUFACTURA DE LOS MOBILIARIOS.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 5      Literal: 5.1      Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
El área usuaria, en merito a la observación formulada por el participante, referente al certificado de calidad de la materia prima a utilizarse en la fabricación del mobiliario clínico materia de este proceso de selección, solicita especificar si la certificación del material AISI 304-2B cuenta como factor de evaluación o documento obligatorio.

Se indica que, de acuerdo a lo manifestado por el área usuaria, el mencionado certificado de calidad de la materia prima es un documento muy necesario para asegurar la calidad y originalidad del grado de la materia prima con que son fabricados los mobiliarios clínicos a adquirir.

Asimismo, cabe indicar que, los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, son objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Por lo tanto, el area usuaria ACOGE PARCIALMENTE la observacion, por lo que el certificado de calidad de la materia prima es un documento de presentación obligatoria y estos se solicitaran dentro de los documentos para la admision de la oferta

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
Con ocasión de la integración de Bases se modificará de la siguiente manera:

2.2.1. Documentos de presentación obligatoria  
2.2.1.1.Documentos para la admisión de la oferta.  
[...]  
f) COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO DE CALIDAD DEL ACERO INOXIDABLE AISI 304-2B, QUE CERTIFIQUE QUE ES ACERO INOXIDABLE AISI 304-2B, TAL COMO HACE MENCION EN LAS CARACTERISTICAS, CON EL UNICO FIN DE CERTIFICAR LAS PRUEBAS DE FABRICA, SUS PROPIEDADES MECANICAS Y LA COMPOSICION QUIMICA REAL DEL MATERIAL UTILIZADO EN LA MANUFACTURA DE LOS MOBILIARIOS.  
[...]

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	AS-SM-252-2023-GRA-SEDECENTRAL-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MOBILIARIO CLINICO PARA LA OBRA: REEMPLAZO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA - MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA - DIRESA - AYACUCHO

---