

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA		
Nomenclatura :	AS-SM-13-2024-HAPCSR II-2-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Servicio		
Descripción del objeto :	Servicio a todo costo de Mantenimiento Correctivo de diez ventiladores mecánicos neonatales del departamento de pediatría del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2		

Ruc/código :	20610572333	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	DYR MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	21:39:11

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

ACTIVIDADES PARA REALIZAR:

. Actualizacion de Software (de ser Necesario).

Dentro de lo solicitado es importante aclarar que dicha actividad deberia ser indispensable, dado que los equipos luego de ser reemplazados los repuestos; es necesario de una calibracion y actualizacion de software obligatoria para su correcto funcionamiento de cada uno de los equipos requeridos.

SOLICITAN:

ACTIVIDADES PARA REALIZAR:

. Actualizacion de Software

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinacion con el area acoge la observacion y precisa que a fin de garantizar el correcto funcionamiento de los equipos se proceder a modificar el extremo referido a de ser necesario a debe ser obligatorio, garantizando con ello la operatividad de los equipos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA
Nomenclatura :	AS-SM-13-2024-HAPCSR II-2-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	Servicio a todo costo de Mantenimiento Correctivo de diez ventiladores mecánicos neonatales del departamento de pediatría del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2

Ruc/código :	20610572333	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	DYR MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	21:39:11

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

PERFIL DEL PERSONAL

La Empresa deberá acreditar que en su personal de soporte técnico cuente con un (01) Ingeniero o Técnico debidamente capacitado en el uso y mantenimiento del equipo objeto de la convocatoria, este personal deberá tener dos (02) años como mínimo de experiencia en el mantenimiento del equipo materia del contrato acreditado mediante constancias y/o certificados respectivo

Solicitamos aclarar al comité que en la pagina 33 RECURSOS HUMANOS MINIMOS mencionan otro perfil del personal profesional solicitado, para evitar incongruencias aclarar el PERFIL DEL PERSONAL de los profesionales (ingeniero y tecnico).

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL AREA USUARIA PRECISA QUE A EFECTOS DE EVITAR CONFUSIÓN PROCEDERÁ A SUPRIMIR EL EXTREMO REFERIDO A PERFIL DE PROVEEDOR QUEDANDO SOLAMENTE LO REFERIDO EN EL ITEM RECURSOS HUMANOS CONTENIDO EN EL CUADRO. siendo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

INGENIERO:

Ingeniero electrónico o
mecatrónico o Biomedico

Titulado Y

Colegiado

CUATRO (04) AÑOS DE EXPERIENCIA

CONTADOS DESDE SU COLEGIATURA

COMO MÍNIMO EN MANTENIMIENTO DE

VENTILADORES MECÁNICOS CAPACITADO

POR FABRICANTE.

TÉCNICO:

Técnico en electrónica o
mecatrónica o bachiller en

ingeniería electrónica o

mecatrónica o licenciado

en equipamiento

Técnico de

instituto

superior

tecnológico,

bachiller en

ingeniería

mecatrónica o

electrónica o

licenciado

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA PIURA

Nomenclatura :AS-SM-13-2024-HAPCSR II-2-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :Servicio a todo costo de Mantenimiento Correctivo de diez ventiladores mecánicos neonatales del departamento de pediatría del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2

Ruc/código :	20610572333	Fecha de envío :	19/07/2024
Nombre o Razón social :	DYR MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	21:39:11

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

RECURSOS HUMANOS MINIMOS

Del perfil de los profesionales propuestos estos deben ser capacitados por fabricante en equipos medicos neonatales en general es correcta nuestra aprecion

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección precisa que los profesionales propuestos estos deben ser capacitados por fabricante en equipos médicos neonatales objeto de la convocatoria a efectos de garantizar la experticia en los equipos objeto de la convocatoria

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null