

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
Nomenclatura :	AS-SM-23-2023-CS-UNIQ-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE PRENSA DIGITAL PARA PRUEBA DE TESTIGO DE CONCRETO 1 112KN PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA, SEDE EL ARENAL, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION-CUSCO

Ruc/código :	20509797847	Fecha de envío :	17/11/2023
Nombre o Razón social :	PROFESSIONAL SERVICE SUPPORT S.A.C.	Hora de envío :	14:51:23

## Observación: Nro. 1

### Consulta/Observación:

La PRENSA DIGITAL PARA PRUEBA DE TESTIGOS DE CONCRETO 1112 KN,  
ESPECIFICACIONES TECNICAS:

¿ MAQUINA AUTOMÁTICA DE ENSAYOS DE COMPRESIÓN DE CILINDROS DE PRUEBA DE CONCRETO, CUBOS, UNIDADES MANPOSTERIA, LADRILLO, MUESTRA DE ROCAS Y UNA VARIEDAD DE OTROS PRODUCTOS

¿ CAPACIDAD ¿=1000KNF

¿ RANGO: 11KNF A ¿=1000KNF

Esta solicitud de aplicación para pruebas: de concreto, cubos, unidades mampostería, ladrillo, muestra de rocas y una variedad de otros productos la capacidad de: CAPACIDAD ¿=1000KNF (debe de entenderse como 1000 kgf) , no es admisible, porque para realizar pruebas de muestras de Roca la Presión de trabajo debe ser de 700 bar de manera que supera ampliamente la capacidad de carga de 1112 KN indicada y mucho más CAPACIDAD ¿=1000KNF, La capacidad del Equipo no debe restringirse al valor de 1112 KN porque segmenta y limita sus aplicaciones, estas deben ser de 1500 kN a más.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1. Página: 18

### Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

normas de referencia applicativa: ASTM D2664,ASTM D2938,ASTM D3148, ASTM D5407, ASTM D7012, EN 14580

### Análisis respecto de la consulta u observación:

Con el objetivo de garantizar mayor participación de postores, se acoge parcialmente la observación, la cual será modificada en las bases integradas:

capacidad: 1000 kN a más.

Rango: mas de 1000 KNF

### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

capacidad: 1000 kN a más.

Rango: mas de 1000 KNF

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-23-2023-CS-UNIQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PRENSA DIGITAL PARA PRUEBA DE TESTIGO DE CONCRETO 1 112KN PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA, SEDE EL ARENAL, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN-CUSCO

Ruc/código :	20509797847	Fecha de envío :	17/11/2023
Nombre o Razón social :	PROFESSIONAL SERVICE SUPPORT S.A.C.	Hora de envío :	14:51:23

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

No indican que accesorios requieren para las aplicaciones de las pruebas de concreto, cubos, unidades mampostería, ladrillo, muestra de rocas y una variedad de otros productos, indicadas

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1.    **Página:** 18

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación; El área usuaria responsable de la formulación del requerimiento detalla los accesorios necesarios para la aplicaciones de las pruebas de concreto, estas serán incorporadas en las bases integradas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Equipo de Econocap 3" (incluye 4 unidades de almohadillas de neopreno de 13 ± 2 mm)
- Equipo de Econocap 4" (incluye 4 unidades de almohadillas de neopreno de 13 ± 2 mm)
- Dispositivo para ensayos de vigas a la flexión
- Equipo para ensayo de tracción indirecta en cilindros de 6" x 12"
- Aditamento para fallar cubos

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-23-2023-CS-UNIQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PRENSA DIGITAL PARA PRUEBA DE TESTIGO DE CONCRETO 1 112KN PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA, SEDE EL ARENAL, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION-CUSCO

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	20/11/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	14:42:17

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

1.9 PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 60 DÍAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación, contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato.

**OBSERVACIÓN:**

Se solicita al honorable Comité, que debido a que los equipos requeridos deben ser importados y desaduanados; y, además, para permitir la mayor participación de postores potenciales, tome a bien ampliar el plazo de entrega a 90 DÍAS; para poder cumplir con el tiempo estipulado en las bases.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 12**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LCE ART. 2 INCISO A, B, C

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con el objetivo de garantizar mayor participación de postores, se acoge parcialmente la observación, la cual será modificada en las bases integradas:

plazo de entrega: Máximo de 120 días calendario, computados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

PLAZO DE ENTREGA: Máximo de 120 días calendario, computados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-23-2023-CS-UNIQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PRENSA DIGITAL PARA PRUEBA DE TESTIGO DE CONCRETO 1 112KN PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA, SEDE EL ARENAL, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION-CUSCO

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	20/11/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	14:42:17

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Rango: 11 KNF A >= 1000 KNF

CONSULTA:

Se solicita al honorable Comité, tenga a bien modificar el RANGO 0 A >= 1000 KNF, ya que la medida indicada, pertenece a una marca en específico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con el objetivo de garantizar mayor participación de postores, se acoge parcialmente la observación, la cual será modificada en las bases integradas:

capacidad: 1000 kN a más.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Capacidad: 1000 kN a más.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-23-2023-CS-UNIQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PRENSA DIGITAL PARA PRUEBA DE TESTIGO DE CONCRETO 1 112KN PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA, SEDE EL ARENAL, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION-CUSCO

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	20/11/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	14:42:17

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Adquisición de datos: Capacidad de almacenar > de 1000 pruebas pueden ser almacenados en el panel de pantalla táctil. Los datos también pueden ser transferidos a otros medios de almacenamiento a través de USB

CONSULTA:

Se solicita al honorable Comité, muy amablemente que, para permitir una mayor participación de postores, permita que la capacidad de almacenamiento de pruebas sea DE ACUERDO A FABRICANTE.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Específico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3.1    **Página:** 18

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con el objetivo de garantizar mayor participación de marcas y postores, se acoge la observación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Adquisición de datos: de acuerdo al fabricante.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-23-2023-CS-UNIQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PRENSA DIGITAL PARA PRUEBA DE TESTIGO DE CONCRETO 1 112KN PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA, SEDE EL ARENAL, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION-CUSCO

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	20/11/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	14:42:17

**Consulta:** Nro. 6

**Consulta/Observación:**  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

OTRAS CONDICIONES:

El equipo deberá contar con todos los accesorios.

CONSULTA:

Se solicita al honorable Comité, muy amablemente, que debido a que el equipo cuenta con una serie de accesorios para realizar diversas pruebas, los cuales varían de acuerdo al uso específico, pueda INDICAR PARA QUÉ PRUEBAS LO REQUIEREN; para poder seleccionar los que correspondan.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3      Literal: 3.1      Página: 18

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El área usuaria responsable de la formulación del requerimiento detalla los accesorios necesarios para la aplicación de las pruebas de concreto, estas serán incorporadas en las bases integradas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

- Equipo de Econocap 3" (incluye 4 unidades de almohadillas de neopreno de  $13 \pm 2$  mm)
- Equipo de Econocap 4" (incluye 4 unidades de almohadillas de neopreno de  $13 \pm 2$  mm)
- Dispositivo para ensayos de vigas a la flexión
- Equipo para ensayo de tracción indirecta en cilindros de  $6\frac{1}{2} \times 12\frac{1}{2}$
- Aditamento para fallar cubos

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-23-2023-CS-UNIQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PRENSA DIGITAL PARA PRUEBA DE TESTIGO DE CONCRETO 1 112KN PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA, SEDE EL ARENAL, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION-CUSCO

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	20/11/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	14:42:17

**Observación: Nro. 7**  
**Consulta/Observación:**  
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

bienes similares a los siguientes: venta de equipos de prueba de materiales de construcción o venta de equipos para ensayos de materiales.

OBSERVACIÓN:

Se solicita al honorable Comité, tenga a bien considerar como bienes similares EQUIPOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS BÁSICAS EN GENERAL, ya que lo requerido es un equipo utilizado en dicho rubro.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE ART. 2 INCISO A, B, C

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con el objetivo de garantizar mayor participación de marcas y postores, se acoge parcialmente la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se consideran bienes similares a los siguientes: VENTA DE EQUIPOS Y/O MODULOS DE INGENIERIA EN GENERAL.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-23-2023-CS-UNIQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PRENSA DIGITAL PARA PRUEBA DE TESTIGO DE CONCRETO 1 112KN PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA, SEDE EL ARENAL, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION-CUSCO

Ruc/código :	20605876774	Fecha de envío :	20/11/2023
Nombre o Razón social :	A.S. ALLENDE S.A.C.	Hora de envío :	15:11:16

**Observación: Nro. 8**  
**Consulta/Observación:**  
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR

solicitan:

bienes similares a los siguientes: venta de equipos de prueba de materiales de construcción o venta de equipos para ensayos de materiales.

se observa:

Se solicita al honorable Comité, que para permitir la mayor participación de postores potenciales, tenga a bien considerar como bienes similares: EQUIPOS Y/O MÓDULOS DE INGENIERÍA EN GENERAL, ya que el equipo solicitado se encuentra dentro de ese rubro.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art. 2

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con el objetivo de garantizar mayor participación de marcas y postores, se acoge la observación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
Se consideran bienes similares a los siguientes: VENTA DE EQUIPOS Y/O MODULOS DE INGENIERIA EN GENERAL.



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-23-2023-CS-UNIQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PRENSA DIGITAL PARA PRUEBA DE TESTIGO DE CONCRETO 1 112KN PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA, SEDE EL ARENAL, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION-CUSCO

Ruc/código :	20605876774	Fecha de envío :	20/11/2023
Nombre o Razón social :	A.S. ALLENDE S.A.C.	Hora de envío :	15:11:16

**Observación: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**  
**PLAZO DE ENTREGA**

solicitan:

60 DÍAS CALENDARIO

se observa:

Se solicita muy amablemente al Comité, pueda ampliar el plazo de entrega a 120 DÍAS, ya que es un equipamiento que de acuerdo a las especificaciones técnicas, debe ser importado; y conlleva determinado tiempo su traslado y desaduanaje.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: I      Literal: 1.9      Página: 12**  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con el objetivo de garantizar mayor participacion de postores, se acoge parcialmente la observación, la cual será modificada en las bases integradas:  
plazo de entrega: Maximo de 120 dias calendario, computados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

plazo de entrega: Máximo de 120 días calendario, computados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-23-2023-CS-UNIQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PRENSA DIGITAL PARA PRUEBA DE TESTIGO DE CONCRETO 1 112KN PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA, SEDE EL ARENAL, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION-CUSCO

Ruc/código :	20605876774	Fecha de envío :	20/11/2023
Nombre o Razón social :	A.S. ALLENDE S.A.C.	Hora de envío :	15:11:16

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

SOLICITAN

Rango: 11 KNF A >= 1000 KNF

SE CONSULTA

Se solicita muy amablemente al Comité, permitir rango 0 a >= 1000 KNF, ya que lo solicitado corresponde a una marca específica y no permiten la participación de otros postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con el objetivo de garantizar mayor participación de postores, se acoge parcialmente la observación, la cual será modificada en las bases integradas:

capacidad: 1000 kN a más.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

capacidad: 1000 kN a más.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-23-2023-CS-UNIQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PRENSA DIGITAL PARA PRUEBA DE TESTIGO DE CONCRETO 1 112KN PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA, SEDE EL ARENAL, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION-CUSCO

Ruc/código :	20605876774	Fecha de envío :	20/11/2023
Nombre o Razón social :	A.S. ALLENDE S.A.C.	Hora de envío :	15:11:16

**Consulta:** Nro. 11

**Consulta/Observación:**  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

SOLCITAN:

Adquisición de datos: Capacidad de almacenar > de 1000 pruebas pueden ser almacenados en el panel de pantalla táctil. Los datos también pueden ser transferidos a otros medios de almacenamiento a través de USB

SE CONSULTA

Se solicita muy amablemente al Comité, tenga a bien permitir que este criterio sea manejado DE ACUERDO A FABRICANTE, ya que al tener la transferencia de datos incluida en el equipo, no es necesario un volumen de almacenaje tan alto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con el objetivo de garantizar mayor participación de marcas y postores, se acoge la observación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Adquisición de datos: De acuerdo al fabricante.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-23-2023-CS-UNIQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PRENSA DIGITAL PARA PRUEBA DE TESTIGO DE CONCRETO 1 112KN PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA, SEDE EL ARENAL, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION-CUSCO

Ruc/código :	20605876774	Fecha de envío :	20/11/2023
Nombre o Razón social :	A.S. ALLENDE S.A.C.	Hora de envío :	15:11:16

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

SOLICITAN

OTRAS CONDICIONES:

El equipo deberá contar con todos los accesorios.

SE CONSULTA

Se solicita muy amablemente al Comité, INDICAR las pruebas que realizarán con el equipo, ya que éste cuenta con una serie de accesorios, los cuales varían de acuerdo al uso del mismo; de este modo, sabremos de manera específica qué accesorios tomar en cuenta.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observacion; El area usuaria responsable de la formulacion del requerimiento detalla los accesorios necesarios para la aplicaciones de las pruebas de concreto, estas seran incorporadas en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- Equipo de Econocap 3" (incluye 4 unidades de almohadillas de neopreno de 13 ± 2 mm)
- Equipo de Econocap 4" (incluye 4 unidades de almohadillas de neopreno de 13 ± 2 mm)
- Dispositivo para ensayos de vigas a la flexión
- Equipo para ensayo de tracción indirecta en cilindros de 6ø x 12ø
- Aditamento para fallar cubos

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-23-2023-CS-UNIQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PRENSA DIGITAL PARA PRUEBA DE TESTIGO DE CONCRETO 1 112KN PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA, SEDE EL ARENAL, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION-CUSCO

Ruc/código :	20503497728	Fecha de envío :	20/11/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION DAMAR S.A.C.	Hora de envío :	16:45:04

**Consulta:** Nro. 13

**Consulta/Observación:**

1.9 PLAZO DE ENTREGA

Dice:

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 60 DÍAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación, contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato.

Solicitamos que se considere:

Estos equipos se fabrican a pedido y requieren de importación, la cual presenta un plazo de tiempo en transporte, desaduanaje, internamiento, control de calidad y envío al lugar solicitado. Así mismo tener consideración que vienen fechas festivas, feriado chino, y vacaciones en los centros de estudios. Por ello, se solicita al comité ampliar el plazo de entrega a 120 días calendarios, para una mayor pluralidad de postores y que el área usuaria cuente con un equipo de reciente fabricación.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 12

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con el objetivo de garantizar mayor participacion de postores, se acoge la observación, la cual será modificada en las bases integradas:

plazo de entrega: Maximo de 120 dias calendario, computados a partir del día siguiente de la suscripcion del contrato.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

plazo de entrega: Máximo de 120 días calendario, computados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-23-2023-CS-UNIQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PRENSA DIGITAL PARA PRUEBA DE TESTIGO DE CONCRETO 1 112KN PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA, SEDE EL ARENAL, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION-CUSCO

Ruc/código :	20503497728	Fecha de envío :	20/11/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION DAMAR S.A.C.	Hora de envío :	18:09:25

**Consulta:** Nro. 14

**Consulta/Observación:**

DICE: sistema de control digital: configuración del protocolo de pruebas, visualización en el tiempo real de datos de prueba y de transferencia de datos

Solicitamos al distinguido comité aceptar el sistema de control digital de acuerdo a cada fabricante ya que cada sistema de control digital puede diferir de acuerdo a los sensores, pantallas y método de adquisición de datos. En este sentido, solicitamos modificar esta especificación por:

DEBE DECIR: sistema de control digital de acuerdo al fabricante con la opción de visualización de parámetros y medición de valores obtenidos.

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 18  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con el objetivo de garantizar mayor participacion de marcas y postores, se acoge la observación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Sistema de control digital: De acuerdo al fabricante

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

Nomenclatura : AS-SM-23-2023-CS-UNIQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE PRENSA DIGITAL PARA PRUEBA DE TESTIGO DE CONCRETO 1 112KN PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA, SEDE EL ARENAL, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION-CUSCO

Ruc/código :	20503497728	Fecha de envío :	20/11/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION DAMAR S.A.C.	Hora de envío :	18:09:25

**Consulta:** Nro. 15

**Consulta/Observación:**

DICE: Adquisición de datos: capacidad de almacenar > de 1000 pruebas pueden ser almacenados en el panel de pantalla táctil, los datos también pueden ser transferidos a otros medios de almacenamiento a través de USB

Es de conocimiento público que el Comité de Selección está en la OBLIGACIÓN de establecer LOS PARAMETROS TECNICOS a fin de permitir y promover la mayor participación de postores, no limitando su participación y que todos puedan disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose PROHIBIDA la existencia de privilegios, direccionamiento de procesos, ventajas o favoritismo de marcas y/o hacia empresas por parte del área usuaria.

Por lo tanto, OBSERVAMOS que las especificaciones técnicas de ADQUISICIÓN DE DATOS: CAPACIDAD DE ALMACENAR > DE 1000 PRUEBAS PUEDEN SER ALMACENADOS EN EL PANEL DE PANTALLA TÁCTIL, LOS DATOS TAMBIÉN PUEDEN SER TRANSFERIDOS A OTROS MEDIOS DE ALMACENAMIENTO A TRAVÉS DE USB restringe la pluralidad de postores limitando su participación e igualdad de oportunidades.

En este sentido, SOLICITAMOS modificar la especificación por ADQUISICIÓN DE DATOS: CAPACIDAD DE ALMACENAR > DE 1000 PRUEBAS, LOS DATOS TAMBIÉN PUEDEN SER TRANSFERIDOS A OTROS MEDIOS DE ALMACENAMIENTO A TRAVÉS DE USB

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 18

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con el objetivo de garantizar mayor participación de marcas y postores, se acoge la observación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Adquisición de datos: De acuerdo al fabricante