

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

1 DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	13/03/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	DEPARTAMENTO DE FARMACIA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN ANUAL DE REACTIVOS PARA "DOSAJE DE COAGULACIÓN" CON EQUIPO AUTOMATIZADO EN CESIÓN DE USO PARA LA UNIDAD DE HEMATOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2 INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 3153-2022-DFAR/HCH		Fecha de recepción	26/08/2022		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	13/09/2022	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	8/11/2022	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la cuarta versión	21/11/2022	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	3				3	MEMORANDO N° 3205-OL- 2572-UPROG-2022-HCH	5/09/2022
	2	6				6	MEMORANDO N° 3519-OL- 2819-UPROG-2022-HCH	26/09/2022
	3	2				2	MEMORANDO N° 4357-OL- 3448-UPROG-2022-HCH	15/11/2022
<i>Consultas referido a tiempo de expiración, metodología del calibrador, control de calidad interno, performance, presentación, capacidad de reactivos refrigerados, sistema de posicionamiento de muestras y características técnicas del analizador.</i>								



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	3	-----	-----	-----	3	MEMORANDO N° 578-DPCAP-HCH-2022	13/09/2022
2	6	-----	-----	-----	6	MEMORANDO N° 765-2022-DFAR/HCH	8/11/2022
3	2	-----	-----	-----	2	MEMORANDO N° 796-2022-DFAR/HCH	21/11/2022



Area usuaria absolvió e implementó las consultas en las especificaciones técnicas referidos a: tiempo de expiración, metodología del calibrador, control de calidad interno, performance, presentación, capacidad de reactivos refrigerados, sistema de posicionamiento de muestras y características técnicas del analizador.

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	Area usuaria de oficio ha implementado las características técnicas de las especificaciones técnicas, MEMORANDO N° 578-DPCAP-HCH-2022.
2	Area usuaria de oficio ha implementado las características técnicas de las especificaciones técnicas, MEMORANDO N° 765-2022-DFAR/HCH.
3	Area usuaria de oficio ha implementado las características técnicas de las especificaciones técnicas, MEMORANDO N° 796-2022-DFAR/HCH.

3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

3.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	31/08/2022	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	28/02/2023
3.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
1. REPRESENTACIONES MEDICAS DEL PERU S.R.L. 2. DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.			
3.3 PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.			
3.4 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO X
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.			
3.5 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.			
3.6 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.			

 <p>MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL CAYETANO HEREDIA OFICINA DE LOGISTICA</p> <p><i>[Firma]</i> VICTOR HUO MACHUCA JEFE (c) DE LA UNIDAD DE PROGRAMACION</p>	 <p>MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL CAYETANO HEREDIA OFICINA DE LOGISTICA</p> <p><i>[Firma]</i> HECTOR MILLA SALINAS UNIDAD DE PROGRAMACION</p>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	