

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-UNF/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE MOLECULAR PCR DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20602923577	Fecha de envío :	09/07/2024
Nombre o Razón social :	IMPORTADORA & COMERCIALIZADORA L. VALDIVIEZO S.R.L	Hora de envío :	11:27:10

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Estimados comité de Selección, solicito que se evalué a 60 días calendario el plazo de entrega, así mismo esta ampliación beneficiaria a la participación de un mayor numero de postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: I Literal: 1.9 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aumentara el plazo de entrega a 60 dias en la integracion de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE MOLECULAR PCR DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	17:01:46

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

item01
DICE: ¿Estilo de prensa: Manualmente¿

CONSULTA: Solicitamos al distinguido comité evaluador poder aclarar dicha especificación, ya que no guarda concordancia con el equipo solicitado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACEPTA LA CONSULTA. HABIA UN ERROR DE TIPEO. SE RETIRA "ESTILO DE PRENSA: MANUALMENTE"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE MOLECULAR PCR DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	17:01:46

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Item 02

DICE: ¿Liofilizado en bolsa de plástico duraderas¿

CONSULTA: Solicitamos al distinguido comité evaluador poder aclarar dicha especificación, ya que no guarda concordancia con el equipo solicitado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACEPTA LA CONSULTA. HABIA UN ERROR DE TIPEO. SE RETIRA "LIOFILIZADO EN BOLSA DE PLASTICO DURADERAS"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE MOLECULAR PCR DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	17:01:46

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Item 04

DICE: ¿Rango de longitud de onda: 170-1110nm aprox¿

CONSULTA: Solicitamos al distinguido comité evaluador ampliar la característica a ¿Rango de longitud de onda: 170 a 190 -1110nm aprox¿, ya que el rango que utilizan los espectrofotómetros UV-VIS es de 190-1110. Además de permitir una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACEPTA LA CONSULTA. rango de longitud de onda 2+,-1110 nm aprox

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE MOLECULAR PCR DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	17:01:46

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Item04

DICE: ¿Precisión de longitud de onda: ± 0.1 nm¿

CONSULTA: Solicitamos al distinguido comité evaluador ampliar la característica a ¿Precisión de longitud de onda: ± 0.1 a 0.3 nm¿ con el fin de fomentar una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE AMPLIA LA PRECISIÓN DE LONGITUD DE ONDA CON RANGO DE ± 0.1 a 0.5 nm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE MOLECULAR PCR DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	17:01:46

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Item06
DICE: ¿Rango de detección: 300-1000 nm¿

CONSULTA: Solicitamos al distinguido comité evaluador ampliar la característica a ¿Rango de detección: 300-800 nm¿. Esto con la finalidad de fomentar una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA LA CONSULTA. TODA VEZ QUE UN MAYOR RANGO PERMITE IMPLEMENTAR UN MAYOR NUMERO DE EXPERIMENTACIONES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE MOLECULAR PCR DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	17:01:46

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Item07
DICE: ¿Alimentación eléctrica: 120V / 60 Hz¿

CONSULTA: Solicitamos al distinguido comité evaluador modificar la característica a ¿Alimentación eléctrica: 220V / 50-60 Hz¿, ya que esa la corriente que se emplea Perú.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACEPTA LA CONSULTA, SE MODIFICA A 220V/50-60Hz

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE MOLECULAR PCR DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	17:01:46

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Item 07
DICE: ¿Nivel de ruido: <56dBA¿

CONSULTA: Solicitamos al distinguido comité evaluador ampliar la característica a ¿Nivel de ruido: <60dBA¿, con la finalidad de permitir una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACEPTA LA CONSULTA A NIVEL DE RUIDO <60dBA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE MOLECULAR PCR DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	17:01:46

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Item07

DICE: ¿Rotor de 24 x 1.5/2.0 ml con tapa de biocontención Click Seal¿

CONSULTA: Solicitamos al distinguido comité evaluador modificar la característica a ¿Rotor de 24 x 1.5/2.0 ml¿, ya que el ¿sistema de biocontención Click Seal¿ pertenece a una marca en específico y limita la participación de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE MOLECULAR PCR DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	17:01:46

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Item09

DICE: ¿Peine: 13 pozos y 21 pozos¿

CONSULTA: Solicitamos al distinguido comité evaluador ampliar la característica a ¿Peine: 13 pozos y/o 21 pozos o más¿ con el fin de promover la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA LA CONSULTA. SE SOLICITAN PEINE DE 13 POZOS Y 21 POZOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE MOLECULAR PCR DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	17:01:46

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

DICE: ¿Indicaciones del ambiente de instalación del equipo como mesa anti vibraciones, conexión UPS, instalación del aire acondicionado, conexión inalámbrica a internet mientras dure el periodo de garantía. El proveedor estará a cargo del acondicionamiento del espacio asignado para la instalación¿

CONSULTA: Solicitamos al distinguido comité evaluador poder aclarar dicha especificación, si es que se debe de incluir todos los accesorios mencionados a la propuesta comercial.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AMBIENTE DONDE SE INSTALARAN LOS EQUIPOS SE ENCUENTRA EN OPTIMAS CONDICIONES.
SE DEBE TOMAR EN CUENTA EL APROVISIONAMIENTO DE UPS COMO ACCESORIO PARA AQUELLOS EQUIPOS DE MAYOR SENSIBILIDAD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE MOLECULAR PCR DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	17:01:46

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Solicitamos al distinguido comité evaluador considerar que algunos reactivos son fiscalizado y requieren permisos de compra, por lo que la entidad debería de contar con dichos reactivos en caso sean necesarios.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1.4 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LA UNIVERSIDAD CUENTA CON PERMISO PARA ADQUIRIR LOS REACTIVOS CONTROLADOS, EN CASO SER REQUERIDOS PARA LA PRUEBA DE MARCHA. DEBERAN HACER LAS COORDINACIONES CON LA UNIDAD DE LABORATORIOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE MOLECULAR PCR DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	17:01:46

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:
Solicitamos al distinguido comité evaluador considerar a un profesional titulado como Ingeniero Electrónico con experiencia de 05 años en el rubro de equipos de laboratorio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.1.7.4 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
NO SE ACEPTA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE MOLECULAR PCR DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	17:01:46

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

DICE: ¿El plazo de entrega de los bienes será de cuarenta y cinco (45) días calendario¿

Solicitamos el distinguido comité evaluador ampliar el plazo de entrega a 60 días calendario.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: 7.2 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aumentara el plazo de entrega a 60 días en la integracion de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE MOLECULAR PCR DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	17:01:46

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Item07

DICE: ¿Certificaciones: EC 61010-1, IEC 61010-2, IEC 61010-020, CSA certified, CE marked, IVD compliant, Certified Biosafety.¿

CONSULTA: Solicitamos al distinguido comité evaluador modificar la característica a ¿Cuenta con alguna de las siguientes certificaciones: EC 61010-1, IEC 61010-2, IEC 61010-020, CSA certified, CE marked, IVD compliant, Certified Biosafety.¿

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 5 **Literal:** 5.1.2 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACEPTA LA CONSULTA, INDICANDO QUE DEBEN CONTAR CON AL MENOS 5 CERTIFICACIONES DE LAS MENCIONADAS (entre estas Certified Biosafety y CSA certified)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE MOLECULAR PCR DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	17:01:46

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Item 12

DICE: ¿Sistema de respaldo: CO2 o LN2 Opcional¿

CONSULTA: Solicitamos al distinguido comité evaluador poder aclarar dicha especificación, ya que puede que tenga la opción, pero no será incluido en la propuesta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE MANTIENE EL SISTEMA DE RESPALDO C02 o LN2

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE MOLECULAR PCR DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	17:01:46

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

DICE: ¿Seguridad de acceso: KeyLock, PadLock Standar"

CONSULTA: Solicitamos al distinguido comité evaluador modificar la característica a ¿Seguridad de acceso: KeyLock, PadLock Estándar o acuerdo a fabricante". Ya que dichos software se orienta a cierta marca en específico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1.2 Página: 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACEPTA LA CONSULTA: SEGURIDAD DE ACCESO: BLOQUEO POR CONTRASEÑA O SIMILAR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE MOLECULAR PCR DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	17:01:46

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

CONSULTA: Solicitamos al distinguido comité evaluador modificar la característica a Dimensiones exterior y dimensiones interiores: acorde a fabricante. Ya que cada empresa cuenta con diversas medidas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACEPTA CONSULTA: DIMENSIONES SEGUN FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE MOLECULAR PCR DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	17:01:46

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

DICE: ¿Compatible con SmartView: Compatible con SmartView¿

CONSULTA: Solicitamos al distinguido comité evaluador eliminar dicha característica, ya que es específica de una marca, lo cual limita la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACEPTA LA CONSULTA: SE CAMBIA POR PANTALLA TACTIL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE MOLECULAR PCR DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	17:01:46

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

DICE: ¿Serie: Forma¿

CONSULTA: Solicitamos al distinguido comité evaluador eliminar dicha característica, ya que es específica de una marca, lo cual limita la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACEPTA LA CONSULTA. SE QUITA ESPECIFICACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE MOLECULAR PCR DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20438551825	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIENTIFICA S.R.L.	Hora de envío :	17:09:30

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:
EXPERIENCIA DEL POSTOR, tratándose de un paquete de equipos de distinta configuración y propósito, entendemos que la experiencia está relacionada a equipos de laboratorio en general, tales como centrífugas, equipos de refrigeración, espectrofotómetros, esterilizadores, equipos utilizados en laboratorios de biología molecular, etc.) Solicitamos amablemente al Comité de selección confirmar si nuestra apreciación es correcta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** A **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
NO SE ACEPTA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE MOLECULAR PCR DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20438551825	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIENTIFICA S.R.L.	Hora de envío :	17:16:34

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA, Solicitamos amablemente al Comité de Selección, considerar un plazo de entrega prudencial, de acuerdo a la cantidad y variedad de equipo solicitados en el paquete. Puesto que califican con mayor puntaje a los equipos que son de reciente fabricación. Entonces un plazo de entrega razonable sería de 120 días, pues los equipos además se importan de fabricantes localizados en distintos países. Solicitar un tiempo limita la participación de proveedores que importan equipo de reciente fabricación, permitiendo que unicamente participen postores que tienen los equipos almacenados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: a Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aumentara el plazo de entrega a 60 días en la integracion de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE MOLECULAR PCR DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20438551825	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIENTIFICA S.R.L.	Hora de envío :	17:37:05

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:
EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE, solicitamos amablemente al Comité de Selección, considerar también como profesional responsable de la capacitación e instalación de los equipos a los BIOLOGOS o MICROBIOLOGOS, quienes están profesionalmente capacitados en las distintas áreas de la investigación de biología molecular

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: A Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
NO SE ACEPTA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE MOLECULAR PCR DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:21:47

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

1.9 PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de (45) CUARENTA Y CINCO DÍAS CALENDARIO en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

OBSERVACIÓN:

Se solicita al honorable Comité, considerar el plazo de entrega a 120 DÍAS CALENDARIOS, ya que los equipos solicitados requieren de un proceso de fabricación, así como los procesos de importación, desaduanaje y otros controles previos; por lo que el plazo de entrega que se visualiza en las bases es corto y no refleja adecuadamente los tiempos reales necesarios; a menos que algún proveedor en específico cuente con los productos en STOCK; por tanto, a fin de no dirigir el proceso y se permita la mayor participación de postores potenciales, se solicita muy amablemente, ampliar el plazo de entrega a 120 días calendario.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE ART. 2 INCISO A, B, C

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aumentara el plazo de entrega a 60 dias en la integracion de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE MOLECULAR PCR DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:21:47

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

5.1.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ITEM 2 SISTEMA DE PCR Y RT-PCR

Peso: 9 kg aprox.

CONSULTA: Se solicita al honorable Comité considerar un rango de peso de hasta 16 kg, ya que equipos con mayor peso pueden incluir componentes adicionales que mejoran su funcionalidad y precisión.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACEPTA PARCIALMENTE LA CONSULTA; PARA EFECTOS DE DESPLAZAMIENTO POSTERIOR, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SE CONSIDERA UN PESO DE HASTA 11 kg.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE MOLECULAR PCR DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:21:47

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

5.1.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ITEM 2 SISTEMA DE PCR Y RT-PCR

Tamaño: 25.4*39.3*16.5

CONSULTA: Se solicita al honorable Comité considerar las dimensiones del equipo pueden variar según el diseño del fabricante sin afectar su funcionalidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACEPTA LA CONSULTA, DIMENSIONES SEGÚN FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE MOLECULAR PCR DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:21:47

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

5.1.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ITEM 2 SISTEMA DE PCR Y RT-

Tiempo práctico: aprox. 2 minutos

CONSULTA: Se solicita al honorable Comité permitir la no especificación exacta del tiempo práctico, ya que puede variar según el protocolo y la configuración del equipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACEPTA LA CONSULTA, TIEMPO PRACTICO: SIN EXPECIFICACIÓN EXACTA DE TIEMPO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE MOLECULAR PCR DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:21:47

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

5.1.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ITEM 2 SISTEMA DE PCR Y RT-PCR

Almacenamiento: -30°C a 65°C

CONSULTA: Se solicita al honorable Comité considerar, -30°C a 65°C +/- 10 ya que es un equipo que según el fabricante puede variar esos rangos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACEPTA LA CONSULTA, ALMACENAMIENTO SEGÚN FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE MOLECULAR PCR DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:21:47

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

5.1.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ITEM 2 SISTEMA DE PCR Y RT-PCR

Rango de temperatura: 4-100°C

CONSULTA: Se solicita al honorable Comité considerar un rango de temperatura de 35-99°C, ya que es suficiente para la mayoría de las aplicaciones de RT-PCR sin comprometer el rendimiento del equipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE MOLECULAR PCR DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:21:47

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

5.1.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ITEM 2 SISTEMA DE PCR Y RT-PCR

Sistema de control de temperatura: Control independiente de 6 regiones (16 pocillos)

CONSULTA: Se solicita al honorable Comité considerar el diseño de control de temperatura preciso de los otros rotores equivalentes, aunque no especifique control independiente de 6 regiones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE MOLECULAR PCR DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:21:47

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

5.1.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ITEM 2 SISTEMA DE PCR Y RT-PCR

Fuente de luz: Lámpara halógena

CONSULTA: Se solicita al honorable Comité considerar el uso de lámparas LED de alta intensidad como una opción válida, ya que proporcionan resultados equivalentes o superiores en la detección de fluorescencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACEPTA LA CONSULTA. FUENTE DE LUZ : LAMPARAS LED DE ALTA INTENSIDAD

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE MOLECULAR PCR DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:21:47

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

5.1.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ÍTEM 03: EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS

Volumen de reacción: 30¿l-1000¿l. Capacidad: 16/32.

CONSULTA: Se solicita al honorable Comité considerar un rango de volumen de reacción de (30¿l-1000¿l) +/- 20

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACEPTA LA CONSULTA, VOLUMEN DE REACCIÓN DE 30-1000 +/- 20

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE MOLECULAR PCR DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:21:47

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

5.1.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ÍTEM 03: EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS

Tasa de recuperación de perlas magnéticas: >95%.

CONSULTA: Se solicita al honorable Comité considerar una tasa de recuperación de perlas magnéticas de >90%.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACEPTA LA CONSULTA. TASA DE RECUPERACIÓN DE PERLAS MAGNETICAS >90%

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE MOLECULAR PCR DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:21:47

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

5.1.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ÍTEM 03: EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS

Variación en extracción: CV<3%.

CONSULTA: Se solicita al honorable Comité considerar una variación en extracción de CV<5%.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1. Literal: 5.1.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE MOLECULAR PCR DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:21:47

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

5.1.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ÍTEM 03: EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS

Temperatura de calentamiento: Ajustable desde temperatura ambiente a 115°C/240°F.

CONSULTA: Se solicita al honorable Comité considerar un rango de temperatura de calentamiento ajustable desde temperatura ambiente a 100°C.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1. Literal: 5.1.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACEPTA LA CONSULTA, Temperatura de calentamiento: Ajustable desde temperatura ambiente a 100°C/240°F.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE MOLECULAR PCR DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:21:47

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

5.1.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ÍTEM 03: EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS

Tipo de Reactivo: Reactivos de fuente abierta basados en perlas magnéticas.

CONSULTA : No se requiere ajuste.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ENTIENDE LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE MOLECULAR PCR DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:21:47

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

5.1.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ÍTEM 03: EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS

Plato: 96 pocillos.

CONSULTA: Se solicita al honorable Comité considerar la posibilidad de utilizar placas según la cantidad de pocillos que ofrece el fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE MOLECULAR PCR DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:21:47

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

5.1.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ÍTEM 03: EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS

Capacidad de almacenamiento: Más de 500 programas.

CONSULTA: Se solicita al honorable Comité considerar una capacidad de almacenamiento de al menos 300 programas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACEPTA PARCIALMENTE LA CONSULTA, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO MAYOR O IGUAL A 300 PROGRAMAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE MOLECULAR PCR DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:21:47

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

5.1.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ÍTEM 12 ULTRACONGELADORA

Rango de temperatura: -10° a -40 C

CONSULTA:

Se detalla en las características del equipo que la temperatura llegue a -40°C de la cual corresponde a un congelador, un ultracongelador como tal llega hasta -86°C, se solicita al honorable comité nos confirme el rango de temperatura si es conforme al que indican.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: 5.1.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACEPTA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE MOLECULAR PCR DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:21:47

Observación: Nro. 40

Consulta/Observación:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se consideran bienes similares a los siguientes: BIENES IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.

OBSERVACIÓN: Se solicita al honorable comité, muy amablemente detallar los bienes similares a ¿EQUIPOS DE LABORATORIO EN GENERAL¿, ya que son equipos que corresponden a la misma rama de equipos relacionados, y pertenecen al rubro según el objeto de la convocatoria.

Asimismo, se permite una mayor participación de postores potenciales.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE ART. 2 INCISO A, B, C

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACEPTA LA CONSULTA SEGÚN LO INDICADO POR EL AREA USUARIA QUEDANDO DE LA SIGUEINTE MANERA: BIENES IGUALES, SIMILARES AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, Y/O EQUIPOS DE LABORATORIO EN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE MOLECULAR PCR DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	18:21:47

Observación: Nro. 41

Consulta/Observación:

C. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

El profesional responsable de la capacitación del equipo debe acreditar capacitado por el fabricante en el manejo y/o instalación y/o funcionamiento del equipo. Debe ser un profesional titulado como Químico farmacéutico, Ingeniero Químico, Ingeniero Industrial o Ingeniero Industrias de Alimentos con experiencia mínima de 05 años en el rubro de equipos de laboratorio, que deben estar acreditados con órdenes, contratos o constancias de capacitación.

OBSERVACIÓN:

Para permitir una mayor pluralidad de postores, se solicita al Comité especial muy amablemente, aceptar también el grado de técnico electrónico industrial, ya que también cuentan con vasta experiencia y capacidad en el manejo de los equipos de laboratorio que se indica.

Notar que una profesión en específica, no determina el nivel de conocimiento y experiencia necesaria para los equipos requeridos, por lo que solicitamos muy respetuosamente al comité especial, ampliar las carreras de personal clave.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: C Literal: C.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE ART. 2 INCISO A, B, C

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE MOLECULAR PCR DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20160056062	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	BELOMED S.R.L.	Hora de envío :	18:24:51

Observación: Nro. 42

Consulta/Observación:

"En la presente Licitación Pública en el numeral 1.2 y numeral 5 del Cap. III detalla la contratación de varios equipos que conforman un paquete. Sin embargo, en la ficha publicada en el SEACE se visualiza que la presente convocatoria NO es una convocatoria por PAQUETE.

Asi mismo de la revisión de las especificaciones técnicas de cada equipo observamos que las características del ¿ITEM N° 02¿ SISTEMA DE PCR Y RT-PCR se encuentra direccionadas a una Marca y modelo específico. Por lo que de conformidad con el Artículo 29.3 indica que al definir el requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables e innecesarias referidas a la calificación de los potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratación hacia uno de ellos. Asi mismo en el artículo 29.4 indica que: En la definición del requerimiento no se hace referencia a fabricación o procedencia, procedimiento de fabricación, marcas, patentes o tipos, origen o producción determinados, ni descripción que oriente la contratación hacia ellos, salvo que la Entidad haya implementado el correspondiente proceso de estandarización debidamente autorizado por su Titular, en cuyo caso se agregan las palabras ¿o equivalente¿ a continuación de dicha referencia.

Las características técnicas que conforman estos 12 equipos (ITEM N° 01) la descripción de estas se encuentra orientadas hacia a un modelo y marca específica encontrándose empaquetado en un solo ITEM limitando la participación de postores y vulnerando los principios de libre concurrencia, igualdad de trato y competencias.

Tomando como principio de competencia donde permitan establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la oferta más ventajosa, solicitamos respetuosamente al comité especial en coordinación del área usuaria independizar los bienes en ítems independientes y que las especificaciones técnicas no se encuentren orientadas o acepten alternativas que igualan o mejoran lo requerido, con la finalidad de fomentar un trato justo, mayor pluralidad de postores y así garantizar la funcionabilidad de cada uno de los equipos ofertados conforme a su experiencia en el mercado."

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: CAP I Literal: 1.2 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 29 Princiios a, b, e

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado indica que el expediente de contratacion del procedimiento de selección cuenta con un resumen ejecutivo el cual recoge la indagacion de mercado que sustenta la pluralidad de postores respecto a los terminos de referencia, por lo cual NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE MOLECULAR PCR DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20160056062	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	BELOMED S.R.L.	Hora de envío :	18:24:51

Observación: Nro. 43

Consulta/Observación:

"En el numeral 2.2.1.1 literal e) solicitan: Adicionalmente presentar la siguiente documentación para acreditar las características Y/o especificaciones técnicas relacionadas a los bienes a adquirir.

Observamos que no están detallando expresamente que aspectos de las características y/o especificaciones técnicas se deba sustentar con documetación

Por lo que solicitamos respetuosamente al comité de selección en coordinación con el área usuaria precisar y/o detallen con claridad las características que deban ser acreditadas con la documentación solicitado, y que esta documentación sera: Brochures, folletos, catálogos u otra documentación complementaria adicional, emitida por el fabricante para acreditar que los bienes ofertados cumplen con las especificaciones técnicas"

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: CAP II Literal: E Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

C) TRANSPARENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinacion con el area usuaura, indica que, además presentar documentos que acredite el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas en el Capítulo III. Adjuntara los Documentos Técnicos Sustentatorios, catálogos, manuales, fichas técnicas, folletos u documentos técnicos del fabricante o representante de la marca, en español, relativos al modelo del bien que se está ofertando. ¿Asimismo, en caso los documentos emitidos por el fabricante o representante de la marca no detallasen todas las características técnicas establecidas en las base

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE MOLECULAR PCR DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20160056062	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	BELOMED S.R.L.	Hora de envío :	18:24:51

Observación: Nro. 44

Consulta/Observación:

"Solicitan:
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 01 (VEZ) EL VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN, por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Según Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, Bases Estandarizadas en la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD indica que se debe; [CONSIGNAR EL MONTO DE FACTURACIÓN EXPRESADO EN NÚMEROS Y LETRAS EN LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA, MONTO QUE NO PODRÁ SER MAYOR A TRES (3) VECES EL VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM]

Observamos que no se ha detallado el monto de facturación que solicitan para acreditar la experiencia del postor en la especialidad. Por lo que solicitamos que en coordinación con el área usuaria se consigne el monto de facturación."

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

C) TRANSPARENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE MOLECULAR PCR DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20160056062	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	BELOMED S.R.L.	Hora de envío :	18:24:51

Observación: Nro. 45

Consulta/Observación:

"

Solicitan:
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 01 (VEZ) EL VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN, por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.
Se consideran bienes similares a los siguientes: bienes iguales o similares al objeto de la contratación.

Observamos que no se está detallado cuales son los bienes similares a considerar; por lo que solicitamos respetuosamente al comité especial en coordinación del área usuaria se solcite y se individualice la experiencia del postor en la especialidad por cada ITEM y sea considerado como bienes similares a equipos de laboratorio de Biología Molecular conforme al objeto de la convocatoria."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

C TRANSPARENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:
NO SE ACEPTA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE MOLECULAR PCR DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20160056062	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	BELOMED S.R.L.	Hora de envío :	18:24:51

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

"Respecto al Ítem 02 SISTEMA DE PCR Y RT-PCR, las Características Técnicas del sistema de PCR están dirigidas al equipo FilmArray® Multiplex PCR System de la marca Biomérieux, limitando la participación de postores con equipos similares. Este es un ""equipo cerrado"" que implica el uso exclusivo de reactivos de esta marca, limitando al usuario la corrida de sus propios protocolos. Además se evidencia en las características del proceso la información de los reactivos y no propiamente del equipo (por ejemplo: ""líofilizado en bolsas de plástico duraderas"").

En el mercado se cuenta con equipamiento denominado termociclador o sistema de PCR, que le dan la flexibilidad y libertad al usuario del empleo de múltiples reactivos, denominados ""equipos abiertos"". Por lo expuesto, se consulta al comité especial en coordinación con el área usuaria aceptaria como ALTERNATIVA un sistema de PCR con las siguientes características:

- Formato de Bloque : 96 pocillos de 0.2mL.
- Zonas de temperatura : 03 zonas de programación independiente de temperatura.
- Volumen de muestra : 10 a 100uL.
- Pantalla : táctil, de 8¿ a color TFT LCD.
- Rango de temperatura del bloque: 0 a 100°C.
- Velocidad de Rampa : del bloque 4°C/s.
- Rango de temperatura de tapa: Ajustable, de 30 a 110°C.
- Puertos de comunicación : USB v2, RS232, USB v2 para conexión WiFi, Ethernet.
- Suministro eléctrico : 100-240 V, 50-60 Hz.
- Peso: 8.3 Kg.
- Dimensiones : 21x24x46cm (alto, ancho, largo).
- Incluye UPS para protección del sistema."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III-3.1-5 Literal: 5.1.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE MOLECULAR PCR DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20160056062	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	BELOMED S.R.L.	Hora de envío :	18:24:51

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

"Respecto al Ítem 02 SISTEMA DE PCR Y RT-PCR, las Características Técnicas del sistema de PCR están dirigidas al equipo Fluorescent Quantitative PCR Detection System MA-6000 de la marca Molarray, limitando la participación de otras marcas con equipos similares o superiores.

Se consulta al comité especial en coordinación con el área usuaria aceptaria como ALTERNATIVA un sistema de PCR con las siguientes características:

- Formato del Bloque: 96 pocillos de 0.2mL.

- Volumen de reacción: 10-100uL.

- Formato de consumibles: Tubos en tiras de 8 tubos de 0.2mL, placas de 96 pocillos de 0.2mL.

- Rango de temperatura: 4-99.9°C.

- Velocidad de rampa de temperatura máxima : 6.5°C/seg.

- Función de zonas de temperatura : 06 zonas de programación independiente de temperatura.

- Fuente de excitación : LED brillante blanco.

- Requerimiento eléctrico : 100-240 VAC, 50/60Hz

- Dimensiones: 27 x 50 x 40 cm (Ancho x Largo x Alto).

- Tiempo de corrida : <30min por corrida.

- Peso: 26 kg aproximadamente.

- Temperatura ambiental de operación: 15-30°C.

- Humedad relativa Ambiental de operación: 20-80%.

- Interface de comunicación : Cloud, USB, Wi-Fi, Ethernet.

- Rango de excitación/detección : 450¿680 nm/500¿730 nm.

- Capacidad multiplex : De hasta 6 targets por pocillo.

- Incluye laptop para análisis y UPS para protección del sistema.

"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III-3.1-5 Literal: 5.1.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE MOLECULAR PCR DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20160056062	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	BELOMED S.R.L.	Hora de envío :	18:24:51

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

"Respecto al Ítem 02 SISTEMA DE PCR Y RT-PCR, las Características Técnicas del sistema de PCR están dirigidas al equipo Fluorescent Quantitative PCR Detection System MA-6000 de la marca Molarray, limitando la participación de otras marcas con equipos similares o superiores, que optimizan el uso de reactivo para minimizar gastos al usuario, empleando volúmenes menores.

Se consulta al comité especial en coordinación con el área usuaria aceptaria como ALTERNATIVA un sistema de PCR con las siguientes características:

- Formato del Bloque: 96 pocillos de 0.1mL.

- Volumen de reacción: 10-30uL.

- Formato de consumibles: Tubos en tiras de 8 tubos de 0.1mL, placas de 96 pocillos de 0.1mL.

- Rango de temperatura: 4-99.9°C.

- Velocidad de rampa de temperatura máxima : 9°C/seg.

- Función de zonas de temperatura : 06 zonas de programación independiente de temperatura.

- Fuente de excitación : LED brillante blanco.

- Requerimiento eléctrico : 100-240 VAC, 50/60Hz

- Dimensiones: 27 x 50 x 40 cm (Ancho x Largo x Alto).

- Tiempo de corrida : <30min por corrida.

- Peso: 26 kg aproximadamente.

- Temperatura ambiental de operación: 15-30°C.

- Humedad relativa Ambiental de operación: 20-80%.

- Interface de comunicación : Cloud, USB, Wi-Fi, Ethernet.

- Rango de excitación/detección : 450¿680 nm/500¿730 nm.

- Capacidad multiplex : De hasta 6 targets por pocillo.

- Incluye laptop para análisis y UPS para protección del sistema.

- Incluye software de análisis para patógenos de alimentos (Salmonella, Listeria, E. coli).

"

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III-3.1-5 Literal: 5.1.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE MOLECULAR PCR DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20160056062	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	BELOMED S.R.L.	Hora de envío :	18:24:51

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

"Respecto al PUNTO 5.1.7.4 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO indican lo siguiente:
El profesional responsable de la capacitación del equipo debe acreditar estar capacitado por el fabricante en el manejo y/o instalación y/o funcionamiento del equipo. Debe ser un profesional titulado como Químico farmacéutico, Ingeniero Químico, Ingeniero Industrial, o Ingeniero Industrias de alimentos con experiencia mínima de 05 años en el rubro de equipos de laboratorio, que deben estar acreditados con órdenes, contratos o constancias de capacitación.
-
- Consultamos aceptar también profesionales titulados como BIOLOGOS o TECNOLOGOS MEDICOS certificados por el fabricante por cada equipo que se ofrece, ya que solicitan equipos para el área de BIOLOGIA MOLECULAR PCR y como profesionales de la salud/investigación/laboratorio ambas carreras ofrecen también conocimientos y bases necesarias para poder lograr una correcta capacitación. "

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 5.1.7.4 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE MOLECULAR PCR DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20160056062	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	BELOMED S.R.L.	Hora de envío :	18:24:51

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

Respecto al Punto 1.9 PLAZO DE ENTREGA, indican lo siguiente: "Los Bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de (45) CUARENTA Y CINCO DIAS CALENDARIO" Se solicita que en coordinación con el área usuaria tengan a bien a considerar un tiempo de entrega de 60 a 70 días, debido a la cantidad de equipos a adquirir y con el fin de generar mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP I Literal: 1.9 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aumentara el plazo de entrega a 60 días en la integracion de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE MOLECULAR PCR DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20160056062	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	BELOMED S.R.L.	Hora de envío :	18:24:51

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

Respecto a la Mejoras a las especificaciones tecnicas detalladas en OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN, se solicita como : "Mejora 1 : Año de Fabricación de 0 a 01 año de antigüedad, del 70% al 100% de la totalidad de los equipos" y Mejora 2: Año de fabricación de 02 a 03 años de antigüedad, del 50% al 60% de la totalidad de los equipos; solicitamos respetuosamente al comité especial en coordinación del área usuaria independizar los bienes en ítems de forma individual para mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP IV Literal: I Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado indica que el expediente de contratacion del procedimiento de selección cuenta con un resumen ejecutivo el cual recoge la indagacion de mercado que sustenta la pluralidad de postores respecto a los terminos de referencia, por lo cual NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE MOLECULAR PCR DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20160056062	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	BELOMED S.R.L.	Hora de envío :	18:24:51

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

"Respecto a otras obligaciones.

Solicitan que el proveedor deberá entregar: certificado y/o garantía, certificado de capacitación a los participantes, certificado de verificación y/o calibración del equipo (respaldado por las pruebas realizadas de acuerdo con los protocolos del fabricante) y certificado de programa de mantenimiento de equipos.

Con el fin de respaldar y garantizar el cumplimiento de las funciones y actividades solicitadas antes mencionadas, solicitamos respetuosamente al comité especial en coordinación del área usuaria que por cada ITEM en la instalación de los equipos se presente documento de representación o documento de distribuidor autorización de la casa matriz del equipo ofertado."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 10 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

COMO SE INDICA, DEBERA HACERSE LA INSTALACIÓN Y PRUEBA DE OPERATIVIDAD. PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE EN PRESENCIA DEL COORDINADOR DEL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE MOLECULAR PCR DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20160056062	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	BELOMED S.R.L.	Hora de envío :	18:24:51

Consulta: Nro. 53

Consulta/Observación:

En el presente proceso requieren se cumple con lo siguiente: Garantía y Soporte Técnico: Indicaciones del ambiente de instalación del equipo como mesa anti vibraciones, conexión UPS, instalación de aire acondicionado, conexión inalámbrica internet mientras dure la garantía. El proveedor estará a cargo del acondicionamiento del espacio asignado para la instalación. Se debería de tener en cuenta que para la realización de la instalación hay condiciones mínimas que debería de poseer y cumplir el ambiente y lugar donde se desea sea instalado el equipo. En base a lo expuesto, se consulta amablemente al comité especial en coordinación con el área usuaria si pudiera aclarar que lo que desean es información sobre condiciones que debe de poseer el lugar donde el equipo se instale para que la institución lo gestione y pueda realizarse la instalación sin inconvenientes, brindando una información más clara a los postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 26

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE FACILITA EL PLANO DEL LABORATORIO DONDE SE INSTALARAN LOS EQUIPOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE MOLECULAR PCR DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20160056062	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	BELOMED S.R.L.	Hora de envío :	18:24:51

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:

En el presente proceso requieren se cumple con lo siguiente: Garantía y Soporte Técnico: Indicaciones del ambiente de instalación del equipo como mesa anti vibraciones, conexión UPS, instalación de aire acondicionado, conexión inalámbrica internet mientras dure la garantía. El proveedor estará a cargo del acondicionamiento del espacio asignado para la instalación. Se debería de tener en cuenta que para la realización de la instalación hay condiciones mínimas que debería de poseer y cumplir el ambiente y lugar donde se desea sea instalado el equipo, por otro lado no queda claro si habrá equipos que compartan ambiente o no; ya que, dependiendo de eso también dependería la instalación del aire acondicionado, además del área en metros cuadrados que comprende el ambiente. Además, no mencionan las dimensiones que tendrían la mesa anti vibraciones En base a lo expuesto, se consulta amablemente al comité especial en coordinación con el área usuaria si pudiera aclarar mayor información sobre los requerimientos adicionales; ya que, sería una información importante para los postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE FACILITA EL PLANO DEL LABORATORIO DONDE SE INSTALARAN LOS EQUIPOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE MOLECULAR PCR DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20160056062	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	BELOMED S.R.L.	Hora de envío :	18:24:51

Consulta: Nro. 55

Consulta/Observación:

En el presente proceso requieren se cumple con lo siguiente: Garantía y Soporte Técnico: Indicaciones del ambiente de instalación del equipo como mesa anti vibraciones, conexión UPS, instalación de aire acondicionado, conexión inalámbrica internet mientras dure la garantía. El proveedor estará a cargo del acondicionamiento del espacio asignado para la instalación. Se debería de tener en cuenta que para la realización de la instalación hay condiciones mínimas que debería de poseer y cumplir el ambiente y lugar donde se desea sea instalado el equipo. En base a lo expuesto, se consulta amablemente al comité especial en coordinación con el área usuaria si pudiera aclarar que lo que desean es información sobre condiciones que debe de poseer el lugar donde el equipo se instale para que la institución lo gestione y pueda realizarse la instalación sin inconvenientes, brindando una información más clara a los postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 26

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE FACILITA EL PLANO DEL LABORATORIO DONDE SE INSTALARAN LOS EQUIPOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE MOLECULAR PCR DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20160056062	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	BELOMED S.R.L.	Hora de envío :	18:24:51

Consulta: Nro. 56

Consulta/Observación:

En el presente proceso requieren se cumple con lo siguiente: Garantía y Soporte Técnico: Indicaciones del ambiente de instalación del equipo como mesa anti vibraciones, conexión UPS, instalación de aire acondicionado, conexión inalámbrica internet mientras dure la garantía. El proveedor estará a cargo del acondicionamiento del espacio asignado para la instalación. Se debería de tener en cuenta que para la realización de la instalación hay condiciones mínimas que debería de poseer y cumplir el ambiente y lugar donde se desea sea instalado el equipo, por otro lado no queda claro si habrá equipos que compartan ambiente o no; ya que, dependiendo de eso también dependería la instalación del aire acondicionado, además del área en metros cuadrados que comprende el ambiente. Además, no mencionan las dimensiones que tendrían la mesa anti vibraciones En base a lo expuesto, se consulta amablemente al comité especial en coordinación con el área usuaria si pudiera aclarar mayor información sobre los requerimientos adicionales; ya que, sería una información importante para los postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE FACILITA EL PLANO DEL LABORATORIO DONDE SE INSTALARAN LOS EQUIPOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE MOLECULAR PCR DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	19:14:14

Consulta: Nro. 57

Consulta/Observación:

Se solicita amablemente al comité separar el paquete en los diferentes ítem con el fin de fomentar la pluralidad de postores, en vista de que la conformación de un paquete limita la participación de aquellas representadas que no cuenten con la totalidad de los equipos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 5.1.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado indica que el expediente de contratacion del procedimiento de selección cuenta con un resumen ejecutivo el cual recoge la indagacion de mercado que sustenta la pluralidad de postores respecto a los terminos de referencia, por lo cual NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE MOLECULAR PCR DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:22:40

Consulta: Nro. 58

Consulta/Observación:

De la lectura integral del literal e), se observa que se estaría solicitando documentación adicional para acreditar especificaciones técnicas, sin embargo, se observa que la citada documentación corresponde a declaraciones juradas no relacionadas a las especificaciones técnicas de los bienes requeridos, por lo que se entendería que se ha generado un error tipográfico al señalar que la citada documentación tendría por finalidad la acreditación de especificaciones técnicas.

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, suprimirá el texto referido a "para acreditar las características y/o especificaciones técnicas relacionadas a los bienes a adquirir" por no corresponder.

La misma consulta para el numeral 2.2.1.1. - literal e - página 17

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 2.2.1.1. Literal: e Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinacion con el area usuaura, indica que, además presentar documentos que acredite el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas en el Capítulo III. Adjuntara los Documentos Técnicos Sustentatorios, catálogos, manuales, fichas técnicas, folletos u documentos técnicos del fabricante o representante de la marca, en español, relativos al modelo del bien que se está ofertando. ¿Asimismo, en caso los documentos emitidos por el fabricante o representante de la marca no detallasen todas las características técnicas establecidas en las base

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE MOLECULAR PCR DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:22:40

Consulta: Nro. 59

Consulta/Observación:

Con relación a la consulta anterior, en el supuesto que se mantenga el requerimiento de que la documentación servirá para acreditar las características y/o especificaciones técnicas relacionadas a los bienes a adquirir, es necesario que se precise qué especificación técnica será la que se acredite con esta documentación, considerando que no puede requerirse la acreditación de la totalidad de las especificaciones técnicas de acuerdo a lo señalado por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), así mismo, deberá de precisar si como documento para la acreditación se refiere a todo documento emitido por el fabricante, indistintamente de la denominación del mismo.

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, a efecto de que los requerimientos sean claros en las Bases, podría aclarar estos aspectos mencionados.

La misma consulta para el literal 2.2.1.1 - literal e - página 17

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1. Literal: e Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este colegiado en coordinacion con el area usuaura, indica que, además presentar documentos que acredite el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas en el Capítulo III. Adjuntara los Documentos Técnicos Sustentatorios, catálogos, manuales, fichas técnicas, folletos u documentos técnicos del fabricante o representante de la marca, en español, relativos al modelo del bien que se está ofertando. ¿Asimismo, en caso los documentos emitidos por el fabricante o representante de la marca no detallasen todas las características técnicas establecidas en las base

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE MOLECULAR PCR DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:22:40

Consulta: Nro. 60

Consulta/Observación:

Con relación a la Experiencia del Postor, se menciona que el monto a ser acreditado corresponde a una (01) vez el valor estimado, sin embargo, los proveedores no tenemos conocimiento del valor estimado, por lo que es necesario que se consigne un monto para poder presentarlo en la oferta.

El Comité de Selección adecuará este extremo de las Bases y consignará un monto económico (valor) que se debe de acreditar como experiencia del postor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2. Literal: B Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE MOLECULAR PCR DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:22:40

Consulta: Nro. 61

Consulta/Observación:

Con relación a la Experiencia del Postor, se menciona como bienes similares a: "Bienes Iguales o Similares al Objeto de la Contratación", sin embargo, en este extremo la entidad debe de precisar cuáles son los bienes similares al objeto de la contratación, toda vez que algunos proveedores podrían considerar como bienes similares a equipos de todo tipo, mientras que otros podrían considerar a Dispositivos Médicos de Biología Molecular, o una mezcla de ambos, etc., en ese sentido, es necesario que la entidad realice dicha precisión.

El Comité de Selección adecuará este extremo de las Bases y precisará cuáles serían los bienes similares a considerar para acreditar la experiencia del postor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2. Literal: B Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE MOLECULAR PCR DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:22:40

Consulta: Nro. 62

Consulta/Observación:

Con relación al Factor de Evaluación "Garantía Comercial del Postor" se ha consignado lo siguiente:
Mas de 24 meses 20 puntos
De 13 a 18 meses 10 puntos
Sin embargo, no se ha establecido puntaje para los casos en que impliquen una garantía entre 19 y 24 meses, por lo que sugerimos se incorpore lo siguiente:
De 19 a 24 meses 15 puntos

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, tomando en cuenta lo señalado, incorporará el rango de garantía señalado a efecto de que no se cuestione innecesariamente este factor de evaluación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: F Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE MOLECULAR PCR DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:22:40

Consulta: Nro. 63

Consulta/Observación:

Con relación al Factor de Evaluación "Mejoras a las Especificaciones Técnicas", la misma que ha sido relacionada a la antigüedad de los equipos, sin embargo, la antigüedad de los equipos no se ha mencionado en las especificaciones técnicas, entendiéndose con ello que lo que requiere la entidad es la adquisición de equipos nuevos, y siendo así, no habría mejora que superar, con lo cual, lo establecido en este factor de evaluación no se ajusta a lo establecido en la normativa legal vigente por lo que se debe de suprimir y trasladar el puntaje al factor Precio.

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria, tomando en cuenta lo señalado, suprimirá este factor por no ajustarse a lo establecido en la normativa legal vigente, y trasladará el puntaje al factor precio.

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: IV Literal: F Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Indicar que los factores de evaluación son consignados por el comité de selección del procedimiento, y basados en el análisis de las especificaciones técnicas, asimismo que el término nuevo se sobreentiende pero lo que este comité busca es la tecnología de los equipos sea la más actualizada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE MOLECULAR PCR DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:48:11

Consulta: Nro. 64

Consulta/Observación:

ha fin de tener mayor diversidad de postores y sin afectar el desempeño de los equipos que se están requiriendo, se solicita que se consideren también rotores de 96 u otro tipos de volúmenes y tipos de placas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1.2 Literal: - Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNF/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL AREA DE MOLECULAR PCR DEL LABORATORIO PARA EL PROYECTO ¿CREACION DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACION EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA¿ CON CUI 2439545

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	15/07/2024
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:48:11

Consulta: Nro. 65

Consulta/Observación:

Ha fin de tener mayor diversidad de postores y sin afectar el desempeño de los equipos que se están requiriendo, se solicita que se consideren también sistema operativo WINDOWS.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1.2 Literal: - Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ENCUENTRA EL RUFRO AL CUAL HACE MENCION LA CONSULTA EN CUESTION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null