

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE LA REDS DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20453886892	Fecha de envío :	15/03/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA-CORPCAS	Hora de envío :	08:44:21

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el listado de componentes del ítem de productos en la plataforma del OSCE, los ítems 6 y 9, su "DESCRIPCION DEL CUSBO" los describe como ESPECULO VAGINAL DE ACERO INOXIDABLE PARA USO QUIRURGICO, mientras que en la "DESCRIPCION DEL PRODUCTO" y en las "BASES DEL PROCESO" describen de uso descartable compuesto de "POLIESTIRENO DE CRISTAL DE USO CLINICO HOSPITALARIO".

Por lo que se solicita amablemente puedan indicar de que material requieren:DE ACERO INOXIDABLE O POLIESTIRENO DE CRISTAL

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: Ítem 6 y 9 Literal: Especulos Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN BASE A LA CONSULTA REALIZADA SE ACLARA QUE EL ESPECULO DEL ÍTEM 6 Y 9 SON DE MATERIAL: POLIESTIRENO DE CRISTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null