

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-CSUNASAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MUFLA Y ESTUFA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION DE LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO,

Ruc/código :	20523412486	Fecha de envío :	28/10/2024
Nombre o Razón social :	CESPI PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:29:06

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

CARACTERISTICAS:

- Volumen: 50 litros

Para mayor participación de postores en beneficio de la entidad

PREGUNTA:

Aceptaran una estufa con máxima capacidad de 56 litros??

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 4.2.2 Literal: a **Página: 22**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge observación, se actualiza característica:

Volumen: 50 litros o mayor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO
Nomenclatura : AS-SM-24-2024-CSUNASAM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MUFLA Y ESTUFA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION DE LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO,

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	15:29:07

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Dice: Uniformidad de temperatura: $\pm 2.2^{\circ}\text{C}$ a 1000°C .

Solicitamos al distinguido comité seleccionador aceptar $\pm 5^{\circ}\text{C}$ a 1000°C para una mayor pluralidad de postores.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 4.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta, porque es con lo mínimo que se trabaja en el laboratorio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO
Nomenclatura : AS-SM-24-2024-CSUNASAM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MUFLA Y ESTUFA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION DE LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO,

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	15:29:07

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Dice: Estabilidad de temperatura:
 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ a 1000°C .

Solicitamos al distinguido comité seleccionador aceptar $\pm 1^{\circ}\text{C}$ para una mayor pluralidad de postores.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 4.2 **Página: 23**
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta, porque es con lo mínimo que se trabaja en el laboratorio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO
Nomenclatura : AS-SM-24-2024-CSUNASAM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MUFLA Y ESTUFA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION DE LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO,

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	15:29:07

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Dice: Placa de vidrio clara y oscura con una graduación de cm2.

Solicitamos al distinguido comité seleccionador aclarar mejor este punto para evitar confusiones en la propuesta del postor.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 4.2 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No pertenece ni a la mufla, ni a la estufa

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO
Nomenclatura : AS-SM-24-2024-CSUNASAM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MUFLA Y ESTUFA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION DE LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO,

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	15:29:07

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Dice: Puerto USB y/o memoria SD para exportar datos a PC.

Solicitamos al distinguido comité seleccionador aceptar RS232, ya que tiene el mismo funcionamiento para una mayor pluralidad de postores.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 4.2 **Página: 28**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta, porque es con lo mínimo que se trabaja en el laboratorio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO
Nomenclatura : AS-SM-24-2024-CSUNASAM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MUFLA Y ESTUFA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION DE LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO,

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	15:29:07

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Dice: Rango de velocidad: 80 - 1500rpm.

Solicitamos al distinguido comité seleccionador aceptar rango de 100 - 1500 rpm para una mayor pluralidad de postores.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 4.2 **Página: 30**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta, porque es con lo mínimo que se trabaja en el laboratorio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO
Nomenclatura : AS-SM-24-2024-CSUNASAM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MUFLA Y ESTUFA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION DE LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO,

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	15:29:07

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Dice: Capacidad de temporización: 100 horas.

Solicitamos al distinguido comité seleccionador aceptar 99hrs 59 min 59seg para una mayor pluralidad de postores.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 4.2 **Página: 32**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta, porque vendría hacer lo mismo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO
Nomenclatura : AS-SM-24-2024-CSUNASAM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MUFLA Y ESTUFA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION DE LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO,

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	15:29:07

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Dice: Velocidad de calentamiento: De 20 a 150°C en 10 min.

Solicitamos al distinguido comité seleccionador aceptar velocidad de calentamiento de 10 a 15 min.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 4.2 **Página: 34**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta, porque es con lo mínimo que se trabaja en el laboratorio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO
Nomenclatura : AS-SM-24-2024-CSUNASAM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MUFLA Y ESTUFA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION DE LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO,

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	15:29:07

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Dice: Presicion: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ (a 150°C).

Solicitamos al distinguido comite seleccionador aceptar $\pm 2^{\circ}\text{C}$ a 25°C para una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 4.2 **Página: 34**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta, porque es con lo mínimo que se trabaja en el laboratorio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO
Nomenclatura : AS-SM-24-2024-CSUNASAM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MUFLA Y ESTUFA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION DE LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO,

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	15:29:07

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Dice: Capacidad para 32 tubos de 16 mm.

Solicitamos al distinguido comite seleccionador aceptar capacidad para 15 tubos o mayor ya que piden 15 viales, para una mayor pluralidad de postores.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 4.2 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta, porque es con lo minimo que se trabaja en el laboratorio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO
Nomenclatura : AS-SM-24-2024-CSUNASAM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MUFLA Y ESTUFA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION DE LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO,

Ruc/código :	20109350754	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	OMEGA PERU SA	Hora de envío :	17:49:30

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En referencia al ítem 4. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN PRINCIPAL de la AS N° 24-2024-CSUNASAM ¿ PRIMERA CONVOCATORIA, se indica:

"MUFLA
Especificaciones técnicas [...]

- [...]
- Uniformidad de temperatura: +/- 2.2°C a 1000°C
 - Capacidad: 14 litros
 - Material de estantería: acero inoxidable
 - Sensor de seguridad por exceso de temperatura [...]

Al respecto para tener una mayor cantidad pluralidad de postores y/o marcas. Solicitamos cordialmente al Comité pueda aceptar las siguientes características.

- Capacidad: 11.3 a 17.5 litros
- Material exterior: Acero inoxidable o placa de acero laminado en frio con acabado horneado de resina de melanina.
- Sensor: R- termopar (sensor doble)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta, se esta solicitando lo minimo los mayores serian parte de una mejora

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO
Nomenclatura : AS-SM-24-2024-CSUNASAM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MUFLA Y ESTUFA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION DE LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO,

Ruc/código : 20109350754	Fecha de envío : 29/10/2024
Nombre o Razón social : OMEGA PERU SA	Hora de envío : 17:49:30

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En referencia al ítem 4. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN PRINCIPAL de la AS N° 24-2024-CSUNASAM - PRIMERA CONVOCATORIA, se indica:

"CONTADOR DE COLONIAS
Especificaciones técnicas [...]

[...]

- Aumento de lupa: x8
- Área de iluminación en forma directa e indirecta de \geq 145 mm [...]

Al respecto para tener una mayor cantidad pluralidad de postores y/o marcas. Solicitamos cordialmente al Comité pueda aceptar las siguientes características.

- Aumento de lupa: x3 o x8
- Área de iluminación en forma directa e indirecta de \geq 90 mm o 145 mm

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4 **Página: 24**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Esta observación no pertenece ni a la mufla ni a la estufa

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO
Nomenclatura : AS-SM-24-2024-CSUNASAM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MUFLA Y ESTUFA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION DE LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO,

Ruc/código :	20109350754	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	OMEGA PERU SA	Hora de envío :	17:49:30

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

En referencia al ítem 4. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN PRINCIPAL de la AS N° 24-2024-CSUNASAM ¿ PRIMERA CONVOCATORIA, se indica:

"PH-METRO DE MESA
Especificaciones técnicas [...]

[...]
- Rango de temperatura: -20° C a 120° C
- Resolución de pH: 0.004 pH
- Resolución de mV: 0.02 Mv
- Resolución de Temperatura: 0.02° C [...]

Al respecto para tener una mayor cantidad pluralidad de postores y/o marcas. Solicitamos cordialmente al Comité pueda aceptar las siguientes características.

- Rango de temperatura: 0° C a 100° C
- Resolución de pH: 0.001 pH
- Resolución de mV: 0.1 mV
- Resolución de Temperatura: 0.1° C

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 4 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Esta observación no pertenece ni a la mufla ni a la estufa

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO
Nomenclatura : AS-SM-24-2024-CSUNASAM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MUFLA Y ESTUFA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION DE LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO,

Ruc/código :	20109350754	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	OMEGA PERU SA	Hora de envío :	17:49:30

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En referencia al ítem 4. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN PRINCIPAL de la AS N° 24-2024-CSUNASAM - PRIMERA CONVOCATORIA, se indica:

"BALANZA ANALITICA
Especificaciones técnicas [...]

[...]
- Capacidad máxima: 220 g [...]

Al respecto para tener una mayor cantidad pluralidad de postores y/o marcas. Solicitamos cordialmente al Comité pueda aceptar las siguientes características.

Capacidad máxima: 210 o 220 g

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4 **Página: 26**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

esta observación no pertenece ni a la mufla ni a la estufa

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO
Nomenclatura : AS-SM-24-2024-CSUNASAM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MUFLA Y ESTUFA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION DE LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO,

Ruc/código :	20109350754	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	OMEGA PERU SA	Hora de envío :	17:49:30

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En referencia al ítem 4. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN PRINCIPAL de la AS N° 24-2024-CSUNASAM ¿ PRIMERA CONVOCATORIA, se indica:

"MANTA DE CALENTAMIENTO
Especificaciones técnicas [...]

[...]

- Exterior de aluminio o acero inoxidable con pintura epóxica
- Manto interior tejido con fibra de vidrio [...]

Al respecto para tener una mayor cantidad pluralidad de postores y/o marcas. Solicitamos cordialmente al Comité pueda aceptar las siguientes características.

- Exterior de aluminio o acero inoxidable con pintura epóxica o Carcasa de polipropileno resistente a los productos químicos.
- Manto interior tejido con fibra de vidrio o aislamiento de fibra de cerámica.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4 Página: 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Esta observación no pertenece ni a la mufla ni a la estufa

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO
Nomenclatura : AS-SM-24-2024-CSUNASAM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MUFLA Y ESTUFA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION DE LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO,

Ruc/código :	20109350754	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	OMEGA PERU SA	Hora de envío :	17:49:30

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En referencia al ítem 4. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN PRINCIPAL de la AS N° 24-2024-CSUNASAM - PRIMERA CONVOCATORIA, se indica:

"TERMOHIGROMETRO
Especificaciones técnicas [...]

[...]
- Rango de medición de humedad relativa (HR): 10% a 99% [...]

Al respecto para tener una mayor cantidad pluralidad de postores y/o marcas. Solicitamos cordialmente al Comité pueda aceptar las siguientes características.

- Rango de medición de humedad relativa (HR): 10% a 90%

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4 **Página: 28**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Esta observación no pertenece ni a la mufla ni a la estufa

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO
Nomenclatura : AS-SM-24-2024-CSUNASAM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MUFLA Y ESTUFA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION DE LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO,

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	20:42:06

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

4.2.1 MUFLA

Temperatura máxima hasta 1100°C

CONSULTA: Se solicita al honorable Comité aceptar " Temperatura máxima hasta 1100°C +/- 10%", ya que esto varía dependiendo de las actualizaciones de los modelos de las marcas fabricantes.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: 4.2.1 **Página: 21**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta, se esta solicitando la temperatura máxima con lo que trabaja el laboratorio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO
Nomenclatura : AS-SM-24-2024-CSUNASAM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MUFLA Y ESTUFA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION DE LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO,

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	20:42:06

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

4.2.1 MUFLA

Incremento de temperatura: sobre 800°C en 35 min

CONSULTA: Se solicita al honorable Comité aceptar "Incremento de temperatura: sobre 800°C en 35 min (aproximadamente)", ya que esto varía dependiendo de las actualizaciones de los modelos de las marcas fabricantes.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.2 **Literal:** 4.2.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta, se esta solicitando lo minimo los mayores serian parte de una mejora

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO
Nomenclatura : AS-SM-24-2024-CSUNASAM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MUFLA Y ESTUFA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION DE LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO,

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	20:42:06

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

4.2.1 MUFLA

Capacidad: 14 litros

CONSULTA: Se solicita al honorable Comité aceptar "Capacidad: 10-20 litros (aproximadamente)", ya que esto varía dependiendo de las actualizaciones de los modelos de las marcas fabricantes.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: 4.2.1 **Página: 21**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge observación, se actualiza característica:

Capacidad: 14 litros o mayor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO
Nomenclatura : AS-SM-24-2024-CSUNASAM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MUFLA Y ESTUFA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION DE LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO,

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	20:42:06

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

4.2.2 ESTUFA

Volumen: 50 litros

CONSULTA: Se solicita al honorable Comité aceptar "Volumen: 50 +/- 5 litros", ya que esto varía dependiendo de las actualizaciones de los modelos de las marcas fabricantes.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: 4.2.2 **Página: 22**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge observación, se actualiza característica:

Volumen: 50 litros o mayor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO
Nomenclatura : AS-SM-24-2024-CSUNASAM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MUFLA Y ESTUFA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION DE LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO,

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	20:42:06

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

4.2.2 ESTUFA

Condiciones de trabajo: temp. ambiente hasta 80°C

CONSULTA: Se solicita al honorable Comité aceptar "Condiciones de trabajo: temp. ambiente hasta 80°C +/- 10%", ya que esto varía dependiendo de las actualizaciones de los modelos de las marcas fabricantes.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: 4.2.2 **Página: 22**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge observación, se actualiza característica: temp. ambiente hasta 40°C

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO
Nomenclatura : AS-SM-24-2024-CSUNASAM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MUFLA Y ESTUFA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION DE LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO,

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	20:42:06

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

4.2.2 ESTUFA

Capacidad máxima de bandeja: 20kg

CONSULTA: Se solicita al honorable Comité aceptar "Capacidad máxima de bandeja: de acuerdo al fabricante", ya que esto varía dependiendo de las actualizaciones de los modelos de las marcas fabricantes.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: 4.2.1 **Página: 22**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta, ya que es lo maximo con lo que trabaja el laboratorio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO
Nomenclatura : AS-SM-24-2024-CSUNASAM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MUFLA Y ESTUFA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION DE LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO,

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	20:42:06

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

4.2.2 ESTUFA

Capacidad máxima de equipo: 80kg

CONSULTA:

Se solicita al honorable Comité aceptar "Capacidad máxima del equipo 80kg +/- 7 kg aproximadamente: de acuerdo al fabricante", ya que esto varía dependiendo de las actualizaciones de los modelos de las marcas fabricantes.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.2 **Literal:** 4.2.2 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta, ya que es lo maximo con lo que trabaja el laboratorio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO
Nomenclatura : AS-SM-24-2024-CSUNASAM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MUFLA Y ESTUFA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION DE LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO,

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	20:42:06

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

4.2.3 CONTADOR DE COLONIAS

Aumento de lupa:x8

CONSULTA: Se solicita al honorable Comité aceptar "Aumento de lupa: x8 +/- 2", ya que esto varía dependiendo de las actualizaciones de los modelos de las marcas fabricantes.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.2 **Literal:** 4.2.3 **Página:** 24
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Esta observación no pertenece ni a la mufla ni a la estufa

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO
Nomenclatura : AS-SM-24-2024-CSUNASAM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MUFLA Y ESTUFA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION DE LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO,

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	20:42:06

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

4.2.3 CONTADOR DE COLONIAS

Área de iluminación en forma directa e indirecta de \varnothing 145 mm

CONSULTA: Se solicita al honorable Comité aceptar "Área de iluminación en forma directa e indirecta de \varnothing 145 mm +/- 15%mm", ya que esto varía dependiendo de las actualizaciones de los modelos de las marcas fabricantes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.2 **Literal:** 4.2.3 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Esta observación no pertenece ni a la mufla ni a la estufa

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO
Nomenclatura : AS-SM-24-2024-CSUNASAM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MUFLA Y ESTUFA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION DE LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO,

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	20:42:06

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

4.2.10 TERMO REACTOR PARA DEMANDA DE OXÍGENO

Rango de temperatura: 30 - 165°C

CONSULTA: Se solicita al honorable Comité aceptar "Rango de temperatura: (30 - 165°C) +/-5%", ya que esto varía dependiendo de las actualizaciones de los modelos de las marcas fabricantes.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: 4.2.10 **Página: 32**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Esta observación no pertenece ni a la mufla ni a la estufa

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO
Nomenclatura : AS-SM-24-2024-CSUNASAM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MUFLA Y ESTUFA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION DE LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO,

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	20:42:06

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

4.2.10 TERMO REACTOR PARA DEMANDA DE OXÍGENO

Velocidad de calentamiento: De 20 a 150°C en 10 minutos

CONSULTA: Se solicita al honorable Comité aceptar "Velocidad de calentamiento: De 20 a 150°C en 10 minutos aproximadamente", ya que esto varía dependiendo de las actualizaciones de los modelos de las marcas fabricantes.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: 4.2.10 **Página: 32**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Esta observación no pertenece ni a la mufla ni a la estufa

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO
Nomenclatura : AS-SM-24-2024-CSUNASAM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MUFLA Y ESTUFA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION DE LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO,

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	20:42:06

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

4.2.10 TERMO REACTOR PARA DEMANDA DE OXÍGENO

Precisión: +/- 0,2°C (a 150°C)

CONSULTA: Se solicita al honorable Comité aceptar "Precisión: +/- 0,2°C (a 150°C) aproximadamente", ya que esto varía dependiendo de las actualizaciones de los modelos de las marcas fabricantes.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: 4.2.10 **Página: 32**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Esta observación no pertenece ni a la mufla ni a la estufa

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO
Nomenclatura : AS-SM-24-2024-CSUNASAM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MUFLA Y ESTUFA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION DE LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO,

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	20:42:06

Observación: Nro. 29

Consulta/Observación:

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se consideran bienes similares: Muflas, incubadoras y estufas

OBSERVACIÓN

Se solicita al honorable Comité, tenga a bien considerar como bienes similares EQUIPOS DE LABORATORIO EN GENERAL, ya que los equipos solicitados pertenece a este campo. Además, se cumplirá con los estándares de calidad y funcionalidad requerida, contribuyendo de manera efectiva. Agradecemos la consideración de esta consulta, que busca enriquecer la competencia y asegurar que las mejores propuestas sean evaluada

Tomar en cuenta que vuestro comité debe establecer EQUIPOS SIMILARES al objeto de contratación. Pues, los equipos mencionados son iguales a los requeridos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B **Página: 48**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE art. 2 inciso a, b, c

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta, porque hay equipos de laboratorio muy pequeños que no se asemeja a los equipos que se solicita como por ejemplo un agitador magnetico no se compara a una mufla o estufa

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO
Nomenclatura : AS-SM-24-2024-CSUNASAM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MUFLA Y ESTUFA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION DE LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO,

Ruc/código :	20610517073	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION JOIN DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:57:22

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

solicitamos respetuosamente al comité nos aclare si todos los equipos listados en el objeto de la convocatoria serán adquiridos como UN SOLO ITEM o ITEMS separados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1 **Literal:** 1.2 **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La convocatoria es solo para la Mufla y la Estufa, es decir a suma alzada, de acuerdo al numeral 1.2.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO
Nomenclatura : AS-SM-24-2024-CSUNASAM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MUFLA Y ESTUFA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION DE LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO,

Ruc/código :	20610517073	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION JOIN DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:57:22

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

En cuanto a la experiencia del postor Solicitada se consideran como bienes similares a los siguientes equipos: MUFLAS, INCUBADORAS Y ESTUFAS; debemos de tener en cuenta que el contenido normativo de las bases estándar de licitación pública para la adquisición de bienes, señala que la experiencia del postor en la especialidad también puede acreditar mediante la venta de bienes iguales y similares; pero en este caso sólo se están considerando a los bienes iguales limitando la participación de postores que tenemos experiencia en bienes similares por su naturaleza, lo que atenta la pluralidad de postores en el presente proceso de licitación; por lo que solicitamos amablemente al comité aceptar como bienes similares a los siguiente equipos: EQUIPOS DE LABORATORIO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: B **Página: 48**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta, porque hay equipos de laboratorio muy pequeños que no se asemeja a los equipos que se solicita como por ejemplo un agitador magnetico no se compara a una mufla o estufa

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO
Nomenclatura : AS-SM-24-2024-CSUNASAM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MUFLA Y ESTUFA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION DE LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO,

Ruc/código :	20610517073	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION JOIN DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:57:22

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

EN las especificaciones técnicas solicitan : Incremento de temperatura: sobre 800°C en 35 min; siendo que esta es una característica inherente a los equipos y cada fabricante realiza la medición en diferentes protocolos teniendo resultados que son equivalente o mejores por tanto, solicitamos amablemente aceptar : Incremento de temperatura: sobre 800°C en 35 min o 1150°C en 80 min.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP iii Literal: 4.2.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta, se esta solicitando lo minimo los mayores serian parte de una mejora

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO
Nomenclatura : AS-SM-24-2024-CSUNASAM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MUFLA Y ESTUFA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION DE LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO,

Ruc/código :	20610517073	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION JOIN DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:57:22

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Solicitan: capacidad: 14 litros. Establecer valores exactos respecto al volumen induciría a no permitir la participación de diferentes postores cuyos equipos cumplan con las especificaciones técnicas requeridas y su capacidad varié mínimamente respecto a lo solicitado, cuyas diferencias no serian significativas. Solicitamos amablemente al comité aceptar:
capacidad: entre 14 y 20 litros.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP iii Literal: 4.2.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge observación, se actualiza característica: Capacidad: 14 litros o mayor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO
Nomenclatura : AS-SM-24-2024-CSUNASAM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MUFLA Y ESTUFA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION DE LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO,

Ruc/código :	20610517073	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION JOIN DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:57:22

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Solicitan: material de estantería : Acero Inoxidable. Sabiendo que cada fabricante tiene sus propios diseños optimizados para cada uso, acreditados y certificados bajo normas internacionales optimizando el uso de materiales para lograr las temperaturas y la autonomía necesaria en este tipo de equipos de alta tecnología.

Por lo que solicitamos al comité acepte: material de estantería : Acero Inoxidable u otro material altamente resistente y de fácil limpieza de acuerdo al diseño del fabricante

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP iii Literal: 4.2.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta, ya que se requiere de acero inoxidable como mínimo otros serían parte de una mejora del equipo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO
Nomenclatura : AS-SM-24-2024-CSUNASAM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MUFLA Y ESTUFA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION DE LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO,

Ruc/código :	20610517073	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION JOIN DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:57:22

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Solicitan capacidad de 50 Litros. Establecer valores exactos respecto a la capacidad induciría a no permitir la participación de diferentes postores cuyos equipos cumplan con las especificaciones técnicas requeridas y su capacidad varíe mínimamente respecto a lo solicitado, cuyas diferencias no serian significativas, por lo tanto, solicitamos amablemente al comité aceptar: Capacidad de 45 a 50 litros

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP iii Literal: 4.2.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge observación, se actualiza característica: Volumen: 50 litros o mayor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO
Nomenclatura : AS-SM-24-2024-CSUNASAM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MUFLA Y ESTUFA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION DE LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO,

Ruc/código :	20610517073	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION JOIN DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	20:57:22

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

Solicitan "condiciones de trabajo: temp ambiente hasta 80°C." Nos percatamos que debe de haber un error en la característica de la temperatura ambiental ya que no existe ningún lugar en el planeta que tenga temperaturas tan extremas de 80°C, las temperaturas ambientales son al rededor de los 21°C, por lo que solicitamos aceptar: condiciones de trabajo: temp ambiente hasta 21°C aproximadamente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP iii Literal: 4.2.2 **Página: 23**
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge observación, se actualiza característica: temp. ambiente hasta 40°C

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO
Nomenclatura : AS-SM-24-2024-CSUNASAM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MUFLA Y ESTUFA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION DE LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO,

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	23:47:50

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

CONSULTAMOS al comite lo siguiente: En la pagina 14 de las bases de este proceso, en la sección OBJETO DE LA CONVOCATORIA se indican como requerimiento la adquisición de 01 Mufla Y 02 estufas, sin embargo en la pagina 21, se desglosan una serie de equipos como paquete que incluyen; contador de colonias, cronómetros, higrómetros, entre otros.

Solicitamos al área usuaria aclarar que equipos son los requeridos para este proceso de licitación para evitar confusiones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** I **Literal:** 1.2 **Página:** 14
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Solo son la mufla y las dos estufas, de acuerdo al numeral 1.2 de las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO
Nomenclatura : AS-SM-24-2024-CSUNASAM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MUFLA Y ESTUFA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION DE LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO,

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	23:47:50

Observación: Nro. 38

Consulta/Observación:

Solicitan: Condiciones de trabajo: temp. ambiente hasta 80°C

OBSERVAMOS este requerimiento, esta especificación hace referencia a las condiciones ambientales de funcionamiento del equipo; por lo general esta temperatura varia dependiendo de la temperatura ambiente, por lo general entre 5°C a 40°C, Por lo tanto; ampliar este rango hasta 80°C no tiene lógica con la temperatura ambiente, al menos que se esté refiriendo al rango de temperatura ajustable del equipo. Por lo tanto, solicitamos amablemente al área usuaria si pudiese modificar o incluir dentro de sus especificaciones lo siguiente: Condiciones de trabajo/ambientales: temp. ambiente hasta 40°C

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge observación, se actualiza característica: temp. ambiente hasta 40°C

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO
Nomenclatura : AS-SM-24-2024-CSUNASAM-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MUFLA Y ESTUFA PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION DE LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO,

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	23:47:50

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

ESTUFA. Solicitan:

Desviación de temperatura: $\pm 1\%$

Rango incremento de temperatura: 5 °C/min

CONSULTAMOS al comite, en pro de una mayor participación de postores, si pudiese aceptar como alternativa a estas especificaciones lo siguiente:

Resolución del indicador: hasta 99,9 °C: 0,1 / a partir de 100 °C: 0,5

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.2 **Literal:** 4.2.2 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta, son los rangos de trabajo del laboratorio para tener menos error en sus lecturas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null