

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-47-2024-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO MODULO DE VIDEO PARA LAPARASCOPIA PARA EL EQUIPO SISTEMA DE NEURO ENDOSCOPIA DEL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA VASCULAR, TUMORES Y FUNCIONAL DEL HNGAI.

Ruc/código :	20515949241	Fecha de envío :	02/10/2024
Nombre o Razón social :	JIREH MEDICAL IMPORT S.A.C.	Hora de envío :	09:44:26

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

-Sistema de comunicación entre equipos , con capacidad de mostrar en pantalla los parámetros de insuflador , fuente de luz , cámara etc .

El requerimiento es de un equipo de hace 15 años y puede que esté discontinuado , en la actualidad podemos encontrar equipos con mayor tecnología y compatibles independientemente y así no depender de un mismo modelo en específico

Por lo antes expuesto , solicitamos encarecidamente se sirva considerar :

Sistema de comunicación entre equipos , con capacidad de mostrar en pantalla los parámetros de insuflador , fuente de luz , cámara etc (opcional).

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este comité de selección no acoge la consulta, precisando que lo solicitado seria una modificación a las especificaciones tecnicas, alterando la validez del valor estimado determinado en la indagacion de mercado, asi mismo no cumpliriamos con la pluralidad de postores, debido que se alteraria las especificaciones tecnicas requeridas y formuladas por el area usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null