

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-78-2024-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION CONGELADOR VERTICAL

Ruc/código :	20566216109	Fecha de envío :	02/01/2025
Nombre o Razón social :	ANALITICA DEL PACIFICO S.A.C.	Hora de envío :	08:14:25

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

B EXPERIENCIA DE POSTOR :

Se considerara bienes similares a los siguientes : venta de congelador vertical y/ o equipos de congelacion para almacenamiento de muestras biologicas

Nuestra empresa posee experiencia en la venta, instalacion, capacitacion y servicios conexos en diferentes entidades estatales y privados en el rubro de espectrofotometros de diferentes rangos y especialidades de equipos analiticos de alta complejidad asi como venta de equipos de laboratorio en general.

Solicitamos respetuosamente al Comitepor favor permitir nuestra participacion en este proceso en beneficio del mismo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: CAPITULO3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, debido a la complejidad su utilidad en los procedimiento de investigación. Ceñirse a las bases administrativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-78-2024-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION CONGELADOR VERTICAL

Ruc/código :	20566216109	Fecha de envío :	02/01/2025
Nombre o Razón social :	ANALITICA DEL PACIFICO S.A.C.	Hora de envío :	14:51:03

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

1.6 MODALIDAD DE EJECUCION

LLAVE EN MANO

Para adecuarnos a esta modalidad y participar correctamente en el proceso como postores es necesario conocer e indicarnos las condiciones de los ambientes de laboratorio , si disponen de los mobiliarios o mesas para los equipos asi como los requisitos electricos para su correcto funcionamiento entre otros.

Por lo expuesto solicitamos respetuosamente al Comite indicar y/ o comentar si estan operativos los ambientes de laboratorio con los requisitos señalados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: capitulo1 Literal: 1.6 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el laboratorio cuenta con las condiciones necesarias para la instalación del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-78-2024-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION CONGELADOR VERTICAL

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	02/01/2025
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	16:29:09

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de temperatura de -20 a -40°C

CONSULTA:

Se solicita al comité especial, muy amablemente, confirmar si aceptaría también un rango de -15°C a -45°C, por contender el rango solicitado y ser una mejora al rango propuesto, quedando el requerimiento de la siguiente manera:

Rango de temperatura de -20 a -40°C y/o rango que lo contenga.

Favor de confirmar.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, con objetivo de garantizar la pluralidad de postores se modifica el rango de temperatura -15° C a -45° C, como mínimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Rango de temperatura de -15 a -45°C, como mínimo

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-78-2024-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION CONGELADOR VERTICAL

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	02/01/2025
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	16:29:09

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descongelamiento automático

CONSULTA:

En el mercado universal el descongelamiento de las congeladores de laboratorio pueden ser de tipo manual o automático, sin alterar la funcionalidad propia del equipo, en ese sentido para fomentar la mayor pluralidad y competencia de postores potenciales, se solicita al comité especial, muy amablemente, aceptar también que el descongelamiento sea manual, quedando el requerimiento de la siguiente manera:

Descongelamiento automático y/o manual

Favor de confirmar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, debido a la complejidad de su utilidad y para mejor facilidad, el sistema de descongelado debe ser automático

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-78-2024-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION CONGELADOR VERTICAL

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	02/01/2025
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	16:29:09

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

Se consideran bienes similares a los siguientes: venta de congelador vertical y/o equipos de congelación para almacenamiento de muestras biológicas.

OBSERVACIÓN

Se solicita al honorable comité, muy amablemente,

De acuerdo al OBJETO DE LA CONVOCATORIA, existen en el mercado, diversos equipos de congelación que corresponden a la misma rama de equipos relacionados, tales como CÁMARA FRIGORÍFICA, REFRIGERADORA CONSERVADORA, REFRIGERADORA ELÉCTRICA, entre otros; en ese sentido, se solicita al comité especial, muy amablemente, no solo considerar "equipos de congelación para almacenamiento de muestras biológicas", sino también aceptar: EQUIPOS DE CONGELACIÓN Y/O REFRIGERACIÓN EN GENERAL, permitiendo una mayor pluralidad y competencia de postores potenciales que corresponden al rubro del equipo solicitado.

Favor de confirmar.

Acápíte de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 3.2    Literal: B    Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE art. 2 INCISO a, b, c

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge la consulta, debido a la complejidad su utilidad en los procedimiento de investigación. Ceñirse a las bases administrativas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-78-2024-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION CONGELADOR VERTICAL

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	02/01/2025
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	22:39:36

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Accesorios

Cajas resistentes al frio con divisiones para tubos

¿Puede el comite de selecccion por favor indicar si requiere cajas o racks, asi como las capacidades y/o medidas aproximadas segun sea el caso?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta se precisa que son racks con 10 divisiones con cajas de tubos de plástico de 1, 2 o 5 ml, y racks de 8 divisiones con cajas para tubos cónicos de 15 ml. Las medidas de acuerdo al fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Cajas resistentes al frio con racks de divisiones para tubos:

Racks con 10 divisiones con cajas de tubos de plástico de 1,2 o 5 ml.

Racks con 08 divisiones con cajas para tubos de plástico cónicos de 15 ml.

\*Las medidas de acuerdo al fabricante.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-78-2024-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACION CONGELADOR VERTICAL

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	02/01/2025
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	23:56:11

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Solicitan: Rango de temperatura de -20 a -40°C

El rango de temperatura depende de la tecnología de fabricante, por lo que existen marcas con rangos aproximados a lo solicitado. Las especificaciones técnicas deben fomentar la libre competencia y no restringir el universo de postores ni atentar contra los principios de pluralidad, libre participación y transparencia del proceso. En este sentido CONSULTAMOS al comité de evaluación, en pro de recibir diversidad ante las diferentes marcas en la solicitud, aceptará la siguiente especificación Rango de temperatura de -25 a -40°C o rangos mayores

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, con objetivo de garantizar la pluralidad de postores se modifica el rango de temperatura -15° C a -45° C, como mínimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ Rango de temperatura de -15 a -45°C, como mínimo